

Lot	Denumire lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
39	Defibrilator extern, manual (caracteristici de bază) 130420	<p>Defibrilator extern, manual (caracteristici de bază)</p> <p>Cod 130420</p> <p>Descriere Defibrilator extern, manual destinat utilizării personalului specializat cu caracteristici de bază</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Defibrilator Selectarea energiei "adult 50-360 bifazic; 2-20 pediatric/nou-născut"</p> <p>Controlul padelelor Încărcare obligatoriu</p> <p>descărcarea energiei obligatoriu</p> <p>Forma de undă la ieșire bifazic</p> <p>Sincronizator obligatoriu</p> <p>Display Afișarea derivațiilor bipolare I, II, III</p> <p>Captarea semnalului ECG prin intermediul padelelor obligatoriu</p> <p>Afișarea ritmului cardiac obligatoriu</p> <p>Alarmer ale ritmului cardiac obligatoriu</p> <p>Frecvența de lucru diapazon min. 0.67-40 Hz</p>	<p>Producator / Tara de origine: OKUMAN Medikal Sistemler A.S. / Turcia,</p> <p>Model: DFM 600 + accesorii si optiuni conform cerintelor solicitate</p> <p>Defibrilator extern, manual (caracteristici de bază)</p> <p>Descriere Defibrilator extern, manual destinat utilizării personalului specializat cu caracteristici de bază</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Defibrilator Selectarea energiei "adult 50-360 bifazic; 2-20 pediatric/nou-născut"</p> <p>Controlul padelelor Încărcare obligatoriu -</p> <p>descărcarea energiei obligatoriu - Corespunde</p> <p>Forma de undă la ieșire bifazic</p> <p>Sincronizator obligatoriu - Corespunde</p> <p>Display Afișarea derivațiilor bipolare I, II, III</p> <p>Captarea semnalului ECG prin intermediul padelelor obligatoriu</p> <p>Afișarea ritmului cardiac obligatoriu -</p> <p>Alarmer ale ritmului cardiac obligatoriu -</p> <p>Corespunde</p>

		Indicator al devierii derivațiilor cardiace obligatoriu		40 Hz	Frecvența de lucru	diapazon min. 0.67-
	Modul ECG	Captarea semnalului ECG prin fir cu 3 electrozi obligatoriu			Indicator al devierii derivațiilor cardiace obligatoriu - Corespunde	
		Diapazon	diapazon min. 30 - 300 BPM	Modul ECG	Captarea semnalului ECG prin fir cu 3 electrozi obligatoriu	
		Protecție înotriva șocurilor de defibrilare ≥ 360 J			Diapazon	diapazon min. 15 - 300 BPM
		Mesaje de alarmă	obligatoriu		Protecție înotriva șocurilor de defibrilare ≥ 360 J	
	Imprimantă pentru ECG	Viteza hîrtiei	minim 12.5, 25, 50 mm/sec		Mesaje de alarmă	obligatoriu -
		Imprimantă termică încorporată	obligatoriu	Corespunde		
	Printare	auto sau manuală		Imprimantă pentru ECG	Viteza hîrtiei	minim 12.5, 25, 50 mm/sec
	Adnotări	ora	obligatoriu		Imprimantă termică încorporată	obligatoriu -
		data	obligatoriu	Corespunde		
		derivația	obligatoriu		Printare	auto sau manuală
		ritmul cardiac	obligatoriu		Adnotări	ora obligatoriu - Corespunde
		modul de operare	obligatoriu		data	obligatoriu - Corespunde
		forma undei descărcate	obligatoriu		derivația	obligatoriu - Corespunde
		Funcția sumară	obligatoriu		ritmul cardiac	obligatoriu - Corespunde
	Memorie	Memorie internă sau Posibilitatea de instalarea a cartelei de memorie	obligatoriu		modul de operare	obligatoriu - Corespunde
		Informația stocată	ECG, șoc, vocele din		forma undei descărcate	obligatoriu - Corespunde
	anturaj				Funcția sumară	obligatoriu - Corespunde
		Capacitatea de stocare	≥ 2 ore	Memorie	Memorie internă sau Posibilitatea de instalarea a cartelei de memorie	obligatoriu - Corespunde
	Alimentarea	Rețea electrică 220 V, 50 Hz	obligatoriu			

SC IMUNOTEHNOMED SRL Confirmarea parametrilor tehnici solicitati

ANEXA Nr. 39

		<p>Baterie internă reîncărcabilă obligatoriu</p> <p>Timp de lucru de la baterie 3 ore ECG continuu sau min. 100 descărcări la energia maximă</p> <p>Greutatea cu accesorii < 9 kg</p> <p>Accesorii</p> <p>Padele Adult, reutilizabile 1 set., (codul produsului oferit)</p> <p>"Pediatrice, reutilizabile (padele sau adaptoare pediatrice)" 1 set., (codul produsului oferit)</p> <p>Cablu ECG reutilizabil 3 fire 1 buc., (codul produsului oferit)</p> <p>Electrozi ECG Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 50 buc., (codul produsului oferit)</p> <p>Pediatrice, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 50 buc., (codul produsului oferit)</p> <p>Hîrtie termică 5 buc., (codul produsului oferit)</p> <p>Gel de contact 250 ml, (codul produsului oferit)</p>	<p>Informația stocată ECG, șoc, vocele din anturaj</p> <p>Capacitatea de stocare ≥ 2 ore</p> <p>Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu - Corespunde</p> <p>Baterie internă reîncărcabilă obligatoriu - Corespunde</p> <p>Timp de lucru de la baterie 3 ore ECG continuu sau min. 100 descărcări la energia maximă</p> <p>Greutatea cu accesorii < 9 kg</p> <p>Accesorii</p> <p>Padele Adult, reutilizabile 1 set., (Accesoriu dat nu dispune de un cod, dar este inclus in configuratie ofertata de catre producator)</p> <p>"Pediatrice, reutilizabile (padele sau adaptoare pediatrice)" 1 set., (Accesoriu dat nu dispune de un cod, dar este inclus in configuratie ofertata de catre producator)</p> <p>Cablu ECG reutilizabil 3 fire 1 buc., (codul produsului oferit)</p> <p>Electrozi ECG Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 50 buc., (Accesoriu dat nu dispune de un cod, dar este inclus in configuratie ofertata de catre producator)</p> <p>Pediatrice, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 50 buc., (Accesoriu dat nu dispune de un cod, dar este inclus in configuratie ofertata de catre producator)</p> <p>Hîrtie termică 5 buc., (Accesoriu dat nu dispune de un cod, dar este inclus in configuratie ofertata de catre producator)</p>
--	--	---	---

			<p>Gel de contact 250 ml, (Accesoriu dat nu dispune de un cod, dar este inclus in configuratie ofertata de catre producator)</p> <p>[Vezi brosură: DFM 600 004-092022-EN.pdf]</p>
--	--	--	---

Lot	Denumire lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
40	Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate) 130440	<p>Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate)</p> <p>Cod 130440</p> <p>Descriere Defibrilator extern, automat, manual destinat utilizării personalului specializat cu caracteristici avansate</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Defibrilator Selectarea energiei "adult 50-360 bifazic; 2-20 pediatric/nou-născut"</p> <p>Controlul padelelor Setarea energieiobligatoriu</p> <p>Încărcare obligatoriu</p> <p>Descărcarea energiei obligatoriu</p> <p>Forma de undă la ieșire bifazică</p> <p>Sincronizator obligatoriu</p> <p>Regim de operare Defibrilare manuală obligatoriu</p> <p>Defibrilare Automată (AED) obligatoriu</p> <p>Monitor funcții vitale (ECG, SpO2, NIBP) obligatoriu</p> <p>Cardiostimulare externă (pacemaker) obligatoriu</p>	<p>Producator / Tara de origine: OKUMAN Medikal Sistemler A.S. / Turcia,</p> <p>Model: DFM 600 + accesorii si optiuni conform cerintelor solicitate</p> <p>Defibrilator extern, automat, manual, cardiostimulare externă (caracteristici avansate)</p> <p>Descriere Defibrilator extern, automat, manual destinat utilizării personalului specializat cu caracteristici avansate</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Defibrilator Selectarea energiei "adult 50-360 bifazic; 2-20 pediatric/nou-născut"</p> <p>Controlul padelelor Setarea energieiobligatoriu</p> <p>Încărcare obligatoriu - Corespunde</p> <p>Descărcarea energiei obligatoriu - Corespunde</p> <p>Forma de undă la ieșire bifazică</p> <p>Sincronizator obligatoriu - Corespunde</p> <p>Regim de operare Defibrilare manuală obligatoriu - Corespunde</p> <p>Defibrilare Automată (AED) obligatoriu - Corespunde</p> <p>Monitor funcții vitale (ECG, SpO2, NIBP) obligatoriu - Corespunde</p> <p>Cardiostimulare externă (pacemaker) obligatoriu - Corespunde</p>

SC IMUNOTEHNOMED SRL Confirmarea parametrilor tehnici solicitati
ANEXA Nr. 40

	Display Mărimea display ≥ 6 inch TFT LCD color, LED obligatoriu Rezoluția $\geq 640 \times 480$ pix. Afișarea derivațiilor bipolare I, II, III Captarea semnalului ECG prin intermediul padelelor obligatoriu Afișarea ritmului cardiac obligatoriu Alarmer ale ritmului cardiac obligatoriu Frecvența de lucru diapazon min. 0.05-100 Hz Modul ECG Captarea semnalului ECG prin fir cu 5 electrozi obligatoriu Diapazon diapazon min. 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Depistare pacemaker obligatoriu Protecție în potriua șocurilor de defibrilare ≥ 360 J Mesaje de alarmă HR, Asistola, VF, VT Cardiostimulare externă (Pacemaker) Pacemaker obligatoriu Modul de stimulare cu rată fixă obligatoriu Modul de stimulare deamand obligatoriu Rata de stimulare diapazon min. 30-200 bpm, ± 1 bpm	Display Mărimea display ≥ 6 inch TFT LCD color, LED obligatoriu - Corespunde Rezoluția $\geq 640 \times 480$ pix. Afișarea derivațiilor bipolare I, II, III Captarea semnalului ECG prin intermediul padelelor obligatoriu - Corespunde Afișarea ritmului cardiac obligatoriu - Corespunde Alarmer ale ritmului cardiac obligatoriu - Corespunde Frecvența de lucru diapazon min. 0.05-100 Hz Modul ECG Captarea semnalului ECG prin fir cu 5 electrozi obligatoriu - Corespunde Diapazon diapazon min. 15 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Depistare pacemaker obligatoriu - Corespunde Protecție în potriua șocurilor de defibrilare ≥ 360 J Mesaje de alarmă HR, Asistola, VF, VT Cardiostimulare externă (Pacemaker) Pacemaker obligatoriu - Corespunde Modul de stimulare cu rată fixă obligatoriu - Corespunde
--	--	--

SC IMUNOTEHNOMED SRL Confirmarea parametrilor tehnici solicitati

ANEXA Nr. 40

		Curentul de ieșire mA	diapazon min. 1 - 200	Corespunde	Modul de stimulare deamand obligatoriu -
		Lățimea pulsului msec.	diapazon min. 5 - 40	bpm, ± 1bpm	Rata de stimulare diapazon min. 30-200
		Rezoluția, curent de ieșire	1 mA	mA	Curentul de ieșire diapazon min. 1 - 200
		Durată puls	>20 ms	msec.	Lățimea pulsului diapazon min. 5 - 40
		Imprimantă pentru ECG mm/sec	Viteza hîrtiei min. 25, 50	Imprimantă pentru ECG mm/sec	Viteza hîrtiei min. 25, 50
		Imprimantă termică încorporată	obligatoriu	Corespunde	Imprimantă termică încorporată obligatoriu -
		Printare	auto sau manuală	Printare	auto sau manuală
		Adnotări	ora obligatoriu	Adnotări	ora obligatoriu - Corespunde
		data	obligatoriu	data	obligatoriu - Corespunde
		derivația	obligatoriu	derivația	obligatoriu - Corespunde
		ritmul cardiac	obligatoriu	ritmul cardiac	obligatoriu - Corespunde
		modul de operare	obligatoriu	modul de operare	obligatoriu - Corespunde
		forma undei descărcate	obligatoriu	forma undei descărcate	obligatoriu - Corespunde
		Funcția sumară	obligatoriu	Funcția sumară	obligatoriu - Corespunde
		Memorie cartelei de memorie	Memorie internă sau Posibilitatea de instalarea a obligatoriu	Memorie cartelei de memorie	Memorie internă sau Posibilitatea de instalarea a obligatoriu - Corespunde
		anturaj	Informația stocată ECG, șoc, vocele din	anturaj	Informația stocată ECG, șoc, vocele din
		"Soft specializat	Capacitatea de stocare ≥ 3 ore		

SC IMUNOTEHNOMED SRL Confirmarea parametrilor tehnici solicitati

ANEXA Nr. 40

	<p>pentru PC" Dacă este necesar de soft pentru interpretarea înregistrărilor ECG, șoc, audio. Atunci să fie inclus softul și cablul pentru conexiune cu PC obligatoriu</p> <p>Modul SpO2 Modul SpO2 obligatoriu</p> <p>Rata SpO2 1 - 100%</p> <p>Precizia diapazon min. 70 - 100%, ± 2%</p> <p>Rata pulsului diapazon min. 30-300 bpm</p> <p>Mesaje de alarmă obligatoriu</p> <p>Modul NIBP Modul NIBP obligatoriu</p> <p>Regim de măsurare paciente adult, pediatric, nou-născut obligatoriu</p> <p>Acuratețea NIBP ± 3 mmHg</p> <p>Limita maximă a tensiunii arteriale 300 mmHg</p> <p>Regim automat de măsurare min. 1, 5, 10, 15, 30, 60, 120 minute</p> <p>Mesaje de alarmă obligatoriu</p> <p>Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu</p> <p>Baterie internă reîncărcabilă obligatoriu</p> <p>timp de lucru baterie ≥ 3 ore ECG continuu sau 100 descărcări</p> <p>Greutatea < 8 kg</p> <p>Accesorii</p> <p>Padele Adult, reutilizabile 1 set., (codul produsului oferit)</p>	<p>Capacitatea de stocare ≥ 3 ore</p> <p>"Soft specializat</p> <p>pentru PC" Dacă este necesar de soft pentru interpretarea înregistrărilor ECG, șoc, audio. Atunci să fie inclus softul și cablul pentru conexiune cu PC obligatoriu - Corespunde</p> <p>Modul SpO2 Modul SpO2 obligatoriu - Corespunde</p> <p>Rata SpO2 1 - 100%</p> <p>Precizia diapazon min. 70 - 100%, ± 2%</p> <p>Rata pulsului diapazon min. 30-300 bpm</p> <p>Mesaje de alarmă obligatoriu - Corespunde</p> <p>Modul NIBP Modul NIBP obligatoriu - Corespunde</p> <p>Regim de măsurare paciente adult, pediatric, nou-născut obligatoriu - Corespunde</p> <p>Acuratețea NIBP ± 3 mmHg</p> <p>Limita maximă a tensiunii arteriale 300 mmHg</p> <p>Regim automat de măsurare min. 1, 5, 10, 15, 30, 60, 120 minute</p> <p>Mesaje de alarmă obligatoriu - Corespunde</p> <p>Alimentarea Rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu - Corespunde</p> <p>Baterie internă reîncărcabilă obligatoriu - Corespunde</p>
--	---	--

		<p>"Pediatrice, reutilizabile (padele sau adaptoare pediatrice)" 1 set., (codul produsului oferit)</p> <p>Electrozi de defibrilare AED de unică utilizare Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 1 set., (codul produsului oferit)</p> <p>Pediatrice cu autoidentificare, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 1 set., (codul produsului oferit)</p> <p>Electrozi pacemaker Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 1 set., (codul produsului oferit)</p> <p>Pediatrice cu autoidentificare, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 1 set., (codul produsului oferit)</p> <p>Cablu ECG reutilizabil 3 fire 1 buc., (codul produsului oferit)</p> <p>Electrozi ECG Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 100 buc., (codul produsului oferit)</p> <p>Pediatrice, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 100 buc., (codul produsului oferit)</p> <p>Senzor SpO2 Adult, reutilizabil 1 buc., (codul produsului oferit)</p> <p>Pediatric, reutilizabil 1 buc., (codul produsului oferit)</p> <p>Manjete NIBP Adult, reutilizabil 2 buc., (codul produsului oferit)</p> <p>Pediatric, reutilizabil 2 buc., (codul produsului oferit)</p>	<p>timp de lucru baterie ≥ 3 ore ECG continuu sau 100 descărcări</p> <p>Greutatea < 8 kg</p> <p>Accesorii</p> <p>Padele Adult, reutilizabile 1 set., (Accesoriu dat nu dispune de un cod, dar este inclus in configuratie ofertata de catre producator)</p> <p>"Pediatrice, reutilizabile (padele sau adaptoare pediatrice)" 1 set., (Accesoriu dat nu dispune de un cod, dar este inclus in configuratie ofertata de catre producator)</p> <p>Electrozi de defibrilare AED de unică utilizare Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 1 set., (Accesoriu dat nu dispune de un cod, dar este inclus in configuratie ofertata de catre producator)</p> <p>Pediatrice cu autoidentificare, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 1 set., (Accesoriu dat nu dispune de un cod, dar este inclus in configuratie ofertata de catre producator)</p> <p>Electrozi pacemaker Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 1 set., (Accesoriu dat nu dispune de un cod, dar este inclus in configuratie ofertata de catre producator)</p> <p>Pediatrice cu autoidentificare, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 1 set., (Accesoriu dat nu dispune de un cod, dar este inclus in configuratie ofertata de catre producator)</p> <p>Cablu ECG reutilizabil 3 fire 1 buc., (Accesoriu dat nu dispune de un cod, dar este inclus in configuratie ofertata de catre producator)</p>
--	--	---	--

SC IMUNOTEHNOMED SRL Confirmarea parametrilor tehnici solicitati

ANEXA Nr. 40

		<p>Hîrtie termică 5 buc., (codul produsului oferit)</p> <p>Gel de contact 250 ml, (codul produsului oferit)</p> <p>Stand pe roțile stand pe roțile da, (indicati modelul)</p> <p>≥ 4 roți obligatoriu</p> <p>≥ 2 roți cu frînă obligatoriu</p> <p>mîner pentru transportarea standului obligatoriu</p> <p>coș pentru accesorii obligatoriu</p> <p>suport pentru gel de contact obligatoriu</p> <p>sistem de fixare dispozitivului de suport obligatoriu.</p>	<p>Electrozi ECG Adult, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 100 buc., (Accesoriu dat nu dispune de un cod, dar este inclus in configuratie ofertata de catre producator)</p> <p>Pediatrice, unică utilizare, cu termenul de valabilitate 2 ani la momentul livrării 100 buc., (Accesoriu dat nu dispune de un cod, dar este inclus in configuratie ofertata de catre producator)</p> <p>Senzor SpO2 Adult, reutilizabil 1 buc., (Accesoriu dat nu dispune de un cod, dar este inclus in configuratie ofertata de catre producator)</p> <p>Pediatric, reutilizabil 1 buc., (Accesoriu dat nu dispune de un cod, dar este inclus in configuratie ofertata de catre producator)</p> <p>Manjete NIBP Adult, reutilizabil 2 buc., (Accesoriu dat nu dispune de un cod, dar este inclus in configuratie ofertata de catre producator)</p> <p>Pediatric, reutilizabil 2 buc., (Accesoriu dat nu dispune de un cod, dar este inclus in configuratie ofertata de catre producator)</p> <p>Hîrtie termică 5 buc., (Accesoriu dat nu dispune de un cod, dar este inclus in configuratie ofertata de catre producator)</p> <p>Gel de contact 250 ml, (Accesoriu dat nu dispune de un cod, dar este inclus in configuratie ofertata de catre producator)</p> <p>Stand pe roțile stand pe roțile da, (Accesoriu dat nu dispune de un cod, dar este inclus in configuratie ofertata de catre producator)</p> <p>≥ 4 roți obligatoriu - Corespunde</p> <p>≥ 2 roți cu frînă obligatoriu - Corespunde</p> <p>mîner pentru transportarea standului obligatoriu - Corespunde</p>
--	--	--	---

SC IMUNOTEHNOMED SRL Confirmarea parametrilor tehnici solicitati**ANEXA Nr. 40**

			coș pentru accesorii obligatoriu -
			obligatoriu -
			obligatoriu -
			[Vezi broșura: DFM 600 004-092022-EN.pdf]

Lot	Denumire lot	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
206	Lampă fototerapie pentru nou-născuți (caracteristici de baza) 130260	<p>Incubator pentru nou-născuți</p> <p>Cod 300600</p> <p>Descriere Incubator pentru nou-născuți destinat pentru crearea unei ambianță cu condiții confortabile de umiditate și temperatură în timpul tratamentului și îngrijirii pentru copiii nou-născuți (inclusiv prematuri), în stare gravă</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Tip pacient prematur, nou-născut obligatoriu</p> <p>Tip incubator mobil pe roți cu frână obligatoriu</p> <p>Dulap pentru scutece și consumabile medicale, integrat min 3 buc.</p> <p>Ajustarea electrică a înălțimii incubatorului pe vertical obligatoriu</p> <p>Canopie rezistentă la raze UV pentru utilizarea lămpilor de fototerapie obligatoriu</p> <p>Pereții canopiei să fie dubli pentru circulația aerului (cu efect anti-aburire) obligatoriu</p> <p>"Posibilitate de deschidere a canopiei prin ridicare integrală cu fixarea canopiei" obligatoriu</p> <p>Mînere de transportare pe ambele părți obligatoriu</p>	<p>Producator / Tara de origine: OKUMAN Medikal Sistemler A.S. / Turcia,</p> <p>Model: OKM 801 + accesorii si optiuni conform cerintelor solicitate</p> <p>Incubator pentru nou-născuți</p> <p>Descriere Incubator pentru nou-născuți destinat pentru crearea unei ambianță cu condiții confortabile de umiditate și temperatură în timpul tratamentului și îngrijirii pentru copiii nou-născuți (inclusiv prematuri), în stare gravă</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Tip pacient prematur, nou-născut obligatoriu - Corespunde</p> <p>Tip incubator mobil pe roți cu frână obligatoriu - Corespunde</p> <p>Dulap pentru scutece și consumabile medicale, integrat min 3 buc.</p> <p>Ajustarea electrică a înălțimii incubatorului pe vertical obligatoriu - Corespunde</p> <p>Canopie rezistentă la raze UV pentru utilizarea lămpilor de fototerapie obligatoriu - Corespunde</p> <p>Pereții canopiei să fie dubli pentru circulația aerului (cu efect anti-aburire) obligatoriu - Corespunde</p> <p>"Posibilitate de deschidere a canopiei prin ridicare integrală cu fixarea canopiei" obligatoriu - Corespunde</p> <p>Mînere de transportare pe ambele părți obligatoriu - Corespunde</p>

	<p>Uși laterale (stînga, dreapta) de acces în interiorul canopiei min. 2 buc.</p> <p>Uși de acces pentru mîini, min.4 buc., cîte 2 pe ambele părți a canopiei da, față, spate</p> <p>Uși de acces pentru mîini cu garnitură din cauciuc detașabilă obligatoriu</p> <p>Port de acces pentru tuburi respiratorii și cabluri da, min. 8 buc.</p> <p>Manipularea poziției saltelei trendelenburg și antitrendelenburg obligatoriu</p> <p>Unghiul de ajustare trendelenburg și antitredelenburg $\geq \pm$ 12°</p> <p>Tavă pentru amplasarea casetei roentgen obligatoriu</p> <p>"Pătucul pentru nou-născutului să fie glisant pentru efectuarea investigațiilor x-ray" obligatoriu</p> <p>"Saltea pentru nou-născut confecționată din materiale moi, rezistente la agenții chimici" obligatoriu</p> <p>Ecran color LCD ≥ 7 inch</p> <p>„Nivelul de zgomot în incinta incubatorului ≤ 50 dB”.</p> <p>Monitorizarea temperatura aer obligatoriu</p> <p>concentrația SpO2 obligatoriu</p> <p>temperatura copil obligatoriu</p> <p>concentrație oxigen obligatoriu</p> <p>umiditate obligatoriu</p> <p>putere încălzitor obligatoriu</p>	<p>Uși laterale (stînga, dreapta) de acces în interiorul canopiei min. 2 buc.</p> <p>Uși de acces pentru mîini, min.4 buc., cîte 2 pe ambele părți a canopiei da, față, spate</p> <p>Uși de acces pentru mîini cu garnitură din cauciuc detașabilă obligatoriu - Corespunde</p> <p>Port de acces pentru tuburi respiratorii și cabluri da, min. 8 buc.</p> <p>Manipularea poziției saltelei trendelenburg și antitrendelenburg obligatoriu - Corespunde</p> <p>Unghiul de ajustare trendelenburg și antitredelenburg $\geq \pm$ 13°</p> <p>Tavă pentru amplasarea casetei roentgen obligatoriu - Corespunde</p> <p>"Pătucul pentru nou-născutului să fie glisant pentru efectuarea investigațiilor x-ray" obligatoriu - Corespunde</p> <p>"Saltea pentru nou-născut confecționată din materiale moi, rezistente la agenții chimici" obligatoriu - Corespunde</p> <p>Ecran color LCD ≥ 8 inch</p> <p>„Nivelul de zgomot în incinta incubatorului ≤ 49 dB”.</p> <p>Monitorizarea temperatura aer obligatoriu - Corespunde</p> <p>concentrația SpO2 obligatoriu - Corespunde</p> <p>temperatura copil obligatoriu - Corespunde</p> <p>concentrație oxigen obligatoriu - Corespunde</p> <p>umiditate obligatoriu - Corespunde</p>
--	---	--

		<p>Modul de umidificare Umidificator controlat prin microprocesor obligatoriu</p> <p>modul Umidificator și rezervor de apă integrat într-un singur obligatoriu</p> <p>Modul de umidificare detașabil (la nivel de utilizator) pentru curățare obligatoriu</p> <p>Posibilitatea de ajustare a nivelului de umiditate diapazon min. 30 - 90%</p> <p>Acuratețea umidității $\leq \pm 5\% \text{ RH}$</p> <p>Intervalul de măsurare a umidității diapazon min. 15 - 99%</p> <p>"Modul de control a temperaturii" Regim de control „Aer” obligatoriu</p> <p>"Intervalul de temperatură în regim „Aer” " diapazon min. 25 -37 °C</p> <p>Funcția de temperatură $> 37^{\circ}\text{C}$</p> <p>Regim de control „Temperatură Copil” obligatoriu</p> <p>"Intervalul de temperatură în regim „Temperatură Copil”" diapazon min. 34 -37 °C</p> <p>"Senzori de temperatură copil conectați concomitent" Min. 2 buc.</p> <p>°C Acuratețea de măsurare a temperaturii copil $\leq 0,2$</p> <p>Modul de oxigenare Modul O2 controlat prin microprocesor obligatoriu</p>	<p>putere încălzitor obligatoriu - Corespunde</p> <p>Modul de umidificare Umidificator controlat prin microprocesor obligatoriu - Corespunde</p> <p>modul Umidificator și rezervor de apă integrat într-un singur obligatoriu - Corespunde</p> <p>Modul de umidificare detașabil (la nivel de utilizator) pentru curățare obligatoriu - Corespunde</p> <p>Posibilitatea de ajustare a nivelului de umiditate diapazon min. 30 - 95%</p> <p>Acuratețea umidității $\leq \pm 5\% \text{ RH}$</p> <p>Intervalul de măsurare a umidității diapazon min. 0 - 100%</p> <p>"Modul de control a temperaturii" Regim de control „Aer” obligatoriu - Corespunde</p> <p>"Intervalul de temperatură în regim „Aer” " diapazon min. 25 -37 °C</p> <p>Funcția de temperatură $> 37^{\circ}\text{C}$</p> <p>Regim de control „Temperatură Copil” obligatoriu - Corespunde</p> <p>"Intervalul de temperatură în regim „Temperatură Copil”" diapazon min. 34 -37 °C</p> <p>"Senzori de temperatură copil conectați concomitent" Min. 2 buc.</p> <p>°C Acuratețea de măsurare a temperaturii copil $\leq 0,2$</p>
--	--	--	---

		<p>Ajustarea concentrație de oxigen automatizată prin servocontrol diapazon min. 21%-60%</p> <p>Măsurare concentrație de oxigen diapazon min. 21%-99%</p> <p>Acuratețea de măsurare $\leq 3\%$</p> <p>"Senzori de oxigen pentru control și monitorizare" obligatoriu</p> <p>Modulul de SpO2 Măsurare SpO2 diapazon min. 70-100%</p> <p>Acuratețea SpO2 $\leq 3\%$</p> <p>"Modul de supraveghere greutate" Cântar pentru nou-născut integrat da</p> <p>Diapazonul de măsurare $\geq 100 - 5000\text{gr.}$</p> <p>Grafice ore Vizualizarea graficilor umiditatea perioada 24 ore</p> <p>Vizualizarea graficilor temperatură perioada 24 ore</p> <p>Vizualizarea graficilor oxigen perioada 24 ore</p> <p>Vizualizarea graficilor greutatea perioada 24 ore</p> <p>Alarmer Buton de anulare alarmei obligatoriu</p> <p>Alarmer sonore și vizuale obligatoriu</p> <p>Temperatura aerului ridicată obligatoriu</p> <p>Temperatura aerului scăzută obligatoriu</p> <p>Temperatura pielii ridicată obligatoriu</p> <p>Temperatura pielii scăzută obligatoriu</p>	<p>Modul de oxigenare Modul O2 controlat prin microprocesor obligatoriu - Corespunde</p> <p>Ajustarea concentrație de oxigen automatizată prin servocontrol diapazon min. 21%-60%</p> <p>Măsurare concentrație de oxigen diapazon min. 21%-99%</p> <p>Acuratețea de măsurare $\leq 3\%$</p> <p>"Senzori de oxigen pentru control și monitorizare" obligatoriu - Corespunde</p> <p>Modulul de SpO2 Măsurare SpO2 diapazon min. 70-100%</p> <p>Acuratețea SpO2 $\leq 3\%$</p> <p>"Modul de supraveghere greutate" Cântar pentru nou-născut integrat da</p> <p>Diapazonul de măsurare $\geq 100 - 5000\text{gr.}$</p> <p>Grafice ore Vizualizarea graficilor umiditatea perioada 24 ore</p> <p>Vizualizarea graficilor temperatură perioada 24 ore</p> <p>Vizualizarea graficilor oxigen perioada 24 ore</p> <p>Vizualizarea graficilor greutatea perioada 24 ore</p> <p>Alarmer Buton de anulare alarmei obligatoriu - Corespunde</p> <p>Alarmer sonore și vizuale obligatoriu - Corespunde</p> <p>Temperatura aerului ridicată obligatoriu - Corespunde</p>
--	--	--	---

		<p>Lipsă apă în rezervor cu pictogramă pe ecran obligatoriu</p> <p>Plasare incorectă umidificator obligatoriu</p> <p>Defecțiune sistem obligatoriu</p> <p>Flux aer obligatoriu</p> <p>Concentrație oxigen obligatoriu</p> <p>Sursa de tensiune: 220V, 50Hz obligatoriu</p> <p>"Consumabile și accesorii adiționale"</p> <p>Filtru pentru aer 10 buc., să se indice codul produsului</p> <p>Saltea pentru nou-născuți 2 buc., să se indice codul produsului</p> <p>"Senzor de temperatură reutilizabil, nou-născut" 4 buc., să se indice codul produsului</p> <p>Senzor SpO2 reutilizabil, nou-născut 2 buc., să se indice codul produsului</p> <p>"Stativ cu tavă pentru amplasarea diferitor dispozitive medicale în caz de necesitate" 1 buc., să se indice codul produsului</p> <p>Stativ pentru fixarea pompelor de induzie 1 buc., să se indice codul produsului</p>	<p>Temperatura aerului scăzută obligatoriu - Corespunde</p> <p>Temperatura pielii ridicată obligatoriu - Corespunde</p> <p>Temperatura pielii scăzută obligatoriu - Corespunde</p> <p>Lipsă apă în rezervor cu pictogramă pe ecran obligatoriu - Corespunde</p> <p>Plasare incorectă umidificator obligatoriu - Corespunde</p> <p>Defecțiune sistem obligatoriu - Corespunde</p> <p>Flux aer obligatoriu - Corespunde</p> <p>Concentrație oxigen obligatoriu - Corespunde</p> <p>Sursa de tensiune: 220V, 50Hz obligatoriu - Corespunde</p> <p>"Consumabile și accesorii adiționale"</p> <p>Filtru pentru aer 10 buc., să se indice codul produsului - Accesoriu dat nu dispune de un cod, dar este inclus in configuratie ofertata de catre producator</p> <p>Saltea pentru nou-născuți 2 buc., s*ă se indice codul produsului</p> <p>"Senzor de temperatură reutilizabil, nou-născut" 4 buc., să se indice codul produsului - Accesoriu dat nu dispune de un cod, dar este inclus in configuratie ofertata de catre producator</p> <p>Senzor SpO2 reutilizabil, nou-născut 2 buc., să se indice codul produsului - Accesoriu dat nu dispune de un cod, dar este inclus in configuratie ofertata de catre producator</p>
--	--	---	---

			<p>"Stativ cu tavă pentru amplasarea diferitor dispozitive medicale în caz de necesitate" 1 buc., să se indice codul produsului - Accesoriu dat nu dispune de un cod, dar este inclus în configuratie ofertata de catre producator</p> <p>Stativ pentru fixarea pompelor de induzie 1 buc., să se indice codul produsului - Accesoriu dat nu dispune de un cod, dar este inclus în configuratie ofertata de catre producator</p> <p>[Vezi brosură: OKM_801_005_032024_EN.PDF]</p>
--	--	--	---