

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

			Numărul procedurii de achiziție: nr. ocde-b3wdp1-MD-1781609533980 din 16.06.2026								
			Obiectul de achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (Lista Suplimentară 27)								
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	standarde de referință		
3310 0000-1	1	Lot-1-Videoprocessor pentru intervenții chirurgicale ORL	Lot-1-Videoprocessor pentru intervenții chirurgicale ORL	16-2009, 15-1702CLD, 11-1151	Germania	Ackermann	Set compatibil cu cabina ORL OTOSMARC OPTOMIC aflată în dotare 1. Videoprocessor cu interfața integrată pentru montarea pe perete sau partea laterală a troleului. Iesirea video 1920x1080pixel Balanța albă în intervalul de temperature de culoarea 2300K-7000K. Zoom dgital- 1.5x max Nivel de zgomot- fără zgomot, metoda de răcire pasivă, fără ventilator Interfața: 1xHDMI; USB port 3.0 2. Cap cameră- 1chipx 1/3 CMOS, cu minim 2 butoane programabile, C mount, Lungimea cablului minim 2.5m lentile 14mm, autoclavabil 3. sursa de lumină- LED durata de viața a ledului minim 30000 ore, cu interfața integrată pentru montarea pe perete sau pe partea laterală a troleului. Puterea minim 180W Diminuarea luminii automată când cablul fibroopticeste scos din sursa de lumină. Culoare temperaturii 6500K Controlul luminozității 0-*100% Cablul fibrooptic cu lungimea de minim 2.3m cu diametru 3.5mm ±0.5mm Anul producerii minim 2025 Garanția minim 24 luni Oferta include Servicii de montare, dare în exploatare.	Conform Anexei lot 1	DM000453092, DM000453072, DM000453038		

3310 0000- 1	5	Lot-4-Duodenoscop	Lot-4-Duodenoscop	Seria HD550- duodenoscop ED-5GT	China	Sonoscape	Duodenoscop compatibil cu procesor EPK i5500c, Pentax sau HD-550, Sonoscape, din dotare Specificația tehnică: Unghiul câmpului de vedere: minim 100 grade Direcția de vedere laterală: minim 8 grade retro; Adâncimea câmpului vizual: 4-60 mm; Capul distal: ≤13,6 mm; Diametrul tub de inserție: ≤ 11,6 mm; Unghi de atac: Sus min 120 grade; Jos min 90 grade; Stînga min 90 grade Dreapta min 110 grade Diametrul canalului de lucru: ≤ 4,2 mm Lungimea de lucru: max 1250 mm; Lungimea totală: max 1550 mm Metoda de sterilizare chimic (etilenoxid-opțional). Posibilitatea de a se efectua multiple proceduri de sterilizare.	Conform Anexei lot 4	DM000684612
3310 0000- 1	17	Lot-16-Diatermocoagulator pentru endoscopie flexibilă	Lot-16- Diatermocoagulator pentru endoscopie flexibilă	Zeus Vision	Corea	Zerone	Diatermocoagulator (pentru endoscopia flexibilă) Tip: Combinat, cu regimuri endoscopice Puterea maximă minim 400W; Moduri de lucru: Monopolar: Taiere; Taiere cu coagulare; Taiere intensificată cu coagulare; Coagulare; Coagulare,,Autostop"; Coagulare intensificată; Fulgurație; Coagulare prin pulverizare (spray); Bipolar: Coagulare; Taiere cu coagulare; Coagulare cu disecție; Coagulare,,Autostop"; Coagulare,,Autostart-Stop"; Regimuri dedicate pentru endoscopia flexibilă în modurile de tăiere și coagulare Sursa de alimentare: 220V,50Hz Accesorii: Culit endoscopic (opțional) - 1 buc; Electrod neutru din cauciuc cu cablu de conectare la coagulator - 1 buc	Conform Anexei lot 16	DM000623114

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: director

Ofertantul: Ericon SRL. Adresa: Durlști, Vasile Lupu 6.