

Destinatar: Inspectoratul General al Poliției
Adresa: mun.Chișinău, str.Tiraspol 11/1

Specificatii tehnice (F4.1)

| Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1632921090520 | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------|--------------|--|--|------------------------|
| Denumirea procedurii de achiziție: Achiziție de valoare mica Servicii de mentenanță și etalonare | | | | | | |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Modelul articolului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Bunuri/servicii | | | | | | |
| Lotul 1. Mentenanță | | | | | | |
| Deservire Gaz Cromatograf Agilent 7890B cu massdetector 5977A/5977B | 7890B 5977A/5977B | SUA | Agilent | Cerințe generale: <ul style="list-style-type: none"> • Deservirea urmează a fi efectuată: <ul style="list-style-type: none"> - pentru 3(trei) sisteme GC/MS Agilent 7890B cu massdetector 5977A și - 1 (un) sistem GC/MS Agilent 7890B cu massdetector 5977B. • Serviciile se vor efectua la solicitarea beneficiarului/clientului. • Serviciile urmează a fi prestate la sediile beneficiarului. • Serviciile urmează a fi efectuate conform ghidului de mentenanță recomandat de producător. | Cerințe generale: <ul style="list-style-type: none"> • Deservirea urmează a fi efectuată: <ul style="list-style-type: none"> - pentru 3(trei) sisteme GC/MS Agilent 7890B cu massdetector 5977A și - 1 (un) sistem GC/MS Agilent 7890B cu massdetector 5977B. • Serviciile se vor efectua la solicitarea beneficiarului/clientului. • Serviciile urmează a fi prestate la sediile beneficiarului. • Serviciile urmează a fi efectuate conform ghidului de mentenanță recomandat de | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> • Deținerea certificatului de conformitate conform standardului ISO 9001 va fi un avantaj. <p>Serviciile includ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • diagnostica sistemelor GC/MS prin verificarea parametrilor funcționali a părților componente și accesoriilor acestora (coloană, injector, detector, sistemul de vid, presiune și flux de gaze, filtru, produs program, conexiuni fizice a hardului (PC+UPS+GC-MS, generator de hidrogen, etc.); • reparația și/sau înlocuirea părților componente sau a accesoriilor pentru toate sistemele GC/MS. <p>Costul Costul pentru servicii trebuie să fie fixat în funcție de complexitatea lucrărilor efectuate și tipul deservirii.</p> | <p>producător.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deținerea certificatului de conformitate conform standardului ISO 9001. <p>Serviciile includ:</p> <ul style="list-style-type: none"> • diagnostica sistemelor GC/MS prin verificarea parametrilor funcționali a părților componente și accesoriilor acestora (coloană, injector, detector, sistemul de vid, presiune și flux de gaze, filtru, produs program, conexiuni fizice a hardului (PC+UPS+GC-MS, generator de hidrogen, etc.); • reparația și/sau înlocuirea părților componente sau a accesoriilor pentru toate sistemele GC/MS. <p>Costul Costul pentru servicii trebuie să fie fixat în funcție de complexitatea lucrărilor efectuate și tipul deservirii.</p> | |
|--|--|--|--|--|--|

Semnat Numele, prenumele: **Nicolai Iasîbas** În calitate de: **Director**

Ofertantul **Lokmera SRL** Adresa: **str. Mitropolit Gurie Grosu 9, Chișinău, MD-2028, Republica Moldova**