



ООО "МиниМед", 241520, Российская Федерация, Брянская область,
Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17 А

Тел. (4832) 92-97-97, 92-24-52, -53, -55, -56, -57, -58, -60, -61, -62
Многоканальный номер - 8-800-100-48-32
Факс (4832) 92-24-54, 92-24-59, 92-24-61

ИНН 3234007127

www.minimed.ru

e-mail: info@minimed.ru

Код ОКП 93 9816

Регистрационное удостоверение
№ ФСР 2009/05559 от 04.12.2015 г.

Паспорт качества № _____

Набор реагентов «Масло иммерсионное»
по ТУ 9398-011-29508133-2009

Серия	Дата изготовления	Размер партии
-------	-------------------	---------------

1. Назначение

Используется в качестве иммерсионной жидкости для световой и флуоресцентной микроскопии, обладает широким уровнем автофлуоресценции.

2. Технические требования

Наименование показателя	Характеристика и норма по ТУ	Результаты анализа
Органолептические показатели	Прозрачная бесцветная жидкость со слабым желтоватым оттенком	
Вязкость кинематическая при температуре 20°C	От 220-400	
Показатель преломления при температуре 20°C	От 1,5150 до 1,5180	
Коэффициент пропускания масла, %	Не менее 70	

Иммерсионное масло легко удаляется с поверхности препарата, фронтальной линзы и оправы объектива; инертно к окрашенным и неокрашенным препаратам.

Упаковка – флакон-капельница вместимостью 10,0 мл обеспечивает аккуратное и экономичное нанесение масла на препарат.

Срок годности – 1,5 года с даты изготовления.

3. Транспортирование и хранение

Транспортирование должно проводиться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Хранение - в упаковке предприятия-изготовителя в прохладном месте при относительной влажности воздуха не более 80% в местах, защищенных от воздействия прямых солнечных лучей, атмосферных осадков и агрессивных сред в течение всего срока годности.

4. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие качества набора реагентов «Масло иммерсионное» требованиям ТУ 9398-011-29508133-2009 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и применения в течение всего срока годности.

Заместитель начальника ПТО

Бабич В.А.

