

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul LP:	LP: 21038208 / <u>ocds-b3wdp1-MD-1617781240547</u>	Data: 17.04-28.04.2021	Alternativa nr.: nu sunt
Denumirea licitației:	Aparate de ventilare artificială a plămînilor		Pagina: 1 din 2

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Modelul articolului	Țara de origine	producator	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă	Stand. de referință
1	33100000-0	Aparate de ventilare artificială a plămînilor	Hamilton C3 + H900	Elveția	Hamilton Medical	<p>Regim de ventilare</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. APVcmv/(S)CMV+ 2. APVsimv/SIMV+ 3. PCV+ 4. PSIMV+ 5. DouPAP 6. ARV 7. SPONT 8. ASV 9. NIV 10. NIV-ST <p>- Presiunea de inspirație 0 – 60 cmH2O</p> <p>- Fluxul maxim de inspirație 240 l/min (150 l/min cu 100 % O2)</p> <p>- Volumul Tital Adult/Ped 20 – 2000 ml</p> <p>- I:E – 1:9 – 4:1</p> <p>- PEEP (cmH2) – 0 – 35 cmH2O</p> <p>- Rate b/min – 1- 80 b/min</p> <p>- TI – 0.1-12 sec</p> <p>Configurația:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ventilator tip turbină; - Troleu; - Suport pentru circuit; - Cablu de alimentare - Umidificator - Circuite pentru pacient cu camera de umidificare 1 buc (sterilizabil) - Circuite pentru pacient cu 	<p>- Regim de ventilare</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. APVcmv/(S)CMV+ DA 2. APVsimv/SIMV+ DA 3. PCV+ DA 4. PSIMV+ DA 5. DouPAP DA 6. ARV DA 7. SPONT DA 8. ASV DA 9. NIV DA 10. NIV-ST DA <p>- Presiunea de inspirație 0 – 60 cmH2O DA</p> <p>- Fluxul maxim de inspirație 240 l/min (150 l/min cu 100 % O2) DA</p> <p>- Volumul Tital Adult/Ped 20 – 2000 ml DA</p> <p>- I:E – 1:9 – 4:1 DA</p> <p>- PEEP (cmH2) – 0 – 35 cmH2O DA</p> <p>- Rate b/min – 1- 80 b/min DA</p> <p>- TI – 0.1-12 sec DA</p> <p>Configurația:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ventilator tip turbină; DA - Troleu; DA - Suport pentru circuit; DA - Cablu de alimentare DA - Umidificator DA - Circuite pentru pacient cu camera de umidificare 1 buc (sterilizabil) DA - Circuite pentru pacient cu camera 	CE, ISO

						camera de umidificare1 buc (autoclavabila) -Manual de utilizare	de umidificare1 buc (autoclavabila) DA -Manual de utilizare DA	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile calendaristice.

Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitate: 25 zile din data înregistrării contractului la Trezoreria de stat.

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Tudor Ceaiovschi

În calitate de: director

Ofertantul: "GBG-MLD" SRL

Adresa: mun. Chisinau, str. Tighina 65, of. 607