

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1706018134419 din 02.02.2024						
Obiectul achiziției: Consumabile medicale pentru secția imagistică a SR Căușeni 2024						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Tub conector pacient in T,spiralat	42.16.10003	China	SCW Medicath	Tub conector pacient in T,spiralat -lungime 243 cm, cu conectoare tip Luer-Lock, -rezistă la presiuni minim 350 psi, -permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conecatoarelor. -marcaj colorat diferențiat pentru conecatoarele de tip Luer-Lock în vederea identificării facile pentru operator a conectării la seringile de contrast,salina și la pacient (1 cut-50buc)	Tub conector pacient in T,spiralat -lungime 243 cm, cu conectoare tip Luer-Lock, -rezistă la presiuni minim 350 psi, -permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conecatoarelor. -marcaj colorat diferențiat pentru conecatoarele de tip Luer-Lock în vederea identificării facile pentru operator a conectării la seringile de contrast,salina și la pacient (1 cut-50buc)	CE
Kit consumabile unica folosință compatibile cu injectomatul Stellant	42.16.10003	China	SCW Medicath	Kit consumabile unica folosință compatibile cu injectomatul Stellant Dual CT, în ambalaj steril, cu următoarele componente: -2buc.seringi de 200ml -1 buc.tub conector pacient spiralat în T -1buc.tub de purjare aer, prevăzut cu sistem de retenție a excendentului d fluid din timpul operațiunii de purjare a aerului -2 spike-uri de umplere a seringilor	Kit consumabile unica folosință compatibile cu injectomatul Stellant Dual CT, în ambalaj steril, cu următoarele componente: -2buc.seringi de 200ml -1 buc.tub conector pacient spiralat în T -1buc.tub de purjare aer, prevăzut cu sistem de retenție a excendentului d fluid din timpul operațiunii de purjare a aerului -2 spike-uri de umplere a seringilor	CE
Hîrtie USG	ULSTAR1100HG	Coreea	Durico	Hîrtie USG ,1100HG, 110mm x18m,	Hîrtie USG ,1100HG, 110mm x18m,	CE
Gel USG	Y0000.101.0083	Turcia	Turkuaz	Gel USG(5L)	Gel USG(5L)	CE

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Cojocaru Vera**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ELECTEH S.R.L.** Adresa: **str. Mircea cel Batrin 40/1, Chisinau**