

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1655723132382 / 21058679 din: 20.06.2022 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Consumabile medicale (repetat)

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
3	Test -indicator de sterilitate 132/20 intern	iPack-Bio	Rusia	Intersan	Ambalaj de hârtie cu 10 foi, a câte 100 de fișii culor, indicator chimic marcat conform regimului de sterilizare Clasa 4 ISO 11140 de unică folosință pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Pe ambalaj să fie indicat denumirea, marca, lotul și data fabricației, termenul de valabilitate nu mai mic de 3 ani. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e	Ambalaj de hârtie cu 10 foi, a câte 100 de fișii culor, indicator chimic marcat conform regimului de sterilizare Clasa 4 ISO 11140 de unică folosință pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Pe ambalaj să fie indicat denumirea, marca, lotul și data fabricației, termenul de valabilitate nu mai mic de 3 ani. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e	CE, ISO
4	Test -indicator de sterilitate 180/60 extern	iPack-Bio	Rusia	Intersan	Ambalaj de hârtie cu 10 foi, a câte 100 de fișii culor, indicator chimic marcat conform regimului de sterilizare Clasa 4 ISO 11140 de unică folosință pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Pe ambalaj să fie indicat denumirea, marca, lotul și data fabricației, termenul de valabilitate nu mai mic de 3 ani. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e	Ambalaj de hârtie cu 10 foi, a câte 100 de fișii culor, indicator chimic marcat conform regimului de sterilizare Clasa 4 ISO 11140 de unică folosință pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Pe ambalaj să fie indicat denumirea, marca, lotul și data fabricației, termenul de valabilitate nu mai mic de 3 ani. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e	CE, ISO

5	Test -indicator de sterilitate 180/60 intern	iPack-Bio	Rusia	Intersan	Ambalaj de hârtie cu 10 foi, a câte 100 de fișii culor, indicator chimic marcat conform regimului de sterilizare Clasa 4 ISO 11140 de unică folosință pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Pe ambalaj să fie indicat denumirea, marca, lotul și data fabricației, termenul de valabilitate nu mai mic de 3 ani. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e	Ambalaj de hârtie cu 10 foi, a câte 100 de fișii culor, indicator chimic marcat conform regimului de sterilizare Clasa 4 ISO 11140 de unică folosință pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Pe ambalaj să fie indicat denumirea, marca, lotul și data fabricației, termenul de valabilitate nu mai mic de 3 ani. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e	CE, ISO
6	Test -indicator de sterilitate 134/4	iPack-Bio	Rusia	Intersan	Ambalaj de hârtie cu 10 foi, a câte 100 de fișii culor, indicator chimic marcat conform regimului de sterilizare Clasa 4 ISO 11140 de unică folosință pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Pe ambalaj să fie indicat denumirea, marca, lotul și data fabricației, termenul de valabilitate nu mai mic de 3 ani. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e	Test -indicator de sterilitate 110-135 Ambalaj de hârtie cu 10 foi, a câte 100 de fișii culor, indicator chimic marcat conform regimului de sterilizare Clasa 4 ISO 11140 de unică folosință pe bază adezivă, cu virarea culorii indicatorului. Pe ambalaj să fie indicat denumirea, marca, lotul și data fabricației, termenul de valabilitate nu mai mic de 3 ani. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Perminov Andrei

În calitate de: Administrator Ofertantul: ImpulsProGroup SRL

Adresa: str. Nicolai Zelinski, nr. 31/B, ap. 51