



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata Dimitrie Cantemir 1, birou nr. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: "25" iulie 2020

Procedura de achiziție Nr.: 21026198

Anunț de participare Nr.: [ocds-b3wdp1-MD-1594808015308](#)

Către: **IMSP SCM nr.1**

I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L. declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr. ---
- b) I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L. se angajează să furnizeze în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri „Echipament medical pentru examinare”
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie **150 048.00 lei (O suta cincizeci mii patruzeci si opt lei)**
- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie: **180 057.60 lei (O suta optzeci mii cincizeci si sapte lei)**
- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L. se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA6**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat:

Nume: Ioan-Răzvan Cârstocea

În calitate de: Administrator

Ofertantul: I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.

Adresa: Piața D. Cantemir 1, mun. Chișinău, Republica Moldova

Data: 25.07.2020



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata Dimitrie Cantemir 1, birou nr. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Specificatii tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție Conform SIA RSAP din Conform SIA RSAP

Denumirea procedurii de achiziție: **Achizitionarea de echipament medical pentru examinare conform necesităților IMSP SCM Nr.1**

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsăt orul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Lot 1 Cantar electronic pentru nou-nascuti	M112600	Germania	ADE	Cîntar pentru nou născuți destinat pentru determinarea greutateii Greutatea maximă: 20 kg Precizie ≤ 5 gr Pornirea/Închiderea: automată Ecran LCD: $\geq 65 \times 25$ mm Alimentare: 220V, 50Hz sau baterie internă Autocalibrare: da Funcția fixare greutate, (TARE): da Funcția Auto-Hold, determinarea	Cîntar pentru nou născuți destinat pentru determinarea greutateii Greutatea maximă: 20 kg Da Precizie ≤ 5 gr Da Pornirea/Închiderea: automată Da Ecran LCD: $\geq 65 \times 25$ mm Da Alimentare: 220V, 50Hz sau baterie internă Da (Baterie și alimentare de 220V, 50 Hz) Autocalibrare: Da Funcția fixare greutate, (TARE): Da	Certificat de conformitate european, ISO

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247-MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata Dimitrie Cantemir 1, birou nr. 1427, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				greutatii copilului chiar daca se misca: da	Funcția Auto-Hold, determinarea greutatii copilului chiar daca se misca: Da (indicator a nivelului bateriei)	
Lot 2 Aspirator chirurgical	Hospivac 350 Full	Italia	CA-MI	Aspiratoarele chirurgicale trebuie să fie capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului. Parametri: 1. Vacuum: - limite min/max: 0 - ≥ 670 mmHg - rata de flux: ≥60 l/min - indicator vacuum: da, eroarea ≥+10% - reglator aspirație: da 2. Vas colector: - În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector: da - Selector mecanic de vas: da - Numărul vaselor: 2 buc - Capacitatea: ≥ 4 L	Aspiratoarele chirurgicale trebuie să fie capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului. Parametri: 1. Vacuum: - limite min/max: 0 - ≥ 670 mmHg Da - rata de flux: ≥60 l/min Da - indicator vacuum: eroarea ≥+10% Da - reglator aspirație: Da 2. Vas colector: - În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector: Da - Selector mecanic de vas: Da (selector electronic) - Numărul vaselor: 2 buc Da - Capacitatea: ≥ 4 L Da (5 L) - Protecție la umplere pentru fiecare	Certificat de conforma te european, ISO

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247-MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata Dimitrie Cantemir 1, birou nr. 1427, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				- Protecție la umplere pentru fiecare vas: da - Vas tip reutilizabil: da 3. Suport: - Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirare: da - Suport cu roțile: ≥ 4 roți - Roti cu frina: da, ≥ 4 roți - Miner pentru transportare: da 4. Accesorii: - Pedală de pornire/oprire a aspirației: da - Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea cablului de alimentare 220 V, 50 Hz: da - Filtru de unică utilizare: +/- 15 buc 5. Nivelul de zgomot, ≤ 50 dBA 6. Tensiunea de alimentare: 220V, 50Hz	vas: Da - Vas tip reutilizabil: Da 3. Suport: - Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirare: Da - Suport cu roțile: ≥ 4 roți Da - Roti cu frina: da, ≥ 4 roți Da - Miner pentru transportare: Da 4. Accesorii: - Pedală de pornire/oprire a aspirației: Da - Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea Da cablului de alimentare 220 V, 50 Hz: Da - Filtru de unică utilizare: +/- 15 buc Da 5. Nivelul de zgomot, ≤ 50 dBA Da 6. Tensiunea de alimentare: 220V, 50Hz	
Lot 3 Lampa pentru	KS-Q7E	China	Shantou Minston Medical	Alimentare: 220V, 50Hz Dimensiunea câmpului luminos: focusabil, ≥ 180 mm Indexul de culoare, Ra: ≥ 95	Conform Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Certificat de conformita

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247-MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata Dimitrie Cantemir 1, birou nr. 1427, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

examinare, brat articulat			Instrum ents	Temperatura culorii: 4000-5500 K Ajustarea intensității luminii: da Cu înălțime reglabilă: diapazon 1500-1800 mm Distanța de lucru: 800-1400 mm Suport: cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticala Baza: cu acoperire anticorozivă, min. 5 roți Tehnologia: Iluminarea bazată pe tehnologia LED Timpul de viață a LED-urilor: ≥ 50000 h Creșterea temperaturii în câmpul luminos: ≤ 1 grad Braț articulat: da Nivelul de iluminare la distanță de 1 m: minim 45 000 lux Mobil pe suport cu minim 5 roți Mâner pentru ajustarea înclinării reflectorului lămpii		te european, ISO
---------------------------------	--	--	-------------------------	---	--	------------------------

Semnat:

Numele: **Ioan Razvan CARSTOCEA** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.** Adresa: Piata D. Cantemir 1



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata Dimitrie Cantemir 1, birou nr. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Specificatii de pret (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție <u>Conform SIA RSAP</u> din <u>Conform SIA RSAP</u>
Denumirea procedurii de achiziție: Achizitionarea de echipament medical pentru examinare conform necesităților IMSP SCM Nr.1

Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA), lei	Preț unitar (cu TVA), lei	Suma fără TVA, lei	Suma cu TVA, lei	Termenul de livrare
2	3	4	5	6	7	8	9
Lot 1 Cantar electronic pentru nou-nascuti	Bucată	12	1 824.00	2 188.80	21 888.00	26 265.60	45 zile din data semnarii contractului Conform SIA RSAP
Lot 2 Aspirator chirurgical	Bucată	4	14 990.00	17 988.00	59 960.00	71 952.00	2 zile din data semnarii contractului Conform SIA RSAP
Lot 3 Lampa pentru examinare, brat articulat	Bucată	11	6 200.00	7 440.00	68 200.00	81 840.00	5 zile din data semnarii contractului Conform SIA RSAP
TOTAL					150 048.00	180 057.60	

*termenul de valabilitate a ofertelor: 30 de zile

Semnat:

Numele: **Ioan Razvan CARSTOCEA** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.** Adresa: Piata D. Cantemir 1

Cod Fiscal 1012600036108; 22242011247-MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata Dimitrie Cantemir 1, birou nr. 1427, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

DECLARATIE

Subsemnatul IOAN RAZVAN CÂRSTOCEA, reprezentantul împuternicit al I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L., declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, ca:

- transportul, livrarea si instalarea echipamentului aferent Pozitiei nr. 1,2,3 se efectueaza la beneficiar, in locatia de livrare, cu personal autorizat si sunt operatiuni incluse in pret.
- perioada de garantie pentru echipamentul aferent Pozitiei 1,2,3 corespunde specificatiei tehnice cerute, 24 de luni din data instalarii si punerii in functiune.

25.07.2020

I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.

Administrator,
Ioan Răzvan Cârstocea