

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1718171411705**

Denumirea procedurii de achiziție: **Recirculatoare bactericide.**

Autoritatea contractantă: **Institutul Neurologie și Neurochirurgie**

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea lot	Denumirea pozitiei	Modelul	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33100000-1	1.	Recirculatoarele bactericide	Recirculatoarele bactericide	ORBB 30x2 Gorizont	Ucraina	BactoSfera	Recirculator Bactericid 200m3/ora Destinat utilizării în spitale, pentru dezinfectarea aerului prin raze UV-C în sala operație, sala proceduri, pansamente, laboratoare,holuri Recirculatorului prevazut pentru dezinfectarea aerului in prezenta personalului si pacientilor, *Dotat doua tuburi bactericide 30W . *Aria de sterilizare $\geq 45-60m^2$ *Unda de iradiere, 253.7 nm *Lungimea Corpului $1000 \times 200 \times 120 \pm 10\%$. *Alimentarea 220V, 50 Hz *Puterea fluxului de aer 200m3/ora . *Nivel de zgomot pina la 37 dB *Instalația fabricata din metal inoxidabil - DA *Fixare pe perete orizontal . *Sa detina filtru particule - DA *Protectie de la scurt circuit - DA *Telecomanda cu timer -DA *Sa detina si buton ON/OFF *Lungime cablu schuko 3m - DA *Orificiu placat cu sticla sau plastic pentru vizualizarea funcționarii- DA	Recirculator Bactericid 200m3/ora Destinat utilizării în spitale, pentru dezinfectarea aerului prin raze UV-C în sala operație, sala proceduri, pansamente, laboratoare,holuri Recirculatorului prevazut pentru dezinfectarea aerului in prezenta personalului si pacientilor, *Dotat trei tuburi bactericide 30W . *Aria de sterilizare - 60m *Unda de iradiere, 254 nm *Lungimea Corpului $1030 \times 125 \times 125$ *Alimentarea 220V, 50 Hz *Puterea fluxului de aer 200m3/ora . *Nivel de zgomot pina la 18 dB *Instalația fabricata din metal inoxidabil - DA *Fixare pe perete orizontal . *Sa detina filtru particule - DA *Protectie de la scurt circuit - DA *Telecomanda cu timer -DA *Sa detina si buton ON/OFF *Lungime cablu schuko 3m - DA	CE/ISO/ Declaratie de conformitate Inregistrat in Registrul de Stat DM000624650 Rg04-000214 din 19.09.2023

Numele, Prenumele **Stela POTINGA**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SA TEHOPTIMED** Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova