

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1675854381915 / 21073217 din: 08.02.2023 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Consumabile pentru sterilizare pentru anul 2023

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
	Indicatoare 134°C, 5 minute	iPack-bio	Rusia	Intersan	Indicatoare chimice pentru controlul sterilității (câte 1000 fișii) 134°C, 5 minute *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	Indicatoare chimice pentru controlul sterilității (câte 1000 fișii) 134°C, 5 minute *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	CE
	Indicatoare 120°C, 45 minute, externe	iPack-bio	Rusia	Intersan	Indicatoare chimice pentru controlul sterilității (câte 1000 fișii) 120°C, 45 minute, externe *Certificat de calitate * Ceritficat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	Indicatoare chimice pentru controlul sterilității (câte 1000 fișii) 120°C, 45 minute, externe *Certificat de calitate * Ceritficat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	CE
	Indicatoare 120°C, 45 minute, interne	iPack-bio	Rusia	Intersan	Indicatoare chimice pentru controlul sterilității (câte 1000 fișii) 120°C, 45 minute, externe *Certificat de calitate * Ceritficat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	Indicatoare chimice pentru controlul sterilității (câte 1000 fișii) 120°C, 45 minute, externe *Certificat de calitate * Ceritficat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	CE

	Indicatoare 132°C, 20 minute, externe	iPack-bio	Rusia	Intersan	Indicatoare chimice pentru controlul sterilității (câte 1000 fișii) 132°C, 20 minute, externe *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	Indicatoare chimice pentru controlul sterilității (câte 1000 fișii) 132°C, 20 minute, externe *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	CE
	Indicatoare 132°C, 20 minute, interne	iPack-bio	Rusia	Intersan	Indicatoare chimice pentru controlul sterilității (câte 1000 fișii) 132°C, 20 minute, interne *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	Indicatoare chimice pentru controlul sterilității (câte 1000 fișii) 132°C, 20 minute, interne *Certificat de calitate * Certificat igienic * Instrucțiunea de utilizare a produsului	CE

Semnat: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv