

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1718266909746 din <u>13 iunie 2024</u>
Obiectul achiziției: <i>Reactivi și consumabile de laborator, repetat (lista neacoperită de CAPCS)</i>

Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 2// Set pentru neonatal screening PCU						
Lot 2/Set pentru neonatal screening PCU	Neonatal Phenylalanine (Product Code: 6199896)	Finlanda	Labsystems Diagnostics Oy	Set pentru neonatal screening PCU, certificat CE, compatibil cu analizator multifuncțional Synergy și să conțină toți reagenții necesari pentru determinarea concentrației de fenilalanină din petele uscate de sânge, set-960 unv-Pentru determinarea concentrației fenilalanine din petele sanguine	Set pentru neonatal screening PCU, certificat CE, compatibil cu analizator multifuncțional Synergy și conține toți reagenții necesari pentru determinarea concentrației de fenilalanină din petele uscate de sânge, set-960 unv-Pentru determinarea concentrației fenilalanine din petele sanguine	CE,
Total lot 2						
TOTAL						

Nume: Victoria Olaru

În calitate de: Director General

Ofertantul: SRL BIOGENETIX SOLUTIONS

Email: victoria.olaru@biogenetix.ro

Adresa socială: mun. Chisinau, str. Aerodromului 10

Data: 23.06.2024