

Anexa No.2 – Lot 2

Analizator în comodat		
Analizator de ultima generația, cu anul producerii nu mai mic de 2023.		Model: DF 55 Producător: Dymind, China
Tip dispozitiv / mod de operare	Analizator hematologic automat, cu operare semi - automată sau complet automată, în funcție de configurație.	Da, corespunde
Metoda de detecție	Citometrie în flux (optică) combinată cu impedanță electronică pentru numărarea WBC/RBC/PLT și spectrofotometrie de absorbție pentru Hgb.	Da, corespunde. Broșura pag 1/2.
Interfața	Ecran tactil color (LCD), tastatură soft, port USB/RS -232 și conectivitate LIS.	Da, corespunde. Broșura pag 1/2.
Productivitate	≥ 55 probe/oră.	Da, corespunde, până la 60 probe/ora. Broșura pag 1/2.
Volum probă	≤ 10 μL.	Da, corespunde, volum proba 20 μL. . Broșura pag 1/2.
Parametri analizați (diferențial 5 diff)	WBC	Da, corespunde. Broșura pag 1/2.
	RBC	Da, corespunde. Broșura pag 1/2.
	PLT	Da, corespunde. Broșura pag 1/2.
	HGB	Da, corespunde. Broșura pag 1/2.
	HCT	Da, corespunde. Broșura pag 1/2.
	MCV	Da, corespunde. Broșura pag 1/2.
	MCH	Da, corespunde. Broșura pag 1/2.
	MCHC	Da, corespunde. Broșura pag 1/2.
	RDW	Da, corespunde. Broșura pag 1/2.
	MPV	Da, corespunde. Broșura pag 1/2.
	LYM# / %	Da, corespunde. Broșura pag 1/2.
	MONO # / %	Da, corespunde. Broșura pag 1/2.
NEU # / %	Da, corespunde. Broșura pag 1/2.	

Anexa No.2 – Lot 2

	EOS # / %	Da, corespunde. Broșura pag 1/2.
	BASO # / %	Da, corespunde. Broșura pag 1/2.
Stocare date	≥ 1500 rezultate cu histograme;	Da, corespunde, până la 100 000 rezultate. Broșura pag 1/2.
	export prin USB sau rețea LIS	Da, corespunde. Broșura pag 1/2.
Program integrat de control al calității	sistem de QC integrat cu grafice Levey-Jennings și fișiere de control intern.	Da, corespunde. User manual Cap. 9 pag.135-177

Semnat: _____

Numele, prenumele: Petru Bolea

În calitate de: Șef Departament Comercial

Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L.

Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova