

Specificații tehnice

Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1722259114763						Data: „05” septembrie 2024		
Denumirea licitației:		Achiziționarea centralizată a Consumabilelor de LABORATOR conform necesităților IMSP - beneficiari pentru anul 2025								
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM	
1	2			3	4	5	6	7	8	
33100 000-1	229	Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea și procesarea sîngelui uman donat în componente sanguine volum 450/400 ml	Sistem închis de containere de plastic pentru recoltarea și procesarea sîngelui uman donat în componente sanguine volum 450/400 ml	Double Blood Bag 450/400ml with 63ml CPDA-1	China	SHANDONG WEIGAO GROUP MEDICAL POLYMER CO.,LTD	Conform anunțului de participare	Materiale de bază ale plasticului: Polivinilclorid și dietilftalat Containerul pentru recoltarea sîngelui: Volum de 450 ml asigurat cu soluție anticoagulantă - Da, a se vedea pag. 3 din broșură Containerul pentru transferul componentului sanguin: a) 1 la număr, b) cu un volum de 400 ml - Da, a se vedea pag. 6 din broșură „Transfer empty bag is also available from 150ml to 200ml” Containerele vor fi asigurate cu: a) două orificii, în partea superioară, pentru fixarea acestuia în presele de separare a dispozitivului de separare în componente sanguine b) două racorduri, în partea superioară pentru conexiunea la sistemul de transfuzie c) fante pe părțile laterale, bine stanate și decupate, pentru fixarea tubulaturii pilot a acestuia d) fantă pe partea inferioară, pentru suspendarea containerului în suportul de transfuzie Soluția anticoagulantă: Va conține citrat de sodiu, fosfat, adenină și dextroză în volum de 63 ml - Da, CPDA-1 63 ml, a se vedea pag. 4 din broșura Wego Blood Bags Brochure.pdf Etichetele de fond și marcajul: Inviolabile și rezistente la T minus 80°C și umiditate sporită Sistemul de recoltare a probei sanguine de laborator: a) pentru eprubetă vacuum, b) dotată cu holder și ac, c) integrat în sistemul închis și steril al tubulaturii de recoltare, d) asigurate cu clame, e) amplasat pe tubulatura de recoltare până la ramificarea racordului Y care va conține: tubulatura de prelevare a sîngelui de donator cu 10 segmente aliate și cod numeric de identificare a acestora tubulaturile de transfer a componentelor sanguine asigurate cu lungimea de minim 40 cm, prezența codului numeric de identificare a acestora și asigurată cu clamă f) utilizare ulterioară inofensivă – obligatoriu prezentă Forma de ambalare: Fiecare unitate ambalată separat Livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător cu menționarea datelor de identitate (denumire, număr lot/serie, termenii de valabilitate, condiții de păstrare) și prezența notificărilor „DE UZ UNIC”, „STERIL” Datele de identitate expuse pe ambalaj vor coincide cu cele de pe eticheta containerului Prezența mostrei: 5 unități	CE, DOC, DM000657462	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Alexandru Șarco În calitate de: Director

Ofertantul: Pharmony SRL Adresa: mun. Chișinău, or. Durești, str. Durești, 4