

Specificații tehnice (F4.1)

			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]						
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1662554616575					Data: „24” octombrie 2022		Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Achiziționarea dispozitivelor medicale (aparate auditive), în vederea realizării Programului Național privind protezarea auditivă, pentru anul 2023					Lot: _____		Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	8		
33100 00-1	1	Aparate auditive pentru maturi cu amplificare ușoară-medie (surditate fr. moderată)	Mosaic P 10 E1	Germania	Sivantos/ Rexton	Durata lansării pe piața mondială (anul lansării): nu mai mult de 5 ani, Experiență clinică a PA: Nu mai puțin de 1an, Ieșirea maximal: 128 dB și mai mult Câștigul maximal: 58 dB și mai mult. Nivel de zgomot nu mai înalt de 24 db. NOTĂ: se vor evalua datele pentru microfonul „omnidirecțional”; Limita inferioară a diapazonului frecvențial: ≤ 200 Hz Limita superioară a diapazonului frecvențial: ≥ 5500 Hz. Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) nu mai mare de 5%. Numarul canalelor de prelucrare numerică a sunetului (pentru adulți): de 12 și mai mult; Accesoriile unui set: PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc. Anti-feedback-prezent; Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 de zile de la data eliberării aparatului). Pe perioada garanției reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei). Termenul de garanție: 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Prezența în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil: Obligator; Prezentarea mostrelor: Obligator.	Anul lansării pe piața mondială: 2018; Experiență clinică a PA: mai mult de 1an; Ieșirea maximală: 138 dB ; Câștigul maximal:75dB. Nivel de zgomot 24 db; Limita inferioară a diapazonului frecvențial: 170 Hz; Limita superioară a diapazonului frecvențial: 6700 Hz; Numarul canalelor de prelucrare numerică a sunetului (pentru adulți): 12 ; Coeficientul distorsiunelor armonice 4/4/1 %. Anti-feedback-prezent; Accesoriile unui set: PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 de zile de la data eliberării aparatului). Notă pentru copii olivă individuală „moale,, Reglarea protezei obligatoriu: Pe perioada garanției reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei). Termenul de garanție: 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Prezența în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil: Prezent, Prezentarea mostrelor: Obligator.	IEC 118-0	
33100 00-1	2	Aparate auditive pentru maturi cu amplificare medie-majoră (surditate severă)	Mosaic P 10 E1	Germania	Sivantos/ Rexton	Durata lansării pe piața mondială (anul lansării): nu mai mult de 5 ani; Experiență clinică a PA: Nu mai puțin de 1an; Ieșirea maximal: 134 dB și mai mult; Câștigul maximal: 75 dB și mai mult. Nivelul de zgomot nu mai înalt de 24 db; NOTĂ: se vor evalua datele pentru microfonul „omnidirecțional”; Limita inferioară a diapazonului frecvențial: ≤ 220 Hz; Limita superioară a diapazonului frecvențial: ≥5500 Hz; Numarul canalelor de prelucrare numerică a sunetului (pentru adulți): de 12 și mai mult. Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) nu mai mare de 5%. Anti-feedback-prezent; Accesoriile unui set: PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 de zile de la data eliberării aparatului). Reglajul protezei obligatoriu: Pe perioada garanției -reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei). Termenul de garanție: 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Prezența în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil: Obligator; Prezentarea mostrelor: Obligator.	Anul lansării pe piața mondială: 2018; Experiență clinică a PA: mai mult de 1an; Ieșirea maximală: 138 dB ; Câștigul maximal:75dB. Nivel de zgomot 24 db; Limita inferioară a diapazonului frecvențial: 170 Hz; Limita superioară a diapazonului frecvențial: 6700 Hz; Numarul canalelor de prelucrare numerică a sunetului (pentru adulți): 12 ; Coeficientul distorsiunelor armonice 4/4/1 %. Anti-feedback-prezent; Accesoriile unui set: PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 de zile de la data eliberării aparatului). Notă pentru copii olivă individuală „moale,, Reglarea protezei obligatoriu: Pe perioada garanției reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei). Termenul de garanție: 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Prezența în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil: Prezent, Prezentarea mostrelor: Obligator.	IEC 118-0	

33100 00-1	3	Aparate auditive pentru maturi cu amplificare majoră (surditate profundă)	Mosaic P 20 8C	Germania	Sivantos/ Rexton	<p>Durata lansării pe piața mondială (anul lansării): nu mai mult de 5 ani; Experiență clinică a PA: Nu mai puțin de 1an; Leșirea maximală: 140 dB și mai mult; Câștigul maximal: 81dB și mai mult; Nivelul de zgomot: Nu mai înalt 23 dB; NOTĂ: se vor evalua datele pentru microfonul „omnidirecțional”; Limita inferioară a diapazonului frecvențial: ≤ 220 Hz; Limita superioară a diapazonului frecvențial: ≥5500 Hz; Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea): Nu mai mare de 5%;Numarul canalelor de prelucrare numerică a sunetului (pentru maturi): 12și mai multe; Anti-feedback: Prezent; Accesoriile unui set: PA – 1 buc.</p> <p>Baterie “Zinc-Air”-12 buc</p> <p>Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului)</p> <p>Notă pentru copii olivă individuală „moale,; Reglajul protezei auditive obligatoriu: Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei); Termenul de garanție: 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic); Prezentă în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil; Prezentarea mostrelor: Obligator.</p>	<p>Anul lansării pe piața mondială: 2020; Experiență clinică a PA: mai mult de 1an; Leșirea maximală: 141 dB ; Câștigul maximal: 81dB. Nivel de zgomot 17 db; Limita inferioară a diapazonului frecvențial: 120 Hz; Limita superioară a diapazonului frecvențial: 5900 Hz; Numarul canalelor de prelucrare numerică a sunetului (pentru copii): 16 ; Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare. - Prezent. Specificarea dată este menționată în fișa tehnică a PA (bobina telefonică). Dimensiuni minime ale aparatului auditiv. Coeficientul distorsiunelor armonice 5/4/1/- %. Anti-feedback-prezent; Accesoriile unui set: PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 de zile de la data eliberării aparatului). Notă pentru copii olivă individuală „moale,; Reglarea protezei obligatoriu: Pe perioada garanției reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei). Termenul de garanție: 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Prezentă în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil: Prezent</p>	IEC 118-0
33100 00-1	4	Aparate auditive pentru copii cu amplificare ușoară-medie (surditate ușoară/moderată)	Mosaic P 20 8C	Germania	Sivantos/ Rexton	<p>Durata lansării pe piața mondială (anul lansării): nu mai mult de 5 ani; Experiență clinică a PA: Nu mai puțin de 1an; Leșirea maximală: 128 dB și mai mult; Câștigul maximal: 58dB și mai mult. Nivel de zgomot nu mai înalt de 24 db; NOTĂ: se vor evalua datele pentru microfonul „omnidirecțional”; Limita inferioară a diapazonului frecvențial: ≤ 200 Hz; Limita superioară a diapazonului frecvențial: ≥5500 Hz; Numarul canalelor de prelucrare numerică a sunetului (pentru copii): 16 și mai mare; Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare. Notă. Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA: Obligator (pentru copii). Dimensiuni minime ale aparatului auditiv. Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) nu mai mare de 5%. Anti-feedback-prezent; Sincronizare și coordonarea binaural - opțional. Accesoriile unui set: PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 de zile de la data eliberării aparatului). Notă pentru copii olivă individuală „moale,; Reglarea protezei obligatoriu: Pe perioada garanției reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei). Termenul de garanție: 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Prezentă în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil: Obligator. Prezentarea mostrelor: Obligator.</p>	<p>Anul lansării pe piața mondială: 2020; Experiență clinică a PA: mai mult de 1an; Leșirea maximală: 141 dB ; Câștigul maximal: 81dB. Nivel de zgomot 17 db; Limita inferioară a diapazonului frecvențial: 120 Hz; Limita superioară a diapazonului frecvențial: 5900 Hz; Numarul canalelor de prelucrare numerică a sunetului (pentru copii): 16 ; Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare. - Prezent. Specificarea dată este menționată în fișa tehnică a PA (bobina telefonică). Dimensiuni minime ale aparatului auditiv. Coeficientul distorsiunelor armonice 5/4/1/- %. Anti-feedback-prezent; Accesoriile unui set: PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 de zile de la data eliberării aparatului). Notă pentru copii olivă individuală „moale,; Reglarea protezei obligatoriu: Pe perioada garanției reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei). Termenul de garanție: 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Prezentă în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil: Prezentarea mostrelor: Obligator.</p>	IEC 118-0
33100 00-1	5	Aparate auditive pentru copii cu amplificare medie-majoră (surditate severă)	Mosaic P 20 8C	Germania	Sivantos/ Rexton	<p>Durata lansării pe piața mondială (anul lansării): nu mai mult de 5 ani; Experiență clinică a PA: Nu mai puțin de 1an; Leșirea maximală: 134 dB și mai mult; Câștigul maximal: 75 dB și mai mult. Nivel de zgomot nu mai înalt de 24 db; NOTĂ: se vor evalua datele pentru microfonul „omnidirecțional”; Limita inferioară a diapazonului frecvențial: ≤ 220 Hz; Limita superioară a diapazonului frecvențial: ≥5500 Hz; Numarul canalelor de prelucrare numerică a sunetului (pentru copii): 16 și mai mare; Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare. Notă. Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA: Obligator (pentru copii). Dimensiuni minime ale aparatului auditiv. Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) nu mai mare de 5%. Anti-feedback-prezent; Sincronizare și coordonarea binaural - opțional. Accesoriile unui set: PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 de zile de la data eliberării aparatului). Notă pentru copii olivă individuală „moale,; Reglarea protezei obligatoriu: Pe perioada garanției reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei). Termenul de garanție: 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic); Prezentă în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil: Obligator. Prezentarea mostrelor: Obligator.</p>	<p>Anul lansării pe piața mondială: 2020; Experiență clinică a PA: mai mult de 1an; Leșirea maximală: 141 dB ; Câștigul maximal: 81dB. Nivel de zgomot 17 db; Limita inferioară a diapazonului frecvențial: 120 Hz; Limita superioară a diapazonului frecvențial: 5900 Hz; Numarul canalelor de prelucrare numerică a sunetului (pentru copii): 16 ; Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare. - Prezent. Specificarea dată este menționată în fișa tehnică a PA (bobina telefonică). Dimensiuni minime ale aparatului auditiv. Coeficientul distorsiunelor armonice 5/4/1/- %. Anti-feedback-prezent; Accesoriile unui set: PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 de zile de la data eliberării aparatului). Notă pentru copii olivă individuală „moale,; Reglarea protezei obligatoriu: Pe perioada garanției reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei). Termenul de garanție: 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Prezentă în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil: Prezentarea mostrelor: Obligator.</p>	IEC 118-0

33100 00-1	6	Aparate auditive pentru copii cu amplificare majoră (surditate profundă)	Mosaic P 20 8C	Germania	Sivantos/ Rexton	<p>Durata lansării pe piața mondială (anul lansării): nu mai mult de 5 ani; Experiență clinică a PA: Nu mai puțin de 1an; Leșirea maximal: 140 dB și mai mult; Câștigul maximal: 81 dB și mai mult. Nivel de zgomot nu mai înalt de 23 db; NOTĂ: se vor evalua datele pentru microfonul „omnidirecțional”;</p> <p>Limita inferioară a diapazonului frecvențial: ≤ 220 Hz; Limita superioară a diapazonului frecvențial: ≥5500 Hz; Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru copii): 16 și mai mare.</p> <p>Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare. Notă. Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA: Obligator (pentru copii). Dimensiuni minimale ale aparatului auditiv. Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) nu mai mare de 5%. Anti-feedback-prezent; Sincronizare și coordonare binaural - obligator. Accesoriile unui set: PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 de zile de la data eliberării aparatului). Notă pentru copii olivă individuală „moale,, Reglarea protezei obligatoriu: Pe perioada garanției reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei). Termenul de garanție: 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Prezentă în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil: Obligator. Prezentarea mostrelor: Obligator.</p>	<p>Anul lansării pe piața mondială: 2020; Experiență clinică a PA: mai mult de 1an; Leșirea maximală: 141 dB ; Câștigul maximal: 81dB. Nivel de zgomot 17 db; Limita inferioară a diapazonului frecvențial: 120 Hz; Limita superioară a diapazonului frecvențial: 5900 Hz; Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru copii): 16 ; Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare. - Prezent. Specificarea dată este menționată în fișa tehnică a PA (bobina telefonică). Dimensiuni minimale ale aparatului auditiv. Coeficientul distorsiunelor armonice 5/4/1/-%. Anti-feedback-prezent; Accesoriile unui set: PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc. Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 de zile de la data eliberării aparatului). Notă pentru copii olivă individuală „moale,, Reglarea protezei obligatoriu: Pe perioada garanției reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei). Termenul de garanție: 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Prezentă în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil: Prezentarea mostrelor: Obligator.</p>	IEC 118-0
---------------	---	--	----------------	----------	---------------------	--	---	-----------

Semnat: Chirtoacă Ludmila, În calitate de: Administrator

Ofertantul: Acustmed SRL, Adresa: mun. Chișinău, str. Columna 49