

LOT 4



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 19 июня 2015 года

№ РЗН 2015/2764

На медицинское изделие

Реагент для обезвоживания и обезжиривания гистологических образцов тканей
«Дегидратант Блик» по ТУ 9398-004-89243190-12

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма
"БликМедиклПродакшн" (ООО НПФ "БликМедиклПродакшн"), Россия,
347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Биржевой спуск, д. 8а, офис 19

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма
"БликМедиклПродакшн" (ООО НПФ "БликМедиклПродакшн"), Россия,
347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Биржевой спуск, д. 8а, офис 19

Место производства медицинского изделия

347900, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Биржевой спуск, д. 8а

Номер регистрационного досье № РД-1480/31582 от 30.08.2013


Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 93 9816

приказом Росздравнадзора от 19 июня 2015 года № 4192
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



М.А. Мурашко

0011592



Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная фирма
«БликМедиклПродакшн»

Россия, 347900, г. Таганрог, пер. Биржевой Спуск 8-а, оф. 19, тел.: (8634) 34-13-38,
Ф-п «Ростов-на-Дону» АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) г. Ростов-на-Дону, БИК 046015233, Р/С 40702810090000000356,
К/С 30101810300000000233, ИНН 6164299736, КПП 615401001, ОКПО 89243190, ОГРН 1106164004396

Технический паспорт

Дегидратант Блик

Назначение: Используется для обезвоживания тканей в процедуре проводки гистологических образцов. Используется после формалина Блик и перед промежуточной смесью I Блик.

Описание:

Прозрачная жидкость со слабым запахом чайного дерева.
Готова к использованию.

Состав: Абсолютизированный дезодорированный изопропанол, отдушка, неионное ПАВ (Triton X15).


Аспект	Допустимые пределы содержания	Результат анализа
Внешний вид	бесцветная прозрачная жидкость, без механических примесей со слабым запахом чайного дерева	соответствует
Плотность	0.785-0.786 г/л	0.785 г/л
Массовая доля изопропанола	не менее 99.7%	соответствует
Массовая доля воды не более	не более 0.15%	соответствует
Массовая доля нелетучего остатка	не более 0.0005%	соответствует
Смешиваемость с водой	смешивается во всех соотношениях	выдерживает испытание
параметр растворимости (δ)	не менее 25 Мпа	соответствует
диэлектрическая проницаемость (ϵ)	не более 18 ф/м	соответствует
кинематическая вязкость (ν)	не более 2.8 сСт	соответствует
плотность (ρ)	не менее 0.70 г/см ³	соответствует


Срок хранения: 1 год.



Подписи _____

Серия № _____





и вымыть полы мыльными
порошками и фартуке).