




**МП ЧЕРНОВИЦКИЙ ЗАВОД
МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ**

58020, Украина, г. Черновцы,
ул. Луговая, 2а
тел./факс (0372)585-130,
585-131, 585-730
e-mail: medvir@utel.net.ua

“ 04 ” 03 2019 г.

СЕРТИФИКАТ № 104

качества алюминиевого колпачка типа К - 3-34 ТУ У 14257180.003-98



Партия №	040			
Количество, тыс.шт	50,0			
Колич.ящиков, шт.	10			
Дата изготовления	28.02.19			

Заказчик: ООО «ДЕПО-ТРИФАРМ»
г.Кишинев Республика Молдова

Грузополучатель тот же

Технические характеристики

Наименование показателя		Требования	Факт.	Заключение
1 Контролируемые размеры в мм: H D D ₁	ТУ У 14257180.003-98	10,7±0,3 34,0 ^{+0,4} _{-0,1} 14,0±0,5	10,7-10,9 34,1 14,0	Соответствует требованиям НД
2 Материал для изготовления: -лента алюминиевая -цвет наружного покрытия	ТУ У 14257180.003-98 ГОСТ 745-2003	марка AlFeSi бесцветный или окрашенный	8011 анодированный	
3 Качество поверхности	ТУ У 14257180.003-98		Удовлетворит.	
4 Гарантийный срок хранения колпачков со дня их изготовления (до укупорки лекарственного средства)	ТУ У 14257180.003-98	3 года	3 года	

Заключение ОТК: Допускается для контакта с лекарственными средствами - заключение санитарных органов № 05.03.02-04/50495 от 20.10.2006.
Декларация о соответствии медицинских изделий № 1 от 10.11.2017.
Качество соответствует требованиям ТУ У 14257180.003-98 изм № 7.
Измерения произведены ОТК МП ЧЗМИ, аттестованным на право проведения измерений – Свидетельство о государственной аттестации № РЮ 037-15 от 23.12.2015.

Зам.президента по производству

Начальник ОТК

Штамп ОТК



Н.П.Ходаковский

О.Г.Андрійчук

Печать завода