

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1557747979985 din 10 iunie 2019						
Denumirea procedurii de achiziție: Licitatie publică pentru Achiziționarea echipamentului pentru Laboratorul pentru controlul calității medicamentelor						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii						
LOT 6: Autosampler pentru cromatograf lichid de performanță înalta compatibil cu Agilent 1200 series	Agilent 1200 Autosampler G1329B, Agilent 1200 Series thermostatted autosampler	Germania	Agilent Technologies	Intervalul de presiune de operare de 0 pina 590-600 bar; Feedback-ul de întreținere devreme, înregistrările electronice de întreținere și erori; Intervalul de injecție: de la 0.1 µL pina la 100 µL în pași de 0,1 µL; Precizie: 0,25 % RSD sau mai puțin; Volum eşantion minim: 1 µL; Carryover: 0.1 % sau mai puțin; Replica injecției: de la 1 pina la 98 dintr-un fiola; Intervalul de viscozitate	Intervalul de presiune de operare de 0 pina 600 bar Feedback-ul de întreținere devreme, înregistrările electronice de întreținere și erori; Intervalul de injecție: de la 0.1 µL pina la 100 µL în pași de 0,1 µL; Precizie: < 0,25 % RSD; Volum eşantion minim: 1 µL; Carryover: < 0.1 %; Replica injecției: de la 1 pina la 99 dintr-un fiola; Intervalul de viscozitate eşantion: 0.2 - 50 cp; Capacitate: de 100 de fiole × 2 ml	

Destinatar: Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Adresa: MD-2028, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Korolenko 2/1

				eşantion: 0.2 - 50 cp; Capacitate: de 100 de fiole × 2 ml, sau optional 15 × 6-ml fiole. Durata ciclului de injecție: 48-52 s pentru viteza de tragere de 190-210 μL / min, viteza de ejecție a 190-210 μL / min, volum de injecție de 4-6 μL; Racirea: setabila de la 4-5 °C la 38-40 °C. Acuratetea: -1 °C la 4-5 °C. Instalare a echipamentului; Instruirea personalului la sediul destinatarului final; Ofertantul va dispune de personalul autorizat în oferirea serviciilor de mentenanță și reparație a utilajului dat. Prezența service-ului local al producătorul utilajului. Sistemul de validare: validările și setul de documente necesare IQ/OQ/PQ	Durata ciclului de injecție: 50 s pentru viteza de tragere de 200 μL / min, viteza de ejecție a 200 μL / min, volum de injecție de 5 μL; Racirea: setabila de la 4 °C la 40 °C. Acuratetea: -1 °C la 4°C. Instalare a echipamentului; Instruirea personalului la sediul destinatarului final; Disponibilitate personalul autorizat în oferirea serviciilor de mentenanță și reparație a utilajului dat. Prezența service-ului local al producătorul utilajului. Calificarea IQ/OQ.	
--	--	--	--	---	--	--

Semnat Numele, prenumele: Nicolai Iasîbaș În calitate de: Director
 Ofertantul Lokmera SRL Adresa: str.București 23a, of.415, Chișinău, MD 2001, Republica Moldova

Destinatar: Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Adresa: MD-2028, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. Korolenko 2/1