

Specificații tehnice (F4.1)

din 15.11.2019

Numărul licitației: 21014214	Alternativa nr.
Denumirea licitației: Sondă convexă (repetat) Conform necesitatilor IMSP Asociația Medicală Teritorială Ciocana	Lot: conform listei solicitate Pagina 1 din 1

Valuta, lei MDL

Codul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 1						
33140000-3	Medical Diagnostic Ultrasound Transducer	TC375TB	Taiwan	Broadsound Corporation	<p>Diapazon frecvența 1.5-6.0 Mhz. Frecvența de bază 3.5 Mhz, Ungiul de vizualizare 70°</p> <p>Multifrecvența în armonici tisulare 3.0, 4.0, 5.0, 6.0. Frecvența în armonici tisulare 5.0.</p> <p>Compatibil cu dispozitiv ultrasonografic diagnostic și cu efect doppler Toshiba TUS-A500 (aplio500). Trasductorul trebuie sa asigure 100% calitatea originală a imaginii ultrasonografice. Nu vor fi acceptate prototipuri s-au accesorii alternative, care vor afecta calitatea imaginii și durabilitatea de utilizare.</p> <p>Construcția transductorului trebuie să fie elaborate din materiale calitative, care vor rezista minim 10 ani de utilizare.</p> <p>Anul producerii 2019.</p>	<p>Tip Array: Convex Frecvență nominală: 3-6MHz Unghiul sectorului / câmpul de vedere: 70 grade Mod de aplicare: Aplicați ansamblul traductorului pe suprafața corpului Aplicație: abdominală, Ob / Gyn. Cap de scanare: 115 mm (lungime) * 75 mm (lățime) * 25 mm (înălțime) Cablul: aproximativ 2 metri (lungime) * 8 mm (diametru) Conector: 150 mm (lungime) * 120 mm (lățime) * 53 mm (înălțime) Greutatea sondei: 1,1 kg</p> <p>Ansamblul de transductor cu ultrasunete Broadsound TC375TB este în mod substanțial echivalent cu ansamblul traductorului Toshiba PVT-375BT dispozitiv predicat. Ambele sunt similare între ele în ceea ce privește caracteristicile și parametrii de utilizare; De asemenea, sunt utilizate pe aceleași sisteme de ultrasunete de diagnostic, cum ar fi Toshiba Aplio 300/400/500, SSA-660A / 680A (Xario / Xario XG / XG 790), SSA-700A / 770A / 780A / 790A.</p> <p>Anul producerii 2019.</p>	CE
	Total lot 1						
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chișinău, str.Cuza Voda 30/1**, tel.022 00 08 24, fax.022 00 08 23