

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1610719712456	Data: „29” ianuarie 2021	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:	Achiziționarea Pungilor de evacuare urostome, conform necesităților IMSP Institutul Oncologic pentru anul 2021	Lot: 1	Pagina: din

Cod CPV	Nr. lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
33100000-1	1	Pungă de evacuare urostomice	One Piece Urostomy Bag (for adult) 4015004U	China	BAO-Health Medical Instrument Co., Ltd	Dimensiunea 10-50 mm. Dintr-un singur component. Partea adezivă din hidrocoloid. Sacul colector cu supapă anti-reflux incorporat. Posibilitatea de golire. Cu material netesut pe partea posterioară. Compus din 3 straturi de înaltă rezistență. Antialergic. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale avizat cu ștampila umedă *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător pe suport hârtie avizate cu ștampila umedă *În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. *Pentru identificarea mai precisă participantul va prezenta poză(e) cu dispozitivul medical avizată cu ștampila umedă * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate și etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulate internațională). Termen de valabilitate cel puțin 18 luni, de la momentul livrării.	Dimensiunea 10-50 mm. Dintr-un singur component. Partea adezivă din hidrocoloid. Sacul colector cu supapă anti-reflux incorporat. Posibilitatea de golire. Cu material netesut pe partea posterioară. Compus din 3 straturi de înaltă rezistență. Antialergic. Codul produsului 4015004U	Declarația de conformitate CE, ISO
		TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Guțan Ghenadie** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ICS “Farmina” SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. Ciocana 8/1**