

Anexa nr.22
la Documentația standard nr.21050008
din “__21__” 01__22__

Numărul procedurii de achiziție 21050008 din 21.01.22							
Obiectul de achiziției: <i>Achizitionarea reactivelor de laborator</i>							
Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origi-ne	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
6	Proba cu timol	Proba cu timol,3x 11 ml	Rusia	Agat	Vezi AP	Metoda de turbodimetrie cantitativ. Lichid concentrat. Monoreagent. Material p/u investigații: ser,plasma EDTA sau heparinizată. Interferențe: bilirubina până la 0,7 mmol/l, hemoglobina până la 1,5 g/l, lipemie până la 2 g/l.Cutia cu 3 flacoane cu volumul de 11 ml, cu reagenți pentru calibrare.	CE,ISO
7	Hb Drabkin (concentrat 1:50)	Hemoglobin 50ml	AGAT	Agat	Vezi AP	Metoda de determinare fotometrică. Lichid concentrat. Monoreagent. Material p/u investigații: sânge proaspăt integru cu K3EDTA. Limita minimă de detecție pentru set $\leq 3,0$ g/l, coeficientul de variație intraserial $\leq 0,1$, coeficientul de variație extraserial $\leq 0,15$. Interferențe: acid ascorbic până la 0,56 mmol/l, glucoza până la 28 mmol/l. Flacoane cu volumul 40-50 ml.	CE,ISO
8	Teste pentru determinarea sifilisului cu RPR carbon Ag în ser ori plasmă.	RPR Carbon Antigen,5 ml	MB	Lorne	Vezi AP	RPR-reagent- suspensie de particule de carbon, invelite cu complex lipidic, cu cardiolipină, lecitină și colesterol în soluție tampon de fosfați , pH 7 , cu control pozitiv și negativ inclus în set.	CE,ISO
16	Set de control cu două concentrații pentru proteina și glucoza în urină	БМ-контроль-ССК + глюкоза и рН с калибратором 8*10ml	Rusia	Medlacor	Vezi AP	Set conține 4fl x10.0ml cu o concentrație pentru proteina și glucoza și 4fl x10ml cu o altă concentrație pentru proteina și glucoză.	CE,ISO

Semnat:_____ Numele, prenumele: Ceaicovschi Tudor În calitate de: Director General

Ofertantul: „GBG-MLD” SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Tighina, 65, of. 607