



"ECOCHIMIE" S.R.L.
bd. Cuza Vodă 5/1 bir. 403, MD-2060, mun. Chișinău
Tel.: /022/109-111. Fax: /022/109-222
e-mail: info@ecochimie.md

Destinatar:
Tel./Fax:
Nr. și data procedurii:

IMSP Institutul de Medicina Urgenta
Serviciul achiziții publice
Telefonul de contact 022250809, 022250707E-mail achizitii@urgenta.md
ocds-b3wdp1-MD-1583932723870 din 01.04.2020

Specificații tehnice (F4.1)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7	8
13,1	33600000-6	13. Articole de uztenzilă, consum și veselă de laborator	19059	China	NRLE Co.	13.1. Dozator semiautomat unicanal - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 10 mkl-100 mkl. Pasul schimbului diviziunilor: 0,1 μL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±1,5%; Vol.med. ≤ ±1,2%; Vol.max ≤ ± 0,8%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 1,0%; Vol.med. ≤ 0,6%; Vol.max ≤ 0,2%.Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotativ smarties-ului pe piston. Rezistent la autoclavare 121°C/20min. Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). De prezentat exemple de dozatoare. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Certificat European. Certificat metrologic.	Pipeta automata, monocanal, Vol. VARIABIL 10-100 μl/1μl, precizie 0.15%-1.5%, acuratete 0.8%-3.0%, semiautoclavabila, cu verificare metrologica.	ISO, CE Marca



13,2	33600000-6	13. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator	19060	China	NRLE Co.	13.2. Dozator semiautomat unicanal - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota**Dozator semiautomat unicanal cu volum reglabil 20 mkl-200 mkl cu metrologie. Pasul schimbului diviziunilor: 0,2 μL. Inacuratețe maximală (E%): Vol.min. ≤ ±1,5%; Vol.med. ≤ ±1,1%; Vol.max ≤ ± 0,6%. Imprecizie (CV%): Vol.min. ≤ 0,6%; Vol.med. ≤ 0,4%; Vol.max ≤ 0,2%. Stabilitatea înaltă a volumului reglat cu ajutorul mecanismului de oprire a clicurilor și butonului rotativ smarties-ului pe piston. Rezistent la autoclavare 121°C/20min. Set pentru calibrare rapidă cu mecanism de blocare a cheilor. Marcaj: CE (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010). De prezentat exemple de dozatoare. Prezentare obligator: Certificat de la producător. Certificat European. Certificat metrologic.	Pipeta automata, monocanal, Vol. VARIABIL 20-200 μl/1μl, precizie 0.15%-1.0%, acuratete 0.6%-3.0%, semiautoclavabila, cu verificare metrologica.	ISO, CE Marca
------	------------	--	-------	-------	----------	--	--	---------------

Specificații de preț (F4.2)

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unit de măsură (U/M)	Cantitatea, U/M	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13,1	33600000-6	13. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator	Set	1	566.0000	679.2000	566.00	679.20	Timp de 24 ore după efectuarea comenzii
13,2	33600000-6	13. Articole de uztensilă, consum și veselă de laborator	Set	1	566.0000	679.2000	566.00	679.20	Timp de 24 ore după efectuarea comenzii
Total, lei (Suma fără TVA, Suma cu TVA)							1 132.00	1 358.40	

- Prețurile sunt indicate pentru cantitățile solicitate.
- Oferta este valabilă în decurs de 60 zile din data prezentării.
- Prețurile includ toate taxele și impozitele determinate de legislația în vigoare.
- Condiții de livrare DDP INCOTERMS 2013.
- Termenii de livrare - conform graficului, care va fi stabilit la momentul încheierii Contractului.
- Termenii de valabilitate sunt stabilite de producător, restanța lor fiind nu mai puțin de 80 %.
- Certificatele de calitate ale produselor chimice de la Producător vor fi prezentate la data livrării mărfii.
- Produsele chimice precursori vor putea fi predate doar cu deținerea de către Beneficiar a Autorizației speciale a MS pentru acestea.
- Conform HG Nr. 1088 din 05.10.2004 la data livrării bunurilor Beneficiarul trebuie să prezinte Autorizație pentru activitate cu precursori.

În așteptarea deciziei Dumeavoastră,
Cu respect,
directorul SRL "ECOCHEMIE"
Nicolae Iurcu

