

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1672129951352 din <u>16.01.2023</u>						
	Obiectul achiziției: <i>Consumabile și seturi jetabile pentru a.2023</i>						
	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri/servicii						
2.	Lotul-2. Cearșaf jetabil steril	Cearșaf jetabil steril	Turcia	Total Îth. Îhr. Ltd. Ști	material netesut (160mm 200mm) (+/-10cm)	material netesut (160mm 200mm) (+/-10cm)	CE , ISO 13485
3.	Lotul-3. Cearșaf medical nesteril	Cearșaf medical nesteril	Turcia	Total Îth. Îhr. Ltd. Ști	material neșesut ,SMS (160*200), 29/35 g/m.p., (+/- 10cm)	material neșesut ,SMS (160*200), 29/35 g/m.p., (+/- 10cm)	CE , ISO 13485
4.	Lotul-4. Husa pentru laparoscop.	Husa pentru laparoscop.	Turcia	Total Îth. Îhr. Ltd. Ști	p/u protejarea camerei de laparoscop chir.sterila (30cmx250cm) (+/-10cm)	p/u protejarea camerei de laparoscop chir.sterila (30cmx250cm) (+/-10cm)	CE , ISO 13485
5.	Lotul-5. Husa pentru masa de operatii.	Husa pentru masa de operatii.	Turcia	Total Îth. Îhr. Ltd. Ști	Husă sterilă din material transparent p-ru masa de operatii (200cmx300cm) (+/-10cm)	Husă sterilă din material transparent p-ru masa de operatii (200cmx300cm) (+/-10cm)	CE , ISO 13485
9.	Lotul-9. Set steril Mayo standart Cover	Set steril Mayo standart Cover	Turcia	Total Îth. Îhr. Ltd. Ști	(80x145cm) (+/-10cm)	(80x145cm) (+/-10cm)	CE , ISO 13485
11.	Lotul-11. Set Husa intarita pentru suport Mayo sterila Sandart Cover	Set Husa intarita pentru suport Mayo sterila Sandart Cover	Turcia	Total Îth. Îhr. Ltd. Ști	(La-32in/80cm L-56in/144cm) (+/-10cm)	(La-32in/80cm L-56in/144cm) (+/-10cm)	CE , ISO 13485
12.	Lotul-12. Set din articole neșesute sterile (pentru adenom)	Set din articole neșesute sterile (pentru adenom)	Turcia	Total Îth. Îhr. Ltd. Ști	Set din articole neșesute sterile (pentru adenom) Componenta minimă : - cearșaf impermeabil p/u masa instrumente min.140x75 cm – min. 1 buc, - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min. 50 cm adeziva, min.160x150 cm – min. 1 buc, - cearșaf TUR pentru pacient min. 300x160x230 cm cu sac colector lichide - min. 1 buc, - husa protecție aparat min. 250x30 cm – min. 1 buc, - scutece absorbante min. 50x50 cm – min. 2 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min. 40 cm – min. 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/- 10cm)	Set din articole neșesute sterile (pentru adenom) Componenta minimă : - cearșaf impermeabil p/u masa instrumente min.140x75 cm – min. 1 buc, - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min. 50 cm adeziva, min.160x150 cm – min. 1 buc, - cearșaf TUR pentru pacient min. 300x160x230 cm cu sac colector lichide - min. 1 buc, - husa protecție aparat min. 250x30 cm – min. 1 buc, - scutece absorbante min. 50x50 cm – min. 2 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min. 40 cm – min. 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/- 10cm)	CE , ISO 13485

13.	Lotul-13. Set din articole neșesute sterile (pentru urologie)	Set din articole neșesute sterile (pentru urologie)	Turcia	Total Îth. Îhr. Ltd. Ști	Set din articole neșesute sterile (pentru urologie) Componenta minimă: - Cearșaf impermeabil p/u masa instrumente min. 140x75 cm – min. 1 buc, - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min. 50 cm adeziva, min. 160x150 cm – min. 1 buc, - cearșaf TUR pentru pacient min. 300x160x230 cm cu sac colector lichide - min. 1 buc, - scutece absorbante min. 70x50 cm – min. 2 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, bandă adezivă min. 40 cm – min. 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/- 10cm)	Set din articole neșesute sterile (pentru urologie) Componenta minimă: - Cearșaf impermeabil p/u masa instrumente min. 140x75 cm – min. 1 buc, - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min. 50 cm adeziva, min. 160x150 cm – min. 1 buc, - cearșaf TUR pentru pacient min. 300x160x230 cm cu sac colector lichide - min. 1 buc, - scutece absorbante min. 70x50 cm – min. 2 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, bandă adezivă min. 40 cm – min. 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/- 10cm)	CE , ISO 13485
14.	Lotul-14. Set din articole neșesute sterile (pentru laparotomie)	Set din articole neșesute sterile (pentru laparotomie)	Turcia	Total Îth. Îhr. Ltd. Ști	Set din articole neșesute sterile (pentru laparotomie) Componenta minimă: - cearșaf combinat SMS/impermeabil p/u masa instrumente min. 150x150 cm – min. 1 buc, - cearșaf Sac „Mayo” min. 140x75 cm, impermeabil, p/u masa instrumente, cu zona absorb min. 80x75 cm – min. 1 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 300x160 cm cu câmp adeziv si abs.incizia min. 30x20 cm - min. 1 buc, - scutece absorbante min. 70x50 cm – min. 10 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min. 40 cm – min. 2 buc - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/- 10cm)	Set din articole neșesute sterile (pentru laparotomie) Componenta minimă: - cearșaf combinat SMS/impermeabil p/u masa instrumente min. 150x150 cm – min. 1 buc, - cearșaf Sac „Mayo” min. 140x75 cm, impermeabil, p/u masa instrumente, cu zona absorb min. 80x75 cm – min. 1 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 300x160 cm cu câmp adeziv si abs.incizia min. 30x20 cm - min. 1 buc, - scutece absorbante min. 70x50 cm – min. 10 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min. 40 cm – min. 2 buc - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/- 10cm)	CE , ISO 13485
15.	Lotul-15. Set din articole neșesute	Set din articole neșesute	Turcia	Total Îth. Îhr. Ltd. Ști	Set chirurgical de câmpuri sterile pentru intervenții spinale cu nivel sporit de lichide Componenta minimă: - Câmp de sterilizare min.90x90 cm din SMS - min. 1 buc. - Câmp pentru masă de instrumente cu zona reînfortata cu SMS min. 150x230 cm – min. 1 buc. - Câmp de Masa Mayo cu reînfortare SMS min. 80x140 cm – min. 1 buc. - Șervețel pentru absorbție să nu lase scame – min 40x60 cm – min . 1 buc. - Pungă pentru sutură, celuloză cu adeziv pentru fixare – min. 1 buc. - Cîmp spinal în formă de U min 190x300 cm – 1 min. 1 buc. - Zona de incizie min.10x100. - Bandă de poziționare pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățime min. de 5 cm. - Zona absorbantă pe toată suprafața de incizie, rezistentă la penetrare lichide de min. 145 cm de H2O/cm2. - Fixatoare pentru tuburi min. – 4 buc. din SMS - Material SMS pe toată suprafața cîmpului, cu rezistență lichide min 60 cm. H2O/cm2 - Cîmp parte superioară min. 160x270 cm – min. 1 buc. - Zona de absorbție Brațelor - Bandă de poziționare pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătură, lățimea min. 5 cm. - Zona absorbantă pe toată suprafața de incizie, rezistentă la penetrare lichide de min. 150 cm de H2O/cm2 - Fixatore pentru tuburi – min. 2 buc.. din SMS - Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide min. 55 cm H2O/cm2 - Fixator pentru tuburi – min. 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/- 10cm)	Set chirurgical de câmpuri sterile pentru intervenții spinale cu nivel sporit de lichide Componenta minimă: - Câmp de sterilizare min.90x90 cm din SMS - min. 1 buc. - Câmp pentru masă de instrumente cu zona reînfortata cu SMS min. 150x230 cm – min. 1 buc. - Câmp de Masa Mayo cu reînfortare SMS min. 80x140 cm – min. 1 buc. - Șervețel pentru absorbție să nu lase scame – min 40x60 cm – min . 1 buc. - Pungă pentru sutură, celuloză cu adeziv pentru fixare – min. 1 buc. - Cîmp spinal în formă de U min 190x300 cm – 1 min. 1 buc. - Zona de incizie min.10x100. - Bandă de poziționare pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățime min. de 5 cm. - Zona absorbantă pe toată suprafața de incizie, rezistentă la penetrare lichide de min. 145 cm de H2O/cm2. - Fixatoare pentru tuburi min. – 4 buc. din SMS - Material SMS pe toată suprafața cîmpului, cu rezistență lichide min 60 cm. H2O/cm2 - Cîmp parte superioară min. 160x270 cm – min. 1 buc. - Zona de absorbție Brațelor - Bandă de poziționare pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătură, lățimea min. 5 cm. - Zona absorbantă pe toată suprafața de incizie, rezistentă la penetrare lichide de min. 150 cm de H2O/cm2 - Fixatore pentru tuburi – min. 2 buc.. din SMS - Material SMS pe toată suprafața câmpului, cu rezistență lichide min. 55 cm H2O/cm2 - Fixator pentru tuburi – min. 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/- 10cm)	CE , ISO 13485

16.	Lotul-16. Set din articole nețesute sterile (pentru intervenții proctologie)	Set din articole nețesute sterile (pentru intervenții proctologie)	Turcia	Total Îth. Îhr. Ltd. Ști	Set din articole netesute sterile (pentru proctologie) Componenta minimă: - cearșaf impermeabil p/u masa instrumente min. 80x70 cm – min. 1 buc, - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min.50 cm adezivă, min. 160x150 cm – min.1 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 300x150 cm cu câmp min.13x13 cm, - săculeț p/u lichide – min.1 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min.2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/- 10cm)	Set din articole netesute sterile (pentru proctologie) Componenta minimă: - cearșaf impermeabil p/u masa instrumente min. 80x70 cm – min. 1 buc, - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min.50 cm adezivă, min. 160x150 cm – min.1 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 300x150 cm cu câmp min.13x13 cm, - săculeț p/u lichide – min.1 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min.2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/- 10cm)	CE , ISO 13485
17.	Lotul-17. Set din articole nețesute sterile (pentru intervenții la membrul superior)	Set din articole nețesute sterile (pentru intervenții la membrul superior)	Turcia	Total Îth. Îhr. Ltd. Ști	Set din articole nețesute sterile (pentru intervenții la membrul superior) Componenta minimă: - cearșaf SMS min.200x160 cm – min.2 buc, - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min.50 cm adeziva, min.160x150 cm – min. 2 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 290x250x160cm cu câmp adeziv si abs.incizia diam. min. 25 cm – min.1 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva 40 cm – 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/- 10cm)	Set din articole nețesute sterile (pentru intervenții la membrul superior) Componenta minimă: - cearșaf SMS min.200x160 cm – min.2 buc, - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min.50 cm adeziva, min.160x150 cm – min. 2 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 290x250x160cm cu câmp adeziv si abs.incizia diam. min. 25 cm – min.1 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva 40 cm – 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/- 10cm)	CE , ISO 13485
18.	Lotul-18. Set din articole nețesute sterile (pentru intervenții la femur)	Set din articole nețesute sterile (pentru intervenții la femur)	Turcia	Total Îth. Îhr. Ltd. Ști	Set din articole nețesute sterile (pentru intervenții la femur) Componenta minimă: - cearșaf SMS min.200x160 cm – min.2 buc, - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min. 50 cm adeziva, min. 160x150 cm – min. 2 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 260x200cm cu slit min. 100x6 cm, adeziv pe perimetru – min.1buc, - scutece absorbante min.70x50 cm – min.2 buc, - husa protecție picior min.120x40 cm – min. 1 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)	Set din articole nețesute sterile (pentru intervenții la femur) Componenta minimă: - cearșaf SMS min.200x160 cm – min.2 buc, - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min. 50 cm adeziva, min. 160x150 cm – min. 2 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 260x200cm cu slit min. 100x6 cm, adeziv pe perimetru – min.1buc, - scutece absorbante min.70x50 cm – min.2 buc, - husa protecție picior min.120x40 cm – min. 1 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)	CE , ISO 13485
19.	Lotul-19. Set din articole nețesute sterile (pentru intervenții la gamba)	Set din articole nețesute sterile (pentru intervenții la gamba)	Turcia	Total Îth. Îhr. Ltd. Ști	Set din articole nețesute sterile (pentru intervenții la gamba) Componenta minimă : - cearșaf SMS min.200x160 cm – min.2 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 260x200cm cu slit min. 100x6 cm, adeziv pe perimetru – min. 1buc, - scutece absorbante min.50x50 cm – min.2 buc,,- bahile „cizmulite” H min. 50cm– min 1 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm– min.2 buc, banda adeziva min.40 cm– min.2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)	Set din articole nețesute sterile (pentru intervenții la gamba) Componenta minimă : - cearșaf SMS min.200x160 cm – min.2 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 260x200cm cu slit min. 100x6 cm, adeziv pe perimetru – min. 1buc, - scutece absorbante min.50x50 cm – min.2 buc,,- bahile „cizmulite” H min. 50cm– min 1 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm– min.2 buc, banda adeziva min.40 cm– min.2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)	CE , ISO 13485

20.	Lotul-20. Set din articole neșesute sterile (pentru craniotomie)	Set din articole neșesute sterile (pentru craniotomie)	Turcia	Total Îth. Îhr. Ltd. Ști	Set chirurgical de câmpuri sterile pentru craniotomie cu nivel sporit de lichide. Componența minimă a setului: - Câmp pentru Craniotomie min. 310x190x340 cm – min. 1 buc. - Film de incizie integrat în câmpul operator dimensiuni min. 20x30 cm, fenestrare ovală. - Zona absorbantă pe toată suprafața de incizie, rezistentă la penetrare lichide de min. 150 cm de H2O/cm2 - Fixator pentru tuburi cu bandă velcro – min. 2 buc. - Pungă de colectare a lichidelor cu port de drenare si nivel de separare a deșeurilor, integrat în câmpul chirurgical min. 60x115 cm - Material SMS pe toată suprafața câmpului cu rezistență lichide min.60 cm H2O/cm2 - Câmp de sterilizare min. 90x90x cm din SMS – min. 1 buc. - Câmp chirurgical pentru Masa Mare de instrumente câmp pentru masa instrumente cu zona reînforșata cu SMS min. 160x280 cm – min. 1 buc. - Câmp pentru Masa Mayo cu reînforșare SMS min. 80x150x – min. 1 buc. - Șervețele sterile pentru absorbție de lichid, să nu lase scame, min. 50x60 cm – min. 2 buc. - Pungă pentru suturi din Celuloză – min. 1 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)	Set chirurgical de câmpuri sterile pentru craniotomie cu nivel sporit de lichide. Componența minimă a setului: - Câmp pentru Craniotomie min. 310x190x340 cm – min. 1 buc. - Film de incizie integrat în câmpul operator dimensiuni min. 20x30 cm, fenestrare ovală. - Zona absorbantă pe toată suprafața de incizie, rezistentă la penetrare lichide de min. 150 cm de H2O/cm2 - Fixator pentru tuburi cu bandă velcro – min. 2 buc. - Pungă de colectare a lichidelor cu port de drenare si nivel de separare a deșeurilor, integrat în câmpul chirurgical min. 60x115 cm - Material SMS pe toată suprafața câmpului cu rezistență lichide min.60 cm H2O/cm2 - Câmp de sterilizare min. 90x90x cm din SMS – min. 1 buc. - Câmp chirurgical pentru Masa Mare de instrumente câmp pentru masa instrumente cu zona reînforșata cu SMS min. 160x280 cm – min. 1 buc. - Câmp pentru Masa Mayo cu reînforșare SMS min. 80x150x – min. 1 buc. - Șervețele sterile pentru absorbție de lichid, să nu lase scame, min. 50x60 cm – min. 2 buc. - Pungă pentru suturi din Celuloză – min. 1 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)	CE , ISO 13485
21.	Lotul-21. Set din articole neșesute sterile (pentru ORL)	Set din articole neșesute sterile (pentru ORL)	Turcia	Total Îth. Îhr. Ltd. Ști	Set din articole neșesute sterile (pentru ORL) Componenta minimă: - cearșaf impermeabil p/u masa instrumente min. 80x70 cm – min.1 buc, - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min.50 cm adeziva, min.160x150 cm – min. 1 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 200x160 cm cu slit min. 100x6 cm, adeziv pe perimetru - min. 1buc, - scutece absorbante min.70x50 cm – min. 1 buc, - șorț impermeabil lung. min.140 cm – min. 1 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)	Set din articole neșesute sterile (pentru ORL) Componenta minimă: - cearșaf impermeabil p/u masa instrumente min. 80x70 cm – min.1 buc, - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min.50 cm adeziva, min.160x150 cm – min. 1 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 200x160 cm cu slit min. 100x6 cm, adeziv pe perimetru - min. 1buc, - scutece absorbante min.70x50 cm – min. 1 buc, - șorț impermeabil lung. min.140 cm – min. 1 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/-10cm)	CE , ISO 13485
22.	Lotul-22. Set din articole neșesute sterile (pentru urologia generala)	Set din articole neșesute sterile (pentru urologia generala)	Turcia	Total Îth. Îhr. Ltd. Ști	Set din articole neșesute sterile (pentru urologia generala) Componenta minimă: - cearșaf SMS min. 200x160 cm – min. 2 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 250x160 cm cu câmp adeziv si abs.incizia min. 30x15 cm-1 buc, - scutece absorbante min.70x50 cm – min. 2 buc, - punga cu banda adeziva min.30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min. 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/- 10cm)	Set din articole neșesute sterile (pentru urologia generala) Componenta minimă: - cearșaf SMS min. 200x160 cm – min. 2 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 250x160 cm cu câmp adeziv si abs.incizia min. 30x15 cm-1 buc, - scutece absorbante min.70x50 cm – min. 2 buc, - punga cu banda adeziva min.30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min. 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/- 10cm)	CE , ISO 13485
23.	Lotul-23. Set din articole neșesute sterile (pentru laparoscopie)	Set din articole neșesute sterile (pentru laparoscopie)	Turcia	Total Îth. Îhr. Ltd. Ști	Set din articole neșesute sterile (pentru laparoscopie) Componenta minimă : - cearșaf impermeabil p/u masa instrumente min.140x75 cm – min.1 buc, - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min. 50 cm adeziva, min. 160x150 cm – min. 1 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 250x160 cm cu câmp adeziv si abs.incizia min. 30x20 cm – min.1 buc, - husa protecție aparat min. 250x30 cm – min.1 buc, - scutece absorbante min. 70x50 cm – min. 3 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min. 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/- 10cm)	Set din articole neșesute sterile (pentru laparoscopie) Componenta minimă : - cearșaf impermeabil p/u masa instrumente min.140x75 cm – min.1 buc, - cearșaf SMS p/u masa instrumente cu bordura min. 50 cm adeziva, min. 160x150 cm – min. 1 buc, - cearșaf câmp pentru pacient min. 250x160 cm cu câmp adeziv si abs.incizia min. 30x20 cm – min.1 buc, - husa protecție aparat min. 250x30 cm – min.1 buc, - scutece absorbante min. 70x50 cm – min. 3 buc, - punga cu banda adeziva min. 30x25 cm – min. 2 buc, banda adeziva min.40 cm – min. 2 buc. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/- 10cm)	CE , ISO 13485

24.	Lotul-24. Set din articole neșesute sterile (pentru masă mare de instrumente)	Set din articole neșesute sterile (pentru masă mare de instrumente)	Turcia	Total Îth. Îhr. Ltd. Ști	Câmp pentru masă de instrumente. Steril. Componența minimă a setului: - cearșaf min. 240x160 cm – min. 1 buc., din material neșesut, polistratificat, 2 straturi: impermeabil; absorbant cu zona de absorbție minim min. 75x240 cm. Capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. Rezistent la rupere. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/- 10cm)	Câmp pentru masă de instrumente. Steril. Componența minimă a setului: - cearșaf min. 240x160 cm – min. 1 buc., din material neșesut, polistratificat, 2 straturi: impermeabil; absorbant cu zona de absorbție minim min. 75x240 cm. Capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. Rezistent la rupere. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/- 10cm)	CE , ISO 13485
25.	Lotul-25. Set chirurgical universal de câmpuri sterile.	Set chirurgical universal de câmpuri sterile.	Turcia	Total Îth. Îhr. Ltd. Ști	Set chirurgical universal de câmpuri sterile. Componența minimă a setului: - Câmp de sterilizare min. 96x96 cm din SMS - min. 1 buc - Câmp pentru masa de instrumente cu zona reînfortată cu SMS min. 152x229 cm – min. 1 buc - Câmp pentru Masa Mayo cu reînfortare SMS min. 80x145 cm - min. 1 buc - Șervețele pentru absorbție sa nu lase scame min. 38x56 cm – min. 1 buc - Pungă pentru sutură, celuloza cu adeziv p/u fixare - min. 1buc - Câmp spinal în formă de U. min.193x305 cm - 1 buc - Zona de incizie – min. 10x101 cm; - Banda de poziționare pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățimea de min. 5 cm; - Zona absorbanta pe toata suprafața de incizie, rezistentă la penetrare lichide de min. 140 cm de H2O/cm2 - Fixatoare pentru tuburi – min. 4 buc. din SMS; - Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide minim 55 cm H2O/cm2 - Câmp parte superioară min. 157 x268 cm - min. 1 buc - Zona pentru acoperirea brațelor; - Banda de poziționare - pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățimea de min. 5 cm; - Zona absorbanta - pe toata suprafața de incizie; rezistentă la penetrare lichide de min. 150 cm de H2O/cm2 - Fixatoare pentru tuburi - min.2 buc. din SMS - Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide min.55 cm H2O/cm2. - Fixatoare pentru tuburi - min. 2 buc. din SMS - Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide min 55 cm H2O/cm2. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/- 10cm)	Set chirurgical universal de câmpuri sterile. Componența minimă a setului: - Câmp de sterilizare min. 96x96 cm din SMS - min. 1 buc - Câmp pentru masa de instrumente cu zona reînfortată cu SMS min. 152x229 cm – min. 1 buc - Câmp pentru Masa Mayo cu reînfortare SMS min. 80x145 cm - min. 1 buc - Șervețele pentru absorbție sa nu lase scame min. 38x56 cm – min. 1 buc - Pungă pentru sutură, celuloza cu adeziv p/u fixare - min. 1buc - Câmp spinal în formă de U. min.193x305 cm - 1 buc - Zona de incizie – min. 10x101 cm; - Banda de poziționare pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățimea de min. 5 cm; - Zona absorbanta pe toata suprafața de incizie, rezistentă la penetrare lichide de min. 140 cm de H2O/cm2 - Fixatoare pentru tuburi – min. 4 buc. din SMS; - Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide minim 55 cm H2O/cm2 - Câmp parte superioară min. 157 x268 cm - min. 1 buc - Zona pentru acoperirea brațelor; - Banda de poziționare - pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătura, lățimea de min. 5 cm; - Zona absorbanta - pe toata suprafața de incizie; rezistentă la penetrare lichide de min. 150 cm de H2O/cm2 - Fixatoare pentru tuburi - min.2 buc. din SMS - Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide min.55 cm H2O/cm2. - Fixatoare pentru tuburi - min. 2 buc. din SMS - Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide min 55 cm H2O/cm2. - La toate dimensiunile se admite o diviere (+/- 10cm)	CE , ISO 13485
26.	Lotul-26. Set urologic TUR	Set urologic TUR	Turcia	Total Îth. Îhr. Ltd. Ști	prosop de celuloza 18x25 cm 1 x suport p/u tub 9x18 cm husa TUR 175/270x180 cm prevazuta cu punga colectoare, orificii 8 cm si 5 cm 1 x câmp masa 150x190 cm, 75x 190 cm absorbant	prosop de celuloza 18x25 cm 1 x suport p/u tub 9x18 cm husa TUR 175/270x180 cm prevazuta cu punga colectoare, orificii 8 cm si 5 cm 1 x câmp masa 150x190 cm, 75x 190 cm absorbant	CE , ISO 13485

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Chirtoacă Iurie În calitate de: Administrator

Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: mun. Chisinau, str-la Burebista 23