

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1755167088459									
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale cu specificații tehnice generice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice									
Autoritatea contractantă: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE									
Nr. Lot	Denumirea lot	Denumirea pozitie	Modelul	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
9	Lampă germicida (varianta de masă) 130130	Lampă germicida (varianta de masă) 130130	OBB-30P Ozone Free	Ucraina	LLC Bactosfera	Lampă germicida (varianta de masă) Cod 130130 Descriere Lampă de cuarț pentru sterilizarea acului, lichidului etc. Alimentare 220V, 50Hz Mobilă obligatoriu Numar de tuburi 1 sau 2 ≥ 30W Spectru de raze UV + vizibil Tuburi ≥ 8000 ore Unghiul de iradiere fara reflector Lampă germicidă fără eliminarea ozonului obligatoriu	Lampă germicida (varianta de masă) Cod 130130 Descriere Lampă de cuarț pentru sterilizarea acului, lichidului etc. da Alimentare 220V, 50Hz da Mobilă obligatoriu da Numar de tuburi 1 30W Spectru de raze UV + vizibil Tuburi 9000 ore da Unghiul de iradiere fara reflector Lampă germicidă fără eliminarea ozonului obligatoriu da	Declaratia de conformitate, ISO DM000624624	
10	Lampă germicidă (varianta staționară) 130140	Lampă germicidă (varianta staționară) 130140	OBB-30S	Ucraina	LLC Bactosfera	Lampă germicidă (varianta staționară) Cod 130140 Descriere Lampă de cuarț pentru sterilizarea acului în încăperea sălii de proceduri, sălii de operație, salon, etc. Alimentare 220V, 50Hz Montabila pe tavan sau perete obligatoriu Lampa cu tub inclus cu 1 tub, minim 15W Spectru de raze UV + vizibil Unghiul de iradiere minim 180 grade Timpul de funcționare a lămpilor ≥ 8000 ore Lampă germicidă fără eliminarea ozonului obligatoriu	Lampă germicidă (varianta staționară) Cod 130140 Descriere Lampă de cuarț pentru sterilizarea acului în încăperea sălii de proceduri, sălii de operație, salon, etc. da Alimentare 220V, 50Hz da Montabila pe tavan sau perete obligatoriu da Lampa cu tub inclus cu 1 tub, 30W Spectru de raze UV + vizibil da Unghiul de iradiere 180 grade da Timpul de funcționare a lămpilor 9000 ore Lampă germicidă fără eliminarea ozonului obligatoriu da	Declaratia de conformitate, ISO DM000624627	
11	Lampă germicidă (varianta staționară 20m) 130150	Lampă germicidă (varianta staționară 20m) 130150	OBB-30S	Ucraina	LLC Bactosfera	Lampă germicidă (varianta staționară 20m) Cod 130150 Descriere Lampă de cuarț pentru sterilizarea acului în încăperea sălii de proceduri, sălii de operație, salon, etc. Alimentare 220V, 50Hz Montabila pe tavan sau perete obligatoriu Lampa cu tub inclus cu 1 tub min. 30W, area de dezinfectare ≥ 20 m² Spectru de raze UV + vizibil Unghiul de iradiere minim 180 grade Timpul de funcționare a lămpilor ≥ 8000 ore Lampă germicidă fără eliminarea ozonului obligatoriu	Lampă germicidă (varianta staționară 20m) Cod 130150 Descriere Lampă de cuarț pentru sterilizarea acului în încăperea sălii de proceduri, sălii de operație, salon, etc. da Alimentare 220V, 50Hz da Montabila pe tavan sau perete obligatoriu da Lampa cu tub inclus cu 1 tub 30W, area de dezinfectare 40 m² Spectru de raze UV + vizibil da Unghiul de iradiere 180 grade da Timpul de funcționare a lămpilor 9000 ore Lampă germicidă fără eliminarea ozonului obligatoriu da	Declaratia de conformitate, ISO DM000624627	
12	Lampă germicida (varianta mobilă) 130160	Lampă germicida (varianta mobilă) 130160	MED 30x3 TIMER	Ucraina	LLC Bactosfera	Lampă germicida (varianta mobilă) Cod 130160 Descriere Lampă de cuarț pentru sterilizarea acului în încăperi, coridoare etc. Alimentare 220V, 50Hz Suportul Miner pentru transportare min. 3 roți min. 2 cu frână Numar de tuburi 3 tuburi ≥ 30W, ≥ 30 m² Tuburile tuburile incluse în set ≥ 8000 ore Spectru de raze UV + vizibil Unghiul de iradiere 360 grade Lampă germicidă fără eliminarea ozonului obligatoriu	Lampă germicida (varianta mobilă) Cod 130160 Descriere Lampă de cuarț pentru sterilizarea acului în încăperi, coridoare etc. da Alimentare 220V, 50Hz da Suportul Miner pentru transportare da 3 roți 2 cu frână Numar de tuburi 3 tuburi x 30W, 60-120 m² Tuburile tuburile incluse în set da 9000 ore Spectru de raze UV + vizibil da Unghiul de iradiere 360 grade da Lampă germicidă fără eliminarea ozonului obligatoriu da	Declaratia de conformitate, ISO DM000624700	

14	Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate) 130510	Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate) 130510	EN-V7 Smart	China	SHENZHEN ENMIND TECHNOLOGY CO., LTD.	Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate) Cod 130510 Derscriere Acest grup de produse include pompe de infuzie pentru volume mari cu cerințe avansate; pot avea 2 sau mai multe canale. Fluxul este calibrat în ml/oră. Au posibilitatea de a efectua calcule a raportului medicament/doză, ce permite programarea fluxului reeșind direct din indicațiile medicului. Parametrul Specificația Display Date afisate LCD posibilitatea de ajustare a luminozitatii Alarmer Rata Volum infuzat Timpul infuzat Rata KVO Nivelul de incarcare a bateriei Nivelul de ocluzie Evenimente ≥ 2000 Istoria Data, ora Capacitatea pompei Diapazonul volumului infuzat 0.1 - 9999 ml Rata fluxului diapazon min. 0.1-1,500 ml/h Setarea prin incrementare incepind cu 0.01 ml Regim de lucru KVO - mentinerea venei deschise diapazon min. 0.1 - 5 ml/h Acuratetia infuziei $\leq 5\%$ Funcția bolus obligatoriu Funcția de reglare a vitezei de infuzie în bolus diapazon min. 0.1 - 1500 ml/h Selectarea volumului infuzat obligatoriu Selectarea ratei de infuzie obligatoriu Calcularea dozei/medicament obligatoriu Regim de lucru în flux (setarea fluxului) obligatoriu Trecerea automată în regim de așteptare obligatoriu Carcasa ermetizata pentru a preveni scurgerea de lichide in interiorul dispozitivului minim IP23 Nivelul presiunei de ocluzie maxime diapazon min. 75 - 750 mmHg min. 9 nivele Funcția de evacuare a bulei de aer din sistema IV pină la conectarea circuitului la pacient obligatoriu Funcție de chemare asistentă obligatoriu Blocarea panoului de control obligatoriu Alarma sonora obligatoriu Alarma vizuala obligatoriu Fixarea perfuzorului pe rampă verticală obligatoriu Setări IV Protecție la flux liber obligatoriu Capacitatea de captare aer obligatoriu Alarmă acustică și vizuală Ocluzie obligatoriu Nivelul de ocluzie obligatoriu Afișarea ocluziei în timp real obligatoriu Alarmă de flux obligatoriu Bula de aer obligatoriu Eroare de sistem obligatoriu Set decuplat obligatoriu	Pompă de infuzie (perfuzor), volum mare (caracteristici avansate) Cod 130510 Derscriere Acest grup de produse include pompe de infuzie pentru volume mari cu cerințe avansate; pot avea 2 sau mai multe canale. Fluxul este calibrat în ml/oră. Au posibilitatea de a efectua calcule a raportului medicament/doză, ce permite programarea fluxului reeșind direct din indicațiile medicului. Parametrul Specificația Display Date afisate LCD p 13 posibilitatea de ajustare a luminozitatii p 34, punct 8.2.5, 8.2.6 Alarmer p 10 Rata p 10 Volum infuzat p 10 Timpul infuzat p 44, p 10 Rata KVO p 10 Nivelul de incarcare a bateriei p 44 Nivelul de ocluzie p 9 Evenimente 5000 p 35 Istoria p 35 Data, ora p 33 Capacitatea pompei Diapazonul volumului infuzat 0.1 - 9999 ml p 10 Rata fluxului diapazon min. 0.1-2000 ml/h p 9 Setarea prin incrementare incepind cu 0.01 ml p 10 Regim de lucru KVO - mentinerea venei deschise diapazon 0.1 - 5 ml/h p 10 Acuratetia infuziei 5% p 9 Funcția bolus obligatoriu p 9,10 Funcția de reglare a vitezei de infuzie în bolus diapazon 0.1 - 2000 ml/h p 9,10 Selectarea volumului infuzat obligatoriub p 24 punct 6.2.7 Selectarea ratei de infuzie obligatoriu p 24 punct 6.2.8 Calcularea dozei/medicament obligatoriu p 26,27 Regim de lucru in flux (setarea fluxului) obligatoriu p 27, punct 7.3.3, p 28 punct 7.3.4 Trecerea automată în regim de așteptare obligatoriu p 28, punct 7.3.5, punct 7.3.6 Carcasa ermetizata pentru a preveni scurgerea de lichide in interiorul dispozitivului minim IP24 p 9 Nivelul presiunei de ocluzie maxime diapazon min. 75 - 750 mmHg min. 9 nivele da Funcția de evacuare a bulei de aer din sistema IV pină la conectarea circuitului la pacient obligatoriu p 30 Funcție de chemare asistentă obligatoriu p 34 Blocarea panoului de control obligatoriu p 33-34 Alarma sonora obligatoriu p 38, punct 9.1 Alarma vizuala obligatoriu p 38, punct 9.1 Fixarea perfuzorului pe rampă verticală obligatoriu p 19 Setări IV Protecție la flux liber obligatoriu p 22-23 Capacitatea de captare aer obligatoriu p 38 Alarmă acustică și vizuală p 38 Ocluzie obligatoriu p 38 Nivelul de ocluzie obligatoriu p 38	Declaratia de conformitate, CE DM000350499
----	--	--	-------------	-------	--------------------------------------	--	---	---

						Set decuplat obligatoriu Rezervor gol obligatoriu Ușă deschisă obligatoriu Senzor de picături sau altă tehnologie de depistare a fluxului soluției infuzate obligatoriu Infuzia completă obligatoriu Baterie descărcată obligatoriu Posibilitatea de setare a volumului obligatoriu Mod silence a alarmei obligatoriu Sistem de reducere a erorii (tehnologie inteligentă) Setarea parametrilor implicați dați de sistemul de reducere a erorii de dozare la pornirea pompei obligatoriu Programe de analiză presetate obligatoriu Alimentarea electrică Rețea electrică 220 V, 50 Hz obligatoriu Baterie incorporata obligatoriu Durata de operare autonoma ≥ 6 h la fluxul de 25ml/h Accesorii Suport sistem de fixare a pompei de stativul de infuzie obligatoriu Circuite ≥ 200 buc. pentru fectare pompă procurată obligatoriu	Afișarea ocuziei în timp real obligatoriu p 29 Alarmă de flux obligatoriu p 24 Bula de aer obligatoriu p 30,31,49 Eroare de sistem obligatoriu p 50 Set decuplat obligatoriu p 12,17,18,42 (punct 10.5) Rezervor gol obligatoriu p 14, punct 3.3.1, p 29 Ușă deschisă obligatoriu p 49 Senzor de picături sau altă tehnologie de depistare a fluxului soluției infuzate obligatoriu p 14, punct 3.3.1 Infuzia completă obligatoriu p 50 Baterie descărcată obligatoriu p 14, punct 3.3.1 Posibilitatea de setare a volumului obligatoriu p 33, punct 8.2.2 Mod silence a alarmei obligatoriu p 10,33,38 punct 9.1 Sistem de reducere a erorii (tehnologie inteligentă) p 32,50 Setarea parametrilor implicați dați de sistemul de reducere a erorii de dozare la pornirea pompei obligatoriu p 32,50 Programe de analiză presetate obligatoriu Alimentarea electrică Rețea electrică 100-240 V,50Hz obligatoriup10 Baterie incorporata obligatoriu p 10 Durata de operare autonoma 9 h la fluxul de 25ml/h p 10 Accesorii Suport sistem de fixare apompei de stativul de infuzie obligatoriu p17 Circuite ≥ 200 buc. pentru fectare pompă procurată obligatoriu p17	
						Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici de baza Cod 260200 Descriere Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display monocrom. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric Numărul de canale de procesare 3 Configurația Portabil obligatoriu Derivațiile Tip înregistrare auto și manual Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv Semnal de calibrare 1 mV, $\pm 3\%$ Gama de frecvență De diagnostic, diapazon 0.05-150 Hz Filtre musculare obligatoriu Filtre frecvență joasă obligatoriu Filtre frecvență înaltă obligatoriu Filtru de rețea 50 Hz Impedanța de intrare ≥ 10 M Ohm Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 100 dB Convertor analog-digital ≥ 12 bit Scurgeri spre pacient prin electrozi ≤ 10 μ A Detector de pacemaker obligatoriu Indicator deconectare electrod acustic sau vizual obligatoriu Imprimantă Termică încorporată Mărimea hîrtiei ≥ 60 mm Să se indice numele derivației printate obligatoriu	Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici de baza Cod 260200 Descriere Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display monocrom. Parametrul Specificația Tip pacient adult, pediatric da, Specificații Tehnice Numărul de canale de procesare 3 da Configurația Portabil obligatoriu da Derivațiile Tip înregistrare auto și manual da p 59 Sensivitatea 2.5, 5, 10, 20 mm/mv da, Specificații Tehnice Semnal de calibrare 1 mV, $\pm 3\%$ da, Specificații Tehnice Gama de frecvență De diagnostic, diapazon 0.05-250 Hz Specificații Tehnice Filtre AC p 59 Manual de utilizare Filtrul tremorului liniei de baza p 59 Manual de utilizare Filtrul EMG p 59 Manual de utilizare Filtru de rețea 50 Hz, da Specificații Tehnice Impedanța de intrare ≥ 50 M Ohm, Specificații Tehnice Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz 115 dB Specificații Tehnice Convertor analog-digital 24 bit Specificații Tehnice Scurgeri spre pacient prin electrozi 10 μ A Specificații Tehnice Detector de pacemaker obligatoriu da Specificații Tehnice Indicator deconectare electrod acustic sau vizual obligatoriu da Specificații Tehnice Imprimantă Termică încorporată da Specificații Tehnice	

39	Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici de baza 260200	Electrocardiograf cu 3 canale, caracteristici de baza 260200	ie300	China	SHENZHEN BIO-CARE BIO-MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD. Viteza de înscriere 5, 10, 25, 50 mm/s Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteză de 25 mm/s Derivațiile înscrise minim 12 Numărul de derivații înscrise simultan 3 Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG obligatoriu, se indica parametrii hîrtiei (Exemplu Hirtie milimetrica 80x20x12 ext. unde 80 mm latimea, 20 m lungimea, 12 diametrul bobinei, ext - înfășurare exterioară) Display Grafic obligatoriu LCD monochrmon obligatoriu Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile obligatoriu Marime ecran ≥ 3 inch Rezoluție display ≥ 320x240 Numărul de derivații afișate simultan ≥ 6 Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea Ajustarea automată a izoliniei obligatoriu Identificarea aritmiei obligatoriu Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM Acuratețea ± 1 BPM Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG obligatoriu Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; Timpul interpretării minim 10 s Alimentarea 220 V, 50 Hz Baterie internă reîncărcabilă obligatoriu Timp operare autonomă ≥ 2 ore Protecție defibrilator obligatoriu Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact obligatoriu status sistem obligatoriu deconectare alimentare rețea obligatoriu baterie descărcată obligatoriu Accesorii Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) ≥ 2 set. Hîrtie termică ≥ 30 buc. Gel de contact ≥ 1 litru	Mărimea hîrtiei 80 mm Specificații Tehnice Să se indice numele derivației printate obligatoriu da Specificații Tehnice Viteza de înscriere 5, 10, 25, 50 mm/s da Specificații Tehnice Densitatea imprimării 8 dpi/mm (rezoluție verticală) și 40 dpi/mm (rezoluție orizontală) la viteză de 25 mm/s da, Specificații Tehnice Derivațiile înscrise 12 da, Specificații Tehnice Numărul de derivații înscrise simultan 12 Specificații Tehnice Hîrtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG obligatoriu, se indica parametrii hîrtiei 80x20 Specificații Tehnice Display Grafic obligatoriu da TFT, LCD obligatoriu da, Specificații Tehnice Monitorizarea pe display: data, ora, sensibilitatea, viteza de înscriere, filtru, derivațiile obligatoriu da, Specificații Tehnice Marime ecran 5 inch Specificatii Tehnice Rezoluție display 800x480 Specificatii Tehnice Numărul de derivații afișate simultan 12, p 20,21,59 Manual de utilizare Posibilitatea introducerii rapide a datelor pacientului Nume, ID, vîrsta, sex, greutate, înălțimea da, p 23,43-44 Manual de utilizare Ajustarea automată a izoliniei obligatoriu da, p 30,31,39 Manual de utilizare Identificarea aritmiei obligatoriu da, Specificații Tehnice Ritmului cardiac Diapazon 30 - 300 BPM da, p 38 Manual de utilizare, Specificatii tehnice Acuratețea 1 BPM, da Specificatii tehnice Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG obligatoriu da Specificatii tehnice Măsurări PR, QT, QTC, P, QRS, T, HR; da, Specificatii Tehnice Timpul interpretării minim 10 s-24 s, Specificatii Tehnice Alimentarea 100-240 V, 50 Hz Specificatii Tehnice Baterie internă reîncărcabilă obligatoriu , da, Specificatii Tehnice Timp operare autonomă 3 ore, Specificatii Tehnice Protecție defibrilator obligatoriu p 1,p2 Manual de utilizare Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact obligatoriu p12 Manual de utilizare status sistem obligatoriu p 27,28 MAnual de utilizare deconectare alimentare rețea obligatoriu p18 Manual de uilizare baterie descărcată obligatoriu p 12, 49 Manual de utilizare Accesorii Cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 buc.) și membranari de tip clește (4 buc.) ≥ 2 set. Hîrtie termică ≥ 30 buc. Gel de contact ≥ 1 litru	CE DM000624585
----	--	--	-------	-------	--	---	-----------------------------------

42	Pulsoximetru de buzunar 260440	Pulsoximetru de buzunar 260440	LOX100A	China	SHENZHEN LEPU INTELLIGENT MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.	Pulsoximetru de buzunar Cod 260440 Descrierea Pulsoximetru de buzunar pentru medic, dispozitiv cu alimentare pe baza baterii, care masoara pulsul, Indicele de perfuzie (PI) si saturatia de oxigen (SpO2) Parametru Specificație Interval de măsurare SPO2 70-100% Pulsul 30-250 bpm Acuratețe SPO2 ±2% intre 70-100% Pulsul ±3% intre 30-250 bpm Rezoluția SPO2 ±1% Pulsul ±1 bpm Afișaj SPO2 obligatoriu Indicele de perfuzie (PI) obligatoriu Valoare pulsului obligatoriu Indicator baterie descărcată obligatoriu Carcasa Rezistent la șocuri, căderi obligatoriu Display LED sau LCD Alarmer Auditiv opțional Vizual obligatoriu Alimentare Baterie tip AAA Alkaline Stingerea automată în caz de neutilizare obligatoriu Durata de funcționare în continuu ≥ 10 ore Set de baterii inclus 1 set	Pulsoximetru de buzunar Cod 260440 Descrierea Pulsoximetru de buzunar pentru medic, dispozitiv cu alimentare pe baza baterii, care masoara pulsul, Indicele de perfuzie (PI) si saturatia de oxigen (SpO2) Parametru Specificație Interval de măsurare SPO2 70-99% Pulsul 30-240 bpm Acuratețe SPO2 2% intre 80-99% Pulsul 2% intre 30-240 bpm Rezoluția SPO2 1% Pulsul 1 bpm Afișaj SPO2 obligatoriu da, p7, fig.7 1,2 USER MANUAL Indicele de perfuzie (PI) obligatoriu da, p10, p7 fig. 7,3 UM Valoare pulsului obligatoriu da, p7, fig.7 2,3 UM Indicator baterie descărcată obligatoriu da, p7, punct 9, fig.9 UM Carcasa Rezistent la șocuri, căderi obligatoriu da, p 13, tabel UM Display OLED Alarmer Auditiv opțional nu, p 3, punct 20 UM Vizual obligatoriu da, p 7, punct 8,9 UM Alimentare Baterie tip AAA Alkaline da, p 6 UM Stingerea automată în caz de neutilizare obligatoriu da, p7, punct 8 UM Durata de funcționare în continuu 25 ore cu 2 baterii p 12 UM Set de baterii inclus 1 set da, p 9 UM	CE, ISO Rg04-000310 11.12.2020 DM000286414
44	Higrometru/Psihrometru 0-25C 260630	Higrometru/Psihrometru 0-25C 260630	Higrometru 0 - 25C	Ucraina	Steklopribor	Higrometru / Psihrometru 15-40C Cod 260630 Parametrul Specificația Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere Lichid termometric exceptie mercur Rezoluție ± 0.2 C Fixare pe perete obligatoriu Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed) Carcasa Plastic Scară de temperatură da (Celsius) Diapazonul măsurării Temperatura + 0...+ 25 C Umiditatea 40...90 %	Higrometru / Psihrometru 15-40C Cod 260630 Parametrul Specificația Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere da, punctul 1.1, document 1 Lichid termometric toluen,da pagina 1, prospect Rezoluție 0.2 C da , punctul 2.3, document 1 Fixare pe perete obligatoriu da,poza la higrometru din prospect Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed) da, punctul 4, tabel 3 document 1; poza din prospect Carcasa Plastic da, prospect Scară de temperatură da (Celsius) da,, punct 2.1, tabel 1, document 1 Diapazonul măsurării Temperatura + 0...+ 25 C da, punct 2.1, tabel 1, document 1; prospect Umiditatea 20...90 % da, punct 2.1, tabel 1, document 1 Cu testare metrologică la momentul livrării bunului.	Declaratia de conformitate
45	Higrometru / Psihrometru 15-40C 260640	Higrometru / Psihrometru 15-40C 260640	Higrometru 15 - 40C	Ucraina	Steklopribor	Higrometru / Psihrometru 15-40C Cod 260640 Parametrul Specificația Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere Lichid termometric exceptie mercur Rezoluție ± 0.2 C Fixare pe perete obligatoriu Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed) Carcasa Plastic Scară de temperatură da (Celsius) Diapazonul măsurării Temperatura + 15...+ 40 C Umiditatea 40...90 % Cu testare metrologică la momentul livrării bunului.	Higrometru / Psihrometru 15-40C Cod 260640 Parametrul Specificația Descriere Pentru măsurarea exactă a umidității și temperaturii aerului din încăpere da, punctul 1.1, document 1 Lichid termometric toluen, da pagina 1, prospect Rezoluție 0.2 C da, punctul 2.3, document 1 Fixare pe perete obligatoriu da, poza la higrometru din prospect Nr. de termometre 2 buc. (uscat/umed) da, punctul 4, tabel 3 document 1; poza din prospect Carcasa Plastic da, prospect Scară de temperatură da (Celsius) da, punct 2.1, tabel 1, document 1 Diapazonul măsurării Temperatura + 15...+ 40 C da, punct 2.1, tabel 1, document 1; prospect Umiditatea 20...90 % da, punct 2.1, tabel 1, document 1 Cu testare metrologică la momentul livrării bunului.	Declaratia de conformitate

48	Tensiometru electronic automat Adult 260760	Tensiometru electronic automat Adult 260760	LD30	China	LITTLE DOCTOR ELECTRONIC (NANTONG)CO.,LTD.	Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurării tensiunii arteriale neinvazive Tip portabil, pacient adult Caracterisitici tehnice pompă electrica integrată manșetă tonometrul și manșeta separate tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg Precizia valorilor afișate sistolic ± 3 mmHg diastolic ± 3 mmHg Conectare la PC USB / RC232 / Sdcard / ethernet Memorie internă Stocarea datelor a minim 50 măsurări Alarma sonora Alimentare baterii alcaline, + 220V Accesorii manșetă pentru adulți - 2 buc	Tensiometru electronic automat Adult Cod 260760 Parametrul Specificația Descriere Tensiometru electronic automat destinat măsurării tensiunii arteriale neinvazive USER MANUAL ROU Tip portabil, pacient adult da Caracterisitici tehnice pompă electrica integrată da manșetă da tonometrul și manșeta separate da tub aer din cauciuc sau alte materiale rezistente analogice da Parametri tehnici limite de măsurare 0-300 mm Hg da Eroarea nu mai mare de 3 mm Hg da Precizia valorilor afișate sistolic 3 mmHg da diastolic 3 mmHg da Conectare la PC USB Memorie internă Stocarea datelor a ultimele 60 de masuratori + valoarea medie a ultimelor 3 masuratori Alarma sonora Compartimentul ORDINEA MĂSURĂRII, punctul 5 UM Alimentare baterii alcaline, + 220V da Accesorii manșetă pentru adulți - 2 buc da	Declarația de conformitate DM000639596
66	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) 140370	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) 140370	ST-72	Turcia	OPTIUM MEDIKAL LTD. STL.	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370 Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților Parametru Specificație Poziționare Tredelinburg ≥ 15 grade Control manual Caracteristici Bare laterale obligatoriu Roți Diametru ≥ 15 cm Frine ≥ 2 Sarcina maximă ≥ 200 kg Dimensiuni $\geq 200 \times 75$ cm Minere pentru transportarea brancardei obligatoriu Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete obligatoriu	Brancarda sanitara (caracteristici de baza) Cod 140370 Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților da, Specificatii tehnice Parametru Specificație Poziționare Tredelinburg 15 grade da, Specificatii tehnice Control manual da, Specificatii tehnice Caracteristici Bare laterale obligatoriu da, Specificatii tehnice Roți Diametru 15 cm, Specificatii tehnice Frine 2 da, Specificatii tehnice Sarcina maximă 220 kg, Specificatii tehnice Dimensiuni 207 x 75 cm, Specificatii tehnice Minere pentru transportarea brancardei obligatoriu da, Specificatii tehnice + poze Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă da, Specificatii tehnice Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete obligatoriu da, Specificatii tehnice	CE, ISO DM000401774

Numele, Prenumele Stela POTINGA În calitate de: Administrator
Ofertantul: SA TEHOPTIMED Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova