

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în

Numărul licitației:	LP nr. 21509111	Data: „05” decembrie 2025	Alter nativ a nr. :
Denumirea licitației:	Achiziționarea Analizatorului portativ (POC) pentru determinarea parametrilor hemostazei conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice IMSP SCM „Gheorghe Paladi” Repetat		Pagi na:

Cod CPV	N r. L	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de proveniență	Produ- cător	Specific area tehnică	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	stan dard e de
1	2			3	4	5	6	7	8

33100 000-1	1	Analizator portativ (POC) pentru determinarea parametrilor hemostazei	Analizator portativ (POC) pentru determinarea parametrilor hemostazei	Quantra® Hemostasis Analyzer HS- 001	SUA	HEMO SONIC S LLC	confrom anunțului de participar e	Dispozitiv tip «point of care» - Int Quantra Trauma brochure, p.3 Softul integrat care permite vizualizarea și interpretarea rezultatelor - Int Quantra Trauma brochure, p.2, 3 Tehnologia de măsurare / principiu: SEER Sonorheometry, estimare a elasticității via rezonanță) - Quantra Product Specifications, p.1 Teste efectuate: hemostază, fibrinoliză - Quantra Product Specifications, p.1 Volum probă - 2 mL Pregătirea probei – fără pipetare suplimentară - Int Quantra Trauma brochure, p.3 timp preparare - 30 secunde - Int Quantra Trauma brochure, p.3 Parametri analizați: - Int Quantra, p.3 CT (Clot Time) CTH (Clot Time with Heparinase) CTR (Clot Time Ratio) CS (Clot Stiffness) PCS (Platelet Contribution to Clot Stiffness) FCS (Fibrinogen Contribution to Clot Stiffness) CSL (Clot Stability to Lysis) Toate rezultatele in mediu timp de 12,6 minute, cel mult - 15 minute - Int Quantra Trauma brochure, p.3 Sistem de control al calității integrat după fiecare examinare Ecran color, tactil diagonală ≥ 6,5 inch Interfață grafică cu afișare rezultate numerice + grafice Alimentare electrică - 220 V, 50 Hz - Quantra Product Specifications, p.1 Stocare și export de date Porturi USB / Ethernet (RJ45) - 4 porturi USB, 1 port RJ45 - Quantra Product Specifications, p.1	D M 0 0 0 8 5 1 4 3 8
----------------	---	--	--	---	-----	------------------------	---	--	---

Ofertantul: I.M. "BECOR"SRL Adresa: Calea Orheiului 111/5

Semnat:_____ Numele, Prenumele: I.Buznea În calitate de: Manager