

QUALITY CONTROL DATA SHEET – *FICHE DE CONTRÔLE QUALITÉ*

Complement Fixation Test Buffer

Product code/ *Code produit* : CFTB

Batch n° / *N° de lot*: Q81

Insert / *Mode d'emploi* : 0422

Manufacturing date / *Date de fabrication*: 2024/08

Expiry date / *Date d'expiration*: 2027/08

KIT COMPONENTS / *COMPOSITION DU KIT*

Components / <i>Composants</i>	Batch n° / <i>N° de lot</i>
Concentrated CFT Buffer 20X / <i>Tampon concentré RFC 20X</i>	FCFTB-102

QUALITY CONTROL / *CONTROLE QUALITE*

Tested parameters / <i>Paramètres testés</i>	Acceptation criteria/ <i>Critère d'acceptation</i>	Results/ <i>Résultats</i>
Aspect / <i>Apparence</i>	Liquid colorless / <i>Liquide incolore</i>	PASSED / <i>CONFORME</i>
Volume / <i>Volume</i>	50mL	PASSED / <i>CONFORME</i>
pH under 1X diluted form / <i>pH sous sa forme diluée 1X</i>	7,25 ± 0,1	PASSED / <i>CONFORME</i>
Activity in Brucellosis complement fixation test compared to a reference / <i>Activité en fixation du complément par rapport à une référence</i>	Limit serum titer ± 1 dilution / <i>Titre d'un sérum limite ± 1 dilution</i>	PASSED / <i>CONFORME</i>

CONCLUSION: THE AFOREMENTIONED BATCH MEETS REQUIREMENTS FOR RELEASE

CONCLUSION : LE LOT MENTIONNE SATISFAIT AUX EXIGENCES DE LIBERATION DE LOT

VALIDATED BY / *VALIDE PAR*

ANAIS AGNEL

QUALITY CONTROL MANAGER / *RESPONSABLE CONTROLE QUALITE*



QUALITY CONTROL DATA SHEET – FICHE DE CONTRÔLE QUALITÉ

Complement Fixation Test Buffer

Product code/ Code produit : CFTB

Batch n° / N° de lot: Q81

Insert / Mode d'emploi : 0422

Manufacturing date / Date de fabrication: 2024/08

Expiry date / Date d'expiration: 2027/08

KIT COMPONENTS / COMPOSITION DU KIT

Components / Composants	Batch n° / N° de lot
Concentrated CFT Buffer 20X / Tampon concentré RFC 20X	FCFTB-102

QUALITY CONTROL / CONTRÔLE QUALITÉ

Tested parameters / Paramètres testés	Acceptation criteria / Critère d'acceptation	Results / Résultats
Aspect / Apparence	Liquid colorless / Liquide incolore	PASSED / CONFORME
Volume / Volume	50mL	PASSED / CONFORME
pH under 1X diluted form / pH sous sa forme diluée 1X	7,25 ± 0,1	PASSED / CONFORME
Activity in Brucellosis complement fixation test compared to a reference / Activité en fixation du complément par rapport à une référence	Limit serum titer ± 1 dilution / Titre d'un sérum limite ± 1 dilution	PASSED / CONFORME

CONCLUSION: THE AFOREMENTIONED BATCH MEETS REQUIREMENTS FOR RELEASE

CONCLUSION : LE LOT MENTIONNÉ SATISFAIT AUX EXIGENCES DE LIBÉRATION DE LOT

VALIDATED BY / VALIDE PAR

ANAI AGNEL

QUALITY CONTROL MANAGER / RESPONSABLE CONTRÔLE QUALITÉ

