


## SPECIFICAȚII TEHNICE 4.1

Numărul procedurii de achiziție: ID 21004574		Data: 04.02.19		Alternativa Nr.:	
Denumirea procedurii de achiziții: Filme radiologice, articole parafarmaceutice conform necesităților IMSP Spitalul Canceleariat de Stat pentru anul 2019		Lot. 2,3		Pagina: 1 din 1	
Codul CPV	Nr. d/o	Denumirea bunurilor si/sau serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul
1		2	3	4	5
<b>Film radiografic cu sensibilitate în verde 14 x 17</b>					
33124000-5	2	Film radiografic cu sensibilitate în verde 14 x 17	UPT-517	Japonia	SONY
<b>Film radiografic cu sensibilitate în verde 8 x 10</b>					
33124000-5	3	Film radiografic cu sensibilitate în verde 8 x 10	UPT-510	Japonia	SONY
		Specificatia tehnica solicitata	Specificarea tehnica deplina propusa de catre ofertant		Standarde de referinta
		6	7		8
		Baza filmului: poliester, înveliș antistatic, acoperire cu emulsie pe ambele părți. Temperatura deformării stratului de emulsie în grade Celsius $\geq 75$ . Preluarea antistatică a filmului prezentă. Condițiile de ambalare a filmului în cutie – NIF. Termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni.	SONY UPT-517 - 14x17 inch		CE/ISO
		Baza filmului: poliester, înveliș antistatic, acoperire cu emulsie pe ambele părți. Temperatura deformării stratului de emulsie în grade Celsius $\geq 75$ . Preluarea antistatică a filmului prezentă. Condițiile de ambalare a filmului în cutie – NIF. Termen de valabilitate nu mai mic de 24 luni.	SONY UPT-510 - 8x10 inch		CE/ISO

Semnăt:



Numele, prenumele: Vladimir Captari În calitate de: Administrator

Oferantul: SC "Medec Service" SRL

Adresa: MD-2028 CHISINAŪ, str. Academiei 3, of. 120

