

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1727686140724 din 30.09.2024						
Obiectul achiziției: Aparat de magnetoterapie						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Aparat de magnetoterapie	emField Pro	Germany	Zimmer MedizinSysteme GmbH	Utilaj pentru fizioterapie – magnetoterapie de intensitate înaltă. Caracteristici: Regim de operare continuu si pulsatil; Gamă largă de aplicatoare; Ecran tactil; Prezența a 1-2 canale; Intensitate: 1-3T; Intervalul de frecvență: 1-150 Hz; Răcire aplicator; Protocoale de tratament, inclusiv în limba română; Manual de utilizare detaliat în limba română: instructiuni pentru configurare, utilizare, întreținere si masuri de siguranță; Lista accesoriilor echipamentului oferit; Garanție: 24 luni; Deservire;	Utilaj pentru fizioterapie – magnetoterapie de intensitate înaltă. Caracteristici: Regim de operare continuu si pulsatil; Da Gamă largă de aplicatoare; Da Applicator mediu 250 μs Applicator mare 420 μs Ecran tactil; Da Ecran tactil LCD de 8” și buton central Prezența a 1-2 canale; 2 canale Intensitate: 1-3T; 3 Tesla (aplicator mare) 2,5 Tesla (aplicator mediu) Intervalul de frecvență: 1-150 Hz; Da, 1-150 Hz Răcire aplicator; Da Protocoale de tratament, inclusiv în limba română; Da,Protocoale de tratament Programe: 20 Favorite: 20 Modul Expert: 20 Manual de utilizare detaliat în limba română: Da instructiuni pentru configurare, utilizare, întreținere si masuri de siguranță; Da	Dec conf; CE; MDR Cert:

				Timer magnetoterapie: 1-60 min; Alimentare: 220-240V/50-60Hz; Livrare: conform recomandărilor producătorului.	Lista accesoriilor echipamentului oferit; fișă tehnică atasata Garanție: 24 luni; Da Deservire; Da Timer magnetoterapie: 1-60 min; Da, 1-60 minute Alimentare: 220-240V/50-60Hz; Da, 220- 240 V~; 50/60 Hz Livrare: conform recomandărilor producătorului. Da	
TOTAL						

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Aelo Grup SRL

Adresa: Mun. Chișinău, str. Petru Movila 23/5, ap (of)3