

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: **ocds-b3wdp1-MD-1612859794134 din 06.03.2021**

Denumirea procedurii de achiziție: **Consumabile, dispozitive medicale, piese de schimb și accesorii pentru aparataj medical**

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolul	Țara de origine	Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
33141000-0	Lot 22: Reductor cu debitmetru	RO.130.12008	Italia	Sanosub	Reductor cu debitmetru, conectare de ½ pentru Butelii O2 de 2 L.	Reductor cu debitmetru, conectare de ½ pentru Butelii O2 de 2 L.	CE
33141000-0	Lot 23: Reductor cu debitmetru	RO.130.12007	Italia	Sanosub	Reductor cu debitmetru, conectare de ¾ pentru Butelii O2 de 2 L.	Reductor cu debitmetru, conectare de ¾ pentru Butelii O2 de 2 L.	CE
33141000-0	Lot 24: Butelii de Oxigen	BO.100.15002	Italia	Sanosub	Butelii de Oxigen 2L reductor cu debitmetru încorporat și cu carcasă de protecție. Declarații și Certificat de conformitate.	Butelii de Oxigen 2L reductor cu debitmetru încorporat și cu carcasă de protecție. Declarații și Certificat de conformitate.	CE
33141000-0	Lot 25: Butelii de Oxigen	BO.100.15005	Italia	Sanosub	Butelii de Oxigen 5L reductor cu debitmetru încorporat și cu carcasă de protecție. Declarații și Certificat de conformitate.	Butelii de Oxigen 5L reductor cu debitmetru încorporat și cu carcasă de protecție. Declarații și Certificat de conformitate.	CE
33141000-0	Lot 26: Butelii de Oxigen	BO.100.15008	Italia	Sanosub	Butelii de Oxigen 10L reductor cu debitmetru încorporat și cu carcasă de protecție. Declarații și Certificat de conformitate.	Butelii de Oxigen 10L reductor cu debitmetru încorporat și cu carcasă de protecție. Declarații și Certificat de conformitate.	CE
33141000-0	Lot 28: Pulsoximetru	PC 60F	China	Shenzen Creative	Format ecran: afișaj LED. Domeniu de saturație a oxigenului: 35-99% Gama pulsului radial: 30-250 BPM. Indicator baterie descărcată. Cerințe de alimentare: Două baterii nclusiv AAA 1.5 V. Consumul de energie: să poată funcționa mai mult de 30 de ore încontinuu. Precizia măsurătorilor: SPO2: 70 – 99% +/- 2% <70%. Rezistența la interferențe cu lumina ambientală: dispozitivul funcționează normal când există un amestec de zgomot și lumină produs de dispozitivul de referință. Dispozitivul este echipat cu un nclus de oprire nclusiv atunci când nu există semnal. Consum redus de energie. Luminos și apt pentru transport. Greutate: 50g (nclusive cele două baterii AAA) Accesorii incluse: • 2 baterii AAA. • Cablul de nylon pentru agatare gat. • manual instructiui • Husa protecție, Termen de garanție 1 an	Format ecran: afișaj LED. Domeniu de saturație a oxigenului: 35-99% Gama pulsului radial: 30-250 BPM. Indicator baterie descărcată. Cerințe de alimentare: Două baterii nclusiv AAA 1.5 V. Consumul de energie: să poată funcționa mai mult de 30 de ore încontinuu. Precizia măsurătorilor: SPO2: 70 – 99% +/- 2% <70%. Rezistența la interferențe cu lumina ambientală: dispozitivul funcționează normal când există un amestec de zgomot și lumină produs de dispozitivul de referință. Dispozitivul este echipat cu un nclus de oprire nclusiv atunci când nu există semnal. Consum redus de energie. Luminos și apt pentru transport. Greutate: 50g (nclusive cele două baterii AAA) Accesorii incluse: • 2 baterii AAA. • Cablul de nylon pentru agatare gat. • manual instructiui • Husa protecție, Termen de garanție 1 an	CE

Semnat: Numele, Prenumele: **Cojocar V.**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **„ELECTEH” S.R.L.**

Adresa: **or. Chisinau, str. Mircea cel Batrin 40/1, ap.59**