

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1729234857720 din 18.10.2024						
Obiectul achiziției: Aparat de magnetoterapie cu intensitate înaltă						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Aparat de magnetoterapie cu intensitate înaltă	Aparat de magnetoterapie cu intensitate înaltă Model emField Pro	Germany	Zimmer MedizinSysteme GmbH	Utilaj pentru fizioterapie – magnetoterapie de intensitate înaltă. Caracteristici: Regim de operare continuu și pulsabil; Gamă largă de aplicatoare; Ecran tactil; Prezența a 1-2 canale; Intensitate: 1-3T; Intervalul de frecvență: 1-150 Hz; Răcire aplicator; Protocoale de tratament, inclusiv în limba română; Manual de utilizare detaliat în limba română: instrucțiuni pentru configurare, utilizare, întreținere și măsuri de siguranță; Lista accesoriilor echipamentului oferit; Garanție: 24 luni; Deservire; Timer magnetoterapie: 1-60 min; Alimentare: 220-240V/50-60Hz; Livrare: conform recomandărilor	Utilaj pentru fizioterapie - magnetoterapie de intensitate înaltă. Caracteristici: Regim de operare continuu și pulsabil - Da ; Gamă largă de aplicatoare - Da ; Aplicator mediu 250 μs Aplicator mare 420 μs Ecran tactil LCD de 8” și buton central - Da ; Prezența a 1-2 canale - Da, 2 canale Intensitate: 1-3T - Da ; 3 Tesla (aplicator mare) 2,5 Tesla (aplicator mediu) Intervalul de frecvență: 1-150 Hz; Da, 1-150 Hz Răcire aplicator - Da ; Protocoale de tratament, inclusiv în limba română - Da, Protocoale de tratament Programe: 20 Favorite: 20 Modul Expert: 20 Manual de utilizare detaliat în limba română - Da instrucțiuni pentru configurare, utilizare, întreținere și măsuri de siguranță; Da Lista accesoriilor echipamentului oferit; fișă tehnică atașată Garanție 24 luni - Da ;	Dec conf; CE; MDR Cert:

				producătorului.	Deservire - Da ; Timer magnetoterapie: 1-60 min - Da, 1-60 min Alimentare: 220- 240 V~; 50/60 Hz - Da ; Livrare: conform recomandărilor producătorului - Da .	
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Dimitrovici Olga
 În calitate de: Administrator
 Ofertantul: „Romedcom” SRL
 Adresa: Mun.Chişinau, str. Sciusev 16 (of)