

Specificații tehnice

Numărul LP:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1660133788051						Data: „15” septembrie 2022	
Denumirea:		achiziția Dispozitivelor medicale, conform necesităților conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 13)						Lot. 8,9	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	
33100 00-1	9	Ultrasonograf de performanță înaltă	Ultrasonograf de performanță înaltă	V8 4P CW	Coreea de Sud	SAMSUNG MEDISON CO., LTD.	Parametri tehnici solicitați USG Performanta inalta tip general Anul de producere 2021 Aplicații clinice General, Ginecologic, Cardio, Vascular Porturi active pentru traductori Minim 4 Porturi pentru traductori CW Minim 1 Nivele de gri ≥256 Gama dinamică ≥350dB Rezoluția imaginii captate minim: 1024x768 Preprocesare, Canale digitale ≥ 2 mil Adâncime de scanare ≥ 50 cm Traductoare acceptate de sistem: liniare matriciale, convexe matriciale, sectoriale matriciale, volumetric 4D. CW pencil, Endocavitate 4D. Număr frecvențe emise de un traductor ≥ 8 sa se indice transductorul care are aceste posibilități Postprocesare Imagine moduri B-mod/ 2D M-mod M-mod și 2-D Armonici Tisulare Armonici Tisulare diferențiale M-mod anatomic M-Mod color Doppler: Tip CW, PW, CFM, TVI;	A se vedea specificația tehnică atașată la lotul respectiv	Declarație de conformitate, CE
33100 00-1	10	Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă	Ultrasonograf General, OB-GYN, performanță înaltă	V8 4P	Coreea de Sud	SAMSUNG MEDISON CO., LTD.	PROBE PORTURI ≥4 PROBE TIP, MHz Linear cu valoarea minima nu mai mare de 3 Mhz - si cu valoarea maxima nu mia mică de 8 Mhz, banda activă sau câmpul de vedere minim 40 mm si maxim 50 mm Convex tip matricială / XD Clear/ Single cristal sau altă tehnologie analogică cu valoarea minima nu mai mare de 3 Mhz - si cu valoarea maxima nu mia mică de 8 Mhz, banda activă sau câmpul de vedere minim 80 ° si maxim 100 ° Endovaginal 4D cu valoarea minima nu mai mare de 4 Mhz - si cu valoarea maxima nu mia mică de 9 Mhz, banda activă sau câmpul de vedere minim 100 ° si maxim 180 ° Volum 4D cu valoarea minima nu mai mare de 2 Mhz - si cu valoarea maxima nu mia mică de 8 Mhz, banda activă câmpul de vedere minim 80 ° si maxim 90 ° NIVELE DE GRI ≥256 PREPROCESARE, canale digitale ≥300.000 GAMA DINAMICA ≥250dB Adâncimea de scanare minima ≤ 1 cm maxima ≥ 35 cm Posibilitate de rotare a imaginii minim pînă la ≥ 180 ° Posibilitatea de oglindire a imaginiei Stinga / Dreapta da Cine memorie ≥500 MB POSTPROCESARE da IMAGINE MODURI M-mod da M-mod și 2-D/B-Mode da 3-D (automatic) da 4-D (live 3-D) da Harmonic imaging da STIC da STIC in regim Dopler color da STIC in regim Dopler tisular da Elastografie tip compresivă activă pentru sonda linară și endocavitară cu care va fi livrat dispozitivul da	A se vedea specificația tehnică atașată la lotul respectiv	Declarație de conformitate, CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Alexandru Șarco În calitate de: Director

Ofertantul: Pharmony SRL Adresa: mun. Chișinău, or. Durlăști, str. Durlăști, 4