

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1687178391256/ 21082844 din: 28 Iulie 2023 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Achiziția Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrul Republican de Diagnosticare Medicală (repetat)

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
2	Dozator cu volum reglabil	7010101004	China	Biobase	Pipetă automată cu un Singur canal, volum variabil de : 0,5-10 mkl Din materiale autoclavabile, con de vârf proiectat pentru compatibilitatea cu vârfuri universale de 0,5-10 µl, certificat de etalonare. Garanție 2 ani. 2.Certificat de înregistrare pe teritoriul Republicii Moldova 3.Carte tehnica 4.Instructiune de utilizare 5.Asigurarea serviciului de mentenanta 6.Etalonare/verificare in Republica Moldova 7.Termen de garantie nu mai mic de 2 ani 8.Garantarea pieselor de schimb pe parcursul a 5 ani	Pipetă automată cu un Singur canal, volum variabil de : 0,5-10 mkl Din materiale autoclavabile, con de vârf proiectat pentru compatibilitatea cu vârfuri universale de 0,5-10 µl, certificat de etalonare. Garanție 2 ani. 2.Certificat de înregistrare pe teritoriul Republicii Moldova 3.Carte tehnica 4.Instructiune de utilizare 5.Asigurarea serviciului de mentenanta 6.Etalonare/verificare in Republica Moldova 7.Termen de garantie nu mai mic de 2 ani 8.Garantarea pieselor de schimb pe parcursul a 5 ani	CE/ISO
3	Microcentrifugă	D2012 Plus	China	DLAB SCIENTIFIC CO.,LTD.	Pentru tuburi tip Eppendorf, capacitate recipientelor- 12 tuburi x1,5 /2,0 ml, cu rotor unghiular. Gama de control al vitezei 1000 - 14500 rpm (increment 100 rpm). Domeniul relativ de control al forței centrifuge 50–12.400 × g. Setarea timpului digital 15 s - 30 min (increment 15 s - 1 min). Semnal sonor cu temporizator +. Timp de accelerare de până la 14.500 rpm 10-20 s. Timp de încetinire, nu mai mult 10 s. Siguranță: Diagnosticul dezechilibrului rotorului: oprire automată, avertizare „IMBALANCE” +. Dimensiuni generale 200x240x125 mm (± 15%). Greutate 3-4 kg, interiorul camerei de centrifugare si capacul protector din material inoxidabil.4 2.Certificat de înregistrare pe teritoriul Republicii Moldova 3.Carte tehnica 4.Instructiune de utilizare 5.Asigurarea serviciului de mentenanta 6.Etalonare/verificare in Republica Moldova 7.Termen de garantie nu mai mic de 2 ani 8.Garantarea pieselor de schimb pe parcursul a 5 ani	Pentru tuburi tip Eppendorf, capacitate recipientelor- 12 tuburi x1,5 /2,0 ml, cu rotor unghiular. Gama de control al vitezei 1000 - 14500 rpm (increment 100 rpm). Domeniul relativ de control al forței centrifuge 50–12.400 × g. Setarea timpului digital 15 s - 30 min (increment 15 s - 1 min). Semnal sonor cu temporizator +. Timp de accelerare de până la 14.500 rpm 10-20 s. Timp de încetinire, nu mai mult 10 s. Siguranță: Diagnosticul dezechilibrului rotorului: oprire automată, avertizare „IMBALANCE” +. Dimensiuni generale 200x240x125 mm (± 15%). Greutate 3-4 kg, interiorul camerei de centrifugare si capacul protector din material inoxidabil.4 2.Certificat de înregistrare pe teritoriul Republicii Moldova 3.Carte tehnica 4.Instructiune de utilizare 5.Asigurarea serviciului de mentenanta 6.Etalonare/verificare in Republica Moldova 7.Termen de garantie nu mai mic de 2 ani 8.Garantarea pieselor de schimb pe parcursul a 5 ani	CE/ISO

11	Analizator automat cu 40 Canale, VSH (cod 150580)	AMBK-ESR40 / ESR tube / Thermal paper	China	AMAIN TECHNOLOGY CO., LTD.	Analizator automat cu 40 canale, VSH Cod 150580 Descriere Analizator automat VSH Productivitatea ≥ 40 teste pe ora Termostat încorporat sau corecție automată de temperatură da Timpul de execuție a testului ≤ 30 min. Efectuarea testului din eprubeta primara pentru analiza generala de sange Posibilitatea conectarii la sistemul informational da Identificarea pacientilor prin cititor de cod de bare da QC pe bord cu curbe Levey-Jennings da Afișaj Afișaj LCD Tip citire: Citire automată cu interpretare Imprimantă termică da Alimentarea 220 V, 50 Hz Consumabile Inlus toate consumabile necesare pentru efectuarea a minim 1000 teste da Hirtie termică 10 buc. Perioada de valabilitate din momentul livrării ≥ 1 an	Analizator automat cu 40 canale, VSH Cod 150580 Descriere Analizator automat VSH Productivitatea ≥ 40 teste pe ora Termostat încorporat sau corecție automată de temperatură da Timpul de execuție a testului ≤ 30 min. Efectuarea testului din eprubeta primara pentru analiza generala de sange Posibilitatea conectarii la sistemul informational da Identificarea pacientilor prin cititor de cod de bare da QC pe bord cu curbe Levey-Jennings da Afișaj Afișaj LCD Tip citire: Citire automată cu interpretare Imprimantă termică da Alimentarea 220 V, 50 Hz Consumabile Inlus toate consumabile necesare pentru efectuarea a minim 1200 teste da Hirtie termică 10 buc. Perioada de valabilitate din momentul livrării ≥ 1 an	CE/ISO
----	---	---------------------------------------	-------	----------------------------	---	---	--------

Semnat: _____

Numele, Prenumele Jighili Tatiana

În calitate de: administrator

Ofertantul: SRL Triumf-Motiv

Adresa: str. Grenoble 193 of 1301