

Specificatii Tehnice

Spitalul Clinic de Recuperare și Îngrijiri Cronice

Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1770129543067 / 21560387 din 19.02.2026	
---	--

Denumirea procedurii de achiziție: Reagenți și consumabile de laborator pentru anul 2026	Lot : 5 , 6 ,7 , 8 , 9 , 15 ,16	pag 1 din 2
---	--	-------------

Descrierea serviciilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7

Lot 5. Hemoglobina glicozilată (Lot deschis pentru oferte alternative)

5.1 HbA1C	Test Rapid cantitativ HbA1C Nr.catalog W207; HbA1C Control Nr Catalog. W873P0001,	China	WONDFO BIOTEH CO.,LTD	Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Determinarea din sânge integral cu anticoagulant K3EDTA. Metoda: HPLC sau FIA (test rapid cantitativ) sau imunofluorescență laterală (test rapid cantitativ), sau oricare altă metodă imunologică specifică cantitativă. Componenta setului: card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat oferit. Curba de calibrare - spifică metodei sau digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card. Reader semiautomat să fie instalat și dat în exploatare în baza Procesului verbal de instalare în baza Contractului de comodat pentru 14 luni de exploatare din data semnării contractului de achiziție a reagentilor și consumabilelor. Returnarea readerului - în baza PV de Predare-Primire. Instruirea și suport tehnic inclus în bugetul Ofertei pentru lotul dat. Cerințe generale obligatorii: Certificate de Conformitate de la producător. CE. IVD. Hîrtie termică pentru dispozitiv - 10 buc. Control în minim 2 nivele - 4 seturi. Control în minim 2 nivele - 4 seturi	Test Rapid cantitativ HbA1C hemoglobina glicozilata - Determinarea din sânge integral cu anticoagulant K3EDTA. Metoda FIA - imunofluorescență test rapid - cantitativ - <i>Flyer HbA1C</i> . Componenta setului : 25 card-teste de unica folosință compatibile cu analizatorul FIA Metter Plus FS -113 oferit comodat Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip - buclat Finecare FIA Meter Plus ;. Analizator semiautomat FIA Metter Plus FS -113 instalat și dat în exploatare în baza Procesului verbal de instalare în baza Contractului de comodat pentru 14 luni de exploatare din data semnării contractului de achiziție a reagentilor și consumabilelor. Instruirea și suport tehnic inclus în bugetul ofertei pentru lotul dat. Hîrtie termică compatibila cu analizatoru Metter Plus FS -113 - 10 buc - se include. Control în minim 2 nivele - 4 seturi - se include ANALIZATORUL - Înregistrat la AMDM cu nr. DM000372759 TESTE - Înregistrate la AMDM cu nr. DM000372778 Se anexeaza : Certificat de conformitate , CE ,ISO , buclat Finecare FIA Meter Plus; Flyer HbA1C ; Instrucțiune de utilizare a testelor,și Control; Manual de utilizare pentru analizator FIA Metter Plus FS-113 ; Catalog Wondfo pg.10-11.	CE , ISO, Certificat de conformitate ,
-----------	--	-------	-----------------------------	---	---	---

Lot 6. Procalcitonina (Lot deschis pentru Oferte alternative)

6.1 Procalcitonina	Test Rapid cantitativ PCT Nr.catalog W210P0004, PCT Control Nr.catalogW 805,	China	WONDFO BIOTEH CO.,LTD	Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Determinarea din ser, plasma, sânge integral cu anticoagulant. Metoda: FIA sau imunofluorescență laterală (sau oricare altă metodă imunologică specifică), test rapid cantitativ. Componenta setului: card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat oferit. Lipsa calibratorilot lichizi. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card. Reader semiautomat să fie instalat și dat în exploatare în baza Procesului verbal de instalare în baza Contractului de comodat pentru 14 luni de exploatare din data semnării contractului de achiziție a reagentilor și consumabilelor. Returnarea readerului - în baza PV de Predare-Primire. Instruirea și suport tehnic inclus în bugetul Ofertei pentru lotul dat. Cerințe generale obligatorii: Certificate de Conformitate de la producător. CE. IVD. Hîrtie termică pentru dispozitiv - 10 buc. Control în minim 2 nivele - 2 seturi.	Test Rapid cantitativ Procalcitonina - Determinarea din sânge integral cu anticoagulant K3EDTA. Metoda FIA - imunofluorescență test rapid - cantitativ - <i>Flyer PCT</i> . Componenta setului : 25 card-teste de unica folosință compatibile cu analizatorul FIA Metter Plus FS -113 oferit comodat . Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip - <i>buclat Finecare FIA Meter Plus;</i> . Analizator semiautomat FIA Metter Plus FS -113 instalat și dat în exploatare în baza Procesului verbal de instalare în baza Contractului de comodat pentru 14 luni de exploatare din data semnării contractului de achiziție a reagentilor și consumabilelor. Instruirea și suport tehnic inclus în bugetul ofertei pentru lotul dat. Hîrtie termică pentru dispozitiv - 10 buc. Control în minim 2 nivele - 2 seturi - incluse ANALIZATORUL - Înregistrat la AMDM cu nr. DM000372759 TESTE - Înregistrate la AMDM cu nr. DM000372783 Se anexeaza : Certificat de conformitate , CE ,ISO , buclat Finecare FIA Meter Plus; Instrucțiune de utilizare a testelor, Manual de utilizare pentru analizator FIA Metter Plus FS-113 PCT Control in 2 nivele - compatibil cu analizatorul FIA Metter Plus FS -113 oferit comodat 2 seturi incluse; Catalog Wondfo pg.10-11.	CE , ISO, Certificat de conformitate ,
--------------------	---	-------	-----------------------------	---	---	---

Lot 7. Cistatina C (Lot deschis pentru Oferte alternative)						
7.1 Cistatina C	Test Rapid cantitativ Cys C Nr.catalog W219	China	WONDFO BIOTEH CO.,LTD	Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Determinarea din ser, plasma, sânge integral cu anticoagulant. Metoda: FIA sau imunofluorescență laterală, test rapid cantitativ. Componenta setului: card-teste de unica folosință compatibile cu reader semiautomat oferit. Lipsa calibratorilor lichizi. Curba de calibrare - digitală, individuală lotului, programată în chip sau contact-card. Reader semiautomat să fie instalat și dat în exploatare în baza Procesului verbal de instalare în baza Contractului de comodat pentru 14 luni de exploatare din data semnării contractului de achiziție a reagentilor și consumabilelor. Returnarea readerului - în baza PV de Predare-Primire. Instruirea și suport tehnic inclus în bugetul Ofertei pentru lotul dat. Cerințe generale obligatorii: Certificate de Conformitate de la producător. CE. IVD. Hîrtie termică pentru dispozitiv - 1 buc. Control în minim 2 nivele - 1 set.	Test Rapid cantitativ Cistatina C - Determinarea din sânge integral cu anticoagulant K3EDTA. Metoda FIA . Componenta setului : 25 card-teste de unica folosință compatibile cu analizatorul FIA Metter Plus FS -113 oferit comodat . Curba de calibrare - spifică metodei sau digitală, individuală lotului, programată în chip Analizator semiautomat FIA Metter Plus FS -113 instalat și dat în exploatare în baza Procesului verbal de instalare în baza Contractului de comodat pentru 14 luni de exploatare din data semnării contractului de achiziție a reagentilor și consumabilelor. Instruirea și suport tehnic inclus în bugetul ofertei pentru lotul dat. Hîrtie termică pentru dispozitiv - 1 buc. Control în minim 2 nivele - 1 set - incluse ANALIZATORUL - Înregistrat la AMDM cu nr. DM000372759 TESTE - Înregistrate la AMDM cu nr. DM000372773 Se anexează : Certificat de conformitate , CE ,ISO , buclat Finecare FIA Meter Plus; Instrucțiune de utilizare a testelor, Manual de utilizare pentru analizator FIA Metter Plus FS-113 Cys C Control în 2 nivele - compatibil cu analizatorul FIA Metter Plus FS -113 oferit comodat 1 set inclus	CE , ISO
Lot 8. Clostridium diff. (GDH+Toxinele A,B) din mase fecale						
8.1 Clostridium diff.(GDH+Toxinele A,B) din mase fecale	Clostridium difficile GDH+Toxina A+ Toxina B Combo Cassetta Nr.catalog ICD-635	China	HANGZHOU ALLTEST BIOTEH CO.,LTD	Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Clostridium diff. (GDH+Toxinele A,B) din mase fecale Metoda: cromatografie laterală, test rapid calitativ. CE. IVD.	Test rapid Clostridium difficile GDH+Toxina A+ Toxina B Combo- Determinarea toxinelor A si B ,GDH si Clostridium difficile in masele fecale ,metoda imunocromatografica.Ambalaj 20 teste/set Înregistrat la AMDM cu nr. DM000377324 Se anexează : Certificat de conformitate , CE ,ISO , Instrucțiune de utilizare a testelor	CE ,ISO
Lot 9. Glucometrie. (lot deschis pentru oferte alternative)						
9.1 Chip-test pentru glucometru manual pentru determinarea glicemiei din sânge capilar	Test Strips HT-100 (compatibile cu glucometrul oferit cu titlul gratuit) HT-100 Blood Glucose Monitoring Sistem	Taiwan	Tyson Byo	Test cu microchip, conține ferment glicolitic specific - Glucozoxidaza, pentru glucometria sîngelui integral express rapidă. Agentul economic obligator să ofere 4 glucometre compatibile cu chip-teste achiziționate. Certificat de conformitate de la producător. CE. IVD.	Test Strips HT-100 - chip test pentru glucometru manual, pentru determinarea glicemiei din sînge capilar si venos. Strip-test cu microchip ce contine fermentul glicolitic Glucozoxidaza, pentru glucometria sîngelui integral-metoda express rapida - FAD-GDH permite obtinerea unor rezultate mai rapide si desfasurate - brosură desfasurată. Înregistrat la AMDM cu nr. DM000377194 Se anexează : Certificat de conformitate ,CE ,ISO HT-100 Blood Glucose Monitoring Sistem GDH (Glucozoxidaza-) La cantitatea solicitată de teste, vor fi oferite - 4 glucometre portabile cu titlu gratuit + Geantă de transport pentru glucometru si accesorii Înregistrat la AMDM cu nr. DM000377195 Se anexează : Certificat de conformitate ,CE ,ISO, Brosura desfasurata	CE , ISO
Lot 15. Anti-HAV IgM (test rapid calitativ)						
15.1 Anti-HAV IgM (test rapid calitativ)	HAV IgM Rapid Test Cassette NR.catalog IHA-302	China	HANGZHOU ALLTEST BIOTEH CO.,LTD	Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Anti-HAV IgM (test rapid calitativ). Metoda: cromatografie laterală, calitativ. CE. IVD.	Test rapid calitativ Anti HAV IgM- metoda cromatografica. Ambalaj 25 teste/set Înregistrat la AMDM cu nr. DM000377306 Se anexează : Certificat de conformitate , CE ,ISO , Instrucțiune de utilizare	CE , ISO
Lot 16. Calprotectin						
16.1 Calprotectin (test rapid calitativ)	Calprotectin -Test rapid cassette, nr.catalog OCAL-602	China	HANGZHOU ALLTEST BIOTEH CO.,LTD	Cerințe specifice pentru kit diagnostic: Calprotectin din mase fecale. Metoda: cromatografie laterală, calitativ. CE. IVD.	Test Rapid Calprotectin - Test rapid pentru determinarea calprotectinei în masele fecale Ambalaj 25 teste/set Se anexează : Certificat de conformitate , CE ,ISO , Instrucțiune de utilizare	CE , ISO

Numele, Prenumele : Varman Irina , În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinău, str. Dokucaev,6

semnat electronic