

Numărul licitației: LP LP 21411893 din 02.05.25							
Denumirea licitației : Achiziționarea echipamentelor de laborator pentru laboratorul AND (repetat)							
38400000-9	Vortex pentru plăci PCR	MPS-1 High-Speed Multi Plate Shaker	Letonia	Biosan	Vortex pentru plăci PCR, compatibil cu plăci de 96 godeuri; Tip de mișcare: orbitală; Viteză de amestecare de la 300rpm până la minim 2000rpm cu posibilitatea reglării; Moduri de operare: – Continuu, – Prin apăsare; Cu cronometru 1sec-99min; Afișaj digital; Control electronic al vitezei; Funcția de oprire automată; Compatibil cu diferite formate de plăci; Cu sistem de prindere pentru plăci PCR, pentru a preveni alunecarea; Nivel de zgomot redus; Alimentare: 100-240V, 50/60 Hz; Cu picioruțe anti-alunecare pentru stabilitate pe masa de lucru; Carcasă rezistentă, din material durabil, rezistent la substanțe chimice.	Vortex pentru plăci PCR(cu platforma P-02/96 placi de tip semi-/ unskirted, cu platforma standard placi de tip skirted), compatibil cu plăci de 96 godeuri; Tip de mișcare: orbitală; Viteză de amestecare de la 300rpm până la minim 3200rpm cu posibilitatea reglării; Moduri de operare: – Continuu, – Prin apăsare; Cu cronometru 0 min-60min, cu increment de 15 sec; Afișaj digital; Control electronic al vitezei; Funcția de oprire automată; Compatibil cu diferite formate de plăci; Cu sistem de prindere pentru plăci PCR, pentru a preveni alunecarea; Nivel de zgomot redus; Alimentare: 100-240V, 50/60 Hz; Cu picioruțe anti-alunecare pentru stabilitate pe masa de lucru; Carcasă rezistentă, din material durabil, rezistent la substanțe chimice.	ISO,CE

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Tudor Ceaicovschi** În calitate de: **Director General**

Ofertantul: _ „GBG-MLD” SRL ____ Adresa: _mun.Chîșinău, str.Albisoara 64/2, of.607, tel/fax: (022) 54 73 73.