

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1781784052370						Data: 15/07/2026	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Invitație de participare la reofertare. Achiziționarea consumabilelor medicale de protecție pentru anul 2027 (subsecvent 7)							Pagina: __ din
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință/ Număr de înregistrare AMDM
1	2			3	4	5	6	7	8
3310 0000-1	1	Bahile (botoși de protecție)	Bahile (botoși de protecție) (002685)	Bahile (Codul produsului : N65D01)	China	Leboo Healthcare Products Limited	1. Impermeabil (HDPE, LDPE, CPE) ≥ 20 μm 2. Mărim: 41*15cm (±2cm) 3. Dotate cu bandă elastică pe perimetru 4. De unică folosință	1. Impermeabil CPE 20 μm 2. Mărim: 39*15cm 3. Dotate cu bandă elastică pe perimetru 4. De unică folosință TDS. Facturare N100	DM000685172
3310 0000-1	3	Bonetă chirurgicală bărbați	Bonetă chirurgicală bărbați (002718)	Boneta chirurgicala (Codul produsului : N62B02)	China	Leboo (Hubei) Healthcare Products Limited	Bonetă chirurgicală bărbați 1. Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj: uz medical pentru sala de operații. 2. Material nețesut polistratificat (minim trei straturi) densitatea minim 25g/m2 pe laterală, spunbond pe partea superioară, cu legare la spate 3. Mărima universală 4. Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial sau vizitatori.	Bonetă chirurgicală bărbați 1. Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj: uz medical pentru sala de operații. 2. Material nețesut polistratificat (trei straturi) densitatea 25g/m2 pe laterală, spunbond pe partea superioară, cu legare la spate 3. Mărima universală 4. Ambalate câte 100 buc. 5. Nesterile Nu se admit bonete pentru uz industrial sau vizitatori. TDS. Facturare N100	DM000844308
3310 0000-1	4	Bonetă chirurgicală bărbați cu bandă absorbantă	Bonetă chirurgicală bărbați cu bandă absorbantă (002719)	Boneta chirurgicala cu banda absorbanta (Codul produsului : N62B02)	China	Leboo (Hubei) Healthcare Products Limited	1. Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj uz medical pentru sala de operații. 2. Material nețesut polistratificat (minim trei straturi) densitatea minim 25g/m2, zona absorbantă din celuloză pe toată suprafața laterală, spunbond pe partea superioară, cu legare la spate 3. Mărima universală 4. Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial sau vizitatori.	1. Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj uz medical pentru sala de operații. 2. Material nețesut polistratificat (trei straturi) densitatea 25g/m2, zona absorbantă din celuloză pe toată suprafața laterală, spunbond pe partea superioară, cu legare la spate 3. Mărima universală 4. Ambalate câte 100 buc. 5. Nesterile Nu se admit bonete pentru uz industrial sau vizitatori. TDS. Facturare N100	DM000844308
3310 0000-1	5	Bonetă chirurgicală femei	Bonetă chirurgicală femei (002720)	Boneta rotunda (Codul produsului : N62C01)	China	Leboo (Hubei) Healthcare Products Limited	Bonetă chirurgicală femei 1. Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj pentru sala de operații. 2. Material nețesut polipropilenă cu densitatea minim 20g/m2, 3. Dotate cu elastic proba de întindere minim 80cm, fără latex 4. Ambalate câte 100 buc. 5. Ne sterile Nu se admit bonete pentru uz industrial.	Bonetă chirurgicală femei 1. Unică folosință cu marcaj catalog și ambalaj pentru sala de operații. 2. Material nețesut polipropilenă cu densitatea 20g/m2, 3. Dotate cu elastic proba de întindere minim 80cm, fără latex 4. Ambalate câte 100 buc. 5. Nesterile Nu se admit bonete pentru uz industrial. TDS. Facturare N100	DM000844309
3310 0000-1	6	Bonetă de protecție radiologică	Bonetă de protecție radiologică (002721)	Boneta radioprotectie (Codul produsului : FC08)	China	Longkou Longyue Medical Device Co., Ltd.	Mărimă universală, ajustabilă cu șiret. Suprafața antibacteriană, antistatică, durabilă. Protecție radiologică echivalent 0.35 Pb. Disponibilă în mai multe variante de culori, la solicitare.	Mărimă universală, ajustabilă cu șiret. Suprafața antibacteriană, antistatică, durabilă. Protecție radiologică echivalent 0.35 Pb. Disponibilă în mai multe variante de culori, la solicitare. TDS. Facturare N1	DM000859103

3310 0000- 1	7	Bonetă medicală bufantă	Bonetă medicală bufantă (002722)	Boneta medicala (Codul produsului : LW02)	China	Xiantao Liangwei Non Woven Products Co.,Ltd	1.De unică folosință 2.material: nețesut (polipropilenă) 3.ambalat: câte 50 - 100 buc. 4.greutatea unității minim 3.8 g. 5. Circumferința la extindere min. 60cm.	1.De unică folosință 2.material: nețesut (polipropilenă) 3.ambalat: câte 100 buc. 4.greutatea unității 3.8 g. 5. Circumferința la extindere 60cm. TDS. Facturare N100	DM000638974
3310 0000- 1	8	Câmp chirurgical	Câmp chirurgical (002731)	Camp chirurgical SMS 48x38cm (Codul produsului : MDGD-1029-2)	China	Anhui MedPurest Medical Technology Co.,Ltd.	Câmp chirurgical steril, dimensiuni 50x40 cm (±2cm)	Câmp chirurgical steril, dimensiuni 48x38 cm TDS. Facturare N1	DM000844311
3310 0000- 1	9	Câmp chirurgical cu orificiu adeziv	Câmp chirurgical cu orificiu adeziv (002732)	Camp chirurgical 72x87cm cu orificiu adeziv (Codul produsului : MDFD-1032)	China	Anhui MedPurest Medical Technology Co.,Ltd.	Bistratificat, 75 x 90cm (±3cm), cu orificiu : Ø 6cm	Bistratificat, 72 x 87cm, cu orificiu : Ø 6cm TDS. Facturare N1	DM000844312
3310 0000- 1	10	Câmp chirurgical utilitar steril 75x75cm cu bandă adezivă	Câmp chirurgical utilitar steril 75x75cm cu bandă adezivă (002733)	Camp chirurgical SMS 70x70cm cu adeziv (Codul produsului : MDGD-1031-1)	China	Anhui MedPurest Medical Technology Co.,Ltd.	Câmp chirurgical utilitar steril 75x75cm (±5cm) cu bandă adezivă, material - nețesut SMS, utilitar steril 75x75cm (±5cm) cu bandă adezivă. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine.	Câmp chirurgical utilitar steril 70x70cm cu bandă adezivă, material - nețesut SMS, utilitar steril 70x70cm cu bandă adezivă. Ambalajul și eticheta conform Directivei 93/42 CEE (modificată prin Directiva 2007/47/CE), cu indicarea denumirii și adresei producătorului, denumirea și codul produsului, numărul lotului, data fabricării lotului, data expirării lotului, țara de origine. TDS. Facturare N1	DM000844328
3310 0000- 1	13	Câmp pentru masă de instrumente, steril, jetabil	Câmp pentru masă de instrumente, steril, jetabil (002736)	Camp masa de instrumente 240x160cm N1 (Codul produsului :106-007)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	240x160cm (+/-10cm) – 1 buc., din material nețesut, polistratificat, minim 2 straturi: impermeabil; absorbant cu zona de absorbție de minim 75x240cm. Capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. Rezistent la rupere.	240x160cm – 1 buc., din material nețesut, polistratificat, 2 straturi: impermeabil; absorbant cu zona de absorbție 160x240cm. Capacitatea de absorbție 42 g/m.p. Rezistent la rupere. TDS. Facturare N1	DM000810701

3310 0000- 1	14	Câmp pentru masa de instrumente, steril, jetabil, 200x240cm	Câmp pentru masa de instrumente, steril, jetabil, 200x240cm (002737)	Camp masa de instrument e 240x200c m N1 (Codul produsului :103-029- B)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	240x200 cm (±10cm) – 1 buc., din material nețesut, polistratificat, minim 2 straturi: impermeabil; absorbant cu zona de absorbție minim 75x240 cm (±10cm). Capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. Rezistent la rupere. Ambalare per unitate cu plisare transversală.	240x200 cm – 1 buc., din material nețesut, polistratificat, 2 straturi: impermeabil; absorbant cu zona de absorbție minim 75x240 cm. Capacitatea de absorbție 42 g/m.p. Rezistent la rupere. Ambalare per unitate cu plisare transversală. TDS. Facturare N1	DM000810701
3310 0000- 1	15	Câmp pentru masa de instrumente, steril, jetabil, 70x80cm	Câmp pentru masa de instrumente, steril, jetabil, 70x80cm (002738)	Camp masa de instrument e 70x75cm (Codul produsului : RS-011)	China	HUBEI RUNSAN MEDICAL PRODUC TS CO., LTD	Câmp steril pentru masa de instrumente, jetabil 80x70 (±5cm) material nețesut, polistratificat, minim 2 straturi, impermeabil. Capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. Rezistent la rupere.	Câmp steril pentru masa de instrumente, jetabil 75x70 material nețesut, polistratificat, 2 straturi, impermeabil. Capacitatea de absorbție 42 g/m.p. Rezistent la rupere. TDS. Facturare N1	DM000859150
3310 0000- 1	17	Câmpuri operatorii pentru chirurgia cavității auriculare	Câmpuri operatorii pentru chirurgia cavității auriculare (002740)	Camp auricular (Codul produsului : 105-030)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	Câmpuri operatorii pentru chirurgia cavității auriculare (câmp operator de unică folosință, steril, dimensiune 102x122 cm (± 2 cm), cu pungă de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafața de lucru) cu dimensiunea 10x10 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă.	Câmpuri operatorii pentru chirurgia cavității auriculare (câmp operator de unică folosință, steril, dimensiune 100x120 cm, cu pungă de colectare a fluidelor, cu apertura (suprafața de lucru) cu dimensiunea 10x10 cm, acoperita integral cu pelicula adezivă. TDS. Facturare N1	DM000810701
3310 0000- 1	18	Cearșaf chirurgical de unică folosință	Cearșaf chirurgical de unică folosință (002921)	Cearsaf chirurgical steril 240x140c m (Codul produsului : 104-076)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	Cearșaf chirurgical, de unică folosință, sterile, 240*140cm (+/-5cm) steril Material nețesut 5 straturi SSMMS cu adeziv pe lateral, neabsorbant, hidropelent, nu mai puțin de 65 g/m.p. Ambalat individual	Cearșaf chirurgical, de unică folosință, sterile, 240*140cm steril Material nețesut 5 straturi SSMMS cu adeziv pe lateral, neabsorbant, hidropelent, nu mai puțin de 65 g/m.p. Ambalat individual TDS. Facturare N1	DM000810701
3310 0000- 1	21	Cearșaf jetabil pentru investigații (rulou igienic)	Cearșaf jetabil pentru investigații (rulou igienic) (002924)	Cearsaf rulou 80cmx200 m (Codul produsului : MTBR- 002)	CHINA	HENAN MEDICAL TECHNO LOGY CO.,LTD	Cearșaf jetabil pentru investigații (rulou igienic), lățime minimă 80cm * lungime minimă 200 m (rulou), nesteril. Ambalat individual	Cearșaf jetabil pentru investigații (rulou igienic), lățime 80cm * lungime 200 m (rulou), nesteril. Ambalat individual TDS. Facturare N200 (200 metri)	DM000873680

3310 0000- 1	22	Cearșaf medical 200*100cm	Cearșaf medical 200*100cm (002926)	Cearsaf medical 195x95cm (Codul produsului : DN-02)	China	XIANTAO LONGWI N MEDICAL PRODUC TS LTD.	Cearșaf medical de uz medical unic - dimensiuni 200x100cm (deviere admisibilă ±5cm), culoare albastră, din material neșesut SMS densitatea minim 29 g/m². NU se vor admite cearșafuri în ruluu cu perforare	Cearșaf medical de uz medical unic - dimensiuni 195x95cm, culoare albastră, din material neșesut SMS densitatea 29 g/m². NU este cearșaf în ruluu cu perforare TDS. Facturare N10	DM000847406
3310 0000- 1	24	Cearșaf medical 200*150cm (materiale neșesut SMS)	Cearșaf medical 200*150cm (materiale neșesut SMS) (002928)	Cearsaf medical 200x150c m (Codul produsului : MTS-002)	CHINA	HENAN MEDICAL TECHNO LOGY CO.,LTD	1.material: neșesut, SMS, 29-35 g/m.p. 2.dimensiune: 200*150cm (+/-5cm)	1.material: neșesut, SMS, 30 g/m.p. 2.dimensiune: 200*150cm (+/-5cm) TDS. Facturare N5	DM000873683
3310 0000- 1	25	Cearșaf medical 200*160cm (steril)	Cearșaf medical 200*160cm (steril) (002929)	Cearsaf steril 200x160c m (Codul produsului : MT-018D)	CHINA	HENAN MEDICAL TECHNO LOGY CO.,LTD	Cearșaf steril densitatea minim 29 g/m². Material neșesut, dimensiuni 200*160cm (deviere admisibilă ±5cm), ambalat individual	Cearșaf steril densitatea minim 29 g/m². Material neșesut, dimensiuni 200*160cm (deviere admisibilă ±5cm), ambalat individual TDS. Facturare N1	DM000849220
3310 0000- 1	26	Cearșaf medical 50*40cm	Cearșaf medical 50*40cm (002930)	Cearsaf medical 50x40cm (Codul produsului : KN088)	CHINA	Hubei Kangning Protective Products Co.,Ltd	1.material: neșesut, SMS, 29-35 g/m.p. 2.dimensiune: 50*40cm (+/-5cm)	1.material: neșesut, SMS, 29g/m.p. 2.dimensiune: 50*40cm TDS. Facturare N100	DM000641628
3310 0000- 1	27	Cearșaf medical 50*40cm absorbant	Cearșaf medical 50*40cm absorbant (002931)	Cearsaf absorbant 50x40cm (Codul produsului : 101-001S)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	Cearșaf medical 50*40cm. Material absorbabil 90/100g/mp	Cearșaf medical 50*40cm. Material absorbabil 90/100g/mp TDS. Facturare N50	DM000359000

3310 0000- 1	29	Cearșaf pentru ECO Dopler rulou	Cearșaf pentru ECO Dopler rulou (002933)	Cearsaf pu ECO Dopler rulou 70cmx200 m N1 (Codul produsului :MT-55D)	CHINA	HENAN MEDICAL TECHNO LOGY CO.,LTD	Cearșaf pentru ECO Dopler rulou 200 m/70cm (+/-5cm), material neșesut, jetabil	Cearșaf pentru ECO Dopler rulou 200 m/70cm, material neșesut, jetabil TDS. Facturare N1	DM000641868
3310 0000- 1	30	Cearșaf steril cu bord adeziv absorbant jetabil	Cearșaf steril cu bord adeziv absorbant jetabil (002934)	Cearsaf steril 70x95cm cu adeziv (Codul produsului : MDSD- 1031-2)	China	Anhui MedPurest Medical Technolog y Co.,Ltd.	Din material neșesut, polistratificat, minim 3 straturi: • impermeabil; • absorbant cu zona de absorbție pe toata suprafața 100x75cm (+/- 5cm) și capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. • Strat confort (din celuloza) pentru pacient. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu.	Din material neșesut, polistratificat, 3 straturi: • impermeabil; • absorbant cu zona de absorbție pe toata suprafața 70x95cm și capacitatea de absorbție 42 g/m.p. • Strat confort (din celuloza) pentru pacient. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. TDS. Facturare N1	DM000844329
3310 0000- 1	31	Cearșaf steril cu bord adeziv jetabil	Cearșaf steril cu bord adeziv jetabil (002935)	Cearsaf steril (Codul produsului :M10- 2561013)	China	Anhui MedPurest Medical Technolog y Co.,Ltd.	Cearșaf steril cu bord adeziv 175x175cm (+/-10cm) – 2 buc., jetabil. Din material neșesut, polistratificat, minim 3 straturi: • impermeabil; • absorbant cu zona de absorbție pe toata suprafața 100x75cm (+/- 5cm) și capacitatea de absorbție nu mai puțin de 42 g/m.p. • Strat confort (din celuloza) pentru pacient Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. Ambalat individual	Cearșaf steril cu bord adeziv 165x165cm – 2 buc., jetabil. Din material neșesut, polistratificat, 3 straturi: • impermeabil; • absorbant cu zona de absorbție pe toata suprafața 100x75cm (+/-5cm) și capacitatea de absorbție 42 g/m.p. • Strat confort (din celuloza) pentru pacient Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. Ambalat individual TDS. Facturare N1	DM000844331
3310 0000- 1	32	Cearșaf TUR	Cearșaf TUR (002936)	Cearsaf TUR (Codul produsului :103-011- S)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	Material neșesut 5 straturi SSMMS, nu mai puțin de 65 g/m.p., strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. 250x200cm (+/- 10cm)	Material neșesut 5 straturi SSMMS, nu mai puțin de 65 g/m.p., strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. 250x200cm TDS. Facturare N1	DM000397543

3310-0000-1	35	Costum radioprotecție L	Costum radioprotecție L (002983)	Costum radioprotecție L (Codul produsului : FC06)	China	Longkou Longyue Medical Device Co., Ltd.	Costum radioprotecție din 2 piese (vestă + fustă). Confectionate din material cauciuc cu conținut de Pb ce asigura protecția radiologică conform normelor interne și internaționale. Acoperit cu material antibacterian. Costum model de înfășare, oferă protecție maximă în partea frontală, prin dublă suprapunere a straturilor. Buzunar exterior la piept. Vestă cu pernuțe moi pe interior la umeri. Fusta în spate cu 10cm mai scurtă, cu centură ajustabilă pe latime și înaltime. Echivalent în Pb frontal - 0.35mm, suprapunerea a 2 straturi - 0.7mm; dorsal - 0.35mm. oferă elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem de prindere vesta - cu arici pe interior și închizător "click" pe exterior; fusta - cu arici pe interior și centură pe exterior. Disponibile cel puțin 5 culori. Mărima L - DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD	Costum radioprotecție din 2 piese (vestă + fustă). Confectionate din material cauciuc cu conținut de Pb ce asigura protecția radiologică conform normelor interne și internaționale. Acoperit cu material antibacterian. Costum model de înfășare, oferă protecție maximă în partea frontală, prin dublă suprapunere a straturilor. Buzunar exterior la piept. Vestă cu pernuțe moi pe interior la umeri. Fusta în spate cu 10cm mai scurtă, cu centură ajustabilă pe latime și înaltime. Echivalent în Pb frontal - 0.35mm, suprapunerea a 2 straturi - 0.7mm; dorsal - 0.35mm. oferă elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem de prindere vesta - cu arici pe interior și închizător "click" pe exterior; fusta - cu arici pe interior și centură pe exterior. Disponibile cel puțin 5 culori. Mărima L - DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD	DM000853483
3310-0000-1	37	Costum radioprotecție XL	Costum radioprotecție XL (002985)	Costum radioprotecție XL (Codul produsului : FC06)	China	Longkou Longyue Medical Device Co., Ltd.	Costum radioprotecție din 2 piese (vestă + fustă). Confectionate din material cauciuc cu conținut de Pb ce asigura protecția radiologică conform normelor interne și internaționale. Acoperit cu material antibacterian. Costum model de înfășare, oferă protecție maximă în partea frontală, prin dublă suprapunere a straturilor. Buzunar exterior la piept. Vestă cu pernuțe moi pe interior la umeri. Fusta în spate cu 10cm mai scurtă, cu centură ajustabilă pe latime și înaltime. Echivalent în Pb frontal - 0.35mm, suprapunerea a 2 straturi - 0.7mm; dorsal - 0.35mm. oferă elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem de prindere vesta - cu arici pe interior și închizător "click" pe exterior; fusta - cu arici pe interior și centură pe exterior. Disponibile cel puțin 5 culori. Mărima XL - DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD	Costum radioprotecție din 2 piese (vestă + fustă). Confectionate din material cauciuc cu conținut de Pb ce asigura protecția radiologică conform normelor interne și internaționale. Acoperit cu material antibacterian. Costum model de înfășare, oferă protecție maximă în partea frontală, prin dublă suprapunere a straturilor. Buzunar exterior la piept. Vestă cu pernuțe moi pe interior la umeri. Fusta în spate cu 10cm mai scurtă, cu centură ajustabilă pe latime și înaltime. Echivalent în Pb frontal - 0.35mm, suprapunerea a 2 straturi - 0.7mm; dorsal - 0.35mm. oferă elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem de prindere vesta - cu arici pe interior și închizător "click" pe exterior; fusta - cu arici pe interior și centură pe exterior. Disponibile cel puțin 5 culori. Mărima XL - DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD	DM000853483
3310-0000-1	38	Guler radioprotecție tiroidian	Guler radioprotecție tiroidian (003010)	Guler radioprotecție (Codul produsului : FC09-3)	China	Longkou Longyue Medical Device Co., Ltd.	Să asigure o radioprocție foarte bună a regiunii tiroidiene echivalent Pb -0,50mm. Acoperit cu material flexibil, antibacterian. Mărima universal, închidere ajustată cu magnet. Gamă de cel puțin 3 modele diferite în cel puțin 5 culori. Se oferă cu husă valabila din bumbac 100%.	Să asigure o radioprocție foarte bună a regiunii tiroidiene echivalent Pb -0,50mm. Acoperit cu material flexibil, antibacterian. Mărima universal, închidere ajustată cu magnet. Gamă de cel puțin 3 modele diferite în cel puțin 5 culori. Se oferă cu husă valabila din bumbac 100%.	DM000859104
3310-0000-1	39	Halat chirurgical eurostandar d ranforsat	Halat chirurgical eurostandard L ranforsat (003011)	Halat chirurgical eurostandard L (Codul produsului : RS-039)	China	HUBEI RUNSAN MEDICAL PRODUCTS CO., LTD	1.Din material nețesut -fibre din polipropilenă, minim 3 tipuri de fibre-SMS; 2.Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; 3.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea de minim 40cm 4.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de minim 75cm; 5.Cusutura cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude cusutura cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 6.Lungimea mânicilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului de 130cm (±3cm), din umeri până la poale, lățimea halatului în zona axilară 75cm(±3cm); 7. Închidere suprapusă la spate prin legături și manșete elastice tricotate, pentru o protecție de 360°. 8.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză; 9.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen), termen de valabilitate nu mai mic de 5ani; 10.Marcaj CE, certificat EN13795; DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD	1.Din material nețesut -fibre din polipropilenă, 3 tipuri de fibre-SMS; 2.Repelent, grosimea materialului SMS 35 g/m²; 3.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea de 40cm 4.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de 75cm; 5.Cusutura cu ultrasunet pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude cusutura cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; 6.Lungimea mânicilor de 60cm, lungimea halatului de 127cm, din umeri până la poale, lățimea halatului în zona axilară 72cm; 7. Închidere suprapusă la spate prin legături și manșete elastice tricotate, pentru o protecție de 360°. 8.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză; 9.Ambalaj-sterilizare cu EO, termen de valabilitate 5ani; 10.Marcaj CE, certificat EN13795; DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD	DM000641635

3310 0000- 1		Halat chirurgical eurostandard M ranforsat (003012)	Halat chirurgical eurostanda rd M (Codul produsului : RS-038)	China	HUBEI RUNSAN MEDICAL PRODUC TS CO., LTD	1.Din material nețesut -fibre din polipropilenă, minim 3 tipuri de fibre-SMS; 2.Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; 3.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea de minim 40cm; 4.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de minim 70cm; 5.Cusutura cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude cusutura cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 6.Lungimea mânicilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului de 115cm (±3cm), din umeri până la poale, lățimea halatului în zona axilară 70cm(±3cm); 7. Închidere suprapusă la spate prin legături și manșete elastice tricotate, pentru o protecție de 360°. 8.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză; 9.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen), termen de valabilitate nu mai mic de Sani; 10.Marcaj CE, certificat EN13795; DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD	1.Din material nețesut -fibre din polipropilenă, 3 tipuri de fibre-SMS; 2.Repelent, grosimea materialului SMS 35 g/m²; 3.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea de 40cm; 4.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de 70cm; 5.Cusutura cu ultrasunet pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude cusutura cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; 6.Lungimea mânicilor de 60cm, lungimea halatului de 112cm, din umeri până la poale, lățimea halatului în zona axilară 67cm; 7. Închidere suprapusă la spate prin legături și manșete elastice tricotate, pentru o protecție de 360°. 8.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză; 9.Ambalaj-sterilizare cu EO, termen de valabilitate Sani; 10.Marcaj CE, certificat EN13795; DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD TDS. Facturare N1	DM000641634
3310 0000- 1		Halat chirurgical eurostandard S ranforsat (003013)	Halat chirurgical eurostanda rd S (Codul produsului : RS-037)	China	HUBEI RUNSAN MEDICAL PRODUC TS CO., LTD	1.Din material nețesut -fibre din polipropilenă, minim 3 tipuri de fibre-SMS; 2.Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; 3.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea de minim 35cm; 4.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de minim 65cm; 5.Cusutura cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude cusutura cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 6.Lungimea mânicilor de 55cm (±3cm), lungimea halatului de 110cm (±3cm), din umeri până la poale, lățimea halatului în zona axilară 65cm(±3cm); 7. Închidere suprapusă la spate prin legături și manșete elastice tricotate, pentru o protecție de 360°. 8.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză; 9.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen), termen de valabilitate nu mai mic de Sani; 10.Marcaj CE, certificat EN13795; DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD	1.Din material nețesut -fibre din polipropilenă, 3 tipuri de fibre-SMS; 2.Repelent, grosimea materialului SMS 35 g/m²; 3.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea 35cm; 4.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de 65cm; 5.Cusutura cu ultrasunet pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude cusutura cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; 6.Lungimea mânicilor de 55cm, lungimea halatului de 107cm, din umeri până la poale, lățimea halatului în zona axilară 62cm; 7. Închidere suprapusă la spate prin legături și manșete elastice tricotate, pentru o protecție de 360°. 8.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză; 9.Ambalaj-sterilizare cu EO, termen de valabilitate Sani; 10.Marcaj CE, certificat EN13795; DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD TDS. Facturare N1	DM000641633
3310 0000- 1		Halat chirurgical eurostandard XL ranforsat (003014)	Halat chirurgical eurostanda rd XL (Codul produsului : RS-040)	China	HUBEI RUNSAN MEDICAL PRODUC TS CO., LTD	1.Din material nețesut -fibre din polipropilenă, minim 3 tipuri de fibre-SMS; 2.Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; 3.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea de minim 40cm; 4.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de minim 75cm; 5.Cusutura cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude cusutura cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 6.Lungimea mânicilor de 65cm (±3cm), lungimea halatului de 140cm (±5cm), din umeri până la poale, lățimea halatului în zona axilară 75cm(±3cm); 7. Închidere suprapusă la spate prin legături și manșete elastice tricotate, pentru o protecție de 360°. 8.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză; 9.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen), termen de valabilitate nu mai mic de Sani; 10.Marcaj CE, certificat EN13795; DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD	1.Din material nețesut -fibre din polipropilenă, 3 tipuri de fibre-SMS; 2.Repelent, grosimea materialului SMS 35 g/m²; 3.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea de 40cm; 4.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de 75cm; 5.Cusutura cu ultrasunet pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude cusutura cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; 6.Lungimea mânicilor de 65cm, lungimea halatului de 135cm, din umeri până la poale, lățimea halatului în zona axilară 72cm; 7. Închidere suprapusă la spate prin legături și manșete elastice tricotate, pentru o protecție de 360°. 8.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză; 9.Ambalaj-sterilizare cu EO, termen de valabilitate Sani; 10.Marcaj CE, certificat EN13795; DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD TDS. Facturare N1	DM000641636

3310 0000- 1			Halat chirurgical eurostandard XXL ranforsat (003015)	Halat chirurgical eurostanda rd XXL (Codul produsului : RS-041)	China	HUBEI RUNSAN MEDICAL PRODUC TS CO., LTD	1.Din material nețesut -fibre din polipropilenă, minim 3 tipuri de fibre-SMS; 2.Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; 3.Ranforsat la mâneci, materialul ranforsării -film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mâneci cu lungimea de minim 40cm; 4.Ranforsat în față materialul ranforsării -film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de minim 90cm; 5.Cusutura cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude cusutura cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 6.Lungimea mânicilor de 60cm(±3cm), lungimea halatului de 155cm (±3cm), din umeri până la poale, lățimea halatului în zona axilară 75cm(±3cm); 7. Închidere suprapusă la spate prin legături și manșete elastice tricotate, pentru o protecție de 360°; 8.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză; 9.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen), termen de valabilitate nu mai mic de Sani; 10.Marcaj CE, certificat EN13795; DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD	1.Din material nețesut -fibre din polipropilenă, 3 tipuri de fibre-SMS; 2.Repelent, grosimea materialului SMS 35 g/m²; 3.Ranforsat la mâneci, materialul ranforsării -film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la mâneci cu lungimea de 40cm; 4.Ranforsat în față materialul ranforsării -film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de 90cm; 5.Cusutura cu ultrasunet pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude cusutura cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; 6.Lungimea mânicilor de 63cm, lungimea halatului de 152cm, din umeri până la poale, lățimea halatului în zona axilară 75cm; 7. Închidere suprapusă la spate prin legături și manșete elastice tricotate, pentru o protecție de 360°; 8.Ambalajul individual cu 2 șervețele absorbante de celuloză; 9.Ambalaj-sterilizare cu EO, termen de valabilitate de Sani; 10.Marcaj CE, certificat EN13795; DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD TDS. Facturare N1	DM000641637
3310 0000- 1	40	Halat chirurgical steril ranforsat	Halat chirurgical steril ranforsat L (003016)	Halat chirurgical ranforsat L (Codul produsului : s11901003)	China	Xiantao Zhongtai Protective Products Co., Ltd.	Halat chirurgical steril ranforsat L 1.mărimea: L DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD 2.Material nețesut minim 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 132cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 10.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a straturilor de polipropilenă și/sau polietilenă; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea de minim 40cm; 11.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a straturilor de polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a straturilor de polipropilenă și/sau polietilenă; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de minim 75cm. 12. Marcaj CE.	Halat chirurgical steril ranforsat L 1.mărimea: L DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD 2.Material nețesut minim 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime 132cm 9. Halatul corespunde standardului EN 13795, cusutura - cu ultrasunet 10.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea 30g/m² a straturilor de polipropilenă și polietilenă; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea de 40cm; 11.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea 30g/m² a straturilor de polipropilenă și polietilenă; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de 75cm. 12. Marcaj CE. TDS. Facturare N1	DM000841941
3310 0000- 1			Halat chirurgical steril ranforsat M (003017)	Halat chirurgical ranforsat M (Codul produsului : s11901002)	China	Xiantao Zhongtai Protective Products Co., Ltd.	Halat chirurgical steril ranforsat M 1.mărimea: M DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD 2.Material nețesut minim 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 125cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 10.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a straturilor de polipropilenă și/sau polietilenă; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea de minim 40cm; 11.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a straturilor de polipropilenă și/sau polietilenă; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de minim 70cm.12. Marcaj CE.	Halat chirurgical steril ranforsat M 1.mărimea: M DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime 125cm 9. Halatul corespunde standardului EN 13795 , cusutura - cu ultrasunet 10.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea 30g/m² a straturilor de polipropilenă și polietilenă; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea de 40cm; 11.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea 30g/m² a straturilor de polipropilenă și polietilenă; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de 70cm.12. Marcaj CE. TDS. Facturare N1	DM000841940
3310 0000- 1			Halat chirurgical steril ranforsat S (003018)	Halat chirurgical ranforsat S (Codul produsului : s11901001)	China	Xiantao Zhongtai Protective Products Co., Ltd.	Halat chirurgical steril ranforsat S 1.mărimea: S DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD 2.Material nețesut minim 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 117cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 10.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a straturilor de polipropilenă și/sau polietilenă; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea de minim 40cm; 11.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a straturilor de polipropilenă și/sau polietilenă; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de minim 65cm.12. Marcaj CE.	Halat chirurgical steril ranforsat S 1.mărimea: S DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime 117cm 9. Halatul corespunde standardului EN 13795 , cusutura - cu ultrasunet 10.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea 30g/m² a straturilor de polipropilenă și polietilenă; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea de 40cm; 11.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea 30g/m² a straturilor de polipropilenă și polietilenă; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de 65cm.12. Marcaj CE. TDS. Facturare N1	DM000841938

3310 0000- 1			Halat chirurgical steril ranforsat XL (003019)	Halat chirurgical ranforsat XL (Codul produsului : s11901004)	China	Xiantao Zhongtai Protective Products Co., Ltd.	Halat chirurgical steril ranforsat XL 1.mărimea: XL DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD 2.Material nețesut minim 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 140cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 10.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a stratului de polipropilenă și/sau polietilenă; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea de minim 40cm; 11.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a stratului de polipropilenă și/sau polietilenă; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de minim 75cm.12. Marcaj CE.	Halat chirurgical steril ranforsat XL 1.mărimea: XL DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime 140cm 9. Halatul corespunde standardului EN 13795 , cusutura - cu ultrasunet 10.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea 30g/m² a stratului de polipropilenă și polietilenă; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea de 40cm; 11.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea 30g/m² a stratului de polipropilenă și polietilenă; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de 75cm.12. Marcaj CE. TDS. Facturare N1	DM000841942
3310 0000- 1			Halat chirurgical steril ranforsat XXL (003020)	Halat chirurgical ranforsat XXL (Codul produsului : s11901005)	China	Xiantao Zhongtai Protective Products Co., Ltd.	Halat chirurgical steril ranforsat XXL 1.mărimea: XXL DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD 2.Material nețesut minim 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 150cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet) 10.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a stratului de polipropilenă și/sau polietilenă; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea de minim 40cm; 11.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și/sau polietilenă, cu grosimea minim 15g/m² a stratului de polipropilenă și/sau polietilenă; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de minim 90cm.12. Marcaj CE.	Halat chirurgical steril ranforsat XXL 1.mărimea: XXL DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime 150cm 9. Halatul corespunde standardului EN 13795 , cusutura - cu ultrasunet 10.Ranforsat la mânici, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea 30g/m² a stratului de polipropilenă și polietilenă; dimensiunile ranforsării la mânici cu lungimea de 40cm; 11.Ranforsat în față materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea 30g/m² a stratului de polipropilenă și polietilenă; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea de 90cm.12. Marcaj CE. TDS. Facturare N1	DM000841943
3310 0000- 1	41	Halat chirurgical steril	Halat chirurgical steril S (003021)	Halat chirurgical S (Codul produsului :RS-027)	China	HUBEI RUNSAN MEDICAL PRODUC TS CO., LTD	1.mărimea: S DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 117cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet). 10. Marcaj CE.	1.mărimea: S DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime de 117cm 9. Halatul corespunde standardului EN 13795, cusutura - cu ultrasunet. 10. Marcaj CE. TDS. Facturare N1	DM000641633
3310 0000- 1			Halat chirurgical steril XL (003022)	Halat chirurgical XL (Codul produsului :RS-030)	China	HUBEI RUNSAN MEDICAL PRODUC TS CO., LTD	1.mărimea: XL DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 140cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet). 10. Marcaj CE.	1.mărimea: XL DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime de 140cm 9. Halatul corespunde standardului EN 13795, cusutura - cu ultrasunet. 10. Marcaj CE. TDS. Facturare N1	DM000641636

3310 0000- 1			Halat chirurgical steril L (003023)	Halat chirurgical L (Codul produsului :RS-029)	China	HUBEI RUNSAN MEDICAL PRODUC TS CO., LTD	1.mărimea: L DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 132cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet). 10. Marcaj CE.	1.mărimea: L DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime de 132cm 9. Halatul corespunde standardului EN 13795, cusutura - cu ultrasunet. 10. Marcaj CE. TDS. Facturare N1	DM000641635
3310 0000- 1			Halat chirurgical steril M (003024)	Halat chirurgical M (Codul produsului :RS-028)	China	HUBEI RUNSAN MEDICAL PRODUC TS CO., LTD	1.mărimea: M DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 125cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet). 10. Marcaj CE.	1.mărimea: M DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime de 125cm 9. Halatul corespunde standardului EN 13795, cusutura - cu ultrasunet. 10. Marcaj CE. TDS. Facturare N1	DM000641634
3310 0000- 1			Halat chirurgical steril XXL	Halat chirurgical XXL (Codul produsului :RS-031)	China	HUBEI RUNSAN MEDICAL PRODUC TS CO., LTD	1.mărimea: XXL DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime nu mai puțin de 150cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul, cusutura - cu laser (se acceptă și cusutura cu ultrasunet). 10. Marcaj CE.	1.mărimea: XXL DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD 2.Material neșesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80cm H2O conform testului EN 20811:1981 (metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin legături 8. Lungime de 150cm 9. Halatul corespunde standardului EN 13795, cusutura - cu ultrasunet. 10. Marcaj CE. TDS. Facturare N1	DM000641637
3310 0000- 1	42	Halat de unică folosință cu legături	Halat de unică folosință cu legături L (003025)	Halat medical L (Codul produsului :003)	China	Hubei Feiteng Protective Products Co., Ltd.	Halat medical de uz unic, material neșesut, densitatea min 35g/m.p. înălțimea (115cm ±5cm), mărimea L DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD, cu fixare spate prin legături în două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mâneci.	Halat medical de uz unic, material neșesut, densitatea 35g/m.p. înălțimea (115cm), mărimea L DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD, cu fixare spate prin legături în două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mâneci. TDS. Facturare N10	DM000859229
3310 0000- 1			Halat de unică folosință cu legături M (003026)	Halat medical M (Codul produsului :002)	China	Hubei Feiteng Protective Products Co., Ltd.	Halat medical de uz unic, material neșesut, densitatea min 35g/m.p. înălțimea (110cm ±5cm), mărimea M DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD, cu fixare spate prin legături în două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mâneci.	Halat medical de uz unic, material neșesut, densitatea 35g/m.p. înălțimea (110cm), mărimea M DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD, cu fixare spate prin legături în două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mâneci. TDS. Facturare N10	DM000859228
3310 0000- 1			Halat de unică folosință cu legături S (003027)	Halat medical S (Codul produsului :001)	China	Hubei Feiteng Protective Products Co., Ltd.	Halat medical de uz unic, material neșesut, densitatea min 35g/m.p. înălțimea (110cm ±5cm), mărimea S DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD, cu fixare spate prin legături în două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mâneci.	Halat medical de uz unic, material neșesut, densitatea 35g/m.p. înălțimea (105cm), mărimea S DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD, cu fixare spate prin legături în două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mâneci. TDS. Facturare N10	DM000859227

3310 0000- 1			Halat de unică folosință cu legături XL (003028)	Halat medical XL (Codul produsului :004)	China	Hubei Feiteng Protective Products Co., Ltd.	Halat medical de uz unic, material nețesut, densitatea min 35g/m.p. înălțimea (120cm ±5cm), mărimea XL DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD, cu fixare spate prin legături în două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mâneci.	Halat medical de uz unic, material nețesut, densitatea 35g/m.p. înălțimea (120cm), mărimea XL DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD, cu fixare spate prin legături în două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mâneci. TDS. Facturare N10	DM000859230
3310 0000- 1			Halat de unică folosință cu legături XXL (003029)	Halat medical XXL (Codul produsului :005)	China	Hubei Feiteng Protective Products Co., Ltd.	Halat medical de uz unic, material nețesut, densitatea min 35g/m.p. înălțimea (140cm ±5cm), mărimea XXL DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD, cu fixare spate prin legături în două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mâneci.	Halat medical de uz unic, material nețesut, densitatea 35g/m.p. înălțimea (135cm), mărimea XXL DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD, cu fixare spate prin legături în două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mâneci. TDS. Facturare N10	DM000859231
3310 0000- 1			Halat de unică folosință cu legături XXXL (003030)	Halat medical XXXL (Codul produsului :006)	China	Hubei Feiteng Protective Products Co., Ltd.	Halat medical de uz unic, material nețesut, densitatea min 35g/m.p. înălțimea (140cm ±5cm), mărimea XXXL DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD, cu fixare spate prin legături în două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mâneci.	Halat medical de uz unic, material nețesut, densitatea 35g/m.p. înălțimea (140cm), mărimea XXXL DIMENSIUNE EUROPEANĂ STANDARD, cu fixare spate prin legături în două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mâneci. TDS. Facturare N10	DM000859232
3310 0000- 1	48	Mască de Oxygen mărimea XL	Mască de Oxygen mărimea XL (003067)	Mască oxigen cu sac si tub adulti (Codul produsului : T20170)	Turcia	TMS MEDIKAL PLASTIK URUNLE RI SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI	PVC transparent netoxic, nu conține latex, tub lung 210cm cu conectori universali, rezervor de Oxygen 1000ml, conector cu supape de silicon, unică folosință, ambalate individual	PVC transparent netoxic, nu conține latex, tub lung 210cm cu conectori universali, rezervor de Oxygen 1000ml, conector cu supape de silicon, unică folosință, ambalate individual TDS. Facturare N1	DM000656128
3310 0000- 1	50	Mască medicală ASTM ≥ level 2 - polipropilen ă	Mască medicală ASTM ≥ level 2 - polipropilenă (003088)	Mască chirurgical a cu legaturi si banda anti- aburire (Codul produsului : 966-TO- AF)	China	GUILIN HBM SANITAR Y PROTECT IONS, INC.	1.Material: polipropilenă - nețesut, fără latex, trei straturi, trei pliuri, conform EN 14863 - Medical face mask 2.Hipoalergică 3.Bandă pe suprafață internă specială pentru a evita formarea condensatului și reflecției în ochelari. 4.fixare: legare cu cordon 5.Culoare: alb, albastru (bleu) sau verde 6.Să permită respirația fără efort 7.Protecție împotriva contaminării 8.Adaptabilă la forma feței, cu benzi Fixatoare, din plastic, pentru nas 9. Ambalaj - cutie-dispenser a cate 50-60 bucăți, cu marcaj mască chirurgicală anti-ceață. 10. Nesteril	1.Material: polipropilenă - nețesut, fără latex, trei straturi, trei pliuri, conform EN 14863 - Medical face mask 2.Hipoalergică 3.Bandă pe suprafață internă specială pentru a evita formarea condensatului și reflecției în ochelari. 4.fixare: legare cu cordon 5.Culoare: alb, albastru (bleu) sau verde 6.Să permită respirația fără efort 7.Protecție împotriva contaminării 8.Adaptabilă la forma feței, cu benzi Fixatoare, din plastic, pentru nas 9. Ambalaj - cutie-dispenser a cate 50bucăți, cu marcaj mască chirurgicală anti-ceață. 10. Nesteril TDS. Facturare N50	DM000344407

3310-0000-1	55	Respiratoare cu valvă respiratorie	Respiratoare cu valvă respiratorie (003223)	Respirator FFP2 (Codul produsului : A-267V)	Turcia	MFA İŞ GÜVENLİ Ğİ MEDİKAL A.Ş.	Respirator pentru particule, de gradul FFP2 /N95/N99 (conform EN 149+A1:2010). Gradul de filtrare: bacteriene ≥ 95%. Culoare: albă. Cu valvă expirație, culoare albă. Numărul de straturi : 5. Design care nu permite prăbușirea pe gură (duckbill vertical). Benzi elastice pentru prinderea de urechi. Clemă de nas ascunsă. Fata externă nu va conține înscriruri ale producătorului sau alte imprimeuri. Ambalaj individual. Prezentarea obligatorie a documentelor ce ar confirma corespunderea standardelor EN 149+A1:2010 sau alte standarde echivalente. - Prezentarea raportului de încercări ce ar confirma corespunderea standardelor EN 149+A1:2010 sau alte standarde echivalente. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. Nu este obligatorie înregistrarea acestuia la AMDM.	Respirator pentru particule, de gradul FFP2 (conform EN 149+A1:2010). Gradul de filtrare: bacteriene ≥ 95%. Culoare: albă. Cu valvă expirație, culoare albă. Numărul de straturi : 5. Design care nu permite prăbușirea pe gură (duckbill vertical). Benzi elastice pentru prinderea de urechi. Clemă de nas ascunsă. Fata externă nu va conține înscriruri ale producătorului sau alte imprimeuri. Ambalaj individual. Prezentarea obligatorie a documentelor ce ar confirma corespunderea standardelor EN 149+A1:2010 sau alte standarde echivalente. - Prezentarea raportului de încercări ce ar confirma corespunderea standardelor EN 149+A1:2010 sau alte standarde echivalente. Produsul respectiv nu este un dispozitiv medical. TDS. Facturare N50	EIP
3310-0000-1	59	Set chirurgical cardiovascular ar copii	Set chirurgical cardiovascular copii (003287)	Set chirurgical cardiovascular copii (Codul produsului : MT-007PC)	CHINA	HENAN MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD	Set cardiovascular copii steril jetabil. Componentă inclusă în set: 1)1 buc.: câmp Mayo pentru masă de operație, ranforsat, dimensiuni 80x145cm (±5cm), 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65x85cm (±5cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50mcn; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcn grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 2)4 buc.: ștergare pentru mâini, 20x25cm (±5cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 3)1 buc.: 1 buc.: câmp de masă instrumental - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi: strat absorbant din viscoză minim 20g/m2; strat impermeabil din polietilenă minim 55mcn. 4)1 buc.: Sac pentru defibrilator, 30x40cm (±5cm), transparent, cu lipici, detașabil. 5)1 buc.: Măncă impermeabilă – lungime 50cm (±5cm), compusă din 2 straturi: strat impermeabil pe exterior; strat absorbant pe interior, rezistente la rupere și împunsături; Măncea cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide; se va exclude măncea cusută cu acul măncea de poliester; 6)4 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (câte o pereche: N7; N7, 5; N8, N8, 5) - din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; aptirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0, 27mm; acoperită pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0, 65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 7)1 buc.: Pansament absorbant adeziv, dimensiuni 10x35cm (±5cm), cu film transparent pentru monitorizarea răni post operator; super absorbant – zona absorbantă din viscoză, minim 4x25cm (+/-2cm), capacitate de absorbție minim 2800g/m2; exterior impermeabil la lichide, viruși și bacterii, maleabil. 8)1 buc.: Pernuță pentru curățarea forcepsului de coagulare, dimensiuni minime 5x5cm, abraziv gentil; 9)1 pereche: Bahile pereche, impermeabile, dimensiuni 35x30cm (±5cm), din material 2 straturi: polietilenă și viscoză, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale. 10)2 buc.: Cearșaf cu bord adeziv – 75x75cm (±5cm), Triplu stratificat pe toata suprafața: a) strat confort pentru pacient, din celuloză sau polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcn grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 11)1 buc.: Cearșaf cu absorbant perineal – dimensiuni 200x260cm (±5cm), compus din minim 3 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient din celuloză sau polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcn grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Despicătură urogenitală 20x100cm (±5cm) cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. Absorbantul perineal atașat la câmp, absorbantul compus din 2 straturi: a) polietilenă minim 50mcn grosime, b) polipropilenă minim 10g/m2. 12)1 buc.: Cearșaf toracic – dimensiuni 200x300 (±5cm), aria de incizie 10x15cm(±3cm), compus din minim trei straturi bine delimitate: a) strat confort din celuloza sau polipropilenă pe toată suprafața; b) strat impermeabil pe toată suprafața din polietilenă minim 50mcn grosime; c) strat absorbant în zona critica 50x80cm(±5cm) din viscoză minim 50g/m2; capacitatea de absorbție minim 3, 5g/m2.	Set cardiovascular copii steril jetabil. Componentă inclusă în set: 1)1 buc.: câmp Mayo pentru masă de operație, ranforsat, dimensiuni 80x145cm (±5cm), 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65x85cm (±5cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50mcn; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcn grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 2)4 buc.: ștergare pentru mâini, 20x25cm (±5cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 3)1 buc.: 1 buc.: câmp de masă instrumental - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi: strat absorbant din viscoză minim 20g/m2; strat impermeabil din polietilenă minim 55mcn. 4)1 buc.: Sac pentru defibrilator, 30x40cm (±5cm), transparent, cu lipici, detașabil. 5)1 buc.: Măncă impermeabilă – lungime 50cm (±5cm), compusă din 2 straturi: strat impermeabil pe exterior ; strat absorbant pe interior, rezistente la rupere și împunsături; Măncea cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude măncea cusută cu acul măncea de poliester; 6)4 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (câte o pereche: N7; N7, 5; N8, N8, 5) - din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; aptirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0, 27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0, 65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 7)1 buc.: Pansament absorbant adeziv, dimensiuni 10x35cm (±5cm), cu film transparent pentru monitorizarea răni post operator; super absorbant – zona absorbantă din viscoză, minim 4x25cm (+/-2cm), capacitate de absorbție minim 2800g/m2; exterior impermeabil la lichide, viruși și bacterii, maleabil. 8)1 buc.: Pernuță pentru curățarea forcepsului de coagulare, dimensiuni minime 5x5cm, abraziv gentil; 9)1 pereche: Bahile pereche, impermeabile, dimensiuni 35x30cm (±5cm), din material 2 straturi: polietilenă și viscoză, cu lipici pentru ajustarea mărimii individuale. 10)2 buc.: Cearșaf cu bord adeziv - 75x75cm (±5cm), Triplu stratificat pe toata suprafața: a) strat confort pentru pacient, din celuloză sau polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcn grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 11)1 buc.: Cearșaf cu absorbant perineal – dimensiuni 200x260cm (±5cm), compus din minim 3 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient din celuloză sau polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcn grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Despicătură urogenitală 20x100cm (±5cm) cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. Absorbantul perineal atașat la câmp, absorbantul compus din 2-straturi: a) polietilenă minim 50mcn grosime, b) polipropilenă minim 10g/m2. 12)1 buc.: Cearșaf toracic – dimensiuni 200x300 (±5cm), aria de incizie 10x15cm(±3cm), compus din minim trei straturi bine delimitate: a) strat confort din celuloza sau polipropilenă pe toată suprafața; b) strat impermeabil pe toată suprafața din polietilenă minim 50mcn grosime; c) strat absorbant în zona critica 50x80cm(±5cm) din viscoză minim 50g/m2; capacitatea de absorbție minim 3, 5g/m2.	DM000849191

							14. 1 buc.:Film de incizie transparent, dimensiuni 40x40 (±5cm), adeziv pe toată suprafața, din film de poliuretan de minim 25mcm. 13)1 buc.: Cearșaf pentru masă de operație 150x240cm(±5cm), zonă absorbantă pe toată suprafața. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm grosime; b) strat absorbant cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm2. 14)2 buc.: Huse pentru lichid - 40x35cm (±5cm), transparente, din polietilenă, cu lipici, detașabile. 15)3 buc.: Panglici de operație - 10x50cm (±5cm) – 3 buc. Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm2; cu lipici pe toată suprafața, pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 16)2 buc.: Halat chirurgical XXL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Măneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude măneca cusută cu acul; d) Lungimea mâncilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 17)2 buc.: Halat chirurgical XXL, ranforsat - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Ranforsat la mâneci, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la măneacă cu lungimea 40cm (±3cm); d) Ranforsat în față, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea 90cm (±3cm); e) Măneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude măneca cusută cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; f) Lungimea mâncilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). g) Impermeabilitate în zona ranforsată – 100%. 18)2 buc.:ștergare pentru mâini - 20x25cm (±5cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 19)2 buc.: husă mâner lampă chirurgicală. 20)1 buc contor 20 ace, cu strat din spumă și magnet.	50g/m2; capacitatea de absorbție minim 3, 5g/m2. 14. 1 buc.:Film de incizie transparent, dimensiuni 40x40 (±5cm), adeziv pe toată suprafața, din film de poliuretan de minim 25mcm. 13)1 buc.: Cearșaf pentru masă de operație 150x240cm(±5cm), zonă absorbantă pe toată suprafața. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50mcm grosime; b) strat absorbant cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm2. 14)2 buc.: Huse pentru lichid - 40x35cm (±5cm), transparente, din polietilenă, cu lipici, detașabile. 15)3 buc.: Panglici de operație - 10x50cm (±5cm) – 3 buc. Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm2; cu lipici pe toată suprafața, pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 16)2 buc.: Halat chirurgical XXL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Măneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude măneca cusută cu acul; d) Lungimea mâncilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 17)2 buc.: Halat chirurgical XXL ranforsat - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Ranforsat la mâneci, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 40 g/m²; dimensiunile ranforsării la măneacă cu lungimea 40cm (±3cm); d) Ranforsat în față, materialul ranforsării - film din polipropilenă și polietilenă, cu grosimea minim 33g/m²; dimensiunile ranforsării în față de la umeri la poale cu lungimea 90cm (±3cm); e) Măneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude măneca cusută cu acul, impermeabilitatea în zona ranforsării 100%; f) Lungimea mâncilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 150cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). g) Impermeabilitate în zona ranforsată – 100%. 18)2 buc.:ștergare pentru mâini - 20x25cm (±5cm), din celuloză, absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 19)2 buc.: husă mâner lampă chirurgicală. 20)1 buc contor 20 ace, cu strat din spumă și magnet. TDS. Facturare N1	
3310 0000- 1	62	Set de naștere steril	Set de naștere steril (003291)	Set nastere steril (Codul produsului : 240-003)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	I. 1. cearșaf laminat 2.mărime: 100 X 75cm (±5cm) 3. 1 Bucată II. 1.șcrvțețele absorbante dense 2.mărime 80 X 70cm (+/-5cm) 3.4 bucăți III.1.scutec (protector) 2. mărime: 90 X 60cm (±5cm) 3.1 Bucată IV.1.șorț laminat 2.1 buc V. 1. bonetă 2.1 Bucată VI.1.mască chirurgicală 2. trei straturi cu elastic 3. 1 Bucată VII. 1.cerșaf 2. material: SMS 3.mărime: 130 X 75cm (±5cm) 4.1 Bucată VIII.1.camă ombilicală 2. 1 Bucată IX.1.mini roulou de vată 2. 2 buc	I. 1. cearșaf laminat 2.mărime: 100 X 75cm (±5cm) 3. 1 Bucată II. 1.șcrvțețele absorbante dense 2.mărime 80 X 70cm (+/-5cm) 3.4 bucăți III.1.scutec (protector) 2. mărime: 90 X 60cm (±5cm) 3.1 Bucată IV.1.șorț laminat 2.1 buc V. 1. bonetă 2.1 Bucată VI.1.mască chirurgicală 2. trei straturi cu elastic 3. 1 Bucată VII. 1.cerșaf 2. material: SMS 3.mărime: 130 X 75cm (±5cm) 4.1 Bucată VIII.1.camă ombilicală 2. 1 Bucată IX.1.mini roulou de vată 2. 2 buc TDS. Facturare N1	DM000844398

3310 0000- 1	63	Set chirurgical intervenții cerebrale	Set chirurgical intervenții cerebrale (003292)	Set chirurgical cerebral (Codul produsului : MT- 002PC)	CHINA	HENAN MEDICAL TECHNO LOGY CO.,LTD	Set câmpuri operații cerebrale steril jetabil, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1) 1 buc.: Câmp craniotomie 230 x 300cm (± 20cm), aria de incizie transparentă 30 x 20cm (± 2cm), cu sac de colectare lichide, cu robinet, zonă super absorbantă în aria de lucru. Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40 mcg grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Pictograme pentru ghidare. 2) 4 buc.: Câmp absorbant 50 x 50cm (± 3cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcg grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. 3) 2 buc.: șervețele absorbante din celuloza 20 x 25cm (± 2cm). șervețele absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 4) 1 buc.: Panglică de operație – 10 x 50cm (± 2cm). Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcg grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/m2; cu lipici pe toată suprafața, pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 5) 1 buc.: Câmp pentru masă tip Bobrov 190 x 280cm (± 20cm), zonă absorbantă 100% pe toată suprafața - să fie plasata prima în set, deasupra celorlalte câmpuri și accesorii. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50 mcg grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30 g/m2 cu capacitatea de absorbție minim 2 g/dm2. 6) 2 buc.: Câmp tip Mayo pentru masă de instrumente 80 x 145cm (± 10cm), ranforsat, impermeabil, absorbant, 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85cm (± 5cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50 mcg; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcg grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 8) 1 buc.: Burete abraziv pentru instrumentele de coagulare, 5x 5cm (± 1cm) 9) 3 buc.: Seringă 20 mL, Luer lock. 10) 2 buc.: Light Handle Cover- husa pentru mânerele lămpii chirurgicale. 11) 10 buc.: Tampon absorbant neurochirurgical, din material netesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrastant, dimensiuni 12 x 40mm (± 2mm). 12) 1 buc.: Bisturiu jetabil N15. 13) 1 buc.: Bisturiu jetabil N22. 14) 1 buc.: Buzunar cu bandă adeziva pentru instrumentele de diatermie și aspirație 35x40cm, din polietilenă minim 80 mcg grosime. 15) 1 buc.: Bol gradat 120 ml pentru ace utilizate, din polipropilen, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, inscripționat cu eticheta "risc biologic". 16) 1 buc.: husă microscop cu trei porturi, compatibil cu microscop Pentero 900. Pictogramă pentru ghidare. 17) 1 buc.: Forceps jetabil cu vârf non-aderent pentru coagulator bipolar. Design baioneta, compatibil cu cablul și aparatul de coagulare Erbe 200 /300 aflat în dotare. 18) Mănuși 3 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: N8, 5 – 1 pereche; N8,0 – 2 perechi) - din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0, 27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0, 65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 19) 1 buc.: Marker pentru piele, steril.	Set câmpuri operații cerebrale steril jetabil, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1) 1 buc.: Câmp craniotomie 230 x 300cm (± 20cm), aria de incizie transparentă 30 x 20cm (± 2cm), cu sac de colectare lichide, cu robinet, zonă super absorbantă în aria de lucru. Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, ranforsat în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40 mcg grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. Pictograme pentru ghidare. 2) 4 buc.: Câmp absorbant 50 x 50cm (± 3cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcg grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. 3) 2 buc.: șervețele absorbante din celuloza 20 x 25cm (± 2cm). șervețele absorbante, fără scame, se exclude poliesterul sau SMS. 4) 1 buc.: Panglică de operație – 10 x 50cm (± 2cm). Din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcg grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/m2; cu lipici pe toată suprafața, pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 5) 1 buc.: Câmp pentru masă tip Bobrov 190 x 280cm (± 20cm), zonă absorbantă 100% pe toată suprafața - să fie plasata prima în set, deasupra celorlalte câmpuri și accesorii. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50 mcg grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30 g/m2 cu capacitatea de absorbție minim 2 g/dm2. 6) 2 buc.: Câmp tip Mayo pentru masă de instrumente 80 x 145cm (± 10cm), ranforsat, impermeabil, absorbant, 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85cm (± 5cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50 mcg; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcg grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 7) 1 buc.: Cateter de aspirație 12 CH, minim 0, 5 m. 8) 1 buc.: Burete abraziv pentru instrumentele de coagulare, 5x 5cm (± 1cm) 9) 3 buc.: Seringă 20 mL, Luer lock. 10) 2 buc.: Light Handle Cover- husa pentru mânerele lămpii chirurgicale. 11) 10 buc.: Tampon absorbant neurochirurgical, din material netesut, fără scame, hidrofil, cu indicator R-contrastant, dimensiuni 12 x 40mm (± 2mm). 12) 1 buc.: Bisturiu jetabil N15. 13) 1 buc.: Bisturiu jetabil N22. 14) 1 buc.: Buzunar cu bandă adeziva pentru instrumentele de diatermie și aspirație 35x40cm, din polietilenă minim 80 mcg grosime. 15) 1 buc.: Bol gradat 120 ml pentru ace utilizate, din polipropilen, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, inscripționat cu eticheta "risc biologic". 16) 1 buc.: husă microscop cu trei porturi, compatibil cu microscop Pentero 900. Pictogramă pentru ghidare. 17) 1 buc.: Forceps jetabil cu vârf non-aderent pentru coagulator bipolar. Design baioneta, compatibil cu cablul și aparatul de coagulare Erbe 200 /300 aflat în dotare. 18) Mănuși 3 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: N8, 5 – 1 pereche; N8,0 – 2 perechi) - din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0, 27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0, 65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 19) 1 buc.: Marker pentru piele, steril. TDS. Facturare N1	DM000849193
--------------------	----	--	--	--	-------	---	--	---	-------------

3310 0000- 1	65	Set chirurgical mare pentru intervenții cu risc sporit de lichide, jetabil	Set chirurgical mare pentru intervenții cu risc sporit de lichide, jetabil (003295)	Set chirurgical interventii cu risc sporit de lichide (Codul produsului : 200-001- S.1)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	1.Câmp Mayo pentru masă de instrumente 145x80cm (+/-10cm) – 1 buc. Minim 2 straturi: 1 impermeabil, 1 absorbant, zonă absorbantă minim 65x85cm (+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 2.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 90x75cm (+/-5cm) – 2 buc. Material nețesut (spunbond-meltblown-spunbond) polypropilen; 2 Strat: Absorbent cu higroscopicitate mare (celuloză/viscoză etc); 3 strat: Rezistent la lichide (polyethylen sau polyurethan); 4 Strat: Strat de bază (material nețesut din polyester spunlace cu adeziv sensibil la presiune de bază de acrilat, grosime maxim 50μm. Cearșaf impermeabil, zona câmpului absorbant minim 90x40cm (+/-5cm), cu nivelul absorbției majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, împregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. 3.Servețele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 4 buc. 4.Panglica de operație minim 10x50cm (±5cm) – 1 buc. impermeabilă, absorbantă, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 5.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 175x175cm (+/-10cm) – 1 buc. Material nețesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p. 1 Strat: Material SMS nețesut (spunbond-meltblown-spunbond) polypropilen; 2 Strat: Absorbent cu higroscopicitate mare (celuloză/viscoză etc); 3 strat: Rezistent la lichide (polyethylen sau polyurethan); 4 Strat: Strat de bază (material nețesut din polyester spunlace cu adeziv sensibil la presiune de bază de acrilat, grosime maxim 50μm. Cearșaf impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40cm, cu nivelul absorbției majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, împregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 6.Cearșaf steril cu bord adeziv și câmp absorbant 240x150cm (+/-10cm) – 1 buc. Material nețesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p. 1 Strat: Material SMS nețesut (spunbond-meltblown-spunbond) polypropilen; 2 Strat: Absorbent cu higroscopicitate mare (celuloză/viscoză etc); 3 strat: Rezistent la lichide (polyethylen sau polyurethan); 4 Strat: Strat de bază (material nețesut din polyester spunlace cu adeziv sensibil la presiune de bază de acrilat, grosime maxim 50μm. Cearșaf impermeabil, absorbant, zona câmpului absorbant minim 60x40cm, cu nivelul absorbției majorat. Cu “Tube Holders” (orificii pentru fixare tuburilor și firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, împregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 7.Cearșaf absorbant pentru pacient 150x190cm (+/-10cm) – 1 buc., zona de absorbție minim 75x190cm (+/-5cm). Minim 2 straturi: 1 impermeabil, 1 absorbant. 8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen), termen de valabilitate nu mai mic de 2ani; 9.Marcaj CE, certificat EN13795;	1.Câmp Mayo pentru masă de instrumente 145x80cm (+/-10cm) – 1 buc. Minim 2 straturi: 1 impermeabil, 1 absorbant, zonă absorbantă minim 65x85cm (+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 2.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 90x75cm (+/-5cm) – 2 buc. Material nețesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p. 1 Strat: Material SMS nețesut (spunbond-meltblown-spunbond) polypropilen; 2 Strat: Absorbent cu higroscopicitate mare (celuloză/viscoză etc); 3 strat: Rezistent la lichide (polyethylen sau polyurethan); 4 Strat: Strat de bază (material nețesut din polyester spunlace cu adeziv sensibil la presiune de bază de acrilat, grosime maxim 50μm. Cearșaf impermeabil, zona câmpului absorbant minim 90x40cm (+/-5cm), cu nivelul absorbției majorat. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, împregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. 3.Servețele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 4 buc. 4.Panglica de operație minim 10x50cm (±5cm) – 1 buc. impermeabilă, absorbantă, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 5.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 175x175cm (+/-10cm) – 1 buc. Material nețesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p. 1 Strat: Material SMS nețesut (spunbond-meltblown-spunbond) polypropilen; 2 Strat: Absorbent cu higroscopicitate mare (celuloză/viscoză etc); 3 strat: Rezistent la lichide (polyethylen sau polyurethan); 4 Strat: Strat de bază (material nețesut din polyester spunlace cu adeziv sensibil la presiune de bază de acrilat, grosime maxim 50μm. Cearșaf impermeabil, absorbant, zona câmpului absorbant minim 60x40cm, cu nivelul absorbției majorat. Cu “Tube Holders” (orificii pentru fixare tuburilor și firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, împregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 6.Cearșaf steril cu bord adeziv și câmp absorbant 240x150cm (+/-10cm) – 1 buc. Material nețesut minim 4 straturi, nu mai puțin de 42 g/m.p. 1 Strat: Material SMS nețesut (spunbond-meltblown-spunbond) polypropilen; 2 Strat: Absorbent cu higroscopicitate mare (celuloză/viscoză etc); 3 strat: Rezistent la lichide (polyethylen sau polyurethan); 4 Strat: Strat de bază (material nețesut din polyester spunlace cu adeziv sensibil la presiune de bază de acrilat, grosime maxim 50μm. Cearșaf impermeabil, absorbant, zona câmpului absorbant minim 60x40cm, cu nivelul absorbției majorat. Cu “Tube Holders” (orificii pentru fixare tuburilor și firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, împregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 7.Cearșaf absorbant pentru pacient 150x190cm (+/-10cm) – 1 buc., zona de absorbție minim 75x190cm (+/-5cm). Minim 2 straturi: 1 impermeabil, 1 absorbant. 8.Ambalaj-sterilizare cu EO(nu Roentgen), termen de valabilitate nu mai mic de 2ani; 9.Marcaj CE, certificat EN13795; TDS. Facturare N1	DM000397550
3310 0000- 1	66	Set chirurgical operații coxo- femorale	Set chirurgical operații coxo- femorale (003296)	Set chirurgical coxo- femural (Codul produsului : MT-014P)	CHINA	HENAN MEDICAL TECHNO LOGY CO.,LTD	Set operații coxo-femorale steril jetabil, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1)1 buc.: Câmp coxo-femural dimensiuni 220/300 x 340cm (± 20cm), cu orificiu elastic universal pentru toate mărimile, circular, cu marginile flexibile pentru articulația coxo-femurală 15 x 20cm (± 3cm), cu 2 saci laterali pentru poziționare membre și colectare lichide 130 x 75cm (± 2cm), ambii saci cu robinete; zonă super absorbantă și rezistentă la instrumente ascuțite cu dimensiuni minime de 50 x 150cm, cu 2 saci pentru instrumente minim 30 x 20cm, bilateral. Material din minim 3 straturi bine delimitate: a) strat absorbante viscoză și poliester minim 30g/m2 pe toată suprafața; b) strat impermeabil 100% din polietilenă minim 40 mcmm grosime pe toată suprafața; c) strat super absorbant de viscoză și poliester minim 50g/m2 In zona critică: Fixatoare tip "velcro". Câmp rezistent la instrumente chirurgicale grele. 2)2 buc.: Cearșaf cu bord adeziv – 75 x 75cm (± 5cm). Triplu stratificat pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient, din celuloză sau polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40 mcmm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, cu bord adeziv împregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fete), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 3)2 buc.: Panglici de operație cu strat adeziv pe toată suprafața, dimensiuni 10 x 50cm (± 5cm); din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcmm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/m2. 4)1buc.: câmp Mayo pentru masă de operație, ranforsat în zona critică, dimensiuni 80 x 145cm (± 5cm), 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85cm (± 5cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50mcmm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcmm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 5)1 buc.: Câmp pentru masă 150 x 190cm (± 2cm), zonă absorbantă 80 x 190cm (± 5cm); Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, din polietilenă minim 55mcmm grosime; b) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. 6)1buc.: Câmp pentru masă ranforsat 150x190cm (± 10cm), zonă absorbantă 150 x 190cm (± 10cm) pe toată suprafața. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 55 mcmm grosime; b) strat absorbant din polipropilenă minim 30g/m2. 7)1buc.: Stockinet 30 x 120cm (± 2cm), din 1 strat polietilenă și 1 strat viscoză, impermeabil la lichide. 8)1 buc.: Film de incizie din poliuretan dimensiuni 40cm x 40cm (± 2cm), pe baza de acrilat. 9)1buc.: Halat chirurgical standard mărime L, din material nețesut celuloză cu poliester 68g/m2, cu manjete de poliester; lungimea de la umăr până la poale minim 120cm; regiunea toracălă minim 53cm, mâneca cusută cu laser. 10)2 buc.: Halat chirurgical ranforsat față și mâneci, mărime XL, din material nețesut SMS minim 40g/m2, cu manjete de poliester; lungimea de la umăr până la poale 145cm (± 5cm); regiunea toracălă minim 60cm; ranforsare: față – minim 50 x 100cm, mânecă – minim 40cm; mâneca cusută cu laser. 11)1 buc.: Marker pentru piele, standard. 12)2buc.: Meșe cu fir radio contrastant, dimensiuni 50 x 50cm (± 5cm) 13)1 buc.: Container cu capac, pentru prelevarea speciemenelor, volum minim 500 ml. 14)1buc.: Susținător cabluri, tip velcro cu lipici minim 2 x 30cm. 15)1 buc.: Sutura echivalent Vicryl Plus 2-0, lungime 70cm. 16)1 buc.: Sutura echivalent Vicryl Plus 1, lungime 90cm. 17)1 buc.: Pensament post operator autoadeziv, absorbant. Dimensiunea zonei de absorbție minim 10 x 20cm, capacitate de absorbție – minim 6 g/10cm²/24 h (conform standardului	Set operații coxo-femorale steril jetabil, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1)1 buc.: Câmp coxo-femural dimensiuni 220/300 x 340cm (± 20cm), cu orificiu elastic universal pentru toate mărimile, circular, cu marginile flexibile pentru articulația coxo-femurală 15 x 20cm (± 3cm), cu 2 saci laterali pentru poziționare membre și colectare lichide 130 x 75cm (± 2cm), ambii saci cu robinete; zonă super absorbantă și rezistentă la instrumente ascuțite cu dimensiuni minime de 50 x 150cm, cu 2 saci pentru instrumente minim 30 x 20cm, bilateral. Material din minim 3 straturi bine delimitate: a) strat absorbante viscoză și poliester minim 30g/m2 pe toată suprafața; b) strat impermeabil 100% din polietilenă minim 40 mcmm grosime pe toată suprafața; c) strat super absorbant de viscoză și poliester minim 50g/m2 în zona critică; Fixatoare tip "velcro". Câmp rezistent la instrumente chirurgicale grele. 2)2 buc.: Cearșaf cu bord adeziv – 75 x 75cm (± 5cm). Triplu stratificat pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient, din celuloză sau polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40 mcmm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, cu bord adeziv împregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fete), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 3)2 buc.: Panglici de operație cu strat adeziv pe toată suprafața, dimensiuni 10 x 50cm (± 5cm); din 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcmm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/m2. 4)1buc.: câmp Mayo pentru masă de operație, ranforsat în zona critică, dimensiuni 80 x 145cm (± 5cm), 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85cm (± 5cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50mcmm; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcmm grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/m2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 5)1buc.: Câmp pentru masă 150 x 190cm (± 2cm), zonă absorbantă 80 x 190cm (± 5cm); Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, din polietilenă minim 55mcmm grosime; b) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. 6)1buc.: Câmp pentru masă ranforsat 150x190cm (± 10cm), zonă absorbantă 150 x 190cm (± 10cm) pe toată suprafața. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 55 mcmm grosime; b) strat absorbant din polipropilenă minim 30g/m2. 7)1buc.: Stockinet 30 x 120cm (± 2cm), din 1 strat polietilenă și 1 strat viscoză, impermeabil la lichide. 8)1 buc.: Film de incizie din poliuretan dimensiuni 40cm x 40cm (± 2cm), pe baza de acrilat. 9)1buc.: Halat chirurgical standard mărime L, din material nețesut celuloză cu poliester 68g/m2, cu manjete de poliester; lungimea de la umăr până la poale minim 120cm; regiunea toracălă minim 53cm, mâneca cusută cu laser. 10)2 buc.: Halat chirurgical ranforsat față și mâneci, mărime XL, din material nețesut SMS minim 40g/m2, cu manjete de poliester; lungimea de la umăr până la poale 145cm (± 5cm); regiunea toracălă minim 60cm; ranforsare: față – minim 50 x 100cm, mânecă – minim 40cm; mâneca cusută cu laser. 11)1 buc.: Marker pentru piele, standard. 12)2buc.: Meșe cu fir radio contrastant, dimensiuni 50 x 50cm (± 5cm) 13)1 buc.: Container cu capac, pentru prelevarea speciemenelor, volum minim 500 ml. 14)1buc.: Susținător cabluri, tip velcro cu lipici minim 2 x 30cm. 15)1 buc.: Sutura echivalent Vicryl Plus 2-0, lungime 70cm. 16)1 buc.: Sutura echivalent Vicryl Plus 1, lungime 90cm. 17)1buc.: Pensament post operator autoadeziv, absorbant. Dimensiunea zonei de absorbție minim 10 x 20cm,	DM000849197

							EN13726). 18)3:buc.: Bonetă chirurgicală tip astronaut, cu bandă absorbantă, cu legători la spate.	capacitate de absorbție – minim 6 g/10cm²/24 h (conform standardului EN13726). 18)3:buc.: Bonetă chirurgicală tip astronaut, cu bandă absorbantă, cu legători la spate. TDS. Facturare N1	
3310 0000- 1	67	Set chirurgical operații pratologice mici, jetabil	Set chirurgical operații pratologice mici, jetabil (003297)	Set chirurgical operatii proctologi ce mici (Codul produsului : 210-001- S.1)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	1. Câmp Mayo pentru masă de instrumente 145x80cm (+/-10cm) – 1 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 2. Câmp de masă (210x100cm) (+/-10cm) -1 buc.; Polistratificat, minim 2 straturi: impermeabil, absorbant. 3.Câmp steril cu bord adeziv (140x110cm) (+/-10cm) - 2 buc. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. 4. Cearșaf steril cu bord adeziv 100x75cm(+/-5cm) – 2 buc., Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. 5. Șervețele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 2 buc.	1. Câmp Mayo pentru masă de instrumente 145x80cm (+/-10cm) – 1 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă 65x85cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 2. Câmp de masă (210x100cm) (+/-10cm) -1 buc.; Polistratificat, 2 straturi: impermeabil, absorbant. 3.Câmp steril cu bord adeziv (140x110cm) (+/-10cm) - 2 buc. Polistratificat, 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu este lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. 4. Cearșaf steril cu bord adeziv 100x75cm(+/-5cm) – 2 buc., Polistratificat, 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu este lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. 5. Șervețele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 2 buc. TDS. Facturare N1	DM000397559
3310 0000- 1	68	Set chirurgical ORL pentru 2 operații, jetabil	Set chirurgical ORL pentru 2 operații, jetabil (003298)	Set chirurgical ORL 2 operatii (Codul produsului : 300-001- S.1)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	1. câmp steril cu bord adeziv 140x190cm (+/-10cm), gaură 7x45cm) -2 buc. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. 2. câmp de masă 210x100cm (+/-10cm) - 2 buc. 3. șervețele absorbante (20x20cm) - 10 buc.	1. câmp steril cu bord adeziv 140x190cm (+/-10cm), gaură 7x45cm) -2 buc. Polistratificat, 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu este lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. 2. câmp de masă 210x100cm (+/-10cm) - 2 buc. 3. șervețele absorbante (20x20cm) - 10 buc. TDS. Facturare N1	DM000397552
3310 0000- 1	70	Set chirurgical pentru anestezie epidurală, cu filtru	Set chirurgical pentru anestezie epidurală, cu filtru (003300)	Set anestezie epidurala cu adaptor (Codul produsului :N640123)	China	ZHEJIAN G RUNQIAN G MEDICAL INSTRUM ENTS CO., LTD	I. 1.ac tip Tuohy 2. mărime: 18 G, 8cm 3. marcat la fiecare 10mm II. 1. cateter mărime 19G-20G, 2. Lungimea 85cm-100cm 3. radiopac III. Adaptor Tuohy Borst (TBA) sau Conector (cum ar fi Nr.Fit) pentru fixarea cateterului IV.Filtru hidrofilic antibacterian - 0.2 µm V. 1.seringă de plastic LOR (Loos of Resistance)- 8-20 ml- sterilă, Latex free	I. 1.ac tip Tuohy 2. mărime: 18 G, 8cm 3. marcat la fiecare 10mm II. 1. cateter mărime 20G, 2. Lungimea 90cm 3. radiopac III. Adaptor Tuohy Borst (TBA) pentru fixarea cateterului IV.Filtru hidrofilic antibacterian - 0.2 µm V. 1.seringă de plastic LOR (Loos of Resistance)- 10 ml- sterilă, Latex free TDS. Facturare N1	DM000380523

3310 0000- 1	71	Set chirurgical pentru cezariana	Set chirurgical pentru cezariana (003301)	Set chirurgical cezariana (Codul produsului : 801-001- S)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	I. 1. cearșaf pentru masă de instrumente 2. material: SMMS 3. mărime: ~150 x 200cm - 1 buc. II. 1.cearșaf pentru cezariană cu buzunar colector 2.mărime: ~ 200 x 300cm - 1 buc. III. 1.cearșaf pentru nou-născut 2.mărime: ~ 75 x 90cm. 1 buc. IV.1. clamă ombilicală - 1 buc. V.1.halat chirurgical (material SMS) ranforsat 2. mărime: L (universală) - 2buc. VI.1. prosop pentru mâini 2.mărime: 40 x 40cm - 2 buc. VII.1. cearșaf 2.mărime: 100 x 100cm - 1 buc.	I. 1. cearșaf pentru masă de instrumente 2. material: SMMS 3. mărime: ~150 x 200cm - 1 buc. II. 1.cearșaf pentru cezariană cu buzunar colector 2.mărime: ~ 200 x 300cm - 1 buc. III. 1.cearșaf pentru nou-născut 2.mărime: ~ 75 x 90cm. 1 buc. IV.1. clamă ombilicală - 1 buc. V.1.halat chirurgical (material SMS) ranforsat 2. mărime: L (universală) - 2buc. VI.1. prosop pentru mâini 2.mărime: 40 x 40cm - 2 buc. VII.1. cearșaf 2.mărime: 100 x 100cm - 1 buc. TDS. Facturare N1	DM000372849
3310 0000- 1	72	Set chirurgical pentru intervenții laborioase (de durata lungă), steril	Set chirurgical pentru intervenții laborioase (de durata lungă), steril (003303)	Set chirurgical intervenții laborioase durata lunga (Codul produsului : 210-001)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	"Câmp pentru masă de instrumente cu Zona ranforsată din SMS 150x190cm (+/-10cm) - 1 buc Câmp pentru masă Mayo cu ranforsare SMS 80x140cm(+/-10cm) - 1 buc Șervețel pentru absorbție- să nu lase scame- 30x35cm (+/- 10cm) - 2 buc Câmp în forma de U. 200x310cm (+/-10cm) - 1 buc • Zona de incizie- 10x110cm (+/-5cm); • bandă de poziționare - pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătură, lățimea de >5cm; • Zona absorbantă - pe toata suprafața de incizie; rezistentă la penetrare lichide de 150cm de H20/cm2 • Fixatoare pentru tuburi - 4 buc. din SMS; • Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide > 50cm H20/cm2 Câmp parte superioara. 150x270cm (+/- 10cm) - 1 buc • bandă de poziționare- pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătură, lățimea de > 5cm; • Zona absorbantă- pe toata suprafața de incizie; rezistentă la penetrare lichide de 150cm de H20/cm2 • Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide min. 150cm H20/cm2 Câmp parte laterala. 95*105cm (+/- 10cm) - 2 buc • bandă de poziționare- pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătură, lățimea de >5cm; • Zona absorbantă- pe toata suprafața de incizie; rezistentă la penetrare lichide de min 150cm de H20/cm2 • Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide min. 150cm H20/cm2 bandă de poziționare 10*50 (+/-5cm) - 1 buc	"Câmp pentru masă de instrumente cu Zona ranforsată din SMS 150x190cm (+/-10cm) - 1 buc Câmp pentru masă Mayo cu ranforsare SMS 80x140cm(+/-10cm) - 1 buc Șervețel pentru absorbție- să nu lase scame- 30x35cm (+/- 10cm) - 2 buc Câmp în forma de U. 200x310cm (+/-10cm) - 1 buc • Zona de incizie-10x110cm (+/-5cm); • bandă de poziționare - pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătură, lățimea de >5cm; • Zona absorbantă - pe toata suprafața zonei de incizie; rezistentă la penetrare lichide de min. 150cm de H20/cm2 • Fixatoare pentru tuburi - 4 buc. din SMS; • Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide > 50cm H20/cm2 Câmp parte superioara. 150x270cm (+/- 10cm) - 1 buc • bandă de poziționare- pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătură, lățimea de > 5cm; • Zona absorbantă- pe toata suprafața de incizie; rezistentă la penetrare lichide de 150cm de H20/cm2 • Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide min. 150cm H20/cm2 Câmp parte laterala. 95*105cm (+/- 10cm) - 2 buc • bandă de poziționare- pe toata suprafața zonei de incizie, impregnate în țesătură, lățimea de >5cm; • Zona absorbantă- pe toata suprafața de incizie; rezistentă la penetrare lichide de min 150cm de H20/cm2 • Material SMS pe toata suprafața câmpului, cu rezistență lichide min. 150cm H20/cm2 bandă de poziționare 10*50 (+/-5cm) - 1 buc TDS. Facturare N1	DM000810718
3310 0000- 1	73	Set chirurgical standard steril	Set chirurgical standard steril (003304)	Set chirurgical standard (Codul produsului : 200-001)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	1. Câmp Mayo pentru masă de instrumente 145x80cm (+/-10cm) – 1 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 2. Cearșaf steril cu bord adeziv și câmp absorbant 240x150cm (+/-10cm) – 1 buc., Material nețesut minim 3 straturi bine delimitate, nu mai puțin de 42 g/m.p., polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40cm, cu nivelul absorbției mediu. Cu "Tube Holders" (orificii pentru fixare tuburilor și firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 3.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 175x175cm (+/-10cm) – 1 buc., Material nețesut minim 3 straturi bine delimitate, Polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40cm, cu nivelul absorbției mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 4. Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 90x75cm(+/-5cm) – 2 buc., Material nețesut minim 3 straturi bine delimitate, polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 90x40cm(+/-5cm), cu nivelul absorbției mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. 5. Șervețele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 4 buc. 6.Panglica de operație minim 20x25cm (±5cm) – 1 buc. impermeabilă, absorbantă, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 7.Sterile, termen de valabilitate nu mai mic de 1 an la livrare;	1. Câmp Mayo pentru masă de instrumente 145x80cm (+/-10cm) – 1 buc., Impermeabil, absorbant, zonă absorbantă minim 65x85cm(+/-5cm). Pictogramă pentru ghidare. 2. Cearșaf steril cu bord adeziv și câmp absorbant 240x150cm (+/-10cm) – 1 buc., Material nețesut minim 3 straturi bine delimitate, nu mai puțin de 42 g/m.p., polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40cm, cu nivelul absorbției mediu. Cu "Tube Holders" (orificii pentru fixare tuburilor și firelor). Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 3.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 175x175cm (+/-10cm) – 1 buc., Material nețesut minim 3 straturi bine delimitate, Polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 60x40cm, cu nivelul absorbției mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. Pictogramă pentru ghidare. 4. Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbant 90x75cm(+/-5cm) – 2 buc., Material nețesut minim 3 straturi bine delimitate, polistratificat, impermeabil, zona câmpului absorbant minim 90x40cm(+/-5cm), cu nivelul absorbției mediu. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderentă 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. fără latex, fără colofoniu. 5. Șervețele absorbante sterile din celuloza 20x25cm – 4 buc. 6.Panglica de operație minim 20x25cm (±5cm) – 1 buc. impermeabilă, absorbantă, cu lipici pe toată suprafața, liber de colofoniu. Pentru fixarea fermă a tuburilor și instrumentelor în timpul operației. 7.Sterile, termen de valabilitate nu mai mic de 1 an la livrare; TDS. Facturare N1	DM000397551

3310 0000- 1	75	Set chirurgical steril jetabil pentru angiografie	Set chirurgical steril jetabil pentru angiografie (003306)	Set chirurgical angiografi e (Codul produsului : 230-002)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	1. 1 buc.: Câmp angiografie, dimensiuni minime 240x370cm, integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică - ranforsat triplu stratificat cu grosimea minim 50g/dm², cu grad înalt de absorbție - 2,5-3,0g/dm², dimensiuni minime: 240x75cm, cu 4 orificii: 2 orificii de 8x10cm (+/-3cm) și 2 orificii de 5x7cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). Zonă critică suplimentară cu grad înalt de absorbție pentru amplasarea ghidurilor metalice, cu suprafața minim 70cmx150 cm. b) Zona semi-critică absorbantă, minim 70x210cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm (+/-5cm). Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid. 2. 1 buc.: câmp super absorbant - 35x45cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 3. 1 buc.: câmp cu bord adeziv - 50x50cm (+/-5cm). Triplu stratificat pe toată suprafața : strat celuloză confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 4. 1 buc.: câmp de masă instrumentar, ranforsat - 150x190cm (+/-5cm), absorbant pe toată suprafața, compus din 2 straturi - absorbant și impermeabil. 5. 4 buc.: servetele pentru mâini, din celuloză, minim 30x40cm. 6. 2 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material netesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre -SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Măneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude măneca cusută cu acul; d) Lungimea mâncelor de 60cm (+3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (+3cm). 7. 3 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: N7,5 - 2 perechi; N8,0 - 1 pereche) - din cauciu deproteinizat,hipo-alergenice/cu potențial redus de provocare a alergiilor, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; aprotogenice, rezistența la rupere - nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL - nu mai mare de 0,65 (AQL - standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice - conform standardului EN 374-2:2014)). 8. 2 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 9. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 10. 1 buc.: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, Inscrisiionat cu eticheta "risc biologic". 11. 1 buc.: Bol minim 100 ml din polipropilen, transparent. 12. 1 buc.: Bol minim 250 ml din polipropilen, color. 13. 1 buc.: Bol renal minim 800 ml. 14. 1 buc.: Forceps pentru fixație câmpuri - 15cm (+/-3cm). 15. 1 buc.: Clamă - 10cm (+/-3cm). 16. 1 buc.: Tăviță 2500 ml, rotundă, din polipropilen, color, cu „aripioare”, înălțimea minim 9cm (+/-1cm) - pentru asigurarea poziției ferme a ghidului metalic și prevenirea alunecării acestuia. 17. 1 buc.: Seringă angio 12 ml cu rotator. 18. 1 buc.: Rampă 3 căi OFF, robinete cu „aripioare”, rezistentă la 35 bar integrată cu: a) sistemul de contrast din poliuretan minim 1800mm; b) sistemul de perfuzie din poliuretan minim 1900mm; c) tub din poliuretan, minim 1500mm. 19. 1 buc.: Bisturiu E11. 20. 1 buc.: Ghid angiografic cu lungimea minim 175 cm, tip J, cu manevrabilitate avansată de tip constructiv FC-FS (fixed core - fingerstraightenable), diametru 0.035", acoperire PTFE, ghid metalic din nickel-crom. 21. 30 buc.: Tampon de tifon, absorbant 10x10cm, minim 8 straturi. 22. 1 buc.: Ac seringă 18G. 23. 2 buc.: Ac seringă 21G. 24. 1 buc.: Ac seringă 22G. 25. 1 buc.: Seringă Luer Lock 20 ml. 26. 1 buc.: Seringă Luer Lock 10 ml. 27. 1 buc.: Seringă Luer Lock 5 ml. 28. 1 buc.: Seringă Luer Lock 2 ml. 29. 1 buc.: Bol pentru tubulatură - 30x30cm (+/-3cm). 30. 1 buc.: Câmp steril pentru tubulatură - 100 x 150cm (+/-3cm).	1. 1 buc.: Câmp angiografie, dimensiuni minime 240x370cm, integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică - ranforsat triplu stratificat cu grosimea minim 50g/dm², cu grad înalt de absorbție - 2,5-3,0g/dm², dimensiuni minime: 240x75cm, cu 4 orificii: 2 orificii de 8x10cm (+/-3cm) și 2 orificii de 5x7cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). Zonă critică suplimentară cu grad înalt de absorbție pentru amplasarea ghidurilor metalice, cu suprafața minim 70cmx150 cm. b) Zona semi-critică absorbantă, minim 70x210cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm (+/-5cm). Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid. 2. 1 buc.: câmp super absorbant - 35x45cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 3. 1 buc.: câmp cu bord adeziv - 50x50cm (+/-5cm). Triplu stratificat pe toată suprafața : strat celuloză confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant, cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 4. 1 buc.: câmp de masă instrumentar, ranforsat - 150x190cm (+/-5cm), absorbant pe toată suprafața, compus din 2 straturi - absorbant și impermeabil. 5. 4 buc.: servetele pentru mâini, din celuloză, minim 30x40cm. 6. 2 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material netesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre -SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Măneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude măneca cusută cu acul; d) Lungimea mâncelor de 60cm (+3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (+3cm). 7. 3 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: N7,5 - 2 perechi; N8,0 - 1 pereche) - din cauciu deproteinizat,hipo-alergene/cu potențial redus de provocare a alergiilor, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; aprotogenice, rezistența la rupere - nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL - nu mai mare de 0,65 (AQL - standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice - conform standardului EN 374-2:2014)). 8. 2 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 9. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 10. 1 buc.: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, Inscrisiionat cu eticheta "risc biologic". 11. 1 buc.: Bol minim 100 ml din polipropilen, transparent. 12. 1 buc.: Bol minim 250 ml din polipropilen, color. 13. 1 buc.: Bol renal minim 800 ml. 14. 1 buc.: Forceps pentru fixație câmpuri - 15cm (+/-3cm). 15. 1 buc.: Clamă - 10cm (+/-3cm). 16. 1 buc.: Tăviță 2500 ml, rotundă, din polipropilen, color, cu „aripioare”, înălțimea minim 9cm (+/-1cm) - pentru asigurarea poziției ferme a ghidului metalic și prevenirea alunecării acestuia. 17. 1 buc.: Seringă angio 12 ml cu rotator. 18. 1 buc.: Rampă 3 căi OFF, robinete cu „aripioare”, rezistentă la 35 bar integrată cu: a) sistemul de contrast din poliuretan minim 1800mm; b) sistemul de perfuzie din poliuretan minim 1900mm; c) tub din poliuretan, minim 1500mm. 19. 1 buc.: Bisturiu E11. 20. 1 buc.: Ghid angiografic cu lungimea minim 175 cm, tip J, cu manevrabilitate avansată de tip constructiv FC-FS (fixed core - fingerstraightenable), diametru 0,035", acoperire PTFE, ghid metalic din nickel-crom. 21. 30 buc.: Tampon de tifon, absorbant 10x10cm, minim 8 straturi. 22. 1 buc.: Ac seringă 18G. 23. 2 buc.: Ac seringă 21G. 24. 1 buc.: Ac seringă 22G. 25. 1 buc.: Seringă Luer Lock 20 ml. 26. 1 buc.: Seringă Luer Lock 10 ml. 27. 1 buc.: Seringă Luer Lock 5 ml. 28. 1 buc.: Seringă Luer Lock 2 ml. 29. 1 buc.: Bol pentru tubulatură - 30x30cm (+/-3cm). 30. 1 buc.: Câmp steril pentru tubulatură - 100 x 150cm (+/-3cm). TDS. Facturare N1	DM000810714
--------------------	----	---	---	---	--------	--	--	---	-------------

3310 0000- 1	80	Set chirurgical steril pentru implant la genunchi	Set chirurgical steril pentru implant la genunchi (003313)	Set chirurgical implant genunchi (Codul produsului : 309151)	Germania	Lohmann & Rauscher Internatio nl GmbH & Co. KG	Set steril pentru implant la genunchi, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1)1 buc.: Câmp pentru operații la genunchi 220 x 320cm (± 10cm), cu orificiu elastic universal de diam.7cm pentru toate mărimile, circular, cu bordura flexibilă transparentă pentru articulația genunchiului, cu sac integrat pentru colectarea lichidelor. Material pe toată suprafața din minim 3 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient; b) strat impermeabil 100% din polietilenă minim 40 mcg grosime pe toată suprafața; c) strat absorbant de viscoză și poliestere minim 30g/m2; în zona critică - strat suplimentar absorbant de viscoză minim 20 g/m2; Fixatoare tip "velcro". Câmp rezistent la instrumente chirurgicale grele. 2)2 buc.: Câmp cu bord adeziv dimensiuni 90 x 75cm (± 5cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, plus ranforsare în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcg grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, d) strat super absorbant în zona critică – minim 50g/m2. Capacitate de absorbție în zona critică minim 3, 5 g/dm2. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, împregnată în țesătură, filtră cute, capacitate aderență 100%. Nu se va admite lipici pe fața dublă. 3)2 buc.: Sac detașabil, cu bandă adezivă, transparent, pentru instrumente de diatermie și aspirație 40 x 40cm (± 5cm), din polietilenă minim 80 mcg grosime. 4)1 buc.: Film de incizie din poliuretan dimensiuni 30 x 25cm (± 2cm), adeziv pe bază de acrilat. 5)1buc.: câmp Mayo pentru masă de operație, ranforsat în zona critică, dimensiuni 80 x 145cm (± 5cm), 3 straturi în zona absorbantă 65 x 85cm (±5cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50 mcg; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcg grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/dm2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 6)1buc.: Câmp pentru masă tip Bobrov 190 x 280cm (± 10cm), zonă absorbantă 100% pe toată suprafața - să fie plasată prima în set, deasupra celorlalte câmpuri și accesorii. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50 mcg grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30g/m2 cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm2; 7)1buc.: Stockinet 20 x 75cm (± 5cm), din 1 strat polietilenă și 1 strat viscoză, impermeabil la lichide. 8)1 buc.: Marker pentru piele, standard. 9)1 buc.: Container cu capac, pentru prelevarea speciemenelor, volum minim 500 ml. 10)3 buc.: Bonetă chirurgicală tip astronaut, cu bandă absorbantă, cu legători la spate.	Set steril pentru implant la genunchi, componente 1 set împachetat steril, ambalaj individual: 1)1 buc.: Câmp pentru operații la genunchi 220 x 320cm (± 10cm), cu orificiu elastic universal de diam.7cm pentru toate mărimile, circular, cu bordura flexibilă transparentă pentru articulația genunchiului, cu sac integrat pentru colectarea lichidelor. Material pe toată suprafața din minim 3 straturi bine delimitate: a) strat confort pentru pacient; b) strat impermeabil 100% din polietilenă minim 40 mcg grosime pe toată suprafața; c) strat absorbant de viscoză și poliestere minim 30g/m2; în zona critică - strat suplimentar absorbant de viscoză minim 20 g/m2; Fixatoare tip "velcro". Câmp rezistent la instrumente chirurgicale grele. 2)2 buc.: Câmp cu bord adeziv dimensiuni 90 x 75cm (± 5cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața, plus ranforsare în zona critică: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcg grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2, d) strat super absorbant în zona critică – minim 50g/m2. Capacitate de absorbție în zona critică minim 3, 5 g/dm2. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, împregnată în țesătură, fără cute, capacitate aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. 3)2 buc.: Sac detașabil, cu bandă adezivă, transparent, pentru instrumente de diatermie și aspirație 40 x 40cm (± 5cm), din polietilenă minim 80 mcg grosime. 4)1 buc.: Film de incizie din poliuretan dimensiuni 30 x 25cm (± 2cm), adeziv pe bază de acrilat. 5)1buc.: câmp Mayo pentru masă de operație, ranforsat în zona critică, dimensiuni 80 x 145cm (± 5cm), 3 straturi: 2 straturi în zona absorbantă 65 x 85cm (±5cm), din viscoză minim 40g/m2 și polietilenă minim 50 mcg; plus un strat de polietilenă pe toată suprafața de minim 60mcg grosime. Capacitate de absorbție în zona critică minim 2 g/dm2 (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 6)1buc.: Câmp pentru masă tip Bobrov 190 x 280cm (± 10cm), zonă absorbantă 100% pe toată suprafața - să fie plasată prima în set, deasupra celorlalte câmpuri și accesorii. Compus din minim 2 straturi: a) strat impermeabil, ranforsat, din polietilenă minim 50 mcg grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 30g/m2 cu capacitatea de absorbție minim 2g/dm2; 7)1buc.: Stockinet 20 x 75cm (± 5cm), din 1 strat polietilenă și 1 strat viscoză, impermeabil la lichide. 8)1 buc.: Marker pentru piele, standard. 9)1 buc.: Container cu capac, pentru prelevarea speciemenelor, volum minim 500 ml. 10)3 buc.: Bonetă chirurgicală tip astronaut, cu bandă absorbantă, cu legători la spate. TDS. Facturare N1	DM000846842
3310 0000- 1	81	Set chirurgical steril pentru laparoscopie	Set chirurgical steril pentru laparoscopie (003314)	Set chirurgical laparoscop ie (Codul produsului : 210-003)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	Componența minimă: - cearșaf impermeabil laminat pentru masă instrumente 140x75cm - 1 bucată; - cearșaf SMS pentru masă operație 160x150cm cu bordura adezivă – 1 bucată; - cearșaf 250x160cm cu câmp adeziv și abs. incizia 30x15cm - 1 bucată; - husă protecție laparoscop lam. - 1 bucată; - pungă cu bandă adezivă - 2 bucăți; - șervețel material absorbant 70x50cm - 3 bucăți; - bandă adezivă – 2 bucăți;	Componența minimă: - cearșaf impermeabil laminat pentru masă instrumente 140x75cm - 1 bucată; - cearșaf SMS pentru masă operație 160x150cm cu bordura adezivă – 1 bucată; - cearșaf 250x160cm cu câmp adeziv și abs. incizia 30x15cm - 1 bucată; - husă protecție laparoscop lam. - 1 bucată; - pungă cu bandă adezivă – 2 bucăți; - șervețel material absorbant 70x50cm - 3 bucăți; - bandă adezivă – 2 bucăți; TDS. Facturare N1	DM000810705
3310 0000- 1	82	Set chirurgical TUR steril	Set chirurgical TUR steril (003315)	Set chirurgical TUR (Codul produsului : 280-002)	Turcia	ZEYNI MEDIKAL TEKSTIL INSAAT SAN. VE TIC. LTD. STI	1.Cearșaf TUR cu leggiins incorporat și pungă în formă de pânle pentru colectarea materialului biologic înlăturat cu canală de drenare separată cu plasă pentru capturarea Fragmentelor 200x250cm (+/-5cm) - 1buc 2.Cearșaf steril pentru masă chirurgicală 15x200cm (+/-5cm) - 1buc 3.Cearșaf steril combinat pentru masă de instrumente(Mayo)145x80cm (+/-5cm) - 1buc 4.Cearșaf steril 75x90cm (+/-5cm) - 1buc 5.șervețel steril -33x33cm (+/-10cm) - 4buc 6. Husă pentru videocameră - 250x15cm - 1buc	1.Cearșaf TUR cu leggiins incorporat și pungă în formă de pânle pentru colectarea materialului biologic înlăturat cu canală de drenare separată cu plasă pentru capturarea Fragmentelor 200x250cm - 1buc 2.Cearșaf steril pentru masă chirurgicală 15x200cm - 1buc 3.Cearșaf steril combinat pentru masă de instrumente(Mayo)145x80cm - 1buc 4.Cearșaf steril 75x90cm - 1buc 5.șervețel steril -33x33cm - 4buc 6. Husă pentru videocameră - 250x15cm - 1buc TDS. Facturare N1	DM000397555

3310 0000- 1	83	Set jetabil personal	Set jetabil personal (003364)	Set jetabil personal (Codul produsului : MT-001SP)	CHINA	HENAN MEDICAL TECHNO LOGY CO.,LTD	Set jetabil personal 5 buc.: Tampon absorbant 5x5 cm 5 buc.: Tampon absorbant 10x10 cm 1 buc.: Câmp steril 40x50 cm (±2cm) 1 buc.: Forceps 13 cm 1 buc.: Kocher forceps 14 cm 1 buc.: Aplicator 12 cm 1 buc.: Blister 22x20 cm (±1cm) cu 5 cavități	Set jetabil personal 5 buc.: Tampon absorbant 5x5 cm 5 buc.: Tampon absorbant 10x10 cm 1 buc.: Câmp steril 38x48cm 1 buc.: Forceps 13 cm 1 buc.: Kocher forceps 14 cm 1 buc.: Aplicator 12 cm 1 buc.: Blister 21x19 cm cu 5 cavități TDS. Facturare N1	DM000849203
3310 0000- 1	84	Set major angiografie cu lungime extinsă	Set major angiografie cu lungime extinsă (003367)	Set chirurgical angiografi e cu lungime extinsa (Codul produsului : MT-009MP)	CHINA	HENAN MEDICAL TECHNO LOGY CO.,LTD	Set steril jetabil pentru intervenții angiografice majore, compus din: 1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x370cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică: dimensiuni: 240x80cm (+/-5cm), ranforsată triplu stratificată, cu grad înalt de absorbție - 2,5-3g/dm2); cu 4 orificii: 2 orificii de 8x10cm (+/-3cm) și 2 orificii de 5x7cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). Zonă critică suplimentară cu grad înalt de absorbție pentru amplasarea ghidurilor metalice, cu suprafața minim 70cmx150 cm. b) Zona semi-critică absorbantă, minim 75x240cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid, câmpul să fie rezistent la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice și instrumentelor ascuțite, conform standardului EN ISO 13938. 2. 1 buc.: câmp super absorbant - 35x45cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, din viscoză și polyester minim 50g/m2, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 3. 1 buc.: Câmp absorbant 50x50cm (+/-2cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcn grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. 4. 1 buc.: câmp de masă ranforsat pentru instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), 2 straturi: strat absorbant din polipropilen minim 30 g/m2; strat impermeabil din polietilenă minim 55 mcn; grad de absorbție minim 2,0g/dm2; zonă absorbantă pe toată suprafața. 5. 4 buc.: șervețele pentru mâini, din celuloză, minim 30x40cm. 6. 2 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material netesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre -SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Măneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude măneca cusută cu acul; d) Lungimea mâncelor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 7. 4 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: N7,0 – 1 pereche; N7,5 – 2 perechi; N8,0 – 1 pereche) - din cauciu deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 8. 2 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 9. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 10. 1 buc.: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, Inscriptionat cu eticheta "risc biologic". 11. 1 buc.: Bol minim 100 ml din polipropilen, transparent. 12. 1 buc.: Bol minim 250 ml din polipropilen, color. 13. 1 buc.: Bol renal minim 800 ml. 14. 1 buc.: Forceps - 15cm (+/-3cm). 15. 1 buc.: Clamă - 10cm (+/-3cm). 16. 1 buc.: Tăviță 2500 ml, rotundă, din polipropilen, color, cu „aripioare”, înălțimea minim 9cm (+/-1cm) – pentru asigurarea poziției ferme a ghidului metalic și prevenirea alunecării acestuia. 17. Y- conector standard - 1 bucata. 18. 1 buc.: Bisturiu E11. 19. 1 buc.: Ghid angiografic – lungimea minim 175cm, tip J, cu manevrabilitate avansată de	Set steril jetabil pentru intervenții angiografice majore, compus din: 1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x370cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică: dimensiuni: 240x80cm (+/-5cm), ranforsată triplu stratificată, cu grad înalt de absorbție – 2,5-3g/dm2); cu 4 orificii: 2 orificii de 8x10cm (+/-3cm) și 2 orificii de 5x7cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). Zonă critică suplimentară cu grad înalt de absorbție pentru amplasarea ghidurilor metalice, cu suprafața minim 70cmx150 cm. b) Zona semi-critică absorbantă, minim 75x240cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x220cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid, câmpul să fie rezistent la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice și instrumentelor ascuțite, conform standardului EN ISO 13938. 2. 1 buc.: câmp super absorbant - 35x45cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, din viscoză și polyester minim 50g/m2, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 3. 1 buc.: Câmp absorbant 50x50cm (+/-2cm). Polistratificat, minim 3 straturi pe toată suprafața: a) strat confort pentru pacient din polipropilenă; b) strat impermeabil din polietilenă minim 40mcn grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2. 4. 1 buc.: câmp de masă ranforsat pentru instrumentar - 150x190cm (+/-5cm), 2 straturi: strat absorbant din polipropilen minim 30 g/m2; strat impermeabil din polietilenă minim 55 mcn; grad de absorbție minim 2,0g/dm2; zonă absorbantă pe toată suprafața. 5. 4 buc.: șervețele pentru mâini, din celuloză, minim 30x40cm. 6. 2 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material netesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Măneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude măneca cusută cu acul; d) Lungimea mâncelor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 7. 4 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: N7,0 – 1 pereche; N7,5 – 2 perechi; N8,0 – 1 pereche) - din cauciu deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (conținut de proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 8. 2 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 9. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 75cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 10. 1 buc.: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, Inscriptionat cu eticheta "risc biologic". 11. 1 buc.: Bol minim 100 ml din polipropilen, transparent. 12. 1 buc.: Bol minim 250 ml din polipropilen, color. 13. 1 buc.: Bol renal minim 800 ml. 14. 1 buc.: Forceps – 15cm (+/-3cm). 15. 1 buc.: Clamă – 10cm (+/-3cm).	DM000849204

							tip constructiv FC-FS (fixed core - fingerstraightenable), 0,035", acoperire PTFE, ghid metalic din nickel-crom. 20. 50 buc.: Tampon de tifon, absorbant 10x10cm, minim 8 straturi. 21. 2 buc.: Ac seringă 18G. 22. 1 buc.: Ac seringă 21G. 23. 1 buc.: Ac seringă 22G 24. 2buc.: Seringă Luer Lock 20 ml. 25. 2 buc.: Seringă Luer Lock 10 ml. 26. 2buc.: Seringă Luer Lock 5 ml. 27. 1 buc.: Seringă Luer Lock 2 ml. 28. 1 buc.: Bol pentru tubulatură – 30x30cm (+/-3cm). 29. 1 buc.: Câmp steril pentru tubulatură - 100 x 150cm (+/-3cm). Minim 2 straturi: a) absorbant din material nețesut minim 30g/m2; b) impermeabil din polietilenă minim 35g/m2	16. 1 buc.: Tăviță 2500 ml, rotundă, din polipropilen, color, cu „aripioare“, înălțimea minim 9cm (+/-1cm) – pentru asigurarea poziției ferme a ghidului metalic și prevenirea alunecării acestuia. 17. Y- conector standard - 1 bucată. 18. 1 buc.: Bisturiu E11. 19. 1 buc.: Ghid angiografic – lungimea minim 175cm, tip J, cu manevrabilitate avansată de tip constructiv FC-FS (fixed core - fingerstraightenable), 0,035", acoperire PTFE, ghid metalic din nickel-crom. 20. 50 buc.: Tampon de tifon, absorbant 10x10cm, minim 8 straturi. 21. 2 buc.: Ac seringă 18G. 22. 1 buc.: Ac seringă 21G. 23. 1 buc.: Ac seringă 22G 24. 2buc.: Seringă Luer Lock 20 ml. 25. 2 buc.: Seringă Luer Lock 10 ml. 26. 2buc.: Seringă Luer Lock 5 ml. 27. 1 buc.: Seringă Luer Lock 2 ml. 28. 1 buc.: Bol pentru tubulatură – 30x30cm (+/-3cm). 29. 1 buc.: Câmp steril pentru tubulatură - 100 x 150cm (+/-3cm). Minim 2 straturi: a) absorbant din material nețesut minim 30g/m2; b) impermeabil din polietilenă minim 35g/m2 TDS. Facturare N1	
3310-0000-1	86	Set steril jetabil pentru intervenții (electrofiziologie)	Set steril jetabil pentru intervenții (electrofiziologie) (003433)	Set chirurgical electrofiziolgie (Codul produsului : MT-008PI)	CHINA	HENAN MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD	1. 1 buc.: câmp de masă instrumental, ranforsat - 150x150cm (+/-5cm), zonă absorbantă pe toată suprafața, 2 straturi: strat absorbant din polipropilen minim 30 g/m2; strat impermeabil din polietilenă minim 55 mcm grosime. 2. 1 buc.: câmp de masă instrumental - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi: strat absorbant din viscoză minim 20 g/m2; strat impermeabil din polietilenă minim 55 mcm grosime. 3. 1 buc.: câmp Mayo pentru masă de operație, ranforsat, din dimensiuni 80x145cm (±5cm), zonă absorbantă din viscoză minim 25 g/m2 cu zona de absorbție 65x85cm (±5cm) (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 4. 5 buc.: șervețele pentru mâini, din celuloză, minim 20x25cm. 5. 1 buc.: bandă adezivă - 10x50cm(+/-2cm), 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm2; pentru fixarea tuburilor. 6. 70 buc.: Tampon absorbant din viscoză/poliester - dimensiuni 10x10cm(+/-3cm), minim 4 straturi, capacitatea de absorbție a lichidelor - minim 700%. 7. 1 buc.: Câmp angiografie cu dimensiuni 240x330cm (+/-10cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică 90x110mm (+/-10cm) – ranforsată, triplu stratificată, din viscoză minim 50g/m2, polietilenă minim 50mcm, polipropilenă minim 10g/m2, cu grad înalt de absorbție nu mai puțin de 3,5 g/dm2, cu 2 orificii de 5x10cm (+/-2cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 100x320cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x320cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipască în mediu uscat și/sau lichid. 8. 3 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Măneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude măneca cusută cu acul; d) Lungimea mâncilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 9. 3 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: N7,0 – 1 pereche; N8,0 – 2 perechi) - din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 10. 1 buc.: husă mâner lampă chirurgicală. 11. 1 buc.: husă – 20x30cm(+/-3cm), transparent. 12. 1 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 13. 1 buc.: husă ecran angiograf – 100x100cm(+/-3cm), transparentă. 14. 4 buc.: Aplicator - lungime aprox. 15cm. 15. 2 buc.: Bol 250ml din polipropilen, gradat, transparent. 16. 1 buc.: Bol min.120ml din polipropilen, gradat, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, inscripționat cu eticheta "risc biologic". 17. 1 buc.: Bisturiu N11. 18. 2 buc.: Pahar gradat min.150ml, transparent. 19. 3 buc.: Seringă Luer Lock 5 ml. 20. 1 buc.: Seringă Luer Lock 20 ml. 21. 2 buc.: Ac seringă 21G. 22. 2 buc.: Ac seringă 22G.	1. 1 buc.: câmp de masă instrumental, ranforsat - 150x150cm (+/-5cm), zonă absorbantă pe toată suprafața, 2 straturi: strat absorbant din polipropilen minim 30 g/m2; strat impermeabil din polietilenă minim 55 mcm grosime. 2. 1 buc.: câmp de masă instrumental - 150x190cm (+/-5cm), zona absorbantă – minim 190x75cm, 2 straturi: strat absorbant din viscoză minim 20 g/m2; strat impermeabil din polietilenă minim 55 mcm grosime. 3. 1 buc.: câmp Mayo pentru masă de operație, ranforsat, din dimensiuni 80x145cm (±5cm), zonă absorbantă din viscoză minim 25 g/m2 cu zona de absorbție 65x85cm (±5cm) (se va exclude Mayo cu zonă hidrofobă). Pictogramă pentru ghidare. 4. 5 buc.: șervețele pentru mâini, din celuloză, minim 20x25cm. 5. 1 buc.: bandă adezivă - 10x50cm(+/-2cm), 2 straturi: a) impermeabil din polietilenă minim 25mcm grosime; b) absorbant din poliester minim 40g/dm2; pentru fixarea tuburilor. 6. 70 buc.: Tampon absorbant din viscoză/poliester - dimensiuni 10x10cm(+/-3cm), minim 4 straturi, capacitatea de absorbție a lichidelor - minim 700%. 7. 1 buc.: Câmp angiografie cu dimensiuni 240x330cm (+/-10cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică 90x110mm (+/-10cm) – ranforsată, triplu stratificată, din viscoză minim 50g/m2, polietilenă minim 50mcm, polipropilenă minim 10g/m2, cu grad înalt de absorbție nu mai puțin de 3,5 g/dm2, cu 2 orificii de 5x10cm (+/-2cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, minim 100x320cm. c) Margini laterale transparente, dim. 70x320cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipască în mediu uscat și/sau lichid. 8. 3 buc.: Halat chirurgical XL - a) Din material nețesut, fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre –SMS; b) Repelent, grosimea materialului SMS minim 35 g/m²; c) Măneca cusută cu laser pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude măneca cusută cu acul; d) Lungimea mâncilor de 60cm (±3cm), lungimea halatului (din umeri până la poale) - 130cm (+/-5cm), lățimea halatului în zona axilară 75cm (±3cm). 9. 3 perechi: Mănuși sterile, nepudrate (mărimi: N7,0 – 1 pereche; N8,0 – 2 perechi) - din cauciuc deproteinizat, cu potențial alergen scăzut (proteine extractibile nu mai mult de 50mcg/g), rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27mm; acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere, AQL – nu mai mare de 0,65 (AQL – standard de protecție a personalului medical în cadrul intervențiilor de lungă durată (nivelul de penetrare la microorganisme și lichide, substanțe chimice – conform standardului EN 374-2:2014)). 10. 1 buc.: husă mâner lampă chirurgicală. 11. 1 buc.: husă – 20x30cm(+/-3cm), transparent. 12. 1 buc.: husă ecran circulară - 140cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 13. 1 buc.: husă ecran angiograf – 100x100cm(+/-3cm), transparentă. 14. 4 buc.: Aplicator - lungime aprox. 15cm. 15. 2 buc.: Bol 250ml din polipropilen, gradat, transparent. 16. 1 buc.: Bol min.120ml din polipropilen, gradat, transparent, cu filet și capac, înălțimea minim 7cm, inscripționat cu eticheta "risc biologic". 17. 1 buc.: Bisturiu N11. 18. 2 buc.: Pahar gradat min.150ml, transparent.	DM000849206

							23. 1 buc.: Prelungitor PVC minim 180cm, rezistent la 500Psi, compatibil cu toate seringile de la diferiți producători. 24. 5 perechi: Bahile albe din material neșus. 25. 5 buc.: Mască chirurgicală 3 straturi, incl. strat antibacterian 26. 5 buc.: Bonetă chirurgicală bărbați. 27. 2 buc.: Bonetă chirurgicală femei.	19. 3 buc.: Seringă Luer Lock 5 ml. 20. 1 buc.: Seringă Luer Lock 20 ml. 21. 2 buc.: Ac seringă 21G. 22. 2 buc.: Ac seringă 22G. 23. 1 buc.: Prelungitor PVC minim 180cm, rezistent la 500Psi, compatibil cu toate seringile de la diferiți producători. 24. 5 perechi: Bahile albe din material neșus. 25. 5 buc.: Mască chirurgicală 3 straturi, incl. strat antibacterian 26. 5 buc.: Bonetă chirurgicală bărbați. 27. 2 buc.: Bonetă chirurgicală femei. TDS. Facturare N1	
3310-0000-1	88	Set steril jetabil pentru intervenții angiografice diagnostice	Set steril jetabil pentru intervenții angiografice diagnostice (003435)	Set chirurgical angiografice diagnostic a (Codul produsului : MT-008PD)	CHINA	HENAN MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD	1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x370cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică - ranforsat triplu stratificat, cu grad înalt de absorbție, din viscoză și poliester minim 50g/m2, cu capacitate de absorbție nu mai puțin de 4g/dm2, dimensiuni minime: 70x70cm, cu 2 orificii de 7x10cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, din viscoză minim 25g/m2, dimensiuni minime 100x370cm. c) Margini laterale transparente, din polietilenă minim 40g/m2, dimensiuni minime 70x370cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid. 2. 1 buc.: câmp cu bord adeziv - 50x50cm (+/-5cm). Triplu stratificat pe toată suprafața : a) strat confort pentru pacient din polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40 mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2; cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 3. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 140 cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 4. 1 buc.: câmp superabsorbant - 35x50cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi absorbante din viscoză și poliester minim 50g/m2, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 5. 1 buc.: câmp de masă - 150x190cm (+/-5cm), 2 straturi: a) zona absorbantă – minim 75x190cm, din viscoză minim 20g/m2; b) strat impermeabil din polietilenă minim 55 mcm grosime.	1. 1 buc.: Câmp angiografie - 240x370cm (+/-5cm), integru, impermeabil 100% pe toată suprafața. a) Zona critică - ranforsat triplu stratificat, cu grad înalt de absorbție, din viscoză și poliester minim 50g/m2, cu capacitate de absorbție nu mai puțin de 4g/dm2, dimensiuni minime: 70x70cm, cu 2 orificii de 7x10cm (+/-3cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor (nu se va accepta lipici cu 2 fețe). b) Zona semi-critică absorbantă, din viscoză minim 25g/m2, dimensiuni minime 100x370cm. c) Margini laterale transparente, din polietilenă minim 40g/m2, dimensiuni minime 70x370cm. Toate zonele câmpului vor asigura 100% etanșeitate, vor fi sigilate termic, să nu se dezlipească în mediu uscat și/sau lichid. 2. 1 buc.: câmp cu bord adeziv - 50x50cm (+/-5cm). Triplu stratificat pe toată suprafața : a) strat confort pentru pacient din polipropilenă, b) strat impermeabil din polietilenă minim 40 mcm grosime, c) strat absorbant din viscoză minim 20g/m2; cu bord adeziv impregnat (nu se va accepta lipici cu 2 fețe), bordul adeziv aplicat nemijlocit pe marginea câmpului pentru evitarea acumulării de lichide. 3. 1 buc.: husă tub radiologic C-arm, circulară, 140 cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 4. 1 buc.: câmp superabsorbant - 35x50cm (+/-5cm), extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi absorbante din viscoză și poliester minim 50g/m2, cu bandă adezivă, capacitatea de absorbție - minim 500ml lichide. 5. 1 buc.: câmp de masă - 150x190cm (+/-5cm), 2 straturi: a) zona absorbantă – minim 75x190cm, din viscoză minim 20g/m2; b) strat impermeabil din polietilenă minim 55 mcm grosime. TDS. Facturare N1	DM000849208
3310-0000-1	90	Șorț de radioprotecție în set, L	Șorț de radioprotecție în set, L (003515)	Sort radioprotecție L (Codul produsului : FC07)	China	Longkou Longyue Medical Device Co., Ltd.	Confecționate din material multistrat de cauciuc cu conținut de Pb ce asigura protecția radiologica conform normelor interne și internațional. Oferă protecție maximă în partea frontală, prin dublă suprapunere a straturilor. Buzunar exterior la piept. Pernuțe moi pe interior la umeri. Echivalent în Pb frontal - 0.50mm, suprapunerea a 2 straturi - 0.7mm; dorsal - 0.35mm. Oferă elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem de prindere cu arici pe interior și centură + închizător "click" (sus) pe exterior. Disponibile cel puțin 5 culori, mărirea L. TDS. Facturare N1	Confecționate din material multistrat de cauciuc cu conținut de Pb ce asigura protecția radiologica conform normelor interne și internațional. Oferă protecție maximă în partea frontală, prin dublă suprapunere a straturilor. Buzunar exterior la piept. Pernuțe moi pe interior la umeri. Echivalent în Pb frontal - 0.50mm, suprapunerea a 2 straturi - 0.7mm; dorsal - 0.35mm. Oferă elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem de prindere cu arici pe interior și centură + închizător "click" (sus) pe exterior. Disponibile cel puțin 5 culori, mărirea L. TDS. Facturare N1	DM000853484

3310 0000- 1	91	Șorț de radioprotecție în set, M	Șorț de radioprotecție în set, M (003516)	Sort radioprotecție M (Codul produsului : FC07)	China	Longkou Longyue Medical Device Co., Ltd.	Confecționate din material multistrat de cauciuc cu conținut de Pb ce asigura protecția radiologica conform normelor interne și internațional. Oferă protecție maximă în partea frontală, prin dublă suprapunere a straturilor. Buzunar exterior la piept. Pernuțe moi pe interior la umeri. Echivalent în Pb frontal - 0.50mm, suprapunerea a 2 straturi - 0.7mm; dorsal - 0.35mm. Oferă elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem de prindere cu arici pe interior și centură + închizător "click" (sus) pe exterior. Disponibile cel puțin 5 culori, mărimea M.	Confecționate din material multistrat de cauciuc cu conținut de Pb ce asigura protecția radiologica conform normelor interne și internațional. Oferă protecție maximă în partea frontală, prin dublă suprapunere a straturilor. Buzunar exterior la piept. Pernuțe moi pe interior la umeri. Echivalent în Pb frontal - 0.50mm, suprapunerea a 2 straturi - 0.7mm; dorsal - 0.35mm. Oferă elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem de prindere cu arici pe interior și centură + închizător "click" (sus) pe exterior. Disponibile cel puțin 5 culori, mărimea M. TDS. Facturare N1	DM000853484	
3310 0000- 1	92	Șorț de radioprotecție în set, XL	Șorț de radioprotecție în set, XL (003517)	Sort radioprotecție XL (Codul produsului : FC07)	China	Longkou Longyue Medical Device Co., Ltd.	Confecționate din material multistrat de cauciuc cu conținut de Pb ce asigura protecția radiologica conform normelor interne și internațional. Oferă protecție maximă în partea frontală, prin dublă suprapunere a straturilor. Buzunar exterior la piept. Pernuțe moi pe interior la umeri. Echivalent în Pb frontal - 0.50mm, suprapunerea a 2 straturi - 0.7mm; dorsal - 0.35mm. Oferă elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem de prindere cu arici pe interior și centură + închizător "click" (sus) pe exterior. Disponibile cel puțin 5 culori, mărimea XL.	Confecționate din material multistrat de cauciuc cu conținut de Pb ce asigura protecția radiologica conform normelor interne și internațional. Oferă protecție maximă în partea frontală, prin dublă suprapunere a straturilor. Buzunar exterior la piept. Pernuțe moi pe interior la umeri. Echivalent în Pb frontal - 0.50mm, suprapunerea a 2 straturi - 0.7mm; dorsal - 0.35mm. Oferă elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem de prindere cu arici pe interior și centură + închizător "click" (sus) pe exterior. Disponibile cel puțin 5 culori, mărimea XL. TDS. Facturare N1	DM000853484	
3310 0000- 1	93	Șorț protector nesteril din polietilenă	Șorț protector nesteril din polietilenă (003518)	Sort protector polietilena (Codul produsului : N63F04)	China	Leboo Healthcare Products Limited	De unică folosință, cu suprafață protectoare impermeabilă pentru murdării (lichide și a.), lungimea 140cm (±10cm), lățime 80cm (±5cm), densitatea 40 g/m2, din polietilenă rezistentă la umiditate, hidrofobă, fără scame	De unică folosință, cu suprafață protectoare impermeabilă pentru murdării (lichide și a.), lungimea 130cm, lățime 75cm, densitatea 40 g/m2, din polietilenă rezistentă la umiditate, hidrofobă, fără scame TDS. Facturare N50	DM000682912	
3310 0000- 1	94	Vizieră cu radioprotecție	Vizieră cu radioprotecție (003697)	Viziera Radioprotecție (Codul produsului : FD11)	China	Longkou Longyue Medical Device Co., Ltd.	Vizieră de radioprotecție care constă dintr-un ecran acrilic transparent plumbat care poate fi poziționat la diferite unghiuri ale feței pentru a minimiza răspândirea radiației și o bandă reglabilă dublă la frunte. Greutate 340-360 g, înălțime ecran 12-15cm, protecție 0.10mm echivalent Pb. Se furnizează cu husă ușor lavabilă.	Vizieră de radioprotecție care constă dintr-un ecran acrilic transparent plumbat care poate fi poziționat la diferite unghiuri ale feței pentru a minimiza răspândirea radiației și o bandă reglabilă dublă la frunte. Greutate 360 g, înălțime ecran 15cm, protecție 0.10mm echivalent Pb. Se furnizează cu husă ușor lavabilă. TDS. Facturare N1	DM000859105	
		Semnat: _____ Numele, Prenumele: Grigore Moraru În calitate de: Administrator								
		Ofertantul: Dita EstFarm SRL Adresa: mun. Chisinau, str-la Burebista 23								