

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție : 21091458/ [ocds-b3wdp1-MD-1694097210519](#) din 19.10.2023

Obiectul achiziției: Achiziționarea centralizată a Consumabilelor pentru DM de Tip Deschis și Accesorii conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 25 Gel ECG, 250 ml	Wancare KAF G31-2 Nr.de înregistrare în Registrul de Stat al DM DM000368050	Turcia	KAF GRUP SAĞ. HİZM. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	1.Volum flacon 250 ml (\pm 10 ml); 2.PH 5.5 - 7; 3. gel transparent, incolor, inodor (fără miros); 4.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri; 5. fără deteriorare și coroziune la electrodul ECG; 6.hidrosolubil.	Gel pentru Ecografie WANCARE incolor, 250ML Gel realizat pe bază de apă. Destinat pentru diagnosticare cu ultrasunete și Doppler. Oferă o imagine mai bună a undelor ultrasunete de pe ecran, prevenind interferențele cauzate de fluxul de aer între piele și capul dispozitivului. LABORATOR TESTAT SUPLIMENTAR !! -densitate și vâscozitate crescute, datorită cărora gelul nu curge, -nu conține formaldehidă și sare, este hipoalergenic și non-iritant, prin urmare este sigur și nu provoacă alergii, -datorită structurii și densității corespunzătoare, oferă o conducere mai bună a undelor în diagnosticare cu ultrasunete , -pe bază de apă, care nu pătează și ușor de curățat. Compoziție: apă deionizată,carbomer,triectanolamina,	CE/ISO

					monopropilena, glicol, alcool benzilic, metilcloroizotiazolinona Condiții de depozitare: Vă rugăm să păstrați la temperaturi sub 35°C, ferit de soare direct, depozitați într-un loc răcoros și uscat. Catalog pag.6	
Lotul 26 Gel ultrasonografie (ecografie), 1000 ml	Wancare KAF G31 Nr.de înregistrare în Registrul de Stat al DM DM000368048	Turcia	KAF GRUP SAĞ. HİZM. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	1.volum: 1000 ml 2.1 flacon transparent 3.PH 5.5 - 7; 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil	Gel pentru Ecografie WANCARE incolor, 1000ML Gel realizat pe bază de apă. Destinat pentru diagnosticare cu ultrasunete și Doppler. Oferă o imagine mai bună a undelor ultrasunete de pe ecran, prevenind interferențele cauzate de fluxul de aer între piele și capul dispozitivului. LABORATOR TESTAT SUPLIMENTAR !! -densitate și vâscozitate crescute, datorită cărora gelul nu curge, -nu conține formaldehidă și sare, este hipoalergenic și non-iritant, prin urmare este sigur și nu provoacă alergii, -datorită structurii și densității corespunzătoare, oferă o conducere mai bună a undelor în diagnosticare cu ultrasunete , -pe bază de apă, care nu pătează și ușor de curățat. Compoziție: apă deionizată,carbomer,triectanolamina, monopropilena, glicol, alcool benzilic, metilcloroizotiazolinona Condiții de depozitare: Vă rugăm să păstrați la temperaturi sub 35°C, ferit de soare direct, depozitați într-un loc răcoros și uscat. Catalog pag.6	CE/ISO
Lotul 27 Gel ultrasonografie (ecografie), 5000 ml	Wancare KAF G31-3 Nr.de înregistrare în Registrul de Stat al DM DM000368051	Turcia	KAF GRUP SAĞ. HİZM. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.	1.volum: 5000 ml 2.1 flacon de lucru, gol, transparent ~ 250ml (pentru fiecare 5000 ml câte un flacon) 3.PH 5.5 - 7; 4.transparent, incolor, inodor (fără miros) 5.să nu conțină: formaldehidă, stabilizatori, substanțe uleioase, săruri 6.hidrosolubil.	Gel pentru Ecografie WANCARE incolor, 5000ML Flacon de lucru, gol, transparent ~ 250ml (pentru fiecare 5000 ml câte un flacon. Gel realizat pe bază de apă. Destinat pentru diagnosticare cu ultrasunete și Doppler. Oferă o imagine mai bună a undelor ultrasunete de pe ecran, prevenind interferențele cauzate de fluxul de aer între piele și capul dispozitivului. LABORATOR TESTAT SUPLIMENTAR !!	CE/ISO

					<p>-densitate si vâscozitate crescute, datorită cărora gelul nu curge, -nu conține formaldehidă și sare, este hipoalergenic și non-iritant, prin urmare este sigur și nu provoacă alergii, -datorită structurii si densității corespunzatoare, oferă o conducere mai bună a undelor în diagnosticare cu ultrasunete , -pe bază de apă, care nu pătează și ușor de curățat. Compoziție: apă deionizată,carbomer,triectanolamina, monopropilena, glicol, alcool benzilic, metilcloroizotiazolinona Condiții de depozitare: Vă rugăm să păstrați la temperaturi sub 35°C, ferit de soare direct, depozitați într-un loc răcoros și uscat. Catalog pag.6</p>	
<p>Lotul 72 Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 100mm x 200m</p>	<p>4AFR100200 Nr.de înregistrare în Registrul de Stat al DM DM000392497</p>	Turcia	Dört-A Tıp Malzemeleri San.İth.Ihr.Tic. Ltd.Sti.	<p>Rolă din hîrtie măr.100mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tipărit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=0 rolă</p>	<p>TECHNICAL DATA SHEET Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 100mm x 200 m.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toate imprimeurile sunt în afara zonei de ambalare pentru a preveni migrarea pigmentului în produs. • Filmul transparent, multistrat de copolimer asigură o identificare ușoară. • Film întărit pentru a preveni ruperea în timpul deschiderii • Barieră și calitate superioară cu hârtie kraft medicală de 60 gsm sau 70 gsm • Indicatori pe bază de apă, netoxici și precisi pentru abur, gaz EO și formaldehidă (FO) • Rezistență puternică de etanșare, linii de etanșare vizibile • Deschidere curată, fără fibre • Toate materialele respectă standardele internaționale. • Direcția de deschidere este marcată. • Conform EN 868-5. 	CE/ISO
<p>Lotul 73 Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea</p>	<p>4AFR150200 Nr.de</p>	Turcia	Dört-A Tıp Malzemeleri	<p>Rolă din hîrtie măr.150mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată</p>	<p>TECHNICAL DATA SHEET Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 150mm x 200 m.</p>	CE/ISO

150mm x 200m	înregistrare în Registrul de Stat al DM DM000392498		San.Îth.Ihr.T ic.Ltd.Sti.	din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	<ul style="list-style-type: none"> • Toate imprimeurile sunt în afara zonei de ambalare pentru a preveni migrarea pigmentului în produs. • Filmul transparent, multistrat de copolimer asigură o identificare ușoară. • Film întărit pentru a preveni ruperea în timpul deschiderii • Barieră și calitate superioară cu hârtie kraft medicală de 60 gsm sau 70 gsm • Indicatori pe bază de apă, netoxici și precisi pentru abur, gaz EO și formaldehidă (FO) • Rezistență puternică de etanșare, linii de etanșare vizibile • Deschidere curată, fără fibre • Toate materialele respectă standardele internaționale. • Direcția de deschidere este marcată. • Conform EN 868-5. 	
Lotul 74 Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 200mm x 200m	4AFR200200 Nr.de înregistrare în Registrul de Stat al DM DM000392499	Turcia	Dört-A Tıp Malzemeleri San.Îth.Ihr.T ic.Ltd.Sti.	Rolă din hîrtie măr.200mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	TECHNICAL DATA SHEET Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 200 mm x 200 m. <ul style="list-style-type: none"> • Toate imprimeurile sunt în afara zonei de ambalare pentru a preveni migrarea pigmentului în produs. • Filmul transparent, multistrat de copolimer asigură o identificare ușoară. • Film întărit pentru a preveni ruperea în timpul deschiderii • Barieră și calitate superioară cu hârtie kraft medicală de 60 gsm sau 70 gsm • Indicatori pe bază de apă, netoxici și precisi pentru abur, gaz EO și formaldehidă (FO) • Rezistență puternică de etanșare, linii de etanșare vizibile • Deschidere curată, fără fibre • Toate materialele respectă standardele internaționale. • Direcția de deschidere este marcată. 	CE/ISO

					<ul style="list-style-type: none"> • Conform EN 868-5. 	
<p>Lotul 75 Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 250mm x 200m</p>	<p>4AFR250200 Nr.de înregistrare în Registrul de Stat al DM DM000392500</p>	Turcia	<p>Dört-A Tıp Malzemeleri San.İth.Ihr.Tic.Ltd.Sti.</p>	<p>Rolă din hîrtie măr.250mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C. e, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă</p>	<p>TECHNICAL DATA SHEET Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 250mm x 200 m.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toate imprimeurile sunt în afara zonei de ambalare pentru a preveni migrarea pigmentului în produs. • Filmul transparent, multistrat de copolimer asigură o identificare ușoară. • Film întărit pentru a preveni ruperea în timpul deschiderii • Barieră și calitate superioară cu hârtie kraft medicală de 60 gsm sau 70 gsm • Indicatori pe bază de apă, netoxici și precisi pentru abur, gaz EO și formaldehidă (FO) • Rezistență puternică de etanșare, linii de etanșare vizibile • Deschidere curată, fără fibre • Toate materialele respectă standardele internaționale. • Direcția de deschidere este marcată. • Conform EN 868-5. 	CE/ISO
<p>Lotul 76 Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 300mm x 200m</p>	<p>4AFR300200 Nr.de înregistrare în Registrul de Stat al DM DM000392501</p>	Turcia	<p>Dört-A Tıp Malzemeleri San.İth.Ihr.Tic.Ltd.Sti.</p>	<p>Rolă din hîrtie măr.300mmx200m pentru sterilizare cu abur la temperatura 120-180 grade C., formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hîrtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standardului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă</p>	<p>TECHNICAL DATA SHEET Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 300mm x 200 m.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toate imprimeurile sunt în afara zonei de ambalare pentru a preveni migrarea pigmentului în produs. • Filmul transparent, multistrat de copolimer asigură o identificare ușoară. • Film întărit pentru a preveni ruperea în timpul deschiderii • Barieră și calitate superioară cu hârtie kraft medicală de 60 gsm sau 70 gsm • Indicatori pe bază de apă, netoxici și precisi pentru abur, gaz EO și formaldehidă (FO) • Rezistență puternică de etanșare, linii de etanșare vizibile • Deschidere curată, fără fibre 	CE/ISO

					<ul style="list-style-type: none"> • Toate materialele respectă standardele internaționale. • Direcția de deschidere este marcată. • Conform EN 868-5. 	
Lotul 77 Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 350mm x 200m	4AFR350200 Nr.de înregistrare în Registrul de Stat al DM DM000392502	Turcia	Dört-A Tıp Malzemeleri San.İth.Ihr.Tic.Ltd.Sti.	Rolă din hârtie măř.350mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hârtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	TECHNICAL DATA SHEET Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 350mm x 200 m. <ul style="list-style-type: none"> • Toate imprimeurile sunt în afara zonei de ambalare pentru a preveni migrarea pigmentului în produs. • Filmul transparent, multistrat de copolimer asigură o identificare ușoară. • Film întărit pentru a preveni ruperea în timpul deschiderii • Barieră și calitate superioară cu hârtie kraft medicală de 60 gsm sau 70 gsm • Indicatori pe bază de apă, netoxici și precisi pentru abur, gaz EO și formaldehidă (FO) • Rezistență puternică de etanșare, linii de etanșare vizibile • Deschidere curată, fără fibre • Toate materialele respectă standardele internaționale. • Direcția de deschidere este marcată. • Conform EN 868-5. 	CE/ISO
Lotul 78 Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 400mm x 200m	4AFR400200 Nr.de înregistrare în Registrul de Stat al DM DM000392503	Turcia	Dört-A Tıp Malzemeleri San.İth.Ihr.Tic.Ltd.Sti.	Rolă din hârtie măř.400mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hârtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	TECHNICAL DATA SHEET Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 400mm x 200 m. <ul style="list-style-type: none"> • Toate imprimeurile sunt în afara zonei de ambalare pentru a preveni migrarea pigmentului în produs. • Filmul transparent, multistrat de copolimer asigură o identificare ușoară. • Film întărit pentru a preveni ruperea în timpul deschiderii • Barieră și calitate superioară cu hârtie kraft medicală de 60 gsm sau 70 gsm • Indicatori pe bază de apă, netoxici și precisi pentru abur, gaz EO și formaldehidă (FO) • Rezistență puternică de etanșare, linii de etanșare 	CE/ISO

					<p>vizibile</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deschidere curată, fără fibre • Toate materialele respectă standardele internaționale. • Direcția de deschidere este marcată. • Conform EN 868-5. 	
<p>Lotul 79 Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 50mm x 200m</p>	<p>4AFR50200 Nr.de înregistrare în Registrul de Stat al DM DM000392495</p>	Turcia	Dört-A Tip Malzemeleri San.İth.Ihr.Tic.Ltd.Sti.	<p>Rolă din hârtie măr.50mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hârtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă</p>	<p>TECHNICAL DATA SHEET Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 50mm x 200 m.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toate imprimeurile sunt în afara zonei de ambalare pentru a preveni migrarea pigmentului în produs. • Filmul transparent, multistrat de copolimer asigură o identificare ușoară. • Film întărit pentru a preveni ruperea în timpul deschiderii • Barieră și calitate superioară cu hârtie kraft medicală de 60 gsm sau 70 gsm • Indicatori pe bază de apă, netoxici și precisi pentru abur, gaz EO și formaldehidă (FO) • Rezistență puternică de etanșare, linii de etanșare vizibile • Deschidere curată, fără fibre • Toate materialele respectă standardele internaționale. • Direcția de deschidere este marcată. • Conform EN 868-5. 	CE/ISO
<p>Lotul 80 Pungi sterilizare articolelor medicale Mărimea 75mm x 200m</p>	<p>4AFR75200 Nr.de înregistrare în Registrul de Stat al DM DM000392496</p>	Turcia	Dört-A Tip Malzemeleri San.İth.Ihr.Tic.Ltd.Sti.	<p>Rolă din hârtie măr.75mmx200m p/u ambalat dispozitive medicale, formată din 2 părți: o parte fiind transparentă din peliculă termorezistentă pentru vizualizarea conținutului. Parte de hârtie trebuie să fie termorezistentă, hidrofobică, impermeabilă. Pe lungimea rolei trebuie să fie tiparit dimensiunea, codul și numărul e lot. Indicator de tip clasa I conform standartului ISO 1140-1 în conformitate cu EN 868-5. Termenul de păstrare a materialului împachetat</p>	<p>TECHNICAL DATA SHEET Rolă pentru sterilizare.Dimensiuni 75mm x 200 m.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toate imprimeurile sunt în afara zonei de ambalare pentru a preveni migrarea pigmentului în produs. • Filmul transparent, multistrat de copolimer asigură o identificare ușoară. • Film întărit pentru a preveni ruperea în timpul deschiderii • Barieră și calitate superioară cu hârtie kraft medicală de 60 gsm sau 70 gsm • Indicatori pe bază de apă, netoxici și precisi pentru 	CE/ISO

				după sterilizare nu mai mic de 12 luni. Bucată=O rolă	<p>abur, gaz EO și formaldehidă (FO)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rezistență puternică de etanșare, linii de etanșare vizibile • Deschidere curată, fără fibre • Toate materialele respectă standardele internaționale. • Direcția de deschidere este marcată. • Conform EN 868-5. 	
Lotul 90 Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern	4AC4I-132/20 Notificare pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale	Turcia	Dört-A Tıp Malzemeleri San.İth.Ihr.Tic.Ltd.Sti.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	CE/ISO
Lotul 91 Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern	4AC4I-132/20 Notificare pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale	Turcia	Dört-A Tıp Malzemeleri San.İth.Ihr.Tic.Ltd.Sti.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	CE/ISO
Lotul 96 Test-indicator sterilizare 134°/ 5 min Universal	4AC4I-134/5 Notificare pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale	Turcia	Dört-A Tıp Malzemeleri San.İth.Ihr.Tic.Ltd.Sti.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 5 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 134 grade 5 min. Universal, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	CE/ISO

Lotul 97 Test-indicator sterilizare 180° intern	4AC4I-180 Notificare pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale	Turcia	Dört-A Tıp Malzemeleri San.İth.Ihr.Tic.Ltd.Sti.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 180 grade . Intern, nr.de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 180 grade . Intern, nr.de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	CE/ISO
Lotul 98 Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern	4AC4I-180/60 Notificare pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale	Turcia	Dört-A Tıp Malzemeleri San.İth.Ihr.Tic.Ltd.Sti.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 180 grade . Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 180 grade . Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Boris Granaci În calitate de: Director General

Ofertantul: „MEDGLOBALFARM” SRL

Adresa: Str.Miron Costin 17/7, of 71

Tel/Fax: +373 22 52-30-90

Email: medglobalfarm@mail.ru

Site: www.medglobalfarm.md