

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție : 21096702/ ocds-b3wdp1-MD-1696409290224 din 06.11.2023
Obiectul achiziției: Achiziționarea consumabilelor, reagenților de laborator și alte produse de uz medical pentru diagnosticul Tuberculozei întru realizarea Programului Național de control al Tuberculozei pentru anul 2024

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1 Containere pentru spută, pentru centrifugare, 50 ml	21402 Număr de înregistrare AMDM DM000373240	Italia	F.L.Medical s.r.l.	Tuburi polipropilen, pentru centrifugare, volum 50,0 ml, sterile. Tuburile vor fi conice fără „fustițe”, cu gradație vizibilă printată inclusiv în partea de jos a tubului, pereți ultra transparenti, groși ce permit centrifugarea până la 6000 RCF, rezistență foarte înaltă la solvenți. Pe peretele extern va exista o zonă albă, mată pentru etichetare cu markeri de laborator. Capacul va fi din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate închide ușor printr-o singură operație manuală. Capacul va fi fixat de tub, nu separat. Sterilizare asigurată prin radiații, non citotoxice.ADN/ARN free	Tuburi polipropilen, pentru centrifugare, volum 50,0 ml, sterile. Tuburi conice fără „fustițe”, cu gradație vizibilă printată inclusiv în partea de jos a tubului, pereți ultra transparenti, groși ce permit centrifugarea până la 6000 RCF, rezistență foarte înaltă la solvenți. Pe peretele extern exista o zonă albă, mată pentru etichetare cu markeri de laborator. Capacul din polipropilenă de densitate înaltă, ce se poate închide ușor printr-o singură operație manuală. Capacul fixat de tub, nu separat. Sterilizare asigurată prin radiații, non citotoxice. ADN/ARN free	CE/ISO
Lotul 12 Mănuși medicale	20542/20543/20544 Număr de	Malaysia	ASAP International	Mănuși de unică folosință, nitrile, fără pudră. Se acceptă doar produse înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale; vor fi livrate	Mănuși pentru examinare, microtexturate, nesterile, nitril, fără pudră - Seria 20540 Detalii produs:	CE/ISO EN 455 EN 420

	înregistrare AMDM DM000368289 DM000368290 DM000368291		Sdn. Bhd.	conform dimensiunilor: mărimea S – 50%, mărimea M – 40%, mărimea L – 10%.	• Nitril ultra moale, confort asemănător latexului și îmbrăcare ușoară. • Fără pulbere • Culoarea albastră • Îndeplinește standardul EN455 • Dispozitiv medical de clasa I conform Directivei UE 93/42/EEC • mărime S,M,L Data Sheet	EN 374
Lotul 28 Pungi pentru deseuri biologice	Pungi pentru deseuri biologice	Republica Moldova	Pacoplast-Service SRL	Dimensiuni 300-350*200-250 mm din polietilena sau alt material impermeabil, de culoare galbenă cu marcaj Pericol Biologic. Seturile vor fi livrate în ambalaj original, marcat și etichetat de producător.	Dimensiuni 300-350*200-250 mm din polietilena sau alt material impermeabil, de culoare galbenă cu marcaj Pericol Biologic. Seturile vor fi livrate în ambalaj original, marcat și etichetat de producător. Sacii pentru deseuri medicale nu sunt clasificați ca dispozitive medicale , respectiv nu pot fi înregistrați la AMDM în registrul dispozitivelor medicale.	Aviz sanitar
Lotul 29 Pungi autoclavabile	OT5370	Turcia	PMS TIBBİ CİHAZLAR TEKNOLOJİSİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	Material Polipropilena, Volum 50-80 l, dimensiuni 50-70 x 70-90 cm. Domeniu de temperatura până la 134°C.	Volumul 51 L, dimensiuni 530mm x 700mm Pungă roșie, puternică, autoclavabilă, pentru deseuri cu risc biologic. Proiectat pentru sterilizare cu ABUR la max 141°C. Rezistent la perforare, rupere și scurgeri Nu se va înmuia sau nu se topește în timpul sterilizării Simbol de pericol biologic imprimat clar. (Technical data sheet) Conform clauzei Directivei CE 93/42/EEC sacii pentru deseuri medicale pentru autoclavare nu sunt clasificați ca dispozitive medicale , respectiv nu pot fi înregistrați la AMDM în registrul dispozitivelor medicale.	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Boris Granaci În calitate de: Director General

Ofertantul: „MEDGLOBALFARM” SRL

Adresa: Str.Miron Costin 17/7, of 71

Tel/Fax: +373 22 52-30-90

Email: medglobalfarm@mail.ru

Site: www.medglobalfarm.md