

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1739257135858 din 11.02.2025
Obiectul achiziției: Consumabile, Reactivi, Solventi, Echipamente de protecție și Preparate farmaceutice / LPOVPUF

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1. Coloana cromatografică pentru GC	19091J-433	SUA	Agilent	5%diphenyl/95%dimethyl polysiloxane; 30 meter, 0,25 µmID, 0,25 µm df;Să fie compatibil cu 456-GC Scion TQ Bruker.	19091J-433 Coloana HP-5 30m, 0.25mm, 0.25u 5%-Phenyl)-methylpolysiloxane; 30 metri, 0.25 mm ID, 0.25 µm df; compatibil cu 456-GC Scion TQ Bruker.	
Lot 2. Coloana cromatografică pentru LC	186002352	SUA	Waters	Acquity UPLC BEC C18 1,7 µm; 2,1×100 mm; Să fie compatibil cu Acquity UPLC-TQD MS Xevo, Waters.	Coloana cromatografică BEC C18, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm	

					Acquity UPLC BEC C18 1.7 μ m; 2.1× 100 mm; compatibil cu Acquity UPLC-TQD MS Xevo, Waters.	
--	--	--	--	--	--	--

Semnat Numele, prenumele: Nicolai Iasibas În calitate de: Director
 Ofertantul Lokmera SRL Adresa: str. Mitropolit Gurie Grosu 9, Chișinău, MD-2028, Republica Moldova