

Specificații tehnice

Nr. Licitației		21077374				Data: 10.04.2023		Alternativa Nr.:
Denumirea Licitației		"Mentenanța Sistem de diagnostic radiologic mobil BACCARA 90/20"				Lot. 1		Pagina: 1 din 1
Codul CPV	Nr. Lot.	Deumire Lot	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	1	Sistem de diagnostic radiologic mobil BACCARA 90/20, Prod. APELEM - DMS Group, Anul 2009	BACCARA 90/20	Franta	APELEM - DMS Group	<p>Mentenanța preventivă conform recomandărilor producătorului. Testarea performanțelor, verificarea, calibrarea dispozitivelor conform recomandărilor producătorului.</p> <p>În cazul defecțiunilor neprevăzute prezentarea în termen la solicitarea beneficiarului.</p> <p>Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate;</p> <p>Achitarea se va efectua pentru fiecare lucrare efectuată.</p> <p>Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 1 oră. Intervenția la dispozitiv ≤ 24 ore.</p> <p>Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor;</p> <p>Prezentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse;</p>	<p>Mentenanța preventivă conform recomandărilor producătorului. Testarea performanțelor, verificarea, calibrarea dispozitivelor conform recomandărilor producătorului.</p> <p>În cazul defecțiunilor neprevăzute prezentarea în termen la solicitarea beneficiarului.</p> <p>Eliberarea rapoartelor la finele fiecărei intervenții, indicând starea dispozitivului și lista de lucrări efectuate;</p> <p>Achitarea se va efectua pentru fiecare lucrare efectuată.</p> <p>Timpul de răspuns la telefon nu mai mult de 1 oră. Intervenția la dispozitiv ≤ 24 ore.</p> <p>Prezentarea planului de mentenanță anual recomandat de producător și a graficului de efectuare a lucrărilor;</p> <p>Prezentarea certificatelor valabile de la producător ce permit ofertantului executarea lucrărilor propuse;</p>	ISO/CE

Semnat:

Numele, prenumele: Captari Vladimir În calitate de: Administrator

Ofertantul: SC „Medec Service” SRL

Adresa: MD-2028 CHIȘINĂU, str. Academiei 3, of. 120

Specificații de preț

Numărul licitației: 21077374					Data: 10.04.2023			Alternativa nr.		
Denumirea licitației: "Mentenanța Sistem de diagnostic radiologic mobil BACCARA 90/20"					Lot. 1			Pagina 1 din 1		
Codul CPV	Nr. Lot.	Deumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare / prestare	Prețul estimativ
1		2	3	4	5	6	7	8	9	
33100000-1	1	Sistem de diagnostic radiologic mobil BACCARA 90/20, Prod. APELEM - DMS Group, Anul 2009	Unitatea	1	39,000.0000	46,800.0000	39,000.0000	46,800.0000	La solicitarea beneficiarului pe parcursul anului 2023	30 000
Total ofertă							39,000.00	46,800.00		

Semnat: _____

Numele, prenumele: Captari Vladimir În calitate de: Administrator

Ofertantul: SC „Medec Service” SRL

Adresa: MD-2028 CHIȘINĂU, str. Academiei 3, of. 120