

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție:						ocds-b3wdp1-MD-1705325617863 din 22.01.2024		
Obiectul achiziției:						Kituri și consumabile pentru dializa și Soluție pentru nutriție enterală		
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1	Kituri și consumabile pentru dializa	Kit therapy CRRT (Amplya Kit)	IB0580914 CRRT KIT (mix configuration) 0.3, 0.5, 0.8, 1.4, 1.7,2.2 m2	SUA/Italia	Medtronic/Bellco	Setul alcatuit din segmente de tubulatura, linii si camere de de aerare, precum si filtru, montate pe o placa, total preconectate. Kitul contine: Linie arteriala cu linii auxiliare pentru heparina si citrat, 5 linii pentru solutia de dializat, dotat cu punga de incalzire, Linie de predilutie pentru pompa nr. 5 auxiliara. Linie de evacuare 5 pungi effluent cu volum de 5 L Filtru cu membrana din DIAPES 5 filtre pentru protectia porturilor de presiune Kitul trebuie sa fie destinat tuturor terapiilor CRRT si este disponibile in 6 variante de suprafete ale membranelor, cuprinse intre 0,3mp si 2,2 mp Kitul permite un flux de sange cuprins intre 10 ml/min si 500 ml/min . Setul trebuie sa aiba marcaj CE	Setul alcatuit din segmente de tubulatura, linii si camere de de aerare, precum si filtru, montate pe o placa, total preconectate. Kitul contine: Linie arteriala cu linii auxiliare pentru heparina si citrat, 5 linii pentru solutia de dializat, dotat cu punga de incalzire, Linie de predilutie pentru pompa nr. 5 auxiliara. Linie de evacuare 5 pungi effluent cu volum de 5 L Filtru cu membrana din DIAPES 5 filtre pentru protectia porturilor de presiune Kitul trebuie sa fie destinat tuturor terapiilor CRRT si este disponibile in 6 variante de suprafete ale membranelor, cuprinse intre 0,3mp si 2,2 mp Kitul permite un flux de sange cuprins intre 10 ml/min si 500 ml/min . Setul trebuie sa aiba marcaj CE	ISO, CE
1.2		Punga de golire Waste bag 5 L.	IB0507006 Waste bags 2 pieces	SUA/Italia	Medtronic/Bellco	Punga trebuie sa aiba un port de golire si unul pentru conectarea liniei effluent prosusul trebuie sa detina marcaj CE	Punga trebuie sa aiba un port de golire si unul pentru conectarea liniei effluent prosusul trebuie sa detina marcaj CE	ISO, CE
1.3		Bicarbonate hemofiltration solution	IB0930246/4/5 Bag bicompartimental 5 lt HMB36/4/2	SUA/Italia	Medtronic/Bellco	Solutia trebuie sa fie emodynam terapiilor CRRT si sa fie fara lactat. Trebuie sa aiba 2 moli potasiu si o osmolaritate mai mare de 295 mOsm/l Concentratia de emodynamic sa fie cuprinsa intre 34 si 36 mmol/l, iar pH-ul solutiei sa fie cuprins intre 7-8 Trebuie sa fie ambalata in pungi de polietilena, dublu compartimentate- electrolitii si solutia tampon.	Solutia trebuie sa fie emodynam terapiilor CRRT si sa fie fara lactat. Trebuie sa aiba 2 moli potasiu si o osmolaritate mai mare de 295 mOsm/l Concentratia de emodynamic sa fie cuprinsa intre 34 si 36 mmol/l, iar pH-ul solutiei sa fie cuprins intre 7-8 Trebuie sa fie ambalata in pungi de polietilena, dublu compartimentate- electrolitii si solutia tampon.	ISO, CE
1.4		Kit Cateter Dializa High Flow Elite cu mandren 13.5 Fr x 200 mm	8888211220 Mahurkar Elite High Flow 13,5F/200MM *5KIT	SUA/Italia	Medtronic/Bellco	Material: Poliuretan termosensitiv (Tecoflex)- ax radioopac Varf special (design unic), fara gauri laterale, design emodynamic Mandren preinserat pentru insertie usoara Ac punctie 18 G Ghid in J din NITINOL (rezistent la cadere)- 0.89 / 700 mm Sectiuni (arteriala si venoasa) impartite in mod egal 2 porturi de injectare/conectare tip luer lock Dilatator 13.5 Fr	Material: Poliuretan termosensitiv (Tecoflex)- ax radioopac Varf special (design unic), fara gauri laterale, design emodynamic Mandren preinserat pentru insertie usoara Ac punctie 18 G Ghid in J din NITINOL (rezistent la cadere)- 0.89 / 700 mm Sectiuni (arteriala si venoasa) impartite in mod egal 2 porturi de injectare/conectare tip luer lock Dilatator 13.5 Fr	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com



Anexa nr. 23
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

Specificații de Preț

Numărul procedurii de achiziție:					ocds-b3wdp1-MD-1705325617863 din 22.01.2024							
Obiectul achiziției:					Kituri și consumabile pentru dializa și Soluție pentru nutriție enterală							
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Kituri și consumabile pentru dializa	Kit therapy CRRT (Amplya Kit)	buc	5	43 773.36	52 528.03	218 866.80	262 640.15	la solicitare, timp de 24 ore.	33100000-1	-	-
1.2		Punga de golire Waste bag 5 L.	buc	30	140.32	168.37	4 209.60	5 051.10		33100000-1	-	-
1.3		Bicarbonate hemofiltration solution	fl	300	365.82	438.98	109 746.00	131 694.00		33100000-1	-	-
1.4		Kit Cateter Dializa High Flow Elite cu mandren 13.5 Fr x 200 mm	buc	5	900.71	972.77	4 503.55	4 863.85		33100000-1	-	-
TOTAL Oferta							337 325.95	404 249.10				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

DECLARAȚIE DE ELIGIBILITATE

Către IMSP Institutul de Cardiologie

(denumirea autorității/entității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al S.C. OXIVIT-MED S.R.L, în calitate de ofertant, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură și sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una dintre situațiile prevăzute la art. 19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Mă oblig, la solicitarea autorității/entității contractante, în scopul verificării și confirmării declarației, să prezint orice document doveditor de care dispun.

Data completării 19.01.2024

Ofertant/candidat
S.C. OXIVIT-MED S.R.L
Dmitrii Kojevnikov

(semnătura autorizată)