

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1750315544518 din 19.06.2025
Obiectul achiziției: Piese pentru dispozitive medicale (repetat)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 3 /Motor pentru manipularea poziției patului pe înălțime, compatibil cu pat medical Kenmak Guess-301	Motor compatibil cu pat medical Kenmak Guess-301 AMDM DM000139419	Turcia	KENMAK HASTANE MALZEMELERI VE ELEKTRO STATIK BOYA SAN. TIC. A.S.	Motor pentru manipularea poziției patului pe înălțime, compatibil cu pat medical Kenmak Guess-301	Motor pentru manipularea poziției patului pe înălțime, compatibil cu pat medical Kenmak Guess-301	
Lot 6 /Flow metru cu conexiune la priza de oxigen de standard de tip DIN, flux generat 0 - 10 L/min, ajustabil, cu rezervor pentru umidificare fixat de flow metru prin filet	Flow metru Model MG-FLSS-PRD(DIN) AMDM DM000559608	Turcia	MEGASAN MEDIKAL GAZ SISTEMLERI TIBBI ALET VE CIHAZLAR A.Ş.	Flow metru cu conexiune la priza de oxigen de standard de tip DIN, flux generat 0 - 10 L/min, ajustabil, cu rezervor pentru umidificare fixat de flow metru prin filet	Flow metru cu conexiune la priza de oxigen de standard de tip DIN, flux generat 0 - 15 L/min, ajustabil, cu rezervor pentru umidificare fixat de flow metru prin filet	
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica
În calitate de: Administrator
Ofertantul: Aelo Grup SRL
Adresa: Mun. Chișinău, str. Petru Movila 23/5, ap (of)3