

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Inspectoratul General al Poliției

Numărul licitației: **21067775**

Data: **28.11.2022**

Denumirea licitației: **Utilaj medical , ocds-b3wdp1-MD-1669029295995**

Cod CPV	Denumire bunurilor	Denumirea modelului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință:
1	2	3	4	5	6	7	8
33100000-1	Centrifugă pentru centrifugarea singelui (8 - 12 tuburi)	Centrifugă pentru centrifugarea singelui (8 - 12 tuburi)	CHINA DM0412 (8 - 12 tuburi)	DLAB	<p>1. Centrifugă de laborator sunt destinate pentru a centrifuga singele.</p> <p>a) Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi) ;</p> <p>b) Viteza de rotație: maxim rpm z 3000; minimală-500; rpm reglabila;</p> <p>c) Setarea vitezei;</p> <p>d) Capacitatea: Tipul tuburilor de 8 - 15 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi</p> <p>e) Timer: Gama de timp 0 - =60 min;</p> <p>f) Incrementarea =1 min</p> <p>g) Securitatea: Blocarea capacului in timpul lucrului;</p> <p>h) Indicatori: Indicarori vizual acustic;</p> <p>i) Pornire/oprire;</p> <p>j) Capac: transparent sau cu vizualizare</p> <p>k) Nivelul de zgomot =70 dB da</p> <p>l) Displei, fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standardelor in vigoare.</p> <p>m) Alimentarea: 220/230 V, 50/60 GȚ.</p> <p>Voluim : 0.2 - 2μL; 1 - 10μL; 2 - 20μL; 10 - 100μL; 20 - 200μL; 100 - 1000μL;</p> <p>Cu reglator de volum;</p> <p>Rezistente la reagenți chimici și lumină UV;</p> <p>Complet autoclavabile;</p> <p>Vârfuri de pipete;</p> <p>Cu certificat de etalonare.</p>	<p>Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi), pentru singe Cod 150910</p> <p>Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga singele.</p> <p>Parametru Specificația</p> <p>Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 4500</p> <p>Setări setarea vitezei</p> <p>Capacitatea Tipul tuburilor tuburi de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi</p> <p>Timer Gama de timp 0 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min</p> <p>Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului</p> <p>Indicatori Indicarori vizual și acustic da</p> <p>Debalansare da</p> <p>Pornire/oprire da</p> <p>Capac deschis da</p> <p>Display Digital da</p> <p>Nivelul de zgomot ≤60 dB da</p> <p>Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodica, conform normelor si standardelor in vigoare da</p> <p>Alimentare 220V, 50Hz</p>	ISO, CE



Semnat: _____ Nume: Varman Irina În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Docuceaev, 6

Specificații pret (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

la documentatia standard nr. _____
din " ____ " _____ 20 ____

Inspectoratul General al Poliției

Numărul licitației: 21067775		Data: 28.11.2022									
Denumirea licitației: <i>Utilaj medical , ocds-b3wdp1-MD-1669029295995</i>										Lot: <i>fară licitație electronică.</i>	Pagina: 1 din 1
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	IBAN	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33100000-1	1	Centrifugă pentru centrifugarea singelui (8 - 12 tuburi)	buc	1	22280,00	26736,00	22 280,00	26 736,00	31.12.2022	MD68TRPCAA518410B00596AA	
Valoarea estimativă totală							22 280,00	26 736,00			

Suma totală: 26 736 , 00 (Douazeci sase mii sapte sute treizeci si sase) Lei 00 bani.

Semnat: _____ Nume: Varman Irina În calitate de: Director

Ofertantul: ProfilabDiagnostic SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Docuceaev, 6