

Specificații tehnice

| | | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8] | | | | | | | |
|-------------|---------|--|--|------------------------|-----------------|--------------|---|--|------------------|
| | | Numărul licitației: | LP nr. oeds-b3wdp1-MD-172139408021 | | | | Data: „ ” | 20 | Alternativa nr.: |
| | | Denumirea licitației: | Achiziționarea Instrumentarului Medical/ Chirurgical conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican | | | | "Timofei Mosneaga" pentru anul 2024 | | Pagina: din |
| Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Modelul articolului | Tara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificația tehnică propusă de operatorul economic | |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 |
| 3310 0000-1 | 30 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice | Endoscop rigid 30 grade | 10 314 UE.HD + adaptor | Italia | Endomed | Endoscop rigid: 30 grade; Diametrul: 10 mm; Lungime: 320 mm +/- 10 mm; Rezoluție HD; Material lentile safir: rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanța mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare; Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. | Endoscop rigid: 30 grade; Diametrul: 10 mm; Lungime: 320 mm +/- 10 mm; Rezoluție HD; Material lentile safir: rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanța mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare; Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. | DM000701033 |
| 3310 0000-1 | 32 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice | Termodisector tip L (Hook) | 141704P | Italia | Endomed | Termo disector tip L (Hook) D-5mm; L- 330± 30mm, varf - cirlig în forma de L , cu conector pin tip tata ø4mm. pentru coagulare monopolară. *Reutilizabil, material inox medical. | Termo disector tip L (Hook) D-5mm; L- 330± 30mm, varf - cirlig în forma de L , cu conector pin tip tata ø4mm. pentru coagulare monopolară. *Reutilizabil, material inox medical. | DM000698700 |
| 3310 0000-1 | 35 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice ORL | Endoscop rigid 4mm, 0° | 22-2711 + adaptor | Germania | Ackermann | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice. Endoscop rigid: 0 grade; Diametrul: 4 mm; Lungime: 180 mm +/- 5 mm; Rezoluție HD; Material lentile safir: rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanța mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare; Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice. Endoscop rigid: 0 grade; Diametrul: 4 mm; Lungime: 175 Rezoluție HD; Material lentile safir: rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanța mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare; Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. | DM000455740 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----|---|-------------------------|----------------------|----------|-----------|---|--|-------------|
| 3310 0000- 1 | 36 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice ORL | Endoscop rigid 4mm, 45° | 22-2716 + adapter | Germania | Ackermann | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice. Endoscop rigid: 45 grade; Diametrul: 4 mm; Lungime: 180 mm +/- 5 mm; Rezoluție HD; Material lentile safir: rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanță mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare; Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice. Endoscop rigid: 45 grade; Diametrul: 4 mm; Lungime: 175 Rezoluție HD; Material lentile safir: rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanță mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare; Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. | DM000454144 |
| 3310 0000- 1 | 37 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice ORL | Endoscop rigid 4mm, 70° | 22-2713+ adapter | Germania | Ackermann | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice. Endoscop rigid: 70 grade; Diametrul: 4 mm; Lungime: 180 mm +/- 5 mm; Rezoluție HD; Material lentile safir: rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanță mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare; Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice. Endoscop rigid: 70 grade; Diametrul: 4 mm; Lungime: 175 mm Rezoluție HD; Material lentile safir: rezistent la agenți chimici, termici și mecanici; fără decădere a iluminării de la centru către margini; Riscuri minimale de arsuri ; necesita o performanță mai mică a lămpii la același nivel de luminozitate; Unghi larg de vizualizare; Autoclavabil 134 grade; Tip conector camera: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare; Tip conector cablu fibrooptic: adaptor standard Richard Wolf/Aesculap/Storz din dotarea IMSP SCR "T.Mosneaga", tipul adaptorului și cantitatea acestora se vor specifica la livrare. | DM000455742 |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: director

Ofertantul: ERICON SRL Adresa: Durllesti, str. Vasile Lupu 6

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației: _____ LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1721394080211 Data: „ ” Alternativa nr.: _____

| | | | |
|------------------------------|--|------------|-------------------|
| Denumirea licitației: | Achiziționarea Instrumentarului Medical/ Chirurgical conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican “Timofei Moșneaga” pentru anul 2024 | Lot: _____ | Pagina: __ din __ |
|------------------------------|--|------------|-------------------|

| Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Termenul de livrare/prestare |
|-------------|---------|---|----------------------------|--------------------|------------|------------------------|----------------------|-----------------|---------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4,00 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 3310 0000-1 | 30 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice | Endoscop rigid 30 grade | Bucată | 32 | 30100,00 | 36120,00 | 963200,00 | 1155840,00 | Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; |
| 3310 0000-1 | 32 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice | Termodisector tip L (Hook) | Bucată | 32 | 2720,00 | 3264,00 | 87040,00 | 104448,00 | Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; |
| 3310 0000-1 | 35 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice ORL | Endoscop rigid 4mm, 0° | Bucată | 5 | 33000,00 | 39600,00 | 165000,00 | 198000,00 | Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; |
| 3310 0000-1 | 36 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice ORL | Endoscop rigid 4mm, 45° | Bucată | 5 | 33000,00 | 39600,00 | 165000,00 | 198000,00 | Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; |
| 3310 0000-1 | 37 | Instrumente pentru intervenții chirurgicale endoscopice ORL | Endoscop rigid 4mm, 70° | Bucată | 5 | 33000,00 | 39600,00 | 165000,00 | 198000,00 | Inconterms 2020 DDP - Franco Destinație Vămuit, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS; |
| Total | | | | | | | | 1545240,00 | 1854288,00 | |

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Gheorghe Bunic În calitate de: director

Ofertantul: ERICON SRL Adresa: Durllesti, str. Vasile Lupu 6