

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”

adresa: MD-2025, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. N. Testemiteanu 29

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului de participare apărut în Buletinul achizițiilor publice nr. 74 din. 24.09.2021 și Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr 2021/S- 165-432212 din 26.08.2021, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Consumabile și reagenți de tip închis necesare Departamentului investigații de laborator pentru anul 2022

noi, SRL Biosistem mld, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 15.11.2021

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____

(semnătura autorizată)

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
adresa: MD-2025, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str. N. Testemiteanu 29
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de:
"Consumabile și reagenți de tip închis necesare Departamentului investigații
de laborator pentru anul 2022 "
prin procedura de achiziție - Licitatie deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-
1633588763377 din 16.11.2021
pentru o durată de 90 (nouăzeci) zile, respectiv până la data de 14.02.2022,
și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de
expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 15.11.2021

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____
(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1633588763377 din 16.11.2021								
Obiectul achiziției: Consumabile și reagenți de tip închis necesare Departamentului investigații de laborator pentru anul 2022								
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.1	Lot 11. Reagenți și consumabile compatibili cu an. FIA 8000	PCT Control /nivel:1/2/3(scăzut,-mediu, înalt)	PCT control Kit	China	Lansion Biotechnology	Reagenți și consumabile compatibili cu an. FIA 8000	Reagenți și consumabile compatibili cu an. LS-1100 (producator Lansion Biotechnology, China). In caz de desemnare ca castigator, SRL Biosistem va oferi gratis 1 sau 2 analizoare LS-1100 (conform necesitatilor IMSP SCR). Suntem dispusi la solicitarea dvs. Sa prezentam mostre (dispozitiv si teste) pentru verificare	ISO, CE
11.2		D-Dimeri Control /nivel:1/2/3(scăzut,-mediu, înalt,6vL/box	D-Dimer control Kit	China	Lansion Biotechnology	Reagenți și consumabile compatibili cu an. FIA 8000	Reagenți și consumabile compatibili cu an. LS-1100 (producator Lansion Biotechnology, China). In caz de desemnare ca castigator, SRL Biosistem va oferi gratis 1 sau 2 analizoare LS-1100 (conform necesitatilor IMSP SCR). Suntem dispusi la solicitarea dvs. Sa prezentam mostre (dispozitiv si teste) pentru verificare	ISO, CE
11.3		CK-MB/cTnI/Myo Control /nivel:1/2/3(scăzut,-mediu, înalt)	cTnI/CK-MB/Myo control Kit	China	Lansion Biotechnology	Reagenți și consumabile compatibili cu an. FIA 8000	Reagenți și consumabile compatibili cu an. LS-1100 (producator Lansion Biotechnology, China). In caz de desemnare ca castigator, SRL Biosistem va oferi gratis 1 sau 2 analizoare LS-1100 (conform necesitatilor IMSP SCR). Suntem dispusi la solicitarea dvs. Sa prezentam mostre (dispozitiv si teste) pentru verificare	ISO, CE
11.4		Strip-test pentru determinarea semicantitativă a procalcitoninei în ser, sensibilitatea ≤ 0,5 ng/ml (91,3%), specificitatea 93,5% , precisitatea 98,5%	PCT Test Kit	China	Lansion Biotechnology	Reagenți și consumabile compatibili cu an. FIA 8000	Reagenți și consumabile compatibili cu an. LS-1100 (producator Lansion Biotechnology, China). In caz de desemnare ca castigator, SRL Biosistem va oferi gratis 1 sau 2 analizoare LS-1100 (conform necesitatilor IMSP SCR). Suntem dispusi la solicitarea dvs. Sa prezentam mostre (dispozitiv si teste) pentru verificare	ISO, CE
11.5		Proteina bisodimerica(D-dimeri). Metoda imunofluorescentă,sensibilitate 95%,specificitate 98%	D-Dimer Test Kit	China	Lansion Biotechnology	Reagenți și consumabile compatibili cu an. FIA 8000	Reagenți și consumabile compatibili cu an. LS-1100 (producator Lansion Biotechnology, China). In caz de desemnare ca castigator, SRL Biosistem va oferi gratis 1 sau 2 analizoare LS-1100 (conform necesitatilor IMSP SCR). Suntem dispusi la solicitarea dvs. Sa prezentam mostre (dispozitiv si teste) pentru verificare	ISO, CE
11.6		Troponina I	cTnI Test Kit	China	Lansion Biotechnology	Reagenți și consumabile compatibili cu an. FIA 8000	Reagenți și consumabile compatibili cu an. LS-1100 (producator Lansion Biotechnology, China). In caz de desemnare ca castigator, SRL Biosistem va oferi gratis 1 sau 2 analizoare LS-1100 (conform necesitatilor IMSP SCR). Suntem dispusi la solicitarea dvs. Sa prezentam mostre (dispozitiv si teste) pentru verificare	ISO, CE
11.7		Proteina bisodimerica (Troponina I, mioglobina, creatininaza). Metoda imunofluorescentă,sensibilitate 95%,specificitate 98%	cTnI/CK-MB/Myo Test Kit	China	Lansion Biotechnology	Reagenți și consumabile compatibili cu an. FIA 8000	Reagenți și consumabile compatibili cu an. LS-1100 (producator Lansion Biotechnology, China). In caz de desemnare ca castigator, SRL Biosistem va oferi gratis 1 sau 2 analizoare LS-1100 (conform necesitatilor IMSP SCR). Suntem dispusi la solicitarea dvs. Sa prezentam mostre (dispozitiv si teste) pentru verificare	ISO, CE
15.1		Albumina	Albumin	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R:6×60 mL, in set maxim 1620 teste	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închis Set R:6×60 mL, in set maxim 1620 teste	ISO, CE
15.2		Fosfatasa alcalina	Alkaline phosphatase	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R1:6×58 mL+R2:3×32 mL, in set maxim 2400 teste	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închis Set R1:6×58 mL+R2:3×32 mL, in set maxim 2400 teste	ISO, CE
15.3		Alanil amino- Transferaza (ALT)	Alanine Aminotransferase	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R1:6×57 mL+R2:3×32 mL, in set maxim 2400 teste	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închis Set R1:6×57 mL+R2:3×32 mL, in set maxim 2400 teste	ISO, CE

15.4	Amilaza	α -Amylase	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R1:4×45 mL+R2:4×12 mL, in set maxim 1120 teste	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închis Set R1:4×45 mL+R2:4×12 mL, in set maxim 1120 teste	ISO, CE
15.5	Antistreptolizina-O	Antistreptolysin O II* (C)	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R1:2×40 mL+R2:2×40 mL+Calibrator:1×0.5 mL, in set maxim 584 teste	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închis Set R1:2×40 mL+R2:2×40 mL+Calibrator:1×0.5 mL, in set maxim 584 teste	ISO, CE
15.6	Aspartat amino- Transferaza (AST)	Aspartate Aminotransferase	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R1:6×57 mL+R2:3×32 mL, in set maxim 2400 teste	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închis Set R1:6×57 mL+R2:3×32 mL, in set maxim 2400 teste	ISO, CE
15.7	Calciu	Calcium	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R:4×45 mL, in set maxim 790 teste	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închis Set R:4×45 mL, in set maxim 790 teste	ISO, CE
15.8	Colinesteraza	Cholinesterase ** (C and Q)	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R1:4×40 mL+R2:2×16 mL+Calibrator:1×3 mL+Control:1×5 mL, in set maxim 920 teste	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închis Set R1:4×40 mL+R2:2×16 mL+Calibrator:1×3 mL+Control:1×5 mL, in set maxim 920 teste	ISO, CE
15.9	Creatin Kinaza (CK)	Creatine Kinase	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R1:3×42 mL+R2:3×12 mL, in set maxim 540 teste	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închis Set R1:3×42 mL+R2:3×12 mL, in set maxim 540 teste	ISO, CE
15.10	Creatin Kinaza MB (CK-MB)	Creatine Kinase-MB	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:3×42 mL+R2:3×12 mL, in set maxim 540 teste	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închisSet R1:3×42 mL+R2:3×12 mL, in set maxim 540 teste	ISO, CE
15.11	Creatinina	Creatinine	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:4×59 mL+R2:2×42 mL, in set maxim 1700 teste	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închisSet R1:4×59 mL+R2:2×42 mL, in set maxim 1700 teste	ISO, CE
15.12	Proteina C-reactiva	C-Reactive Protein	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:2×35 mL+R2:2×10 mL, in set maxim 450 teste	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închisSet R1:2×35 mL+R2:2×10 mL, in set maxim 450 teste	ISO, CE
15.13	Bilirubina directa	Bilirubin Direct	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:4×48 mL+R2:4×12 mL, in set maxim 888 teste	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închisSet R1:4×48 mL+R2:4×12 mL, in set maxim 888 teste	ISO, CE
15.14	Fier	Iron ** (C and Q)	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:4×40 mL+R2:2×16 mL+Calibrator:1×1.5 mL+Control:1×5 mL, in set maxim 920 teste	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închisSet R1:4×40 mL+R2:2×16 mL+Calibrator:1×1.5 mL+Control:1×5 mL, in set maxim 920 teste	ISO, CE
15.15	Feritina	Ferritin	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:1×20 mL+R2:1×12 mL, in set maxim 140 teste	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închisSet R1:1×20 mL+R2:1×12 mL, in set maxim 140 teste	ISO, CE
15.16	γ - Glutamil Transpeptidaza	Gamma–Glutamyltransferase	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:6×57 mL+R2:3×32 mL, in set maxim 2400 teste	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închisSet R1:6×57 mL+R2:3×32 mL, in set maxim 2400 teste	ISO, CE
15.17	Glucoza	Glucose	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:6×60 mL+R2:3×32 mL, in set maxim 1860 teste	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închisSet R1:6×60 mL+R2:3×32 mL, in set maxim 1860 teste	ISO, CE
15.18	Hemoglobina glicozilata	Haemoglobin A1c	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R(Hb):2×40 mL+R1(HbA1c):2×40 mL+R2(HbA1c):2×15 mL+Pretreatment Solution:2×150 mL, in set maxim 520 teste	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închisSet R(Hb):2×40 mL+R1(HbA1c):2×40 mL+R2(HbA1c):2×15 mL+Pretreatment Solution:2×150 mL, in set maxim 520 teste	ISO, CE
15.19	HDL-colesterol	HDL-Cholesterol	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:4×58 mL+R2:2×42 mL, in set maxim 1370 teste	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închisSet R1:4×58 mL+R2:2×42 mL, in set maxim 1370 teste	ISO, CE
15.20	Proteina C-reactiva inalta sensibilitate	High Sensitivity C-reaction Protein	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:2×40 mL+R2:2×40 mL+Calibrator:5×1 mL, in set maxim 550 teste	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închisSet R1:2×40 mL+R2:2×40 mL+Calibrator:5×1 mL, in set maxim 550 teste	ISO, CE
15.21	Imunoglobulina A	Immunoglobulin A	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:2×40 mL+R2:2×20 mL, in set maxim 470 teste	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închisSet R1:2×40 mL+R2:2×20 mL, in set maxim 470 teste	ISO, CE
15.22	Imunoglobulina G	Immunoglobulin G	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:2×40 mL+R2:2×20 mL, in set maxim 470 teste	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închisSet R1:2×40 mL+R2:2×20 mL, in set maxim 470 teste	ISO, CE
15.23	Imunoglobulina M	Immunoglobulin M	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:2×35 mL+R2:2×10 mL, in set maxim 390 teste	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închisSet R1:2×35 mL+R2:2×10 mL, in set maxim 390 teste	ISO, CE
15.24	Lactat-dehidrogenaza	Lactate Dehydrogenase	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:4×42 mL+R2:4×12 mL, in set maxim 1120 teste	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închisSet R1:4×42 mL+R2:4×12 mL, in set maxim 1120 teste	ISO, CE
15.25	LDL-colesterol	LDL-Cholesterol	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:4×58 mL+R2:2×42 mL, in set maxim 1370 teste	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închisSet R1:4×58 mL+R2:2×42 mL, in set maxim 1370 teste	ISO, CE

15.26	Lot 15 Reagenți calibratori, consumabile materiale de control pentru analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	Lipaza	Lipase ** (C and Q)	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:2×40 mL+R2:2×10 mL+Calibrator:1×3 mL+Control:1×5 mL, in set maxim 350 teste	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închisSet R1:2×40 mL+R2:2×10 mL+Calibrator:1×3 mL+Control:1×5 mL, in set maxim 350 teste	ISO, CE
15.27		Microalbumina	Microalbumin	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:3×50 mL+R2:3×11 mL, in set maxim 1070 teste	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închisSet R1:3×50 mL+R2:3×11 mL, in set maxim 1070 teste	ISO, CE
15.28		Magneziu	Magnesium	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R:4×45 mL, in set maxim 790 teste	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închisSet R:4×45 mL, in set maxim 790 teste	ISO, CE
15.29		Fosfor	Phosphorus	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R:4×45 mL, in set maxim 790 teste	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închisSet R:4×45 mL, in set maxim 790 teste	ISO, CE
15.30		Factor reumatoid	Rheumatoid Factor II* (C)	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:2×40 mL+R2:2×11 mL+Calibrator:5×0.5 mL, in set maxim 394 teste	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închisSet R1:2×40 mL+R2:2×11 mL+Calibrator:5×0.5 mL, in set maxim 394 teste	ISO, CE
15.31		Bilirubina Totala	Bilirubin Total	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:4×48 mL+R2:4×12 mL, in set maxim 724 teste	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închisSet R1:4×48 mL+R2:4×12 mL, in set maxim 724 teste	ISO, CE
15.32		Colesterol	Total Cholesterol	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R:6×60 mL, in set maxim 1620 teste	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închisSet R:6×60 mL, in set maxim 1620 teste	ISO, CE
15.33		Trigliceride	Triglycerides	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R:6×60 mL, in set maxim 1620 teste	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închisSet R:6×60 mL, in set maxim 1620 teste	ISO, CE
15.34		Proteine Totale	Total Protein	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R:6×60 mL, in set maxim 2580 teste	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închisSet R:6×60 mL, in set maxim 2580 teste	ISO, CE
15.35		Transferrina	Transferrin	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:1×45 mL+R2:1×7 mL, in set maxim 200 teste	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închisSet R1:1×45 mL+R2:1×7 mL, in set maxim 200 teste	ISO, CE
15.36		Acid Uric	Uric Acid	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:6×60 mL+R2:3×32 mL, in set maxim 2050 teste	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închisSet R1:6×60 mL+R2:3×32 mL, in set maxim 2050 teste	ISO, CE
15.37		Capacitatea de legare ale fierului	Unsaturated Iron Binding Capacity * (C)	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:4×54 mL+R2:4×16 mL+Cal:1×1 mL, in set maxim 1864 teste	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închisSet R1:4×54 mL+R2:4×16 mL+Cal:1×1 mL, in set maxim 1864 teste	ISO, CE
15.38		Uree	Urea	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:6×58 mL+R2:3×32 mL, in set maxim 1550 teste	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închisSet R1:6×58 mL+R2:3×32 mL, in set maxim 1550 teste	ISO, CE
15.39		Amilaza pancreatică	alpha-AMYLASE - PANCREATIC BS	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet 2x60ml + 2x15ml, in set maxim 600 teste	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închisSet 2x60ml + 2x15ml, in set maxim 600 teste	ISO, CE
15.40		Amoniac	AMMONIA BA	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set 27 ml, in set maxim 81 teste	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închis Set 27 ml, in set maxim 81 teste	ISO, CE
15.41		Cupru	COPPER	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis in set maxim 325 teste	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închis in set maxim 325 teste	ISO, CE
15.42		Acizi biliari	Total Bile Acids	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis in set maxim 1120 teste	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închis in set maxim 1120 teste	ISO, CE
15.43		Complement C3	Complement C3	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis set R 1 2x 40ml R2 2x20 ml in set maxim 470 teste	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închis set R 1 2x 40ml R2 2x20 ml in set maxim 470 teste	ISO, CE
15.44		Complement C4	Complement C4	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis set R 1 2x 38ml R2 2x15 ml in set maxim 390 teste	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închis set R 1 2x 38ml R2 2x15 ml in set maxim 390 teste	ISO, CE
15.45		Ceruloplasmina	CERULOPLASMIN	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis in set maxim 144 teste	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închis in set maxim 144 teste	ISO, CE
15.46		Multi Sera Calibrator	Multi Sera Calibrator	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închis	ISO, CE
15.47		Specific Proteins Calibrator	Specific Proteins Calibrator	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închis	ISO, CE
15.48		Lipids Calibrator	Lipids Calibrator	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închis	ISO, CE
15.49		CK-MB Calibrator	CK-MB Calibrator	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închis	ISO, CE
15.50		FER calibrator	FER calibrator	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închis	ISO, CE
15.51		MALB calibrator	MALB calibrator	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închis	ISO, CE

15.52	TRF calibrator	TRF calibrator	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închis	ISO, CE
15.53	HbA1c Calibrator	HbA1c Calibrator	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închis	ISO, CE
15.54	BIOCHEMISTRY CALIBRATOR HUMAN	BIOCHEMISTRY CALIBRATOR HUMAN	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închis	ISO, CE
15.55	AMMONIA-ETHANOL-CO2 STANDARD	AMMONIA-ETHANOL-CO2 STANDARD	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închis	ISO, CE
15.56	Copper calibrator	Copper Standard	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închis	ISO, CE
15.57	Ceruplasmin calibrator	Ceruplasmin Standard	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închis	ISO, CE
15.58	HbA1c Control P	HbA1c Control P	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închis	ISO, CE
15.59	HbA1c Control N	HbA1c Control N	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închis	ISO, CE
15.61	UIBC control	UIBC control	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închis	ISO, CE
15.62	MALB control	MALB control	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închis	ISO, CE
15.63	TRF control	TRF control	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închis	ISO, CE
15.64	ClinChem Multi Control (level 1)	ClinChem Multi Control (level 1)	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis, set 20 flacon x 5 ml	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închis, set 20 flacon x 5 ml	ISO, CE
15.65	ClinChem Multi Control (level 2)	ClinChem Multi Control (level 2)	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis, set 20 flacon x 5 ml	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închis, set 20 flacon x 5 ml	ISO, CE
15.66	ASO/CRP/RF Triple Control	ASO/CRP/RF Triple Control	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închis	ISO, CE
15.67	BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM I (HUMAN)	BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM I (HUMAN)	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închis	ISO, CE
15.68	BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM II (HUMAN)	BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM II (HUMAN)	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închis	ISO, CE
15.69	AMMONIA-ETHANOL-CO2 LEVEL I	AMMONIA-ETHANOL-CO2 LEVEL I	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închis	ISO, CE
15.70	AMMONIA-ETHANOL-CO2 LEVEL II	AMMONIA-ETHANOL-CO2 LEVEL II	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închis	ISO, CE
15.71	Copper control LEVEL I	Copper control LEVEL I	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închis	ISO, CE
15.72	Copper control LEVEL II	Copper control LEVEL II	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închis	ISO, CE
15.73	Ceruloplasmin control LEVEL I	Ceruloplasmin control LEVEL I	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închis	ISO, CE
15.74	Ceruloplasmin control LEVEL II	Ceruloplasmin control LEVEL II	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închis	ISO, CE
15.75	Acizi Biliari control	UIBC control	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închis	ISO, CE
15.76	CD80 Detergent	CD80 Detergent	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închis	ISO, CE
15.77	MR Buffer Solution	MR Buffer Solution	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închis	ISO, CE
15.78	MR Detergent Solution	MR Detergent Solution	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închis	ISO, CE
15.79	MR Serum Standard	MR Serum Standard	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închis	ISO, CE
15.80	Sodium Electrode	Sodium Electrode	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închis	ISO, CE

15.81	Potassium Electrode	Potassium Electrode	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închis	ISO, CE
15.82	Chloride Electrode	Chloride Electrode	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închis	ISO, CE
15.83	Reference Electrode	Reference Electrode	China	Mindray	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 / BS-2000M Mindray China sistem închis	ISO, CE

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție:					ocds-b3wdp1-MD-1633588763377 din 16.11.2021							
Obiectul achiziției:					Consumabile și reagenți de tip închis necesare Departamentului investigații de laborator pentru anul 2022							
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13
11.1	Lot 11. Reagenți și consumabile compatibili cu an. FIA 8000	PCT Control /nivel:1/2/3(scăzut,-mediu, înalt)	set	2	306.86	331.40	613.72	662.80	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
11.2		D-Dimeri Control /nivel:1/2/3(scăzut,-mediu, înalt,6vl/box	set	2	306.86	331.40	613.72	662.80	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
11.3		CK-MB/cTnI/Myo Control /nivel:1/2/3(scăzut,-mediu, înalt)	set	2	306.86	331.40	613.72	662.80	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
11.4		Strip-test pentru determinarea semicantitativă a procalcitoninei în ser, sensibilitatea ≤ 0,5 ng/ml (91,3%), specificitatea 93,5% , precisitatea 98,5%	buc	4000	79.78	86.17	319 120.00	344 680.00	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
11.5		Proteina bisodimerica(D-dimeri). Metoda imunofluorescentă,sensibilitate 95%,specificitate 98%	buc.	3000	55.23	59.65	165 690.00	178 950.00	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
11.6		Troponina I	buc.	4000	55.23	59.65	220 920.00	238 600.00	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
11.7		Proteina bisodimerica (Troponina I, mioglobina, creatinchinaza). Metoda imunofluorescentă,sensibilitate 95%,specificitate 98%	buc.	2200	122.74	132.56	270 028.00	291 632.00	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
						TOTAL LOT	977 599.16	1 055 850.40				
15.1		Albumina	set	7	347.92	375.75	2 435.44	2 630.25	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.2		Fosfataza alcalina	set	7	539.63	582.80	3 777.41	4 079.60	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.3		Alanil amino- Transferaza (ALT)	set	15	731.34	789.84	10 970.10	11 847.60	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.4		Amilaza	set	13	2 336.02	2 522.90	30 368.26	32 797.70	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.5		Antistreptolizina-O	set	13	5 964.31	6 441.45	77 536.03	83 738.85	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.6		Aspartat amino- Transferaza (AST)	set	15	731.34	789.84	10 970.10	11 847.60	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.7		Calciu	set	14	255.61	276.06	3 578.54	3 864.84	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.8		Colinesteraza	set	3	1 917.10	2 070.47	5 751.30	6 211.41	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-

15.9	Creatin Kinaza (CK)	set	2	1 370.37	1 480.00	2 740.74	2 960.00	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.10	Creatin Kinaza MB (CK-MB)	set	2	3 117.06	3 366.43	6 234.12	6 732.86	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.11	Creatinina	set	22	3 195.17	3 450.78	70 293.74	75 917.16	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.12	Proteina C-reactiva	set	28	1 562.08	1 687.05	43 738.24	47 237.40	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.13	Bilirubina directa	set	23	355.02	383.42	8 165.46	8 818.66	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.14	Fier	set	8	995.47	1 075.11	7 963.76	8 600.88	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.15	Feritina	set	40	3 408.18	3 680.83	136 327.20	147 233.20	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.16	γ- Glutamil Transpeptidaza	set	7	1 178.66	1 272.95	8 250.62	8 910.65	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.17	Glucoza	set	20	497.03	536.79	9 940.60	10 735.80	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.18	Hemoglobina glicozilata	set	6	12 184.23	13 158.97	73 105.38	78 953.82	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.19	HDL-colesterol	set	5	5 822.30	6 288.08	29 111.50	31 440.40	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.20	Proteina C-reactiva inalta sensibilitate	set	4	11 928.62	12 882.91	47 714.48	51 531.64	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.21	Imunoglobulina A	set	3	2 982.15	3 220.73	8 946.45	9 662.19	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.22	Imunoglobulina G	set	3	2 982.15	3 220.73	8 946.45	9 662.19	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.23	Imunoglobulina M	set	3	2 556.13	2 760.62	7 668.39	8 281.86	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.24	Lactat-dehidrogenaza	set	3	695.84	751.50	2 087.52	2 254.50	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.25	LDL-colesterol	set	4	6 745.35	7 284.98	26 981.40	29 139.92	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.26	Lipaza	set	20	5 112.26	5 521.25	102 245.20	110 425.00	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.27	Microalbumina	set	2	3 572.90	3 858.74	7 145.80	7 717.48	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.28	Magneziu	set	6	376.32	406.43	2 257.92	2 438.58	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.29	Fosfor	set	3	234.31	253.06	702.93	759.18	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-

15.30	Factor reumatoid	set	20	3 891.00	4 202.28	77 820.00	84 045.60	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.31	Bilirubina Totala	set	30	355.02	383.42	10 650.60	11 502.60	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.32	Colesterol	set	10	752.64	812.85	7 526.40	8 128.50	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.33	Trigliceride	set	8	1 611.78	1 740.73	12 894.24	13 925.84	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.34	Proteine Totale	set	5	326.62	352.75	1 633.10	1 763.75	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.35	Transferrina	set	3	1 476.88	1 595.03	4 430.64	4 785.09	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.36	Acid Uric	set	4	852.04	920.21	3 408.16	3 680.84	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.37	Capacitatea de legare ale fierului	set	1	1 704.09	1 840.42	1 704.09	1 840.42	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.38	Uree	set	20	639.03	690.16	12 780.60	13 803.20	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.39	Amilaza pancreatică	set	2	1 824.90	1 970.89	3 649.80	3 941.78	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.40	Amoniac	set	1	670.28	723.90	670.28	723.90	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.41	Cupru	set	1	297.90	321.73	297.90	321.73	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.42	Acizi biliari	set	1	7 242.37	7 821.76	7 242.37	7 821.76	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.43	Complement C3	set	3	1 590.48	1 717.72	4 771.44	5 153.16	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.44	Complement C4	set	3	1 590.48	1 717.72	4 771.44	5 153.16	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.45	Ceruloplasmina	set	1	11 182.50	12 077.10	11 182.50	12 077.10	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.46	Multi Sera Calibrator	set	2	1 633.08	1 763.73	3 266.16	3 527.46	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.47	Specific Proteins Calibrator	set	8	1 917.10	2 070.47	15 336.80	16 563.76	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.48	Lipids Calibrator	set	2	1 420.07	1 533.68	2 840.14	3 067.36	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.49	CK-MB Calibrator	set	1	1 278.07	1 380.31	1 278.07	1 380.31	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.50	FER calibrator	set	5	4 220.46	4 558.09	21 102.30	22 790.45	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-

Lot 15 Reagenți calibratori,
 consumabile materiale de
 control pentru analizatorul
 biochimic BS-800 Mindray
 China sistem închis

15.51	MALB calibrator	set	2	1 076.42	1 162.53	2 152.84	2 325.06	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.52	TRF calibrator	set	1	2 198.27	2 374.14	2 198.27	2 374.14	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.53	HbA1c Calibrator	set	4	2 201.11	2 377.20	8 804.44	9 508.80	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.54	BIOCHEMISTRY CALIBRATOR HUMAN	set	1	787.21	850.18	787.21	850.18	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.55	AMMONIA-ETHANOL-CO2 STANDARD	set	1	514.13	555.26	514.13	555.26	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.56	Copper calibrator	set	1	787.21	850.18	787.21	850.18	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.57	Ceruplasmin calibrator	set	1	4 473.00	4 830.84	4 473.00	4 830.84	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.58	HbA1c Control P	set	6	3 692.19	3 987.57	22 153.14	23 925.42	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.59	HbA1c Control N	set	6	3 692.19	3 987.57	22 153.14	23 925.42	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.61	UIBC control	set	1	323.78	349.68	323.78	349.68	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.62	MALB control	set	2	262.71	283.73	525.42	567.46	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.63	TRF control	set	1	1 199.96	1 295.96	1 199.96	1 295.96	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.64	ClinChem Multi Control (level 1)	set	4	3 124.16	3 374.09	12 496.64	13 496.36	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.65	ClinChem Multi Control (level 2)	set	4	3 479.18	3 757.51	13 916.72	15 030.04	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.66	ASO/CRP/RF Triple Control	set	10	3 649.59	3 941.56	36 495.90	39 415.60	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.67	BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM I (HUMAN)	set	1	787.21	850.18	787.21	850.18	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.68	BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM II (HUMAN)	set	1	787.21	850.18	787.21	850.18	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.69	AMMONIA-ETHANOL-CO2 LEVEL I	set	1	745.50	805.14	745.50	805.14	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.70	AMMONIA-ETHANOL-CO2 LEVEL II	set	1	745.50	805.14	745.50	805.14	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.71	Copper control LEVEL I	set	1	787.21	850.18	787.21	850.18	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.72	Copper control LEVEL II	set	1	787.21	850.18	787.21	850.18	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-

15.73	Ceruloplasmin control LEVEL I	set	1	3 645.50	3 937.13	3 645.50	3 937.13	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.74	Ceruloplasmin control LEVEL II	set	1	3 645.50	3 937.13	3 645.50	3 937.13	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.75	Acizi Biliari control	set	1	468.62	506.11	468.62	506.11	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.76	CD80 Detergent	set	20	3 031.86	3 638.23	60 637.20	72 764.60	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.77	MR Buffer Solution	set	96	2 037.81	2 445.37	195 629.76	234 755.52	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.78	MR Detergent Solution	set	6	2 485.13	2 982.15	14 910.78	17 892.90	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.79	MR Serum Standard	set	12	2 485.13	2 982.15	29 821.56	35 785.80	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.80	Sodium Electrode	set	6	11 431.59	13 717.91	68 589.54	82 307.46	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.81	Potassium Electrode	set	6	11 431.59	13 717.91	68 589.54	82 307.46	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.82	Chloride Electrode	set	6	11 431.59	13 717.91	68 589.54	82 307.46	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
15.83	Reference Electrode	set	6	12 922.67	15 507.20	77 536.02	93 043.20	la solicitare, în termen de 30 zile pe parcursul anului 2022	33000000-0	-	-
					TOTAL LOT	1 690 897.31	1 896 285.16				
					TOTAL Oferta	2 668 496.47	2 952 135.56				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

IDNO: 1010600028048;

adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519

e-mail: biosistem.mld@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1633588763377 din 16.11.2021
din cadrul IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Biosistem mld”, declara ca:

- livrarea va avea loc cu respectarea lanțului condițiilor de păstrare și transportare
- Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui cel puțin 80% din termenul total al produsului, dar nu mai mic de 12 luni.
- Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. 3. Reagenții, soluțiile din set să fie lichizi și gata de lucru, în cazul când nu sînt liofilizați. Soluțiile de lucru să fie stabile mai mult de 30 zile. În instrucțiunea de folosire să fie indicată specificitatea și sensibilitatea testelor. Cerințe conform ordinului MS nr.701 din 18.10.2010
- Va prezenta mostre În decurs de 5 zile calendaristice de la solicitare

Data completării: 15.11.2021

Cu stimă,

Poiana Vitalie

Administrator

SRL Biosistem mld _____
(semnătura)