

Specificații tehnice

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației: LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1713768017407

Data: „__” _____ 20__

Alternativa nr.:

Denumirea licitației: Achiziționarea centralizată a consumabilelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 REPETAT 2

Pagina: din

| Cod CPV | Nr. Lot | Denumire Lot | Denumirea poziției | Model | Țara | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină oferită | Standarde de referință |
|-------------|---------|--|--|--|--------|------------------------------|---|---|--|
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 8 |
| 3310 0000-1 | 56 | Balon pentru pneumodilatate a căilor biliare | Balon pentru pneumodilatate a căilor biliare | CRE™ Pro Wireguided Balloon Dilatation Catheter M00558660 | SUA | Boston Scientific | Balon pentru pneumodilatate a căilor biliare Lungimea cateter-2200 mm.Canal endoscop. - 2,8 mm, diametru balon 6-8 mm | Balon pentru pneumodilatate a căilor biliare Lungimea cateter-2400 mm.Canal endoscop. - 2,8 mm, diametru balon 6-8 mm | La etapa de Notificare |
| 3310 0000-1 | 57 | Balon pentru pneumodilatate a structurilor tractului digestiv | Balon pentru pneumodilatate a structurilor tractului digestiv | CRE™ Pro Wireguided Balloon Dilatation Catheter M00558710, M00558700 | SUA | Boston Scientific | Lungimea cateter - 2200mm , canal endoscop 2,8mm , diametru balon 15-20mm | Lungimea cateter - 2400mm , canal endoscop 2,8mm , diametru balon 15-20mm | La etapa de Notificare |
| 33100 000-1 | 144 | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 0,75 litri | Recipient plastic pentru deșeuri tăietor-înțepătoare, 0,75 litri | Sharps container BPTA00004 (pagina 24 catalogului) | Turcia | Medikal Olusum Sanayi ve Tic | Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 0,75 litri (devierea admisibilă doar în creștere până la 20 %) ; H: 12-15 cm - Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înțepătoare de dimensiuni mai mari; - Dotat cu mâner; - Culoare galbenă; - Marcaj pictograma”Pericol Biologic”; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. | Recipient din material plastic rigid (polipropilenă) cu posibilitate de închidere temporară și definitivă, impermeabil, rezistent la acțiuni mecanice. - Capacitate 0,75 litri (devierea admisibilă doar în creștere până la 20 %) ; H: 12-15 cm - Capacul recipientelor să prezinte orificii speciale pentru detașarea acelor de seringă, a lamelor de bisturiu și a altor deșeuri tăietor- înțepătoare de dimensiuni mai mari; - Dotat cu mâner; - Culoare galbenă; - Marcaj pictograma”Pericol Biologic”; - Calitatea conform standardelor ISO 9001, ISO 13485. | ISO 9001, ISO 13485 (este In-vitro-Diagnostic fără CE) |

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--------|-------|--|--|-------------|
| 33100 000-1 | 170 | Set ORL pentru 5 operații, jetabil | Set ORL pentru 5 operații, jetabil | EAR-Nose- Throat pack (pagina 23 catalogului) fără numar catalogului Să asamblează conform specificației deplină tehnică de către autoritatea contractantă) | Turcia | Zeyni | <p>1. cîmp steril cu bord adeziv 130x190 cm (+/-10cm), gaură 7x45 cm) -5 buc. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu.</p> <p>2. cîmp de masa 210x100cm (+/-10cm) - 5 buc. 3. servetele absorbante (20x20 cm) - 20 buc. 4. cerasaf combinat pentru masa de instrumente 140x80 cm (+/-10cm) (Mayo) - 1 buc.- impermeabil, absorbant, zona abserbanta minim 65x85 cm (+/-5cm). Pictograma pentru ghidare.</p> | <p>1. cîmp steril cu bord adeziv 130x190 cm (+/-10cm), gaură 7x45 cm) -5 buc. Polistratificat, minim 3 straturi: impermeabil, absorbant, strat confort pe interior. Pictograme pentru ghidare. Zona adezivă aplicată nemijlocit pe marginea câmpului, impregnată în țesătură, fără cute, capacitate de aderență 100%. Nu se va admite lipici cu fața dublă. Fără latex, fără colofoniu.</p> <p>2. cîmp de masa 210x100cm (+/-10cm) - 5 buc. 3. servetele absorbante (20x20 cm) - 20 buc. 4. cerasaf combinat pentru masa de instrumente 140x80 cm (+/-10cm) (Mayo) - 1 buc.- impermeabil, absorbant, zona abserbanta minim 65x85 cm (+/-5cm). Pictograma pentru ghidare.</p> | DM000397553 |
|----------------|-----|---------------------------------------|---------------------------------------|--|--------|-------|--|--|-------------|

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _Ostapciuc Alexandr În calitate de: Administrator

Ofertantul: Tribestar Farm SRL Adresa: com. Stauceni