

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Cererea Ofertelor de Prețuri nr.ocds-b3wdp1-MD-1642066060756 din 21.01.2022							
Obiectul de achiziției: Reactivi de laborator							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
Lot 5 Reactivele pentru cercetarea sistemului de hemostază la coagulometru Teco Coatron X Pro (sistem închis)							
33696500-0	Set pentru determinarea TP pentru coagulometru Teco Coatron X Pro	A230-040	Germania	TECO	Tromboplastina sub formă de suspenzie (lichid incolor, ușor opalescent) gata pentru lucru, ISI 1,0-1,1. Flacoane cu volumul de 4 ml (80 teste). Ambalaj 10x4 ml (800 teste). Reactivele și materialul de control să fie de la același producător. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Tromboplastina sub formă de suspenzie (lichid incolor, ușor opalescent) gata pentru lucru, ISI 1,0-1,1. Flacoane cu volumul de 4 ml (80 teste). Ambalaj 10x4 ml (800 teste). Reactivele și materialul de control sunt de la același producător. Seturile vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj coincid în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Declarația de Conformitate CE; ISO
33696500-0	Set pentru determinarea fibrinogenului după Clauss pentru coagulometru Teco Coatron X Pro	A0501-020	Germania	TECO	Flacoane cu volumul de 2 ml cu trombină liofilizată, masa poroasă de culoare gri-alb pentru 80. Ambalaj 10x2 ml (800 teste). Reactivele și materialul de control să fie de la același producător. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Flacoane cu volumul de 2 ml cu trombină liofilizată, masa poroasă de culoare gri-alb pentru 80. Ambalaj 10x2 ml (800 teste). Reactivele și materialul de control sunt de la același producător. Seturile vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj coincid în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Declarația de Conformitate CE; ISO
33696500-0	IBS Buffer pentru fibrinogen pentru coagulometru Teco Coatron X Pro	A0590-125	Germania	TECO	Flacon cu volumul de 125ml pentru 1000 teste	Flacon cu volumul de 125ml pentru 1000 teste	Declarația de Conformitate CE; ISO
33696500-0	Plasma de control normală umană pentru controlul calității protrombinului și fibrinogenului la coagulometru Teco Coatron X Pro	P6001-010	Germania	TECO	Flacoane cu volumul de 1 ml. Reactivele și materialul de control să fie de la același producător. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Flacoane cu volumul de 1 ml. Reactivele și materialul de control sunt de la același producător. Seturile vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj coincid în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Declarația de Conformitate CE; ISO
33696500-0	Plasma de control patologică umană pentru controlul calității protrombinului și fibrinogenului la coagulometru Teco Coatron X Pro	P6101-010	Germania	TECO	Flacoane cu volumul de 1 ml. Reactivele și materialul de control să fie de la același producător. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Flacoane cu volumul de 1 ml. Reactivele și materialul de control sunt de la același producător. Seturile vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj coincid în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Declarația de Conformitate CE; ISO

33696500-0	Calibrator universal pentru coagulogramă la coagulometru Teco Coatron X Pro	P8001-010	Germania	TECO	Flacoane cu volumul de 1 ml. Reactivele, calibrator și materialul de control să fie de la același producător. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Flacoane cu volumul de 1 ml. Reactivele și materialul de control sunt de la același producător. Seturile vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj coincid în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Declarația de Conformitate CE; ISO
33696500-0	Cuvete de reacție pentru coagulometru Teco Coatron X Pro	24 100 00	Germania	TECO	Cuvete de reacție pentru coagulometru Teco Coatron X Pro cu codul de bare originale de la producător	Cuvete de reacție pentru coagulometru Teco Coatron X Pro cu codul de bare originale de la producător	Declarația de Conformitate CE; ISO
LOTUL 8 Reactivele pentru investigații imunologice							
33696500-0	Teste pentru determinarea sifilisului cu RPR Carbon Ag în ser ori plasmă.	8.00.18.0.0500	Jordan	Atlas Medical	Reactiv carbon RPR 1x3 ml (150 de teste): particule de carbon, acoperite cu un complex de lipidie (cardiolipină, lecitină și colesterol) în tampon fosfat , pH 7,0 care conține un conservant.Set conține control pozitiv 1 ml și control negativ 1 ml.	Reactiv carbon RPR set.(10 ml*500 de teste): particule de carbon, acoperite cu un complex de lipidie (cardiolipină, lecitină și colesterol) în tampon fosfat , pH 7,0 care conține un conservant.Set conține control pozitiv 1 ml și control negativ 1 ml.	Declarația de Conformitate CE; ISO
Lotul 9 Reactivi pentru hematologie							
33696500-0	Teste pentru determinarea sângelui ocult în masele fecale	72001	SUA	LumiQuick	Test tip bandă cu metoda imunochimică de apreciere a cantităților minime de hemoglobină umană în masele fecale. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator să fie nu mai mic de 12 luni.	Test tip bandă cu metoda imunochimică de apreciere a cantităților minime de hemoglobină umană în masele fecale. Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator va fi nu mai mic de 12 luni.	Certificat CE; Declarația de Conformitate CE; ISO
LOTUL 10 Expres teste diagnostice p/u analiza de rutină a urinei							
33696500-0	Teste pentru analizorul urinei U120	11A	SUA	ACON	Set conține 100 teste. Seturile să fie livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Set conține 100 teste. Seturile vor fi livrate în ambalaj securizat, marcat și etichetat de producător. Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj coincid în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set.	Certificat CE; ISO

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9