



BIOSISTEM MLD

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.
Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1764776255897 din 19.12.2025, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Achiziționarea dispozitivelor medicale (analizatoare) conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (suplimentar 6) (Proiect CNAM)

noi, SRL Biosistem mld, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 18.12.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld

(semnătura autorizată)



BIOSISTEM MLD

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.
Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de: "Achiziționarea dispozitivelor medicale (analizatoare) conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (suplimentar 6) (Proiect CNAM)"

prin procedura de achiziție - Licitație deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-1764776255897 din 19.12.2025

pentru o durată de 160 (una sută șaizeci) zile, respectiv până la data de 28.05.2026, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 18.12.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____

(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1764776255897 din 19.12.2025													
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale (analizatoare) conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (suplimentar 6) (Proiect CNAM)													
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință					
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
1	Analizator hematologic automat (min 5 diff)	Analizator hematologic automat (min 5 diff)	BC-6800 PLUS Analizator Hematologic Automat	China	SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONIC S CO., LTD.	Analizator hematologic automat (5/6 diff) Descriere Analizator hematologic automat (5/6 diff) destinat analizei componentei sanguine. Metode de măsurare impedansmetrică fotometrică optică sau mai performantă Procedura de cunșire automată Parametri determinați și calculați Celule albe (WBC) Neutrofile (NEU) - valoare absoluta și procent Limfocite (LYM) - valoare absoluta și procent Monocite (MON) - valoare absoluta și procent Eozinofile (EOS) - valoare absoluta și procent Bazofile (BAS) - valoare absoluta și procent Neutrofile segmentate (SEG), opțional Neutrofile nesegmentate (BAND), opțional Neutrofile imature (IG) - valoare absoluta și procent Blasti (BLST) Limfocite atipice (VARL) Celule roșii (RBC) Hemoglobina (HGB) Hematocrit (HCT) MCV MCH MCHC RDW Trombocite (PLT) MPV Reticulocite - valoare absolută și procent Posibilitate de analiza doar a parametrului reticulocite Capacitate (probe/ori) ≥ 80 Diluarea automată Afișaj grafic Posibilitatea de conectare la imprimantă Obligatoriu Introducerea datelor manual, scanare prin coduri de bară Obligatoriu Interfață LAN, RS-232 Afișarea histogrameelor Obligatoriu Stocarea datelor ≥ 10000 rezultate Calibrarea automată Obligatoriu Sistem cu histogramă RBC (repartizarea eritrocitelor după volum) PLT (repartizarea trombocitelor după volum) Afișarea pe ecran: date histograme rezultate grafice 9 scattergrame diferite - color rezultate din arhivă Capacitatea de autodiagnosticare Obligatoriu Posibilitate de introducere informații pacient Nume ID Sex Vârsta Dotat cu sistem de monitorizare a reactivilor Obligatoriu Parametri determinați și calculați histograme pe parametri de bază RBC, WBC, PLT Indicatori de avertizare Obligatoriu Control al calității minim 3 nivele grafice Levey-Jenings Alimentarea 220 V, 50 Hz Limba de comunicare rom / rus / eng Accesorii vas pentru deșeurii tuburi pentru reagenți tuburi pentru spălare Documente confirmative: Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusă/engleza) Manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic. Să fie inclus toți reagenții necesari cât și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare ≥ 50 analize (pentru testare/instruire) Note: Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar. Furnizorul va asigura: Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea. Instruirea personalului. Menținanța preventivă și corectivă gratuită pe o perioadă contractului cadru atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă). Toate consumabilele necesare gratuite pe o perioadă contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului. Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând: Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare. Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității). Toate piesele și kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioadă a contractului. Sistemul de filtrare (stație purificare apa) și toate filtrele necesare pentru funcționarea stației de purificare al apei pe toată perioada contractului. UPS (Sursa neîntreruptibilă de alimentare) și costurile acumulatorilor necesare pe toată perioada contractului. Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuite în caz de defectare. Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSF. Remarcă pentru cerințele „Calculator (PC), monitor extern, tastatură și mouse, sistem de filtrare a apei.” În cazul analizatoarelor care dispun de interfață integrată cu ecran tactil color complet funcțional, care utilizează reactivi speciali (ex. soluție salină proprietară) și care nu necesită alimentare cu apă sau filtrare externă, această cerințe se consideră neaplicabile. Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada contractului.	Analizator hematologic automat (6 diff) Descriere Analizator hematologic automat (6 diff) destinat analizei componentei sanguine. Metode de măsurare impedansmetrică fotometrică optică sau mai performantă Procedura de cunșire automată Parametri determinați și calculați Celule albe (WBC) Neutrofile (NEU) - valoare absoluta și procent Limfocite (LYM) - valoare absoluta și procent Monocite (MON) - valoare absoluta și procent Eozinofile (EOS) - valoare absoluta și procent Bazofile (BAS) - valoare absoluta și procent Neutrofile segmentate (SEG), opțional Neutrofile nesegmentate (BAND), opțional Neutrofile imature (IG) - valoare absoluta și procent Blasti (BLST) Limfocite atipice (VARL) Celule roșii (RBC) Hemoglobina (HGB) Hematocrit (HCT) MCV MCH MCHC RDW Trombocite (PLT) MPV Reticulocite - valoare absolută și procent Posibilitate de analiza doar a parametrului reticulocite Capacitate (probe/ori) ≥ 80 (până la 120 probe/ori) Diluarea automată Afișaj grafic color, ecran tactil integrat Posibilitatea de conectare la imprimantă Obligatoriu Introducerea datelor manual, scanare prin coduri de bară Obligatoriu Interfață LAN, RS-232 Afișarea histogrameelor Obligatoriu Stocarea datelor ≥ 10000 rezultate Calibrarea automată Obligatoriu Sistem cu histogramă RBC (repartizarea eritrocitelor după volum) PLT (repartizarea trombocitelor după volum) Afișarea pe ecran: date histograme rezultate grafice 9 scattergrame diferite - color (WBC 6-diff, IG, BLAST, VARL etc.) rezultate din arhivă Capacitatea de autodiagnosticare Obligatoriu Posibilitate de introducere informații pacient Nume ID Sex Vârsta Dotat cu sistem de monitorizare a reactivilor Obligatoriu Parametri determinați și calculați histograme pe parametri de bază RBC, WBC, PLT Indicatori de avertizare Obligatoriu Control al calității minim 3 nivele grafice Levey-Jenings Alimentarea 220 V, 50 Hz Limba de comunicare rom / rus / eng Accesorii vas pentru deșeurii tuburi pentru reagenți tuburi pentru spălare Documente confirmative: Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusă/engleza) Manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic. Să fie inclus toți reagenții necesari cât și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare ≥ 50 analize (pentru testare/instruire) Note: Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar. Furnizorul va asigura: Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea. Instruirea personalului. Menținanța preventivă și corectivă gratuită pe o perioadă contractului cadru atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă). Toate consumabilele necesare gratuite pe o perioadă contractului atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului. Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând: Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare. Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității). Toate piesele și kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioadă a contractului. Sistemul de filtrare (stație purificare apa) și toate filtrele necesare pentru funcționarea stației de purificare al apei pe toată perioada contractului. UPS (Sursa neîntrerupibilă de alimentare) și costurile acumulatorilor necesare pe toată perioada contractului. Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuite în caz de defectare. Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSF. Remarcă pentru cerințele „Calculator (PC), monitor extern, tastatură și mouse, sistem de filtrare a apei.” În cazul analizatoarelor care dispun de interfață integrată cu ecran tactil color complet funcțional, care utilizează reactivi speciali (ex. soluție salină proprietară) și care nu necesită alimentare cu apă sau filtrare externă, această cerințe se consideră neaplicabile. Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada contractului.	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000371914	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000429726	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000429733	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000429559	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000429735	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000429729

		M-6FR DYE (12mL×4) 105-012296-00 M-6 FR Dye (12mL×4) China Mindray		
		M-6LN LYSE (1L×4) 105-012290-00 M-6 LN Lyse (1L×4) China Mindray		
		M-6FN DYE (12mL×4) 105-012294-00 M-6 FN Dye (12mL×4) China Mindray		
		PROBE CLEANSER (50ml) 105-002225-00 PROBE CLEANSER (50ml) China Mindray/Arche m		
		BC-6D Control 6 x 4.5ml Tri-pack(2L, 2N, 2H) 105-002424-00 BC-6D Control 6 x 4.5ml Tri-pack(2L, 2N, 2H) China Mindray		
		BC-RET Hematology Control 6 x 4.5ml Tri-pack(2L, 2N, 2H) 105-002432-00 BC-RET Hematology Control 6 x 4.5ml Tri-pack(2L, 2N, 2H) China Mindray		
		Kit de mentenanta Kit de mentenanta China Mindray		
		Consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale (echipamentele medicale) Consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale (echipamentele medicale) - -		
2	Analizator automat ic imunologic ,cu chemoluminescență	Analizator automat ic imunologic ,cu chemoluminescență RL-C2000 Fully Automatic Chemiluminescence Immunoassay Analyzer China HANGZHOU REALY TECH CO., LTD.		Analizator imunologic automat Detectare Analizator ic compact de tip CLIA benchtop sunt echipamente de laborator de dimensiuni reduse, proiectate pentru efectuarea testelor imunologice pe baza tehnologiei de chemiluminescență. Acestea combină sensibilitatea ridicată a detecției luminoase cu un format miniaturizat, adaptat laboratoarelor mici, cabinetelor medicale, spitalelor cu activitate redusă sau punctelor de recoltare unde spațiul este limitat. Parametri Specificație Tip sistem Main CLIA, benchtop Principiu / Metoda de lucru Chemiluminescent (CLIA) Tip probă ser/plasmă Capacitate de lucru (testeseri) ≥ 30 probe/oră Timp prin rezultat ≥ 20 min Capacitate probe ≥ 8 probe pe rundă (batch) Sistem reactivi Cartuș individual Ecran tactil integrat Obligatoriu Conectivitate LIS bidirecțional Gratuitate ≥ 40 kg Program control al calității Obligatoriu Calibrare Automat Interfață PC Obligatoriu Limbă de comunicare Rosling Posibilitatea de a imprima rezultatele Obligatoriu Alimentare 220 V, 50 Hz Să fie incluse toate reagenții necesari cili și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare ≥ 50 analize (pentru testare/instruire) Note: Oferta de preț trebuie să includă reactivi necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar. Furnizorul va asigura. Transmisia către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (HIS SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea. Instruirea personalului. Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata contractului atât pentru analizator cili și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare). Serviciile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cili și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apb). Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cili și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apb), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului. Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate. Să se indice timpul de valabilitate a reactivilor după deschidere. Termenele mai mari vor fi considerate un avantaj. Opționalul Economic va include la prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerat. Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare. Efectuarea calității ori de câte ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității). Toate piesele și kiturile de mentenanță necesare bunei funcționări pe întreaga perioadă a contractului. Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISI, cavitator pentru reacție, limpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de DMSP. Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă contractului. Analizator imunologic automat Detectare Analizator ic compact de tip CLIA benchtop sunt echipamente de laborator de dimensiuni reduse, proiectate pentru efectuarea testelor imunologice pe baza tehnologiei de chemiluminescență. Acestea combină sensibilitatea ridicată a detecției luminoase cu un format miniaturizat, adaptat laboratoarelor mici, cabinetelor medicale, spitalelor cu activitate redusă sau punctelor de recoltare unde spațiul este limitat. Parametri Specificație Tip sistem Main CLIA, benchtop Principiu / Metoda de lucru Chemiluminescent (CLIA) Tip probă ser/plasmă Capacitate de lucru (testeseri) 32 probe/oră Timp prin rezultat ≥ 20 min Capacitate probe ≥ 8 probe pe rundă (batch) Sistem reactivi Cartuș individual Ecran tactil integrat Obligatoriu Conectivitate LIS bidirecțional Gratuitate 37 kg Program control al calității Obligatoriu Calibrare Automat Interfață PC Obligatoriu Limbă de comunicare Rosling Posibilitatea de a imprima rezultatele Obligatoriu Alimentare 220 V, 50 Hz Să fie incluse toate reagenții necesari cili și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare ≥ 50 analize (pentru testare/instruire) Note: Oferta de preț trebuie să includă reactivi necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar. Furnizorul va asigura. Transmisia către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (HIS SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea. Instruirea personalului. Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe toată durata contractului atât pentru analizator cili și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare). Serviciile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cili și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apb). Toate consumabilele necesare gratuite pe toată durata contractului atât pentru analizator cili și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apb), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada contractului. Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate. Să se indice timpul de valabilitate a reactivilor după deschidere. Termenele mai mari vor fi considerate un avantaj. Opționalul Economic va include la prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerat. Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare. Efectuarea calității ori de câte ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității). Toate piesele și kiturile de mentenanță necesare bunei funcționări pe întreaga perioadă a contractului. Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISI, cavitator pentru reacție, limpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de DMSP. Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului. Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioadă contractului.

Tumor marker, Total Prostate Specific Antigen (t-PSA)	C2KA015 Total Prostate Specific Antigen (t-PSA) Assay Reagent Kit (CMIA)	China	HANGZHOU REALY TECH CO., LTD.	Tumor marker, Total Prostate Specific Antigen (t-PSA)	Tumor marker, Total Prostate Specific Antigen (t-PSA)	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: în proces de înregistrare
Thyroid function, Free T3 (FT3)	C2KB001 Free T3 (FT3) Assay Reagent Kit(CMIA)	China	HANGZHOU REALY TECH CO., LTD.	Thyroid function, Free T3 (FT3)	Thyroid function, Free T3 (FT3)	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000642716
Thyroid function, Free T4 (FT4)	C2KB002 Free T4 (FT4) Assay Reagent Kit(CMIA)	China	HANGZHOU REALY TECH CO., LTD.	Thyroid function, Free T4 (FT4)	Thyroid function, Free T4 (FT4)	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000642717
Thyroid function, Total T3 (TT3)	C2KB003 Total T3 (TT3) Assay Reagent Kit(CMIA)	China	HANGZHOU REALY TECH CO., LTD.	Thyroid function, Total T3 (TT3)	Thyroid function, Total T3 (TT3)	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000642718
Thyroid function, Total T4 (TT4)	C2KB004 Total T4 (TT4) Assay Reagent Kit(CMIA)	China	HANGZHOU REALY TECH CO., LTD.	Thyroid function, Total T4 (TT4)	Thyroid function, Total T4 (TT4)	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000642719
Thyroid function, Thyroid Stimulating Hormone (TSH)	C2KB005 Thyroid Stimulating Hormone (TSH) Assay Reagent Kit(CMIA)	China	HANGZHOU REALY TECH CO., LTD.	Thyroid function, Thyroid Stimulating Hormone (TSH)	Thyroid function, Thyroid Stimulating Hormone (TSH)	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000642720
Thyroid function, Thyroglobulin (TG)	C2KB008 Thyroglobulin (TG) Assay Reagent Kit (CMIA)	China	HANGZHOU REALY TECH CO., LTD.	Thyroid function, Thyroglobulin (TG)	Thyroid function, Thyroglobulin (TG)	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000642721
Thyroid function, Anti- Thyroglobulin (Anti-Tg)	C2KB006 Anti-Thyroglobulin (Anti-Tg) Assay Reagent Kit (CMIA)	China	HANGZHOU REALY TECH CO., LTD.	Thyroid function, Anti- Thyroglobulin (Anti-Tg)	Thyroid function, Anti- Thyroglobulin (Anti-Tg)	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: în proces de înregistrare
Thyroid function, Anti-Thyroid Peroxidase (Anti-TPO)	C2KB007 Anti-Thyroid Peroxidase (Anti-TPO) Assay Reagent Kit (CMIA)	China	HANGZHOU REALY TECH CO., LTD.	Thyroid function, Anti-Thyroid Peroxidase (Anti-TPO)	Thyroid function, Anti-Thyroid Peroxidase (Anti-TPO)	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: în proces de înregistrare
Hormone, Follicle- Stimulating Hormone (FSH)	C2KC001 Follicle-Stimulating Hormone (FSH) Assay Reagent Kit(CMIA)	China	HANGZHOU REALY TECH CO., LTD.	Hormone, Follicle- Stimulating Hormone (FSH)	Hormone, Follicle- Stimulating Hormone (FSH)	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000642722
Hormone, Prolactin (PRL)	C2KC002 Prolactin (PRL) Assay Reagent Kit(CMIA)	China	HANGZHOU REALY TECH CO., LTD.	Hormone, Prolactin (PRL)	Hormone, Prolactin (PRL)	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000642723
Hormone, Estradiol (E2)	C2KC003 Progesterone (PROG) Assay Reagent Kit(CMIA)	China	HANGZHOU REALY TECH CO., LTD.	Hormone, Estradiol (E2)	Hormone, Estradiol (E2)	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000642724
Hormone, Luteinizing Hormone (LH)	C2KC010 Luteinizing Hormone (LH) Assay Reagent Kit (CMIA)	China	HANGZHOU REALY TECH CO., LTD.	Hormone, Luteinizing Hormone (LH)	Hormone, Luteinizing Hormone (LH)	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000642728

	Hormone, Testosterone	C2KC012 Testosterone Assay Reagent Kit(CMIA)	China	HANGZHOU REALY TECH CO., LTD.	Hormone, Testosterone	Hormone, Testosterone	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: DM000642729
	Anemia, Ferritin (Fer)	C2KD003 Ferritin (Fer) Assay Reagent Kit (CMIA)	China	HANGZHOU REALY TECH CO., LTD.	Anemia, Ferritin (Fer)	Anemia, Ferritin (Fer)	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: DM000642731
	Bone metabolism, 25-Hydroxy Vitamin D (25- OH VD)	C2KH001 25-Hydroxy Vitamin D (25-OH VD) Assay Reagent Kit (CMIA)	China	HANGZHOU REALY TECH CO., LTD.	Bone metabolism, 25-Hydroxy Vitamin D (25- OH VD)	Bone metabolism, 25-Hydroxy Vitamin D (25- OH VD)	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: DM000642740
	Diabetes, C-peptide (CP)	C2KG003 C-peptide (CP) Assay Reagent Kit (CMIA)	China	HANGZHOU REALY TECH CO., LTD.	Diabetes, C-peptide (CP)	Diabetes, C-peptide (CP)	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: DM000642739
	Calibrators	Calibrators	China	HANGZHOU REALY TECH CO., LTD.	Consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și reagenți necesare pentru examinările menționate mai sus în volum suficient pentru activitatea la 1000 examinări p/u 4 ani .	Consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și reagenți necesare pentru examinările menționate mai sus în volum suficient pentru activitatea la 1000 examinări p/u 4 ani .	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: in proces de înregistrare
	Controls	Controls	China	HANGZHOU REALY TECH CO., LTD.	Consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și reagenți necesare pentru examinările menționate mai sus în volum suficient pentru activitatea la 1000 examinări p/u 4 ani .	Consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și reagenți necesare pentru examinările menționate mai sus în volum suficient pentru activitatea la 1000 examinări p/u 4 ani .	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: in proces de înregistrare
	Tips	Tips	China	HANGZHOU REALY TECH CO., LTD.	Consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și reagenți necesare pentru examinările menționate mai sus în volum suficient pentru activitatea la 1000 examinări p/u 4 ani .	Consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și reagenți necesare pentru examinările menționate mai sus în volum suficient pentru activitatea la 1000 examinări p/u 4 ani .	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: in proces de înregistrare
	Vortex Mixer	Vortex Mixer	China	HANGZHOU REALY TECH CO., LTD.	Consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și reagenți necesare pentru examinările menționate mai sus în volum suficient pentru activitatea la 1000 examinări p/u 4 ani .	Consumabile, calibratori, soluții de lucru, controale și reagenți necesare pentru examinările menționate mai sus în volum suficient pentru activitatea la 1000 examinări p/u 4 ani .	ISO, CE Cod înregistrare AMDMD: in proces de înregistrare
	Consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale (echipamentele medicale)	Consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale (echipamentele medicale)	-	-	-	-	-

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție:					ocds-b3wdp1-MD-1764776255897 din 19.12.2025							
Obiectul achiziției:					Achiziționarea dispozitivelor medicale (analizatoare) conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (suplimentar 6) (Proiect CNAM)							
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificatie bugetara (IBAN)	Discount %
1	Analizator hematologic automat (min 5 diff)	Analizator hematologic automat (min 5 diff)	bucată	1	450 000.00	540 000.00	450 000.00	540 000.00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	33100000-1	-	-
		DS DILUENT (20L)	set	92	1 051.97	1 136.13	96 781.24	104 523.96	În tranșe conform graficului pe parcursul anului 2026	33100000-1	-	-
		M-6LD LYSE (1L×4)	set	32	6 706.33	7 242.84	214 602.56	231 770.88		33100000-1	-	-
		M-6FD DYE (12mL×4)	set	32	4 865.38	5 254.61	155 692.16	168 147.52		33100000-1	-	-
		M-6LH LYSE (1L×4)	set	8	7 100.82	7 668.89	56 806.56	61 351.12		33100000-1	-	-
		M-6DR DILUENT (1L×4)	set	8	5 961.19	6 438.09	47 689.52	51 504.72		33100000-1	-	-
		M-6FR DYE (12mL×4)	set	8	27 263.66	29 444.75	218 109.28	235 558.00		33100000-1	-	-
		M-6LN LYSE (1L×4)	set	32	6 706.33	7 242.84	214 602.56	231 770.88		33100000-1	-	-
		M-6FN DYE (12mL×4)	set	32	1 490.30	1 609.52	47 689.60	51 504.64		33100000-1	-	-
		PROBE CLEANSER (50ml)	set	108	8.47	10.16	914.76	1 097.28		33100000-1	-	-
		BC-6D Control 6 x 4.5ml Tri-pack(2L, 2N, 2H)	set	24	7 307.50	7 892.10	175 380.00	189 410.40		33100000-1	-	-
		BC-RET Hematology Control 6 x 4.5ml Tri-pack(2L, 2N, 2H)	set	24	8 578.37	9 264.64	205 880.88	222 351.36		33100000-1	-	-
		Kit de mentenanta	set	2	27 000.00	32 400.00	54 000.00	64 800.00		33100000-1	-	-
		Consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale (echipamentele medicale)	kw	4032	2.81	3.03	11 329.92	12 216.96		33100000-1	-	-

						Total lot	1 949 479.04	2 166 007.72				
2	Analizator automatic imunologic ,cu chemoluminescență	Analizator automatic imunologic ,cu chemoluminescență	bucată	1	99 450.00	119 340.00	99 450.00	119 340.00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS În tranșe conform graficului pe parcursul anului 2026	33100000-1	-	-
		Tumor marker, Total Prostate Specific Antigen (t-PSA)	Investigații	120	79.00	85.32	9 480.00	10 238.40		33100000-1	-	-
		Thyroid function, Free T3 (FT3)	Investigații	120	52.00	56.16	6 240.00	6 739.20		33100000-1	-	-
		Thyroid function, Free T4 (FT4)	Investigații	120	52.00	56.16	6 240.00	6 739.20		33100000-1	-	-
		Thyroid function, Total T3 (TT3)	Investigații	120	52.00	56.16	6 240.00	6 739.20		33100000-1	-	-
		Thyroid function, Total T4 (TT4)	Investigații	120	52.00	56.16	6 240.00	6 739.20		33100000-1	-	-
		Thyroid function, Thyroid Stimulating Hormone (TSH)	Investigații	120	52.00	56.16	6 240.00	6 739.20		33100000-1	-	-
		Thyroid function, Thyroglobulin (TG)	Investigații	120	64.00	69.12	7 680.00	8 294.40		33100000-1	-	-
		Thyroid function, Anti- Thyroglobulin (Anti-Tg)	Investigații	120	99.00	106.92	11 880.00	12 830.40		33100000-1	-	-
		Thyroid function, Anti-Thyroid Peroxidase (Anti-TPO)	Investigații	120	99.00	106.92	11 880.00	12 830.40		33100000-1	-	-
		Hormone, Follicle- Stimulating Hormone (FSH)	Investigații	120	60.00	64.80	7 200.00	7 776.00		33100000-1	-	-
		Hormone, Prolactin (PRL)	Investigații	120	60.00	64.80	7 200.00	7 776.00		33100000-1	-	-
		Hormone, Estradiol (E2)	Investigații	120	60.00	64.80	7 200.00	7 776.00		33100000-1	-	-
		Hormone, Luteinizing Hormone (LH)	Investigații	120	60.00	64.80	7 200.00	7 776.00		33100000-1	-	-
		Hormone, Testosterone	Investigații	120	76.00	82.08	9 120.00	9 849.60		33100000-1	-	-
		Anemia, Ferritin (Fer)	Investigații	120	64.00	69.12	7 680.00	8 294.40		33100000-1	-	-
		Bone metabolism, 25-Hydroxy Vitamin D (25- OH VD)	Investigații	120	158.00	170.64	18 960.00	20 476.80		33100000-1	-	-
		Diabetes, C-peptide (CP)	Investigații	120	99.00	106.92	11 880.00	12 830.40		33100000-1	-	-

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com



Anexa nr. 22
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

		Calibrators	set	40	395.00	426.60	15 800.00	17 064.00		33100000-1	-	-
		Controls	set	40	395.00	426.60	15 800.00	17 064.00		33100000-1	-	-
		Tips	set	8	1 185.00	1 422.00	9 480.00	11 376.00		33100000-1	-	-
		Vortex Mixer	bucată	1	2 370.00	2 844.00	2 370.00	2 844.00		33100000-1	-	-
		Consumul de energie electrică al dispozitivelor medicale (echipamentele medicale)	kw	2016	2.81	3.03	5 664.96	6 108.48		33100000-1	-	-
						Total lot	297 124.96	334 241.28				
						TOTAL Oferta	2 246 604.00	2 500 249.00				

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău



BIOSISTEM MLD

IDNO: 1010600028048;

adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519

e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Către Grupul de lucru pentru evaluarea

Procedurii de achiziție Nr:

ocds-b3wdp1-MD-1764776255897 din 19.12.2025

din cadrul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Biosistem mld”, declara ca:

- Va garanteaza instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului
- Termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 48 luni
- Va garanta perioada de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice
- Anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2024
- Pe durata perioadei de garanție vor fi organizate inspecții planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat
- Numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) este MD2024-10-EEE-049
- Livrarea dispozitivelor medicale noi nefolosite (să nu fie refabricate)



BIOSISTEM MLD

IDNO: 1010600028048;

adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519

e-mail: biosistem.mld@gmail.com

- Garanteaza că nu va modifica prețul reagenților, inclusiv toate componentele necesare, pe un termen de cel puțin 48 luni, în perioada de garanție a dispozitivului medical

- Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului

Data completării: 18.12.2025

Cu stimă,

Poiata Vitalie

Administrator

SRL Biosistem mld _____

(semnătura)