

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție nr.21060468 / ocde-b3wdp1-MD-1658500372174 din 08.08.2022								
Obiectul de achiziție: Bunurilor materiale medico-sanitare, AGENȚIA ASIGURARE RESURSE ȘI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINISTERULUI APĂRĂRII								
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Tara de origine	Producator	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusa, Standarde de referință	Standarde de referință
4.	33100000-1	Indicatoare p-u sterilitate Extern 180 grade, 1000 teste	Indicatoare p-u sterilitate Extern 180 grade C, 1000 teste cu jurnal	Rusia	Vinar	Indicatoare p-u sterilitate Extern 180 grade, 1000 teste. Standard de referință - ISO 11140-1-2014	Indicatoare p-u sterilitate Extern 180 grade, 1000 teste, cu jurnal.	CofC, ISO
8.	33100000-1	Pulsoximetru	Pulsoximetru OXY-3, 35091	Italia	Gima	Intervalul de măsurare a saturației de oxigen SpO2 70%-99%. Intervalul de măsurare Rata pulsului: 30-240 bătăi pe min. Garanție minim 24 luni.	Intervalul de măsurare a saturației de oxigen SpO2 70%-99%. Intervalul de măsurare Rata pulsului: 30-240 bătăi pe min. Garanție minim 24 luni.	ISO, DC, CE
19.	33100000-1	Pahar Berzelius gradat forma înaltă volum 50 ml	Pahar Berzelius gradat forma înaltă volum 50 ml	Rusia	Minimed	Gradat , cu cioc. Material : sticla boro-silicat Diametru : 38 mm. Înălțime : 72 mm. Standard de referință - Cf DIN 12331 , ISO 3819	Gradat, cu cioc. Material: sticla boro-silicat. Diametru : 38 mm. Înălțime : 72 mm. Sticla termostabil, dupa GOST 21400-75.	CofC
20.	33100000-1	Pahar Berzelius gradat forma înaltă volum 100 ml	Pahar Berzelius gradat forma înaltă volum 100 ml	Rusia	Minimed	Gradat , cu cioc. Material : sticla boro-silicat Diametru : 48 mm. Înălțime : 82 mm Standard de referință - Conform DIN 12331, ISO 3819	Gradat , cu cioc. Material : sticla boro-silicat.Diametru : 48 mm. Înălțime : 82 mm. Sticla termostabil, dupa GOST 21400-75.	CofC
21.	33100000-1	Pahar Berzelius gradat forma înaltă volum 250 ml	Pahar Berzelius gradat forma înaltă volum 250 ml	Rusia	Minimed	Material : sticla boro-silicat 3.3 (calitate superioara). Gradat , cu cioc. Diametru exterior : 60 mm. Înălțime : 120 mm. Standard de referință - Conform DIN 12331, ISO 3819	Material : sticla boro-silicat 3.3 (calitate superioara) Gradat , cu cioc. Diametru exterior : 60 mm. Înălțime : 120 mm., Sticla termostabil, dupa GOST 21400-75.	CofC
22.	33100000-1	Pahar Berzelius gradat forma înaltă volum 600 ml	Pahar Berzelius gradat forma înaltă volum 600 ml	Rusia	Minimed	Forma Înaltă. Gradat. Diametru: 80 mm Înălțime: 150 mm. Standard de referință - DIN 12331, ISO 3819	Forma Înaltă. Gradat. Diametru: 80 mm. Înălțime: 150 mm. Sticla termostabil, dupa GOST 21400-75.	CofC
23.	33100000-1	Cilindru din sticlă gradat, Cl.A, volum 25 ml	Cilindru din sticlă gradat, Cl.A, volum 25 ml	Rusia	Minimed	Material: sticla boro-silicat. "Batch-number" printat pe cilindru. Acuratețe: ± 0,25 ml Gradație: 0,5 ml. Standard de referință - Cf ISO 4788 si USP. Certificat pe lot	Material: sticla boro-silicat. "Batch-number" printat pe cilindru. Acuratețe: ± 0,25 ml. Gradație: 0,5 ml. Изготовлен по ТУ 9464-013-52876351-2014 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 1770-74. Изделия изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400. Исполнение 1, класс точности 2.	CofC

24.	33100000-1	Cilindru din sticlăgradat, Cl.A, volum50 ml	Cilindru din sticlăgradat, Cl.A, volum50 ml	Rusia	Minimed	Material: sticla boro-silicat. "Batch-number" printat pe cilindru. Acuratețe: ± 0,50 ml Gradație: 1 ml. Standard de referință - ISO 4788 si USP. Certificat pe lot	Material: sticla boro-silicat. "Batch-number" printat pe cilindru. Acuratețe: ± 1,0 ml. Gradație: 1 ml. Изготовлен по ТУ 9464-013-52876351-2014 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 1770-74. Изделия изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400. Исполнение 1, класс точности 2.	CofC
25.	33100000-1	Cilindru din sticlăgradat, Cl.A, volum250 ml	Cilindru din sticlăgradat, Cl.A, volum250 ml	Rusia	Minimed	Gradații 2 ml. Precizie ± 1 ml. Diametru 41 mm Înălțime 320 mm. Confectionat din sticla boro-silicat. Standard de referință - ISO 4788 si USP Certificat pe lot	Gradații 2 ml. Precizie ± 2 ml. Diametru 41 mm. Înălțime 335 mm. Confectionat din sticla boro-silicat. Изготовлен по ТУ 9464-013-52876351-2014 в соответствии с техническими требованиями ГОСТ 1770-74. Изделия изготовлены из химико-лабораторного стекла по ГОСТ 21400. Исполнение 1, класс точности 2.	CofC
26.	33100000-1	Stativ din plastic pentru eprubete 10 locuri	Stativ din plastic pentru eprubete 10 locuri	Rusia	Minimed	Stativ din plastic pentru eprubete 20 mm x 200 mm cu 10 locuri	Stativ din plastic pentru eprubete 20 mm x 200 mm cu 10 locuri	CofC
38.	33100000-1	Boluri de laborator din oțelinoxidabil	Bol de laborator din oțelinoxidabil, 26596	Italia	Gima	Material: otel inoxidabil AISI 304 Înălțime:80mm. Diametru:Ø160 mm Înălțime:100 mm. Diametru: Ø200 mm	Material: otel inoxidabil AISI 304. Înălțime: 75mm Diametru: Ø158 mm. Vol: 940ml	OSO, DC
	Semnat: Numele, prenumele: Ceaicovschi Tudor; In calitate de: director general							
	Ofertantul: „GBG-MLD „, SRL Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara 64/2							