

Specificații tehnice (F4.1)

Licitație Publică nr. 21015980				Data: „20” Ianuarie 2020		Alternativa nr.: _____			
Denumirea licitației: "Produse parafarmaceutice – 2020"				Lot: _____		Pagina: __ din __			
Nr. Lot/ pozitie	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		13. Coagulometru optic COATRON X Pro Teco							
13.1	33600000-6	1. Set p/u detrmnarea timpului trombinic TT - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru optic COATRON X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Trombin liofilizat 6-8 un. NIH	TS609	Federația Rusă	Tehnology- Standart	1. Set p/u detrmnarea timpului trombinic TT - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru optic COATRON X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Trombin liofilizat 6-8 un. NIH	1. Set p/u detrmnarea timpului trombinic TT - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru optic COATRON X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014). Trombin liofilizat 6-8 un. NIH	Certificat CE, ISO	
13.2	33600000-6	2. Set p/u detrmnarea protrombinei - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru optic COATRON X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).Tromboplastin - CaCl2 0,025M lichid, gata p/u lucru cu stabilitatea 30 zile după deschiderea flaconului	A0230-100	Germania	Teco	2. Set p/u detrmnarea protrombinei - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru optic COATRON X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).Tromboplastin - CaCl2 0,025M lichid, gata p/u lucru cu stabilitatea 30 zile după deschiderea flaconului	2. Set p/u detrmnarea protrombinei - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru optic COATRON X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).Tromboplastin - CaCl2 0,025M lichid, gata p/u lucru cu stabilitatea 30 zile după deschiderea flaconului	Certificat CE, ISO	
13.3	33600000-6	3. APTT-El-reagent lichid cu calciu clorid 0,025M - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru optic COATRON X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	652	Federația Rusă	Tehnology- Standart	3. APTT-El-reagent lichid cu calciu clorid 0,025M - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru optic COATRON X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	3. APTT-El-reagent lichid cu calciu clorid 0,025M - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru optic COATRON X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Certificat CE, ISO	
13.4	33600000-6	4. Set p/u determinarea fibrinigenului metoda Klausss fără diluție plasmei - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru optic COATRON X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	712	Federația Rusă	Tehnology- Standart	4. Set p/u determinarea fibrinigenului metoda Klausss fără diluție plasmei - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru optic COATRON X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	4. Set p/u determinarea fibrinigenului metoda Klausss fără diluție plasmei - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru optic COATRON X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Certificat CE, ISO	

13.5	33600000-6	5.Set cu Calibratori p/u determinarea fibrinogenului metoda Klauss - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru optic COATRON X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	714	Federația Rusă	Tehnology- Standart	5.Set cu Calibratori p/u determinarea fibrinogenului metoda Klauss - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru optic COATRON X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	5.Set cu Calibratori p/u determinarea fibrinogenului metoda Klauss - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Prezentarea: Protocolul de adoptare a setului de reagenți la coagulometru optic COATRON X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Certificat CE, ISO
13.6	33600000-6	6. Cuve de reacție - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru Coatron X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	24 100 00	Germania	Teco	6. Cuve de reacție - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru Coatron X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	6. Cuve de reacție - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Marcaj CE, Prezentarea: cuve compatibile cu locașele coagulometru Coatron X Pro Teco (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Certificat CE, ISO
13.7	33600000-6	7. Complexe fibrin-monomerice CFMS-RMFK - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	TS081	Federația Rusă	Tehnology- Standart	7. Complexe fibrin-monomerice CFMS-RMFK - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	7. Complexe fibrin-monomerice CFMS-RMFK - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Certificat CE, ISO
		17. Analizator FIA8000, Getein Biotech Inc.						
17.1	33600000-6	1. Test rapid la CK-MB/cTnI/Myo - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	CG1005	China	Getein Biotech	1. Test rapid la CK-MB/cTnI/Myo - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	1. Test rapid la CK-MB/cTnI/Myo - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Certificat CE, ISO
17.2	33600000-6	2. Test rapid la CRB+hs-CRP - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	CG1003	China	Getein Biotech	2. Test rapid la CRB+hs-CRP - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	2. Test rapid la CRB+hs-CRP - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Certificat CE, ISO
17.3	33600000-6	3. Test rapid la D-Dimer - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	CG1006	China	Getein Biotech	3. Test rapid la D-Dimer - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	3. Test rapid la D-Dimer - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Certificat CE, ISO
17.4	33600000-6	4. Test rapid la HbA1c - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	CG1017	China	Getein Biotech	4. Test rapid la HbA1c - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	4. Test rapid la HbA1c - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**, Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Certificat CE, ISO

17.5	33600000-6	5. Test rapid la NT- pro BNP - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	CG1002	China	Getein Biotech	5. Test rapid la NT- pro BNP - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	5. Test rapid la NT- pro BNP - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Certificat CE, ISO
17.6	33600000-6	6. Test rapid la PCT - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	CG1007	China	Getein Biotech	6. Test rapid la PCT - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	6. Test rapid la PCT - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Certificat CE, ISO
17.7	33600000-6	7. Test rapid la HCG+β - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	CG1013	China	Getein Biotech	7. Test rapid la HCG+β - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	7. Test rapid la HCG+β - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Certificat CE, ISO
18. Analizator MISSION U120 SMART Urine Analyzier, ACON Laboratories, Inc.								
18.1	33600000-6	1. Teste p/u determinarea 8 parametre in urina - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Marcaj: CE. Ordine testelor pe strip: Ketone, Glucoza, Protein, Sînge, pH, Nitrite, Leucocite, Dens relat (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Mission 8N	SUA	ACON	1. Teste p/u determinarea 8 parametre in urina - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Marcaj: CE. Ordine testelor pe strip: Ketone, Glucoza, Protein, Sînge, pH, Nitrite, Leucocite, Dens relat (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	1. Teste p/u determinarea 8 parametre in urina - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Marcaj: CE. Ordine testelor pe strip: Ketone, Glucoza, Protein, Sînge, pH, Nitrite, Leucocite, Dens relat (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Certificat CE, ISO
18.2	33600000-6	2. Set de control al proteinei, glucozei, pH in urina cu 2 nivele de concentratie - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	U021-011	SUA	ACON	2. Set de control al proteinei, glucozei, pH in urina cu 2 nivele de concentratie - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	2. Set de control al proteinei, glucozei, pH in urina cu 2 nivele de concentratie - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Certificat CE, ISO
18.3	33600000-6	3. Teste p/u determinarea 8 parametre in urina - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Marcaj: CE. Ordine testelor pe strip: Glucoza, Ketone, SG, Sînge, pH, Protein, Nitrite, Leucocite (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Mission 8N	SUA	ACON	3. Teste p/u determinarea 8 parametre in urina - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Marcaj: CE. Ordine testelor pe strip: Glucoza, Ketone, SG, Sînge, pH, Protein, Nitrite, Leucocite (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	3. Teste p/u determinarea 8 parametre in urina - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota**. Marcaj: CE. Ordine testelor pe strip: Glucoza, Ketone, SG, Sînge, pH, Protein, Nitrite, Leucocite (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Certificat CE, ISO
18.4	33600000-6	4. Set de control al proteinei, glucozei, pH in urina cu 2 nivele de concentratie - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	U021-011	SUA	ACON	4. Set de control al proteinei, glucozei, pH in urina cu 2 nivele de concentratie - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	4. Set de control al proteinei, glucozei, pH in urina cu 2 nivele de concentratie - Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** (conform anexei 17,18 la Ordinul MS 374 din 05.05.2014).	Certificat CE, ISO

		20.1. Set reagenți p/u investigații imunologice							
20.1	33600000-6	20.1. CRP	8.00.00.0.0100	Marea Britanie	Atlas Medical	Ceriințele p/u test: Ceriințe generale**+Nota**. Metoda: LATEX - TEST (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Ceriințele p/u test: Ceriințe generale**+Nota**. Metoda: LATEX - TEST (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Certificat CE, ISO	
		20.2. Set reagenți p/u investigații imunologice							
20.2	33600000-6	20.2. ASLO	8.00.02.0.0100	Marea Britanie	Atlas Medical	Ceriințele p/u test: Ceriințe generale**+Nota**. Metoda: LATEX - TEST (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Ceriințele p/u test: Ceriințe generale**+Nota**. Metoda: LATEX - TEST (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Certificat CE, ISO	
		20.3. Set reagenți p/u investigații imunologice							
20.3	33600000-6	20.3. RF	8.00.04.0.0100	Marea Britanie	Atlas Medical	Ceriințele p/u test: Ceriințe generale**+Nota**. Metoda: LATEX - TEST (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Ceriințele p/u test: Ceriințe generale**+Nota**. Metoda: LATEX - TEST (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Certificat CE, ISO	
		20.5 Set reagenți p/u investigații imunologice							
20.5	33600000-6	20.5. Test rapid Cardio-combo (Troponin I/Miogloblin/CK-MB)	75003	SUA	Lumiquick	Ceriințele p/u test: Ceriințe generale**+Nota**. Metoda: Imunocromatografie. Sensibilitatea cTnI 0,5 ng/ml, CK-MB 5ng/ml, Myo 50ng/ml (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Ceriințele p/u test: Ceriințe generale**+Nota**. Metoda: Imunocromatografie. Sensibilitatea cTnI 0,5 ng/ml, CK-MB 5ng/ml, Myo 50ng/ml (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Certificat CE, ISO	
		20.7. Set reagenți p/u investigații imunologice							
20.7	33600000-6	20.7. Test rapid la Helicobacter Pylori. Ab	71024	SUA	Lumiquick	Ceriințele p/u test: Ceriințe generale**+Nota**. Metoda: Imunocromatografie (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Ceriințele p/u test: Ceriințe generale**+Nota**. Metoda: Imunocromatografie (conform anexei 2 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Certificat CE, ISO	
		20.8. Set reagenți p/u investigații imunologice							
20.8	33600000-6	20.8. Test rapid la Occult Blood	72001	SUA	Lumiquick	Ceriințele p/u test: Ceriințe generale**+Nota**. Metoda: Imunocromatografie.	Ceriințele p/u test: Ceriințe generale**+Nota**. Metoda: Imunocromatografie.	Certificat CE, ISO	
		20.9. Set reagenți p/u investigații imunologice							
20.9	33600000-6	20.9. Test rapid la HBsAg	71004	SUA	Lumiquick	Ceriințele p/u test: Ceriințe generale**+Nota**. Metoda: Imunocromatografie.	Ceriințele p/u test: Ceriințe generale**+Nota**. Metoda: Imunocromatografie.	Certificat ISO	
		20.10. Set reagenți p/u investigații imunologice							
20.10	33600000-6	20.10. Test rapid la Anti-HCV	71030	SUA	Lumiquick	Ceriințele p/u test: Ceriințe generale**+Nota**. Metoda: Imunocromatografie.	Ceriințele p/u test: Ceriințe generale**+Nota**. Metoda: Imunocromatografie.	Certificat ISO	
		21.1. Test rapid p/u măsurarea glicemiei în sânge p/u glucometru TYSON BIO HT100							
21.1	33600000-6	1. Test rapid p/u măsurarea glicemiei în sânge p/u glucometru TYSON BIO HT100	On Call Plus	SUA	ACON	Ceriințele p/u test: Ceriințe generale**+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste.	Ceriințele p/u test: Ceriințe generale**+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 50 card-teste. La câștigul lotului vom dona 2 aparate On Call Plus	Certificat CE, ISO	
		21.2. Test rapid p/u măsurarea glicemiei în sânge p/u glucometru LEVER CHEK TD 4227/4116							
21.2	33600000-6	2. Test rapid p/u măsurarea glicemiei în sânge p/u glucometru LEVER CHEK TD 4227/4116	On Call Plus	SUA	ACON	Ceriințele p/u test: Ceriințe generale**+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste.	Ceriințele p/u test: Ceriințe generale**+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 50 card-teste. La câștigul lotului vom dona 2 aparate On Call Plus	Certificat CE, ISO	
		21.3. Test rapid p/u măsurarea glicemiei în sânge							
21.3	33600000-6	3. Test rapid p/u măsurarea glicemiei în sânge cu analizor portabil (cu donarea 4 aparate în scopuri caritabile)	On Call Plus	SUA	ACON	Ceriințele p/u test: Ceriințe generale**+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 25 card-teste. Analizator portabil (cu donarea aparatului în scopuri caritabile)	Ceriințele p/u test: Ceriințe generale**+Nota**. Ambalaj standart p/u aparat: set - 50 card-teste. La câștigul lotului vom dona 4 aparate On Call Plus	Certificat CE, ISO	
		22.18. Reagenți p/u investigații hematologice și clinice generale							
22.18	33600000-6	18. Set colorație după Gram	K001	INDIA	HIMEDIA	Ceriințele p/u test: Ceriințe generale*, Ambalaj: set de reactive (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Ceriințele p/u test: Ceriințe generale*, Ambalaj: set de reactive (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Certificat CE, ISO	
		22.23. Expres teste diagnostice p/u analiza de rutină a urinei							

22.23	33600000-6	23. Indicator universal, PH 1-12 pe benzi de hârtie	LA335	INDIA	HIMEDIA	Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010)	Cerințele p/u test: Cerințe generale*+Nota** (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010), Indicator universal, PH 1-14 pe benzi de hârtie	Certificat CE, ISO
		24.6. Veselă și articole de ustensilă						
24.6	33600000-6	6.Container din polipropilen 200-250 ml	331193	ITALIA	Syntesys	P/u urină, gradat, cu capac și etichetă, 200-250ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	P/u urină, gradat, cu capac și etichetă, 200ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Certificat CE, ISO
		24.7. Veselă și articole de ustensilă						
24.7	33600000-6	7.Container din polipropilen 120-150 ml	331162	ITALIA	Syntesys	P/u urină, gradat, cu capac și etichetă, 120-150ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	P/u urină, gradat, cu capac și etichetă, 120 ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Certificat CE, ISO
		24.13. Veselă și articole de ustensilă						
24.13	33600000-6	13. Eprubeta cu K3-EDTA 5-10 ml	318540	ITALIA	Syntesys	Eprubeta cu K3-EDTA. Volum de sînge: 5 - 10ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Eprubeta cu K3-EDTA. Volum de sînge: 2,5 ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Certificat CE, ISO
		24.15. Veselă și articole de ustensilă						
24.15	33600000-6	15. Eprubetă din polipropilen cu heparina de sodiu 10 ml	318650	ITALIA	Syntesys	Cu heparină de sodiu 16x100mm, cu capac și etichetă (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Cu heparină 16x100mm, cu capac și etichetă (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Certificat CE, ISO
		24.18. Veselă și articole de ustensilă						
24.18	33600000-6	18. Eprubeta cu gel separator, volum sînge 5 ml, cu capac și eticheta	318279	ITALIA	Syntesys	Cu gel separator, cu capac și etichetă.Volum: 5ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Cu gel separator, cu capac și etichetă.Volum: 5ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Certificat CE, ISO
		24.19. Veselă și articole de ustensilă						
24.19	33600000-6	19. Eprubeta cu gel separator, volum sînge 8-10 ml, cu capac și eticheta	318273	ITALIA	Syntesys	Cu gel separator, cu capac și etichetă.Volum: 8-10 ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Cu gel separator, cu capac și etichetă.Volum:10 ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Certificat CE, ISO
		24.20. Veselă și articole de ustensilă						
24.20	33600000-6	20. Eprubetă din polipropilen cilindrică gradată, cu capac și eticheta	318004+ 318070	ITALIA	Syntesys	Cilindrică, gradată la 0,5-1-2,5-5-10ml, cu capac și etichetă (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Cilindrică, gradată la 0,5-1-2,5-5-10ml, cu capac și etichetă (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Certificat CE, ISO
		24.21. Veselă și articole de ustensilă						
24.21	33600000-6	21. Eprubetă din polipropilen conică, 10 ml	318159+ 318165	ITALIA	Syntesys	Conică, p/u urină. Volum: 10 ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Conică, p/u urină. Volum: 12 ml (conform anexei 3 la Ordinul MS 701 din 18.10.2010).	Certificat CE, ISO
		24.24. Veselă și articole de ustensilă						
24.24	33600000-6	24. Eprubete Eppendorf 1,5 ml	318166	ITALIA	Syntesys	Eprubete Eppendorf 1,5 ml;	Eprubete Eppendorf 1,5 ml;	Certificat CE, ISO
		24.31. Veselă și articole de ustensilă						
24.31	33600000-6	31. Slide-uri p/u sediment urinar la 10 camere individuale	212015	ITALIA	Syntesys	Slaid test la 10 camere individuale p/u microscopie urinei, din acril transparent	Slaid test la 10 camere individuale p/u microscopie urinei, din acril transparent	Certificat CE, ISO
		24.45. Veselă și articole de ustensilă						
24.45	33600000-6	45. Virfuri 0-200 mkl	318260	ITALIA	Syntesys	Virfuri 0-200 mkl; să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet; Certificat CE; să fie ambalate de producător.	Virfuri 0-200 mkl; să corespundă pipetelor tip Eppendorf, Hamilton și Lenppipet; Certificat CE; să fie ambalate de producător.	Certificat CE, ISO
38	33600000-6	38. Tulpini de referință Staphylococcus aureus ATCC 29213	MM14-10	Marea Britanie	TCS Biosciences	Marcaj CE Staphylococcus aureus ATCC 29213	Marcaj CE Staphylococcus aureus ATCC 29213	Certificat CE, ISO

40	33600000-6	40. McFarland standard set 5 x 10 ml - 0,5;1,0;2,0; 3,0; 4,0 standard	R092	INDIA	HIMEDIA	Marcaj CE ; 5 x 10 ml - 0,5;1,0;2,0; 3,0; 4,0 standard	Marcaj CE ; 5 x 10 ml - 0,5;1,0;2,0; 3,0; 4,0 standard	Certificat CE, ISO
41	33600000-6	41. Agar salin ci manit	M118	INDIA	HIMEDIA	Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat: kg.	Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat: kg.	Certificat CE, ISO
42	33600000-6	42. Mediul tioglicolat	M009	INDIA	HIMEDIA	Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant.	Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant.	Certificat CE, ISO
43	33600000-6	43. Plasma de iepure 0,0002l Ambalaj -cutie-10fiole in cutie	52.01	Federația Rusă	EKOLAB	Marcaj CE Tipul reagenților : lichid Ambalaj -cutie-10fiole in cutie	Marcaj CE Tipul reagenților : lichid Ambalaj -cutie-10fiole in cutie	Certificat CE, ISO
46	33600000-6	46. Agar nutritiv	M001	INDIA	HIMEDIA	Marcaj CE Tipul reagenților: lichid. Ambalaj solicitat: flacon.	Marcaj CE Tipul reagenților: lichid. Ambalaj solicitat: flacon.	Certificat CE, ISO
27.	33600000-6	27. .Mueller-Hinton	M173	INDIA	HIMEDIA	Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant.	Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant.	Certificat CE, ISO
48.	33600000-6	48. UTI - agar cromogen	M1353	INDIA	HIMEDIA	Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat: kg.	Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat: kg.	Certificat CE, ISO
65	33600000-6	65. Pepton fermentativ bacteriologic	GRM026	INDIA	HIMEDIA	Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. .	Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. .	Certificat ISO
66	33600000-6	66. Mediul Simons	M099	INDIA	HIMEDIA	Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant.	Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant.	Certificat CE, ISO
67	33600000-6	67. Mediul Acetat	M339	INDIA	HIMEDIA	Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant.	Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant.	Certificat CE, ISO
68	33600000-6	68. Bifidobacterium broth cu 0.1% agar	M1395A	INDIA	HIMEDIA	Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant.	Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant.	Certificat CE, ISO
69	33600000-6	69. Lactobacagar	M641	INDIA	HIMEDIA	Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat: kg.	Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat: kg.	Certificat CE, ISO
70	33600000-6	70. Bulion Saburo	M033	INDIA	HIMEDIA	Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant.	Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant.	Certificat CE, ISO
71	33600000-6	71. GRM bulion	M002	INDIA	HIMEDIA	Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant.	Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant.	Certificat CE, ISO
72	33600000-6	72. Kligler iron agar	M078	INDIA	HIMEDIA	Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant.	Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant.	Certificat CE, ISO
73	33600000-6	73. Discuri cu optohin	DD009	INDIA	HIMEDIA	Marcaj CE .	Marcaj CE .	Certificat CE, ISO
74	33600000-6	74. Discuri cu bacitracina	DD015	INDIA	HIMEDIA	Marcaj CE .	Marcaj CE .	Certificat CE, ISO
75	33600000-6	75. .Discuri cu bila	DD024	INDIA	HIMEDIA	Marcaj CE .	Marcaj CE .	Certificat CE, ISO
76	33600000-6	76. Chit latex aglutinare Streptococi Diagnostic reagent (cu lamele p/u aglutinare monoutilizabile)	8.00.13.0.0300	Marea Britanie	Atlas Medical	Marcaj CE Diagnostic reagent	Marcaj CE Diagnostic reagent	Certificat CE, ISO
77	33600000-6	77. Extract de drojdii	RM027	INDIA	HIMEDIA	Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant.	Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant.	Certificat ISO
78	33600000-6	78. Selenite bulion	M052	INDIA	HIMEDIA	Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant.	Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant.	Certificat CE, ISO
79	33600000-6	79. Mediu de transport Amies Ambalaj solicitat: tub.	330407	ITALIA	Syntesys	Marcaj CE Tipul reagenților: lichid. Ambalaj solicitat: tub.	Marcaj CE Tipul reagenților: lichid. Ambalaj solicitat: tub.	Certificat CE, ISO
81	33600000-6	81. Discuri cu antibiotice in flacon	SD000	INDIA	HIMEDIA	Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat: cartușe.	Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat: cartușe.	Certificat CE, ISO
83	33600000-6	83. Candida cromogen agar	M1297A	INDIA	HIMEDIA	Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat: kg.	Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant. Ambalaj solicitat: kg.	Certificat CE, ISO

84	33600000-6	84. Extract de drodie	RM027	INDIA	HIMEDIA	Marcaj CE: laborator-reagent - 4*125 ml.	Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant.	Certificat ISO
85	33600000-6	85. SDS bulion (Coda)	M007	INDIA	HIMEDIA	Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant.	Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant.	Certificat CE, ISO
86.	33600000-6	86. SS-agar	M108	INDIA	HIMEDIA	Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant.	Marcaj CE Tipul reagenților: dehidratant.	Certificat CE, ISO
91	33600000-6	91. Rondele p/u testul la oxidaza	DD018	INDIA	HIMEDIA	Marcaj CE Ambalaj solicitat: flacon	Marcaj CE Ambalaj solicitat: flacon	Certificat CE, ISO
96	33600000-6	96. Stripuri B stereothermophylus	DD032	INDIA	HIMEDIA	Marcaj CE Ambalaj solicitat: set	Marcaj CE Ambalaj solicitat: set	Certificat CE, ISO
110	33600000-6	110. Cutie Petri din plastic sterile Diametrul: 10	318244	ITALIA	Syntesys	Marcaj CE Diametrul: 10	Marcaj CE Diametrul: 9	Certificat CE, ISO
112	33600000-6	112. Foite indicator pentru aprecierea PH	LA335	INDIA	HIMEDIA	Marcaj : CE	Marcaj : CE	Certificat CE, ISO
119	33600000-6	119. Kit coloratie Gram laborator-reagent - 4*125 ml.	K001	INDIA	HIMEDIA	Marcaj CE: laborator-reagent - 4*125 ml.	Marcaj CE: laborator-reagent - 1.Soluția A - Gram's Crystal Violet (S012) a)Crystal Violet - 2.000 gm ; b)Alcool Etilic,95%- 20.000 ml; 2.Soluția B - Gram's Crystal Violet (S012) a)Ammonium oxalate - 0.800 gm; b)Apă Distilată - 80.000 ml; 3.Gram's Decolourizer(S032) a)Alcool Etilic, 95% - 50.0 ml; b)Acetonă - 50.0 ml; 4.Gram's Iodine(S013) a)Iodine - 1.000 gm; b)Potassium iodide- 2.000 gm; c)Apă Distilată- 300.000 ml; 5.Safranin,0.5% w/v(S027) a)Safranin O- 0.500 gm; Acool Etilic,95% -100.000 ml	Certificat CE, ISO
127. Expres teste								
127.1	33600000-6	3. Multitest - caseta p/u determinarea în urină Amphetamine, Barbiturate, Benzodiazepine, Methadone, Methamphetamine, Opiate, Cannabinoid (THC), Tricyclic antidepressant (TCA), Alcohol	DOA-10	SUA	Lumiquick	Cerițele p/u test: Cerițe generale*+Nota**Multitest - caseta p/u determinarea în urină : Amphetamine, Barbiturate, Benzodiazepine, Methadone, Methamphetamine, Opiate, Cannabinoid (THC), Tricyclic antidepressant (TCA), Alcohol	Cerițele p/u test: Cerițe generale*+Nota**Multitest - caseta p/u determinarea în urină : Amphetamine, Barbiturate, Benzodiazepine, Methadone, Methamphetamine, Opiate, Cannabinoid (THC), Tricyclic antidepressant (TCA), Alcohol	Certificat CE, ISO

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9