

Specificații Tehnice

| Numărul procedurii de achiziție: Achiziție de valoare mică nr. ocds-b3wdp1-MD-1738848698777 din 14.02.2025 | | | | | | |
|--|--|-----------------|------------------------|---|--|--|
| Obiectul de achiziție: Accesorii pentru determinarea glicemiei în sânge pentru a. 2025 | | | | | | |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Țara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Bunuri: | | | | | | |
| Lotul 1: Accesorii pentru determinarea glicemiei în sânge | | | | | | |
| 1.1 Teste pentru determinarea glicemiei | ON CALL® PLUS BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS (G133-111) | SUA | ACON LABORATORIES INC. | Teste pentru determinarea glicemiei, compatibile cu glucometrul Clever Chek | OFERTA ALTERNATIVĂ. Teste pentru determinarea glicemiei, compatibile cu glucometrul ON CALL® PLUS BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM (G113-214). <i>Operatorul economic va asigura 40 de glucometre în comoditate ON CALL® PLUS BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM (G113-214).</i> Broșura și manualul de la producător se anexează. | Declarație de conformitate CE, Certificat CE, Certificat ISO, Autorizație. |
| 1.2 Lanțete | ON CALL® LANCETS (G124-10A) | SUA | ACON LABORATORIES INC. | Lanțete pentru înțepare, folosite la determinarea Glicemiei, compatibile cu glucometrul Clever Chek | OFERTA ALTERNATIVĂ. Lanțete pentru înțepare, folosite la determinarea Glicemiei, compatibile cu glucometrul ON CALL® PLUS BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM (G113-214). <i>Operatorul economic va asigura 40 de glucometre în comoditate ON CALL® PLUS BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM (G113-214)</i> Broșura și manualul de la producător se anexează. | Declarație de conformitate CE, Certificat CE, Certificat ISO, Autorizație. |

Semnat: _____ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A. Corobceanu 7A, ap.9