

Specificații tehnice

Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1754481656073 / 21464052 din 14.09.2025						Pag 1 din 1	
Denumirea licitației:		Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Investigatii Imunologice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice IMSP - beneficiari pentru anul 2026						Lot : 80; 124; 137	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Tara de origine	Produce-torul	Specificarea tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificatia tehnica propusa de operatorul economic	Standarde de referinta/ Numar de inregistrare AMDM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3300000.6	80	Hemocult-test (IFOBT) ( 006573 )	Hemocult-test (FOBT) ( 006573 )	FOB Rapid Test Cassette Nr.catalog TFO-602	CHINA	AIITest Biotech	Hemocult-test (FOBT) ( 006573 ), Teste pentru determinarea singurii ocult in mase fecale, cu o sensibilitate 99,0% și specificitate de 99,9%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, reagenți și consumabile necesari pentru efectuare., Test	<b>Hemocult-test (IFOBT) ( 006573 )</b> <b>FOB Rapid Test Cassette</b> - Test rapid pentru determinarea sangerării occulte in mase fecale. Sensibilitate 95 % și specificitate de 99, 5%. Ambalaj individual, termen de valabilitate indicat pe ambalaj, reagenți și consumabile necesari pentru efectuare - <b>include</b> <b>Se anexeaza : Certificat de conformitate , CE -All Test Letter confirmation, instructiunea de utilizare , Catalog pag.28</b>	CE, ISO, ALLTEST LETTER Conformation IVDR, Inregistrat la AMDM cu nr.DM000377425
3300000.6	124	Test expres p/ă determinarea calitativă Ag Helicobacter Pylori in mase fecale ( 006603 )	Test expres p/ă determinarea calitativă Ag Helicobacter Pylori in mase fecale ( 006603 )	H.Pylori Antigen Rapid Test Cassette Nr. catalog IHP-602	CHINA	AIITest Biotech	Test expres p/ă determinarea calitativă Ag Helicobacter Pylori in mase fecale ( 006603 ), Metoda imunocromatografică. Teste pentru determinarea Ag Helicobacter pylori in mase fecale, cu o sensibilitate și specificitate de peste 90%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, reagenți și consumabile necesari pentru efectuare., Test	<b>Test expres p/ă determinarea calitativă Ag Helicobacter Pylori in mase fecale ( 006603 ) Metoda Imunocromatografică</b> <b>H.Pylori Antigen Rapid Test Cassette</b> -Teste pentru determinarea Ag Helicobacter pylori in mase fecale, cu o sensibilitate 98,8 % și specificitate de peste 98,4 % . Ambalaj individual , termen de valabilitate indicat pe ambalaj, reagenți și consumabile necesari pentru efectuare - <b>include</b> <b>Se anexeaza : Certificat de conformitate , CE -All Test Letter confirmation, , si instructiunea de utilizare , Catalog pag.12</b>	CE, ISO, ALLTEST LETTER Conformation IVDR Inregistrat la AMDM cu nr.DM000377308
3300000.6	137	PCT .test-caseta ( 007966 )	PCT .test-caseta ( 007966 )	Procalcitonin (PCT) Rapid Test Cassette Nr.catalog CPC-402	CHINA	AIITest Biotech	PCT .test-caseta ( 007966 ), PCT .test-caseta. Metoda calitativa-immunocromatografica Sensibilitatea 98-100%, teste	<b>PCT .test-caseta ( 007966 )</b> <b>Procalcitonin Rapid Test Cassette</b> - Test rapid la Procalcitonina. Metoda de testare - calitativa- imunocromatografica pentru determinare vizuala a procalcitoninei in (Whole blood/Ser/Plasma) Sensibilitatea 98,7 % Ambalaj individual . termen de valabilitate indicat pe ambalaj, reagenți și consumabile necesari pentru efectuare - <b>include</b> <b>Se anexeaza : Certificat de conformitate , CE , si instructiunea de utilizare, Catalog pag.30</b>	CE, ISO, ALLTEST LETTER Conformation IVDR Inregistrat la AMDM cu nr.DM000377357